

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**ACORD MARC OBERT AMB UN ÚNIC PROVEÏDOR, PER AL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE DE SISTEMA DE TERÀPIES
RENALS CONTÍNUES, AMB DESTÍ A L'INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I
UROLOGIA DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB)**

EXP.: 2024-3

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de material fungible per hemodiàlisi, amb destí a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que es detallen a l'**annex 1 (ACO1_PPT_OT) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)**.

La present contractació s'articula en **4 lots** corresponents als diferents productes a subministrar. **Les empreses licitadores han de presentar oferta per a la totalitat del lot (articles i gammes incloses)**. Per tant, quedaran excloses automàticament de la licitació del lot les empreses que no presentin oferta a tots els articles i gammes que integren el lot o, tot i que presenten oferta a la totalitat, hagin de resultar excloses d'un dels articles del lot. **L'adjudicació és per lot.**

Els articles i les quantitats establertes a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB. Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE)** suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet. El PCAP preveu un percentatge de modificació prevista.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'**annex 1** del PPT.

En cas que alguna de les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient incloguin referències específiques de productes, marques, o models, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si alguna de les descripcions tècniques dels productes d'aquest expedient preveuen valors o mides específiques, s'ha d'interpretar en el sentit que s'admetrà una tolerància del +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica. Aplica a totes les mides de tots els productes.

A més, tots els materials han de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes a l'apartat 3 de "Requeriments tècnics". L'incompliment d'alguna de les especificacions tècniques mínimes suposarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació o la resolució del contracte. A més, han de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex 1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

A les fitxes tècniques, les licitadores hauran de reflectir tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per a cadascun dels productes/lots als quals es licita.

3. CESSIÓ D'EQUIPS

En cas que determinats articles requereixin la cessió per part de l'empresa adjudicatària de l'equipament necessari per a l'ús del material fungible, aquesta cessió serà sense cap cost econòmic addicional per a l'HCB. Les característiques d'aquests equipaments s'hauran d'adjuntar a l'oferta tècnica del fungible, en el sobre B de criteris de judici de valor, ja que al anar indefectiblement associats al fungible també formaran part de la valoració. Aquests equipaments seran cedits per l'adjudicatari i el seu cost ha d'estar inclòs en el preu final de l'article licitat. No s'acceptarà cap cost addicional.

Concretament, en els següents lots es requereix equip en cessió:

A. L'empresa que resulti adjudicatària del **Lot 1** haurà de:

- Proporcionar i garantir l'homogeneïtat del parc de Monitors per Teràpies Renals Contínues (5 màquines) amb una renovació cada 4 anys i/o quan apareguin models d'última generació, en un temps màxim de 6 mesos després de la sortida al mercat.

En el cas de que s'hagués de garantir un parc diferent a l'actual, l'empresa adjudicatària haurà de cedir la totalitat dels monitors en cessió d'ús.

Els Monitors han de complir els requisits mínims següents:

1. Monitors de disseny ergonòmic, fàcil manejabilitat i transport, pantalla a color tàctil d'alta resolució (LCD) amb representació de paràmetres generals de diàlisi: temps, fluxos, pressions (entrada, retorn; PTM prefiltrat, efluent i caiguda de pressió), fracció de filtració, composició de les solucions de citrat i calci, dades del pacient, etc.
2. Monitors amb sets integrats amb 6 bombes, més una xeringa d'infusió heparina/calci, que permet realitzar totes les modalitats de tècniques depuratives renals/hepàtiques continuades (HDFVVC, HFVVC, HDVVC, SCUF), depuració hepàtica, Plasmafèresi, Depuració de CO₂, software específic per a pacients pediàtrics.
3. Quatre balances d'alta precisió. Possibilitat d'anticoagular en les TCRR tant amb heparina com amb citrat.
4. Possibilitat de realització de teràpia de depuració hepàtica.
5. Possibilitat de realitzar teràpia de depuració CO₂, aïllada o juntament amb la depuració renal.
6. Control rigorós dels fluxos de reposició, diàlisi i ultrafiltració del pacient, dades de balanç hídric exactes i temps real del funcionament, amb alarmes.

7. Possibilitats de fluxos de sang > 400ml/min.
 8. Càmera atrapa bombolles venoses
 9. Encebament automàtic i simplificat dels equips.
 10. Possibilitat de realitzar reposició prefiltre, postfiltre i pre-postfiltre, simultàniament, tant en HFVVC com en HDFVVC. Possibilitat de canviar, en qualsevol moment de la teràpia, el subministrament de reposició de PREFILTRE a POSTFILTRE o a l'inrevés, sense manipulació de línies.
 11. Possibilitat de canviar, entre qualsevol modalitat de TCRR (SCUF, HFVVC, HDVVC i HDFVVC), durant la teràpia, sense necessitat de manipulació de línies i realitzar recirculacions sang/sèrum.
 12. Possibilitat d'extracció d'aire de forma automàtica.
 13. Bateria d'emergència, en cas de fallada elèctrica, amb autonomia de bombes.
 14. Registre d'esdeveniments.
 15. Registre de la dosi de tractament teòrica i càlcul de la real subministrada.
 16. Escalfador de sang per a mantenir la temperatura del pacient.
 17. Codis de barra en els sets, per a promoure la seguretat del pacient.
 18. Sets premuntats, que inclouen totes les línies (diàlisi, substitució, citrats, heparina, entrada i tornada) i son els mateixos, independentment del sistema d'anticoagulació escollit.
 19. Possibilitat d'ús de diferents tipus de membrana. Possibilitat de disposar de sets amb membranes heparinitzades.
 20. Monitors amb dispositius i/o interfícies de sortida de dades, que permetin el bolcat de dades de forma automàtica, al programa de l'unitat (ICIP). Especificar la possibilitat d'ús de targetes de memòria, interna i externa.
 21. Sistema de detecció de fuga / pèrdua de líquids en encebament i durant el tractament.
 22. Detecció de fuga de sang pèrdua de líquids en l'efluent i entrada d'aire en sang.
 23. Alarmes i parada de pressió venosa i pressió arterial. Alarma per coagulació imminent.
- Fer-se càrrec del manteniment correctiu i preventiu de tots els monitors existents per als que aportin aquest material.

Manteniment:

- Manteniment preventiu (revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i greixatge dels equips), mitjançant visites programades/preventives per tipus d'aparell, pel correcte funcionament.
- Manteniment correctiu que inclourà la mà d'obra i materials necessaris per la reparació d'avaries i defectes causats per l'ús, aportació d'eines especials, aparells de mesura i control necessari pel manteniment dels equips.

Per les avaries urgents, el temps de resposta no serà superior a 6 hores des del moment de l'avís, i per les avaries no urgents, el termini serà de 24 hores. En tots els casos el manteniment inclourà el cost del temps dels tècnics, desplaçaments i les peces de recanvi.

B. L'empresa que resulti adjudicatària del **Lot 2** haurà de:

- Proporcionar i garantir l'homogeneïtat del parc de Monitors per Teràpies Renals Contínues (7 màquines) amb una renovació cada 4 anys i/o quan apareguin models d'última generació en un temps màxim de 6 mesos després de la sortida al mercat.

En el cas de que s'hagués de garantir un parc diferent a l'actual, l'empresa adjudicatària haurà de cedir la totalitat dels monitors en cessió d'us.

- Fer-se càrrec del manteniment correctiu i preventiu de tots els monitors existents per als que aportin aquest material.

Manteniment:

Manteniment preventiu (revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i greixatge dels equips), mitjançant visites programades / preventives per tipus d'aparell, pel correcte funcionament.

Manteniment correctiu que inclourà la mà d'obra i materials necessaris per la reparació d'avaries i defectes causats per l'ús, aportació d'eines especials, aparells de mesura i control necessari pel manteniment dels equips.

- Per les avaries urgents, el temps de resposta no serà superior a 6 hores des del moment de l'avís, i per les avaries no urgents el termini serà de 24 hores. En tots els casos el manteniment inclourà el cost del temps dels tècnics, desplaçaments i les peces de recanvi.

Els Monitors han de complir els requisits mínims següents:

1. Monitors de disseny ergonòmic, fàcil maneig i transport. Control gravimètric del balanç amb almenys 4 bàscules de precisió, dues de les quals (reposició i diàlisi) a la part superior del monitor. El fet que se situïn a la part superior, està relacionat amb l'ús de la gravetat i no de la succió o pressió negativa en el seu ús. Qualsevol pressió que s'apliqui, o buit, sobre un líquid genera aire i per tant bombolles, a més de canvis en les composicions. A més, facilita un canvi de bosses més ergonòmic.

2. Separació de líquids, nets a dalt (reposició i diàlisi) i bruts a baix (efluent), el que prevé la contaminació en cas de trencament o fuga. Normativa d'higiene.
3. Programari específic per a pacients pediàtrics.
4. Pantalla d'alta resolució amb representació dels paràmetres generals de la teràpia: temps, fluxos, pressions (entrada, retorn, transmembrana, prefiltre, efluent, caiguda de pressió), fracció de filtració, dades del pacient, etc.
5. Els monitors disposen de 6 bombes integrades en el programari que permeten realitzar totes les modalitats de teràpies depuratives de substitució renal contínua (HDFCVV, HFCVV, HDCVV), tant en la modalitat d'anticoagulació amb heparina com amb citrat.
6. Control rigorós dels fluxos de reposició, diàlisi, ultrafiltració, balanç hídric, funcionament a temps real amb alarmes.
7. Possibilitat de fluxos de sang > 400 ml / min.
8. Cambra atrapa bombolles, encebat automàtic i simplificat del circuit. Possibilitat d'extracció d'aire de forma automàtica.
9. Possibilitat de realització de reposició pre-filtre i post-filtre. En cas de citrat (teràpia de primera elecció segons guies internacionals), reposició postfiltre per protocol (més eficiència de depuració).
10. Possibilitat d'intercanviar modalitats sense desmuntar el circuit. Possibilitat de canviar l'anticoagulació sense canviar el casset.
11. Registre d'esdeveniments i de la dosi prescrita i subministrada.
12. Bateria d'emergència en cas de fallada elèctrica sostingut. Sense manteniment 18V / >3Ah.
13. Escalfador de les línies de reposició i de diàlisi per mantenir la temperatura del pacient sense afectar directament la línia de retorn sanguini (no escalfador de sang).
14. Sets amb els components individualitzats (dialitzador i línies) que permet, en cas d'incidència, la substitució de la part afectada i no de tot el set, codificats per colors.
Els kits han de portar les línies premuntades en els cassets, en el cas de teràpies amb citrat, les línies d'anticoagulació (citrat i calci) van preconnectades, de tal manera que només necessiten encebar-se.
15. Possibilitat d'utilitzar tot tipus de membranes.
16. Possibilitat d'utilitzar membranes amb porus de punt de tall mitjà en modalitat de diàlisi contínua amb garantia de funcionament ininterromput de 72h amb acord de risc compartit de subministrament del set en cas de coagulació.

17. Dispositius i / o interfícies de sortida de dades per bolcat automàtic de dades de tipus de tractament, data d'inici i fi de tractament, dades de balanç, fluxos, valors de pressió durant la teràpia, rangs de pressions establert, dades del pacient.
18. Detecció de fuga de sang cap efluent i d'entrada d'aire. Alarmes i parada de pressió venosa i pressió arterial.

C. L'empresa que resulti adjudicatària del **Lot 3** haurà de:

- Proporcionar un Ecògraf portàtil digital amb una renovació cada 4 anys i/o quan apareguin models d'última generació en un temps màxim de 6 mesos després de la sortida al mercat.
- Fer-se càrrec del manteniment correctiu i preventiu de l'equip.

Manteniment:

- Manteniment preventiu (revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i greixatge dels equips), mitjançant visites programades/preventives per tipus d'aparell, pel correcte funcionament.

- Manteniment correctiu que inclourà la mà d'obra i materials necessaris per la reparació d'avaries i defectes causats per l'ús, aportació d'eines especials, aparells de mesura i control necessari pel manteniment dels equips.

Per les avaries urgents, el temps de resposta no serà superior a 24 hores des del moment de l'avís, i per les avaries no urgents el termini serà de 48 hores. En tots els casos el manteniment inclourà el cost del temps dels tècnics, desplaçaments i les peces de recanvi.

Respecte a les característiques mínimes de l'Ecògraf:

1. Portàtil
2. Digital
3. Sonda Convex: freqüència 3.2/5 MHz; amb profunditat 90-305mm
4. Sonda Lineal: freqüència 7.5/10MHz; amb profunditat 20-100mm
5. Sonda Cardio: Freqüència 2.5/5MHz; profunditat 90-160mm
6. Amb modes B, B+B, B+M, Color, PW, PDI, B+Color+PW
7. Wifi 5G intern
8. Amb tauleta compatible amb l'ecògraf i programari integrat
9. Funda de la tauleta
10. Protecció contra líquids, com a mínim IPX7
11. Funda de transport per a sonda, inclosa
12. Carregador
13. Bossa completa de transport de l'equip

4.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'**Annex 1** (ACO1_PPT_OT) del PPT.

En cas que el material fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.

En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, l'empresa proveïdora s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'Hospital Clínic.

L'adjudicatària està obligada a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Si l'adjudicatària hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s'estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries es serviran en un **termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 24 hores** o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés (SOBRE C de l'oferta).

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme l'apartat 3l del quadre de característiques del PCAP.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per

tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

El lloc i horari es reflecteix a l'apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:

MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9

CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)

Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Per a lliuraments al Magatzem General de l'HCB (Cornellà) no s'acceptaran lliuraments fora de l'horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d'incompliment de lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el lliurament de manera explícita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament fora del dia planificat.

6. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

6.1 Condicions dels paquets que es lliurin:

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identifications del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

Per reforçar el control, gestió i traçabilitat dels materials fungibles, es recomanable que l'empresa adjudicatària identifiqui i col·loqui en cada unitat dels productes a lliurar (l'envàs primari) etiquetes RFID. En aquest cas, l'etiquetatge RFID ha de complir amb els següents requisits:

- Operi a UHF: Overview Operating Frequency 860 - 960 MHz
- Operi amb: International Standards } EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C
- Mida de 97 mm x 15 mm o similars.
- Si escau, per a productes que es dificulti la lectura d'etiquetes planes, la utilització d'etiquetes tipus banderola.
- Pre-codificades amb dades del producte segons EPC Tag Data Standard que defineix l'EPC™, i també especifica els continguts de la memòria dels Tags RFID Gen 2. La pre-codificació ha de contenir informació de la unitat a consumir, o bé, identificador RFID unívoc de gestió de materials de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- Integració compatible amb la plataforma de gestió de materials RFID.
- Incorporar tota la informació del producte en un arxiu Excel (s'adjunta annex) on consti la següent informació: codi EAN, proveïdor, descripció material, referència proveïdor, descripció referència proveïdor, nombre fabricant, adreça fabricant, referència fabricant.
- Identificació de la caixa d'entrega i en els albarans amb anotació: conté RFID o similar.

Tal i com s'especifica al Reglament <<Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de abril de 2017 sobre els productes sanitaris, en que es modifiquen les Directives 2011/83/CE, del reglament (CE) nº 178/2002 i del Reglament (CE) nº 1223/2009 i per el que es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell. Pàgina 117 del Reglament diu de forma explícita: *“Las etiquetas se facilitarán en un formato legible para las personas y podrán completarse con información de lectura óptica , como la identificación por radiofrecuencia (RFID) o los códigos de barras”*

Per a qualsevol dubte tècnic o funcional podeu enviar un correu a la següent adreça: sc@clinic.cat”.

6.2 Condicions de la documentació necessària pel lliurament.

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva copia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de 'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN”.

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

7. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

7.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdor té un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament , Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l'import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística. Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

7.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCB.

Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB: El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l' HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet, caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l'inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'alçada màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

Les empreses adjudicatàries hauran de retirar els palets de fusta que serveixen pel transport de material lliurat a DIRAC.

8. CONDICIONS DE FACTURACIÓ

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

9. MOSTRES

Les mostres s'hauran de presentar obligatòriament abans del termini de finalització de presentació d'ofertes, segons els termes previstos al PCAP. La quantitat que es

sol·licitarà serà ajustada i la necessària per poder avaluar tècnicament les ofertes i per emetre el judici de valor.

Barcelona, 2 de maig de 2024

Dra. Rosa Ramos

Directora de l'Institut Clínic
de Nefrologia i Urologia (ICNU)

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	TERÀPIA RENAL CONTINUA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/03

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:					TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA			DATA		ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL			MAIL comandes				
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes		URGENT 24 hores		
			FAX COMANDES				

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 8		SISTEMA DE TERÀPIES RENALS CONTINUES AMB TOTES LES MODALITATS INCLOENT LA ULTRAFILTRACIÓ AILLADA, PER A MONITORS AMB POSSIBILITAT D'ANTICOAGULACIÓ AMB CITRAT DILUIT I SISTEMA D'ELIMINACIÓ DE CO2													
1	1	189538	Solució de bicarbonat líquid, 2mmol / L o 3mmol / L potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox. Estèril.	UND												
1	2	189537	Solució de diàlisi, sense calci, per a hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox.	UND												
1	3	186850	Solució de bicarbonat líquid, 2mmol / L potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox. Estèril.	UND												
1	4	186749	Bossa de recol·lecció de líquid efluent amb connector luer i tub de buidatge. Capacitat 5L. Compatible amb monitor de TCDE. Estèril.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	5	186747	Kit de hemodiafiltració compost per filtre, línies, bossa d'encebat i bossa de recol·lecció de líquid efluent, superfície 1,5m2, volum d'encebament sanguini 152ml. Compatible amb monitor de TCDE. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
1	6	186821	Línia d'infusió de calci per sistema d'anticoagulació amb citrat, diàmetre aprox. 0,59mm, llargària aprox. 2,5m. Compatible amb equip d'hemodiafiltració.	UND												
1	7	212671	Bossa per escalfador de sang de retorn a TCRR, 2 línies de tubs, connector luer, volum de sang extracorpòria 27ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
1	8	212613	Dispositiu per a eliminació extracorpòria de CO2: depurador de superfície 0,8m2, membrana de fibra buida hermètica al plasma, volum d'encebament 84ml, línia de gas llarg 4m, connector per a línia de gas i línies extensió de sang. Estèril. Un sol ús.	UND												
2	7 al 18		SISTEMA PER TERÀPIES RENALS CONTINUES. AMB TOTES LES MODALITATS D'HEMODIÀLISIS AMB DIALITZADOR DE TAMANY DE PORUS MIG (a partir 35000 DA) SENSE PERDUA D'ALBÚMINA SIGNIFICATIVA. ANTICOAGULACIÓ AMB CITRAT CONCENTRAT, PER MONITOR AMB CALENTADORS PER A SOLUCIONS DE DIÀLISIS I DE SUBSTITUCIÓ. POSSIBILITAT D'ANTICOAGULACIÓ REGIONAL AMB CITRAT CONCENTRAT I REPOSICIÓ MAJORITARIA POSTFILTRE.													
2	9	186824	Solució de diàlisi sense calci per hemodiàlisi veno-venosa contínua (CVVHD). Bossa de doble cambra de capacitat aprox. 5L.	UND												
2	10	186825	Solució de diàlisi sense calci i amb fosfats per hemodiàlisi veno-venosa contínua (CVVHD). Bossa de doble cambra de capacitat aprox. 5L.	UND												
2	11	186851	Solució de bicarbonat líquid (entre 2-4 mol), potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox.	UND												
2	12	186743	Bossa de recol·lecció de líquid efluent amb connector luer-lock i tub de buidatge. Capacitat des de 7L. Compatible amb monitor TCDE en règim de cessió.	UND												
2	13	186742	Kit d'hemodiafiltració: filtre amb cribatge des de 35000 daltons, línies, bossa d'encebat, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2, volum d'encebament reduït. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
2	14	186741	Kit d'hemodiafiltració: filtre, línies, bossa d'encebat, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2, volum d'encebament sanguini reduït tractament amb citrat. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
2	15	186823	Solució de citrat tri-sòdic al 4%, anticoagulant per hemodiàlisi contínua. Bossa aprox. fins a 2L.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
2	16	186819	Hemo filtre capil·lar de membrana sintètica, superfície de 1,4 m2, d'alta biocompatibilitat, per tècniques contínues de depuració extracorpòria. Estèril per vapor en línia. Un sol ús.	UND												
2	17	201801	Kit d'hemodiafiltració: filtre, línies, bossa d'encebament, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2m volum d'encebament sanguini reduït, tractament abm heparina. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
2	18	207413	Kit per a l'eliminació del CO2 amb: membrana oxigenadora amb carcassa de policarbonat i fibres buides, línia d'accés i sortida de sang, línia verda amb filtre de gas, superfície des de 1,3m2, vol.sanguini d'encebament reduït. Compatible amb monitor TCDE en règim de cessió.	KIT												
3	19 al 26		CATETERS RECTES I CORBS, TEMPORALS, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETÀ I/O SILICONA, AMB ORIFICIS LATERALS PER A HEMODIALISIS AGUDES, AFERESIS I TERAPIES CONTINUES. I GUIES AMB PUNTA EN J.													
3	19	186775	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radioopac, calibre 11,5Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	20	186776	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	21	186770	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	22	186771	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	23	186768	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	24	186769	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.	KIT												
3	25	186799	Guia d'acer inox. recoberta de tefló, punta en J, amb introductor en extrem distal de 3mm. Mida 0,035" x 70cm. Estèril. Un sol ús.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (****)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
3	26	186784	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de silicona, 2 llums, radioopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 24cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, apòsit adhesiu i xeringa 10cc. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	27 al 37		CATETERS RECTES I CORBS, TEMPORALS, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETÀ, SENSE ORIFICIS LATERALS I ADAPTADOR GIRATORI PER HEMODIALISIS AGUDES I GUIES NO METÀLIQUES.													
4	27	197492	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	28	197493	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	29	197484	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	30	197485	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 17,5cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	31	197487	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	32	197488	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	33	186785	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 19cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.	KIT												
4	34	186786	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 23cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.	KIT												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
4	35	186787	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 28cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.	KIT												
4	36	210353	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radiopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 17,5cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												
4	37	210352	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radiopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.	KIT												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

TITULO EXPEDIENTE:		TERAPIA RENAL CONTINUA											
NUMERO EXPEDIENTE:		2024/03											

LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:								PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN		PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR	
EMPRESA						FECHA			ORDINARIO 5 días laborables	ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*)	URGENTE OFERTADO (Horas) (*)
MAIL						MAIL PEDIDOS					
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)	TELÉFONO		DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)		TELÉFONO PEDIDOS						
					FAX PEDIDOS			URGENTE 24 horas			

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	1 al 8		SISTEMA DE TERAPIAS RENALES CONTINUAS CON TODAS LAS MODALIDADES INCLUYENDO LA ULTRAFILTRACIÓN AISLADA, PARA MONITORES CON POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO DILUIDO Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CO2													
1	1	189538	Solución de citrato, anticoagulante, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.	UND												
1	2	189537	Solución de diálisis, sin calcio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.	UND												
1	3	186850	Solución de bicarbonato líquido, 2mmol/L potasio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox. Estéril.	UND												
1	4	186749	Bolsa de recolección de líquido efluente con conector luer y tubo de vaciado. Capacidad 5L. Compatible con monitor de TCDE. Estéril.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	5	186747	Kit de hemodiafiltración compuesto por filtro, líneas, bolsa de cebado y bolsa de recolección de líquido effluente, superficie 1,5m2, volumen de cebado sanguíneo 152ml. Compatible con monitor de TCDE. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
1	6	186821	Línea de infusión de calcio para sistema de anticoagulación con citrato, diámetro aprox. 0,59mm, longitud aprox. 2,5m. Compatible con equipo de hemodiafiltración.	UND												
1	7	212671	Bolsa para calentador de sangre de retorno en TCRR, 2 líneas de tubos, conector luer, volumen de sangre extracorpórea 27ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
1	8	212613	Dispositivo para eliminación extracorpórea de CO2: depurador de superficie 0,8m2, membrana de fibra hueca hermética al plasma, volumen de cebado 84ml, línea de gas long 4m, conector para línea de gas y líneas extensión de sangre. Estéril. Un solo uso	UND												
2	7 al 18		SISTEMA PARA TERAPIAS RENALES CONTÍNUAS. CON TODAS LAS MODALIDADES DE HEMODIÁLISIS CON DIALIZADORES DE TAMAÑO DE PORO MEDIO (a partir de 35.000 DA) SIN PERDIDA DE ALBÚMINA SIGNIFICATIVA. ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO CONCENTRADO, PARA MONITOR CON CALENTADORES PARA SOLUCIONES DE DIÁLISIS Y DE SUSTITUCIÓN. POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON CITRATO CONCENTRADO Y REPOSICIÓN MAYORITARIA POSTFILTRO.													
2	9	186824	Solución de diálisis sin calcio para hemodiálisis veno-venosa continua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L.	UND												
2	10	186825	Solución de diálisis sin calcio y con fosfatos para hemodiálisis veno-venosa continua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L.	UND												
2	11	186851	Solución de bicarbonato líquido, (entre 2-4 mol) potasio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.	UND												
2	12	186743	Bolsa de recolección de líquido effluente con conector luer-lock y tubo de vaciado. Capacidad desde 7L. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión.	UND												
2	13	186742	Kit de hemodiafiltración: filtro con cribado desde 35000 daltons, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen d'encebament reducido. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril por vapor en línea. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
2	14	186741	Kit de hemodiafiltración: filtro, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen de cebado sanguíneo reducido, tratamiento con citrato. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
2	15	186823	Solución de citrato tri-sódico al 4%, anticoagulante para hemodiálisis continua. Bolsa aprox. de hasta 2L.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
2	16	186819	Hemo filtro capilar de membrana sintética, superficie de 1,4m2, de alta biocompatibilidad, para técnicas continuas de depuración extracorpórea. Estéril por vapor en línea. Un solo uso.	UND												
2	17	201801	Kit de hemodiafiltración: filtro, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen de cebado sanguíneo reducido, tratamiento con heparina. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
2	18	207413	Kit para la eliminación del CO2 con: membrana oxigenadora con carcasa de policarbonato y fibras huecas, línea de acceso y salida de sangre, línea verde con filtro de gas, superficie desde 1,3m2, vol.sanguíneo de cebado reducido. Compatible con monitor de TCDE, en régimen de cesión.	KIT												
3	19 al 26		CATÉTERES RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO Y / O SILICONA, CON ORIFICIOS LATERALES PARA HEMODIÁLISIS AGUDAS, AFÉRESIS Y TERAPIAS CONTINUAS. Y GUIAS CON PUNTA EN J.													
3	19	186775	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11,5Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	20	186776	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	21	186770	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	22	186771	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	23	186768	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	24	186769	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.	KIT												
3	25	186799	Guía de acero inox. recubierta de teflón, punta en J, con introductor en extremo distal de 3mm. Medida 0,035" x 70cm. Estéril. Un solo uso.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
3	26	186784	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de silicona, 2 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 24cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, apósito adhesivo y jeringa 10cc. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	27 al 37		CATETERS RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO, SIN ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR GIRATORIO PARA HEMODIALISIS AGUDAS Y GUÍAS NO METALICAS.													
4	27	197492	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	28	197493	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	29	197484	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	30	197485	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	31	197487	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	32	197488	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	33	186785	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 19cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.	KIT												
4	34	186786	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 23cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.	KIT												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR ^(****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN ^(**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO ^(**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS ^(***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR ^(**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
4	35	186787	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 28cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.	KIT												
4	36	210353	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												
4	37	210352	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.	KIT												

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 2 PPT ALBARÀ DE MOSTRES

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	TERÀPIA RENAL CONTINUA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/03

IDENTIFICACIÓ DEL LICITADOR I DE L'OFERTA:		REGISTRE DE MOSTRES	
EMPRESA:		DATA I HORA RECEPCIÓ	
MAIL		SEGELL I SIGNATURA	
		NOM I DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE DEL LICITADOR			
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE	QUANTITAT DE MOSTRES REQUERIDES	QUANTITAT DE MOSTRES PRESENTADES
1	1 al 8		SISTEMA DE TERÀPIES RENALS CONTINUES AMB TOTES LES MODALITATS INCLOENT LA ULTRAFILTRACIÓ AILLADA, PER A MONITORS AMB POSIBILITAT D'ANTICOAGULACIÓ AMB CITRAT DILUIT I SISTEMA D'ELIMINACIÓ DE CO2				
1	1	189538	Solució de bicarbonat líquid, 2mmol / L o 3mmol / L potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox. Estèril.			1	
1	2	189537	Solució de diàlisi, sense calci, per a hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox.			1	
1	3	186850	Solució de bicarbonat líquid, 2mmol / L potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox. Estèril.			1	
1	4	186749	Bossa de recol·lecció de líquid efluent amb connector luer i tub de buidatge. Capacitat 5L. Compatible amb monitor de TCDE. Estèril.			1	

1	5	186747	Kit de hemodiafiltració compost per filtre, línies, bossa d'encebat i bossa de recol·lecció de líquid efluent, superfície 1,5m2, volum d'encebament sanguini 152ml. Compatible amb monitor de TCDE. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			1	
1	6	186821	Línia d'infusió de calci per sistema d'anticoagulació amb citrat, diàmetre aprox. 0,59mm, llargària aprox. 2,5m. Compatible amb equip d'hemodiafiltració.			1	
1	7	212671	Bossa per escalfador de sang de retorn a TCRR, 2 línies de tubs, connector luer, volum de sang extracorpòria 27ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			1	
1	8	212613	Dispositiu per a eliminació extracorpòria de CO2: depurador de superfície 0,8m2, membrana de fibra buida hermètica al plasma, volum d'encebament 84ml, línia de gas llarg 4m, connector per a línia de gas i línies extensió de sang. Estèril. Un sol ús.			1	
2	7 al 18		SISTEMA PER TERÀPIES RENALS CONTINUES. AMB TOTES LES MODALITATS D'HEMODIÀLISIS AMB DIALITZADOR DE TAMANY DE PORUS MIG (a partir 35000 DA) SENSE PERDUA D'ALBÚMINA SIGNIFICATIVA. ANTICOAGULACIÓ AMB CITRAT CONCENTRAT, PER MONITOR AMB CALENTADORS PER A SOLUCIONS DE DIÀLISIS I DE SUBSTITUCIÓ. POSIBILITAT D'ANTICOAGULACIÓ REGIONAL AMB CITRAT CONCENTRAT I REPOSICIÓ MAJORITARIA POSTFILTRE.			1	
2	9	186824	Solució de diàlisi sense calci per hemodiàlisi veno-venosa contínua (CVVHD). Bossa de doble cambra de capacitat aprox. 5L.			1	
2	10	186825	Solució de diàlisi sense calci i amb fosfats per hemodiàlisi veno-venosa contínua (CVVHD). Bossa de doble cambra de capacitat aprox. 5L.			1	
2	11	186851	Solució de bicarbonat líquid (entre 2-4 mol), potassi, per hemodiafiltració contínua. Bossa de 5L aprox.			1	
2	12	186743	Bossa de recol·lecció de líquid efluent amb connector luer-lock i tub de buidatge. Capacitat des de 7L. Compatible amb monitor TCDE en règim de cessió.			1	
2	13	186742	Kit d'hemodiafiltració: filtre amb cribatge des de 35000 daltons, línies, bossa d'encebat, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2, volum d'encebament reduït. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			1	
2	14	186741	Kit d'hemodiafiltració: filtre, línies, bossa d'encebat, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2, volum d'encebament sanguini reduït tractament amb citrat. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			1	

2	15	186823	Solució de citrat tri-sòdic al 4%, anticoagulant per hemodiàlisi contínua. Bossa aprox. fins a 2L.			1	
2	16	186819	Hemo filtre capil·lar de membrana sintètica, superfície de 1,4 m2, d'alta biocompatibilitat, per tècniques contínues de depuració extracorpòria. Estèril per vapor en línia. Un sol ús.			1	
2	17	201801	Kit d'hemodiafiltració: filtre, línies, bossa d'encebament, pinça i adaptador, superfície des de 1,6m2m volum d'encebament sanguini reduït, tractament abm heparina. Compatible amb monitor de TCDE en règim de cessió. Un sol ús. Sense làtex.			1	
2	18	207413	Kit per a l'eliminació del CO2 amb: membrana oxigenadora amb carcassa de policarbonat i fibres buides, línia d'accés i sortida de sang, línia verda amb filtre de gas, superfície des de 1,3m2, vol.sanguini d'encebament reduït. Compatible amb monitor TCDE en règim de cessió.			1	
3	19 al 26		CATETERS RECTES I CORBS, TEMPORALS, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETÀ I/O SILICONA, AMB ORIFICIS LATERALS PER A HEMODIALISIS AGUDES, AFERESIS I TERAPIES CONTINUES. I GUIES AMB PUNTA EN J.			1	
3	19	186775	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radioopac, calibre 11,5Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	
3	20	186776	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	
3	21	186770	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	
3	22	186771	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	
3	23	186768	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	
3	24	186769	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radioopac, calibre 11Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Un sol ús.			1	

3	25	186799	Guia d'acer inox. recoberta de tefló, punta en J, amb introductor en extrem distal de 3mm. Mida 0,035" x 70cm. Estèril. Un sol ús.			1	
3	26	186784	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de silicona, 2 llums, radiopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 24cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, apòsit adhesiu i xeringa 10cc. Estèril. Un sol ús.			1	
4	27 al 37		CATETERS RECTES I CORBS, TEMPORALS, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETÀ, SENSE ORIFICIS LATERALS I ADAPTADOR GIRATORI PER HEMODIALISIS AGUDES I GUIES NO METÀLIQUES.			1	
4	27	197492	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	28	197493	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter corb de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	29	197484	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 15cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	30	197485	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 17,5cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	31	197487	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 20cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	32	197488	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, radiopac, calibre 13Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	33	186785	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 19cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.			1	
4	34	186786	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 23cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.			1	

4	35	186787	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 2 llums, calibre 15,5Fr, llargària aprox. 28cm; agulla i beina introductora, dilatador, tunelitzador, guia en "J", taps d'injecció i apòsit adhesiu. Estèril. Sense làtex.			1	
4	36	210353	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radiopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 17,5cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	
4	37	210352	Kit de catèter hemodiàlisi compost de: catèter recte de PU, 3 llums, radiopac, calibre 13,5Fr, llargària aprox. 25cm; agulla introductora, dilatador, guia en J, taps d'injecció, anell de sutura i adaptador giratori. Estèril. Un sol ús.			1	

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 2 PPT ALBARÁN DE MUESTRAS

*Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.*

TÍTULO EXPEDIENTE:	TERAPIA RENAL CONTINUA						
NÚMERO EXPEDIENTE:	2024/03						

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Y DE LA OFERTA:				REGISTRO DE MUESTRAS			
EMPRESA:				FECHA Y HORA RECEPCIÓN			
MAIL				SELLO Y FIRMA			
				NOMBRE Y DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR			

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO				IDENTIFICACIÓN ARTICULO DEL LICITADOR			
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA ARTÍCULO	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS
1	1 al 8		SISTEMA DE TERAPIAS RENALES CONTÍNUAS CON TODAS LAS MODALIDADES INCLUYENDO LA ULTRAFILTRACIÓN AISLADA, PARA MONITORES CON POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO DILUIDO Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CO2				
1	1	189538	Solución de citrato, anticoagulante, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.			1	
1	2	189537	Solución de diálisis, sin calcio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.			1	
1	3	186850	Solución de bicarbonato líquido, 2mmol/L potasio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox. Estéril.			1	
1	4	186749	Bolsa de recolección de líquido efluente con conector luer y tubo de vaciado. Capacidad 5L. Compatible con monitor de TCDE. Estéril.			1	

1	5	186747	Kit de hemodiafiltración compuesto por filtro, líneas, bolsa de cebado y bolsa de recolección de líquido efluente, superficie 1,5m2, volumen de cebado sanguíneo 152ml. Compatible con monitor de TCDE. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			1	
1	6	186821	Línea de infusión de calcio para sistema de anticoagulación con citrato, diámetro aprox. 0,59mm, longitud aprox. 2,5m. Compatible con equipo de hemodiafiltración.			1	
1	7	212671	Bolsa para calentador de sangre de retorno en TCRR, 2 líneas de tubos, conector luer, volumen de sangre extracorpórea 27ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			1	
1	8	212613	Dispositivo para eliminación extracorpórea de CO2: depurador de superficie 0,8m2, membrana de fibra hueca hermética al plasma, volumen de cebado 84ml, línea de gas long 4m, conector para línea de gas y líneas extensión de sangre. Estéril. Un solo uso			1	
2	7 al 18		SISTEMA PARA TERAPIAS RENALES CONTÍNUAS. CON TODAS LAS MODALIDADES DE HEMODIÁLISIS CON DIALIZADORES DE TAMAÑO DE PORO MEDIO (a partir de 35.000 DA) SIN PERDIDA DE ALBÚMINA SIGNIFICATIVA. ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO CONCENTRADO, PARA MONITOR CON CALENTADORES PARA SOLUCIONES DE DIÁLISIS Y DE SUSTITUCIÓN. POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON CITRATO CONCENTRADO Y REPOSICIÓN MAYORITARIA POSTFILTRO.			1	
2	9	186824	Solución de diálisis sin calcio para hemodiálisis veno-venosa continua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L.			1	
2	10	186825	Solución de diálisis sin calcio y con fosfatos para hemodiálisis veno-venosa continua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L.			1	
2	11	186851	Solución de bicarbonato líquido, (entre 2-4 mol) potasio, para hemodiafiltración continua. Bolsa de 5L aprox.			1	
2	12	186743	Bolsa de recolección de líquido efluente con conector luer-lock y tubo de vaciado. Capacidad desde 7L. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cessió.			1	
2	13	186742	Kit de hemodiafiltración: filtro con cribado desde 35000 daltons, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen d'encebament reducido. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril por vapor en línea. Un solo uso. Sin látex.			1	

2	14	186741	Kit de hemodiafiltración: filtro, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen de cebado sanguíneo reducido, tratamiento con citrato. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			1	
2	15	186823	Solución de citrato tri-sódico al 4%, anticoagulante para hemodiálisis continua. Bolsa aprox. de hasta 2L.			1	
2	16	186819	Hemo filtro capilar de membrana sintética, superficie de 1,4m2, de alta biocompatibilidad, para técnicas continuas de depuración extracorpórea. Estéril por vapor en línea. Un solo uso.			1	
2	17	201801	Kit de hemodiafiltración: filtro, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superficie desde 1,6m2, volumen de cebado sanguíneo reducido, tratamiento con heparina. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			1	
2	18	207413	Kit para la eliminación del CO2 con: membrana oxigenadora con carcasa de policarbonato y fibras huecas, línea de acceso y salida de sangre, línea verde con filtro de gas, superficie desde 1,3m2, vol.sanguíneo de cebado reducido. Compatible con monitor de TCDE, en régimen de cesión.			1	
3	19 al 26		CATÉTERES RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO Y / O SILICONA, CON ORIFICIOS LATERALES PARA HEMODIÁLISIS AGUDAS, AFÉRESIS Y TERAPIAS CONTÍNUAS. Y GUIAS CON PUNTA EN J.			1	
3	19	186775	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11,5Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	
3	20	186776	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	
3	21	186770	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	
3	22	186771	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	
3	23	186768	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	

3	24	186769	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso.			1	
3	25	186799	Guía de acero inox. recubierta de teflón, punta en J, con introductor en extremo distal de 3mm. Medida 0,035" x 70cm. Estéril. Un solo uso.			1	
3	26	186784	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de silicona, 2 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 24cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, apósito adhesivo y jeringa 10cc. Estéril. Un solo uso.			1	
4	27 al 37		CATETERS RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO, SIN ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR GIRATORIO PARA HEMODIALISIS AGUDAS Y GUIAS NO METALICAS.			1	
4	27	197492	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	28	197493	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	29	197484	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	30	197485	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	31	197487	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	32	197488	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	

4	33	186785	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 19cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.			1	
4	34	186786	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 23cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.			1	
4	35	186787	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 28cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex.			1	
4	36	210353	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	
4	37	210352	Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso.			1	

Si tiene problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta contacte con el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.