



Parc Taulí

Consorci Corporació Sanitària

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

Expedient: 24SM0287

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS PER CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 24SM0287

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de sis motors per al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels equips a adquirir.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. En tots els casos s'inclouran tots aquells elements i accessoris que puguin ser necessaris per un correcte funcionament dels equips.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 LOT IN0887 – Motors COT 1:

En aquest lot s'hauran d'incloure tots els elements i quantitats següents:

Motor Modular – 3 unitats

Adaptador brocat AO Ancoratge ràpid – 3 unitats

Adaptador fresat AO ancoratge ràpid – 3 unitats

Adaptador Jacobs perforador amb clau – 3 unitats

Adaptador Kirschner mides 0,7-1,8 mm. Aproximadament – 3 unitats

Adaptador Kirschner mides 2-3,2 mm. Aproximadament – 3 unitats

Adaptador Serra Sagital – 3 unitats

Adaptador de fresat Jacobs amb clau – 3 unitats



Bateria petita esterilitzable ion liti – 4 unitats

Carregador de bateries esterilitzables – 1 unitat

Conjunt de tapa + base de contenidor – 3 unitats

Safata d'esterilització per contenidor – 3 unitats

Característiques mínimes:

Motors Modulars:

- Peça amb doble gatell tipus accelerador que permeti el moviment d'avançament, retrocés i oscil·lació.
- Pes màxim de 600 g.
- Pes màxim de la peça de mà amb bateria de 940 g.
- Mínim IPX8.
- Torque mínim de 16 Nm.
- Velocitat mínima de 1500 rpm.
- Motor canul·lat mínim 4 mm.
- Ha d'admetre els adaptadors descrits a la configuració.
- Ha de permetre el rentat en termodesinfectadora i esterilització en autoclau a 134 °C.
- Soroll no superior a 78 dB.

Adaptadors:

- Adaptador serra sagital de velocitat mínima de 20000 rpm.
- Adaptador AO ràpid de broca canul·lació 4 mm mínim.
- Adaptador Jacob perforador amb clau de diàmetre 6,4 mm aproximadament, canul·lació 5,1 mm mínim.
- Adaptador fresat Jacobs amb clau per broques de 6,5 mm mínim.
- Adaptador AO ancoratge ràpid de fresat.
- Adaptador d'agulles, rang mínim de 0,7 a 1,8 mm.
- Adaptador d'agulles, rang mínim de 2 a 3,2 mm.

Carregador i bateries:

- Bateria petita esterilitzable d'ion liti.
- Cicle de càrrega que no superi els 30 minuts.
- Sense efecte memòria, que no perdi la seva càrrega passats 30 dies.
- Llum indicadora de l'estat de la bateria.



- Carregador que admeti bateries de diferents mides, capaç de carregar bateries grans i petites alhora.
- Carregador amb panell de visualització il·luminat que mostri l'estat del carregador, port i bateria.

Safates i contenidors motors:

- S'han d'incloure les safates i contenidors necessaris per poder esterilitzar els elements inclosos en aquest lot.

Característiques valorables:

Motors Modulars:

- Certificació IPX 9, resistència a la temperatura i a l'entrada de fluids.
- Velocitat de l'adaptador de serra sagital de 25000 rpm com a mínim.
- Torque de 18 Nm com a mínim.
- Sense necessitat de lubricació.

Adaptadors:

- Compatibilitat dels adaptadors amb altres models del mateix fabricant.

Carregador i bateries:

- Carregador amb 6 ports de càrrega com a mínim.
- Carregador inalàmbic per inducció.
- Amb connectivitat dels equips per explotació de dades mitjançant software web.

2.2 LOT IN0888 – MOTORS COT 2:

En aquest lot s'hauran d'incloure tots els elements i quantitats següents:

Motor Modular – 1 unitat

Serra Sagital – 1 unitat

Adaptador Jacobs – 1 unitat

Adaptador Broques – 1 unitat

Adaptador Fresador – 1 unitat



Adaptador Hudson Trinkle – 1 unitat

Introducció de Pins – 1 unitat

Introducció Agulles – 1 unitat

Bateria Motor – 1 unitats

Característiques mínimes:

Motors Modulars i additaments:

- Peça de ma dedicada per escariar i taladrar amb disseny ergonòmic i facilitat d'ús.
- Doble gatell per moviment cap endavant i moviment invers. Ha de permetre també el moviment d'oscil·lació.
- Ha de permetre la neteja inicial de forma manual o en termodesinfectadora i posterior esterilització en autoclau a 134º.
- Peça de ma amb bloqueig de seguretat.

Serra Sagital:

- Peça dedicada de tall en cirurgia ortopèdica.
- Peça de ma d'un sol gatell.
- Ha de permetre la neteja inicial de forma manual o en termodesinfectadora i posterior esterilització en autoclau a 134º.
- Capçal ajustable en com a mínim 8 posicions diferents cada 45º aproximadament.

Bateria:

- Llum indicadora de l'estat de la bateria.
- Bateria de liti.
- Han de permetre un emmagatzemament de 30 dies com a mínim, sense que es produeixi la descarrega.

Característiques valorables:

Motors Modulars i additaments:

- Par Motor mínim de 18,3 NM.
- Amb selector de fresat i *taladro*.
- Certificació IPX 9, resistència a la temperatura i a l'entrada de fluids.
- Sense necessitat de lubricació diària.



Serra Sagital:

- Certificació IPX 9, resistència a la temperatura i a l'entrada de fluids.
- Amb selector de velocitat estàndard i ràpida.
- Sense necessitat de lubricació diària.

Bateria:

- Bateria esterilitzable.

Altres:

- Inclusió de conjunt de tapa i base de contenidor i safata d'esterilització, per poder esterilitzar els elements inclosos en aquest lot.

2.3 LOT IN0993 – MOTORS COT 3:

En aquest lot s'hauran d'incloure tots els elements i quantitats següents:

Motor Modular – 2 unitats

Adaptador d'Ancoratge Ràpid per agulles kirschner – 2 unitats

Adaptador de Serra Oscil·lant – 2 unitats

Adaptador d'Ancoratge Ràpid AO – 2 unitats

Mandril 3 Mordasses – 2 unitats

Adaptador Ancoratge Dental – 2 unitats

Bateria Motor – 4 unitats

Carcassa Bateria Motor – 2 unitats

Carregador Bateria – 1 unitat

Adaptador Carregador Bateria – 2 unitats

Característiques mínimes:

Motors Modulars i additaments:

- Sistema de motor universal petit a piles i/o xarxa per traumatologia, artroscòpia i cirurgia de la mà i el peu.



- Aplicacions traumatologia: fresats, brocats i cargolat en ossos petits.
- El motor ha d'estar format per la unitat de control electrònic i la pila recarregable d'ions de liti.
- Peça de ma fiable i potent, que permeti canviar de forma ràpida i segura els adaptadors. Ha de permetre el control de la velocitat, sentit de gir i el mode oscil·lant.
- Mecanisme senzill de gatell per regulació de velocitat i selecció de modalitat de treball.
- Bateria amb tecnologia ion liti.
- Gran varietat d'opcions: modularitat per traumatologia.
- Par motor de 6 Nm com a mínim.
- Compatible amb tots els adaptadors i instruments específics d'aquest tipus de motor.
- Amplia gamma d'adaptadors que permetin el major rang d'aplicacions.
- Bateria sense efecte memòria.
- Carregador universal per totes les bateries de la mateixa marca.

Característiques valorables:

- Potència mecànica mínima de 100W.
- Pes màxim de 502g.
- Dimensions màximes: 117 x 64 x 181 mm.
- Un sol adaptador per agulles kirschner que abasti l'interval complet de 0,6 a 3,2 mm.
- Llarga vida mitja de la bateria, mínim de 1000 usos i cicles de càrrega.
- Inclusió de conjunt de tapa i base de contenidor i safata d'esterilització, per poder esterilitzar els elements inclosos en aquest lot.

NOTA IMPORTANT, per a tots els lots: S'haurà de marcar/indicar a quina pàgina del document es troba la informació tècnica sol·licitada al plec. La manca de informació sobre les característiques tècniques de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.

2.2 GARANTIA

El període de garantia de l'equip serà de com a mínim 24 mesos.

2.3 INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT I MANTENIMENT



L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament muntats els accessoris corresponents.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada del manteniment preventiu i correctiu de tots els equips subjectes al contracte, durant el període de garantia.

La tipologia del contracte de manteniment serà a TOT RISC, durant el període de garantia. S'haurà de detallar tot el que inclou la garantia d'aquest tipus de contracte.

INTERVENCIONS PREVENTIVES:

El manteniment preventiu dels equips serà d'un mínim de 2 visites anuals. Les visites es faran en dies laborables, *amb acord del servei implicat i del servei de manteniment, previ avís amb un mínim de 7 dies d'antelació. Cada 6 mesos es presentarà un certificat de qualitat de les revisions realitzades, que inclourà el detall de les accions realitzades.

S'hauran de realitzar les revisions anuals que incloguin:

- Comprovació completa de l'aspecte general i neteja.
- Mesures de prevenció (revisions de calibració i ajustaments).
- Canvi de parts de desgast
- Prova de seguretat elèctrica (fuites de corrent).
- Funcions de control
- Proves funcionals
- Medició de flux si s'escau
- Control de tensió d'alimentació
- Control de funcions neumàtiques
- Dades i valors obtinguts en cada prova
- Proves de qualitat



- Informe dels resultats obtinguts
- Altres proves necessàries pel correcte funcionament.

Aquestes proves s'hauran de fer seguint les recomanacions de seguretat i del fabricant amb l'objecte de comprovar el correcte funcionament de l'equip.

El PROGRAMA-CALENDARI de revisions es determinarà de mutu acord amb els serveis tècnics del Servei de Manteniment del CCSPT, sempre a intervals raonablement espaiats dins de cada període anual contractat.

Després de cada manteniment preventiu, l'adjudicatari es compromet a lliurar un informe d'estat general de la màquina especificant les accions realitzades i les peces substituïdes així com les hores invertides en el manteniment.

Després de cada intervenció preventiva el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Si bé en el Manteniment Preventiu el licitador proposarà, segons el seu criteri professional, els serveis concrets de manteniment per a cada element i/o sistema, en el cas del Manteniment Normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent.

INTERVENCIONS CORRECTIVES:

S'hauran de realitzar les necessàries, sense cap límit, per tal de corregir les avaries i els desajustos i/o defectes que es puguin produir.

Caldrà canviar les peces, mecanismes o sistemes defectuosos per a que l'aparell quedi en perfectes condicions d'ús. Tant l'import de la mà d'obra com el dels materials estarà inclòs en aquest contracte.

En cada revisió l'adjudicatari realitzarà els ajustaments, reparacions i substitucions necessàries per a un correcte funcionament de l'equip.

Després de cada intervenció el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Les intervencions correctives tindran una garantia d'un any, com a mínim, per peces i mà d'obra, que serà vàlida també en el cas que hagi finalitzat la vigència d'aquest contracte.



El responsable del Servei de Manteniment del CCSPT establirà si existeix la necessitat de lliurar, periòdicament, el resum d'actuacions realitzades a compte del contracte especificat tals com:

- Número de comunicats d'avaries enviat pel CCSPT.
- Número d'hores utilitzades en cada reparació.
- Recanvis utilitzats en cada reparació.
- Data d'inici i final de la reparació.

SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS:

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en "Contracte".

La substitució de components es pot detectar en un Manteniment Preventiu o pot ésser objecte d'una intervenció correctiva. En ambdós casos queden incloses la mà d'obra i els materials necessaris per a substituir-los.

COBERTURA DE MATERIALS I MÀ D'OBRA:

El contracte inclou el cost de la mà d'obra, dels desplaçaments, i dels material de totes les reparacions correctives i/o de les intervencions derivades de les inspeccions preventives.

INSPECCIONS DE SEGURETAT:

Les necessàries per a mantenir els estàndards de seguretat necessaris.

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS

L'adjudicatari designarà a una persona responsable pels contactes necessaris amb els gestors d'Electromedicina del Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en Contracte. S'inclouen totes les despeses d'enviament de recanvis o equips de préstec.

Cas que el Servei de Manteniment del CCSPT ho requereixi l'adjudicatari haurà de disposar de Centre d'Atenció al Client per a comunicar peticions d'avaries i altres tals com reclamacions. El Centre d'Atenció al Client proporcionarà la informació del Pla d'Intervenció en el temps establert, així com el temps estimat per a que l'equip quedi preparat pel seu funcionament correcte.



L'empresa adjudicatària disposarà dels dispositius necessaris per a que els professionals del CCSPT puguin fer peticions de suport tècnic, ja sigui per via telefònica, mitjançant plataforma web, o amb accés remot des del mateix equip. En aquest últim cas el CCSPT proporcionarà l'accés telemàtic.

Les avaries que puguin produir-se durant el període de validesa del present contracte seran ateses segons la seqüència que es detalla:

- Horari per a comunicar avisos d'incidències: atenció telefònica personalitzada de dilluns a divendres entre les 8 h i les 20 h. Fora d'aquest horari es disposarà d'una bústia a on es puguin registrar els avisos.
- Horari laboral: De les 8 AM de Dilluns a les 8 PM de Divendres. S'exclouen festius. L'horari laboral és el que s'emprà per a mesurar el temps de resposta.
- Temps de resposta: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que el Centre d'Atenció al Client de l'empresa adjudicatària confirma la visita d'un tècnic o soluciona la incidència en remot. El temps de resposta serà inferior a 2 hores d'horari laboral.
- Temps d'atenció presencial: temps que transcorre des de que es comunica un incident fins que es confirma la presència d'un tècnic a la Corporació Parc Taulí. El temps d'atenció presencial serà inferior a 8 hores d'horari laboral.
- Temps màxim de reparació: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que queda totalment solucionada. El temps màxim de reparació serà de 24 hores d'horari laboral. En aquells casos en els quals aquest temps hagi d'ésser superior, l'empresa adjudicatària enviarà un informe al gestor del Servei de Manteniment explicant les actuacions realitzades, informant de la causa de la demora, i quantificant el termini de compromís per a solucionar l'avaría. Si el temps de reparació és supera els tres dies laborables l'adjudicatari proporcionarà un equip de préstec equivalent. L'informe serà avaluat pel Cap del Servei de Manteniment i, en cas necessari, s'aplicaran les condicions de "lucre cessant" corresponents.

Amb la finalitat de minimitzar el temps de reparació, l'adjudicatari haurà de mantenir un estoc de peces a les nostres instal·lacions i instrumental que facilitin i agilitzin la feina dels tècnics en totes les seves intervencions.



Els tècnics de l'empresa adjudicatària acompliran les normes assenyalades pels responsables del Servei de Manteniment del CCSPT en tot moment, i assumiran les necessàries segons les condicions del centre i/o dels pacients i usuaris.

En el cas que hi hagués algun equip que es doni de baixa durant l'execució del contracte, només es rescindirà el contracte d'aquest equip, sense que hi hagi cap altra contraprestació econòmica. Els equips que entrin en estat d'obsolescència o presentin discontinuïtat en la substitució d'alguna de les seves peces rebran el mateix tractament.

MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

MITJANS PERSONALS

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que el seu personal ha estat format pel fabricant dels equips objecte d'aquest contracte. Així mateix ha de justificar documentalment que disposa del personal suficient per a garantir el servei objecte de la contractació.

Aquest personal ha d'anar degudament identificat i es requereix l'autorització dels tècnics del Servei de Manteniment per a substituir-lo en cas de necessitat.

Els operaris han d'anar degudament uniformats amb identificatiu de l'empresa adjudicatària i s'hauran d'acreditar a les oficines dels Serveis Generals del CCSPT sempre que hagin d'accedir a qualsevol recinte del CCSPT.

El personal que desenvolupi qualsevol tipus de feina a les instal·lacions del CCSPT hauran de tenir obligatòriament la documentació de prevenció de riscos laborals introduïda i actualitzada a la plataforma del CCSPT.

MITJANS TÈCNICS

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la maquinària, les eines i els estris necessaris per a dur a terme les tasques objecte d'aquesta contractació.

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que disposa dels recanvis originals del fabricant de la marca.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran d'aportar la documentació següent:

- Documentació acreditativa dels recursos tècnics i humans de que disposa l'empresa.
- Relació del personal de l'equip proposat per a aquest servei degudament documentada.



- Relació de mitjans tècnics que aportarà per a aquest servei: maquinària, eines, etc.
- Relació dels Protocols de Manteniment Preventiu a aplicar a les revisions de cadascun dels equips.
- Calendari “proposta” per a les revisions de cadascun dels equips.
- Manual d’usuari i Manual Tècnic.

Es valorarà la presentació del llistat de preus dels recanvis no inclosos en el contracte i del preu unitari de la mà d’obra.

2.4 FORMACIÓ

L’adjudicatari de la licitació es compromet a realitzar abans de la posada en marxa formació per a l’ús dels equipaments al personal assistencial, en tots els torns de treball de la CCSPT i formació tècnica a l’equip de manteniment per la resolució de possibles incidències i primeres actuacions davant d’avaries. La formació s’ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre.

També farà un acompanyament durant la primera setmana de posada en marxa del nou equipament.

3. TERMINI DE LLIURAMENT

L’entrega de l’equipament s’haurà de realitzar, a partir de la formalització del contracte, prèvia comanda del CCSPT, dintre dels 45 dies naturals posteriors.

4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

L’adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l’activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes de la CCSPT.

L’adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d’organització preventiva així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l’empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L’adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CCSPT.



Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba:

1. Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
2. Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.
3. Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CCSPT).
4. Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p.ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
5. Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari:

1. La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar.
2. Actuació en cas d'emergències als centres del CCSPT.
3. Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.