

ANNEX - 5

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).

5.1 Cessió d'equips

Condicions de la cessió

Licitació article codi ICS 30004770 “Funda per a sonda de termòmetre electrònic, plàstic rígid suau, un sol ús. Compatible amb FILAC 3000 AD o equivalent” del **lot 007**.

Actualment l'adjudicatari d'aquests fungibles cedeix, sense cap cost per als Centres, els equips que es detallen a continuació, en l'apartat “Característiques bàsiques dels equips cedits als centres”.

El nombre aproximat d'unitats què actualment es troben cedits als Centres de l'ICS es detalla a continuació, en l'apartat “Inventari d'equips associats a fungible cedits als centres”.

L'empresa adjudicatària d'aquest lot també serà la responsable del manteniment dels equips instal·lats en els Centres, així com de la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS. També haurà de proporcionar el material necessari en cas de què s'obrin nous centres o noves unitats.

El protocol que els Serveis hauran de complir per a la incorporació d'aquest equipament és el següent:

El responsable de compres del centre o de l'Àrea de gestió serà l'única persona autoritzada per gestionar peticions al proveïdor adjudicatari.

En el cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material i, en el cas que el centre destinatari ho requereixi, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Característiques bàsiques dels equips cedits als centres

Característiques mínimes per l'aparell de cessió codi SAP 30004770	
Termòmetre axil·lar, oral i rectal de ús clínic Pantalla LCD Possibilitat de muntatge a paret Adult i pediàtric Amb compartiment de fundes sonda 20-40 unitats Indicador càrrega de la bateria Temps predicció temperatura oral 2-10 segons Temps predicció temperatura axil·lar 5-15 segons Temps predicció temperatura rectal 10-15 segons Funcionament piles Sonda amb dispositiu d'expulsió funda Interval temperatura 25-45 °C	

Inventari d'equips

L'inventari d'equips que les empreses adjudicatàries hauran de cedir als nostres centres és el següent (aquestes quantitats són aproximades i orientatives):

INVENTARI D'EQUIPAMENT ASSOCIAT A FUNGIBLE INCLÒS A L'EXPEDIENT (Aproximat)											
Descripció Equipament	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	AH08	AP56	GSS Lleida	Totals
Termòmetre electrònic (codi relacionat 30004770)	504		90				4			20	618