

INFORME DE CRITERIS AUTOMÀTICS

Expedient número - 24SM0075Q - CESSIÓ DE BOMBES VOLUMÈTRIQUES, XERINGA I PCA AMB SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE ASSOCIAT

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Empreses presentades			
		Smiths Medical España	Fresenius Kabi España, SA	Icu Medical Productos Farmacéuticos Hospitalarios, SL	B. Braun Medical, SA
BQ-UCI	ÀMBIT CRÍTIC - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES				✓
END01	TCI - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES		✓	✓	
HS01	HOSPITALIZACIÓ - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES		✓		✓
SMB01	FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES PCA	✓			

Aquest informe s'ha fet de nou per la sol·licitud, de Fresenius Kabi, de revisar diferents aspectes dels lots END01 i HS01. Així doncs s'ha procedit a revisar la documentació de nou, els canvis s'indiquen a cada lot.

Sra. Noemí Obregón Gutiérrez
Direcció de l'equip d'Infermeria

Sabadell, datat i signat digitalment

Expedient número	24SM0075Q - CESSIÓ DE BOMBES VOLUMÈTRIQUES, XERINGA I PCA AMB SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE ASSOCIAT
Lot	BQ-UCI - ÀMBIT CRÍTIC - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES

Criteris de valoració	Puntuació màxima	Forma puntuació	Empreses presentades	Motius, si la puntuació no és la màxima.
			B. Braun Medical, SA	
BOMBES (volumètriques i xeringa) (fins a 41 punts)			Puntuació	
Possibilitat de connectar i gestionar diverses bombes, indistintament de xeringa i volumètriques, en un únic peu i cable de connexió.	5	Màxima puntuació al licitador amb un major número de bombes en un únic peu i cable de connexió. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	5,00	
Llibreria de fàrmacs per cada bomba (xeringa)	5	Màxima puntuació al licitador que ofereixi més fàrmacs en la llibreria/biblioteca. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	5,00	
Número de concentracions per fàrmac.	2	Màxima puntuació al licitador que ofereixi un major número de concentracions per fàrmac. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	2,00	
Categories de medicaments	5	Màxima puntuació al licitador que ofereixi la bomba amb més categories de medicaments. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	5,00	
Pes bomba amb bateria inclosa	5	Màxima puntuació al licitador que ofereixi la/es bomba/es amb un pes inferior. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	5,00	
Mode relleu en les bombes de xeringa. (per evitar la interrupció de la teràpia d'infusió durant l'administració de drogues de suport vital)	10	si/no	10,00	
Alarma d'oclusió seleccionable en diferents nivells	2	Màxima puntuació al licitador que ofereixi un major número de nivells. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	2,00	
Alarmes - prealarmes, visuals i auditives.	5	Es valorarà els diferents tipus d'alarmes que disposa la bomba, així com les prealarmes.	5,00	
Dimensions	2	Màxima puntuació a la/es bomba/es de dimensions més reduïda. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	2,00	
FUNGIBLE I EMBALATGE (fins a 9 punts)				
Purgat de l'equip	3	Es valorarà la qualitat del purgat de l'equip	3,00	
Equip d'infusió estandar	2	Es valorarà que tingui sistema de seguretat anti entrada d'aire	2,00	
Xeringa	2	Es valorarà que la lectura de la xeringa sigui fàcilment llegible i nítida.	2,00	
Obertura de l'envàs i identificació	1	Sense força ni trencament, ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques de l'etiquetat: referència, nº lot, producte, caducitat,...	1,00	
Lliure de làtex	1	Que a l'embalatge i figuri lliure de làtex.	1,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)			50,00	

Expedient número	24SM0075Q - CESSIÓ DE BOMBES VOLUMÈTRIQÜES, XERINGA I PCA AMB SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE ASSOCIAT
Lot	END01 - TCI - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES

Criteris de valoració	Puntuació màxima	Forma puntuació	Empreses presentades		Motius, si la puntuació no és la màxima.
			Fresenius Kabi España, SA	Icu Medical Prod Farmac Hosp, SL	
BOMBES (fins a 47 punts)					
2 TCI simultànies	10	si/no	0	0	Fresenius Kabi i Icu Medical - La bomba que presenten no té capacitat de 2 TCI simultànies, és necessari fer ús de dues bombes.
Emmagatzematge protocols	5	Màxima puntuació al licitador que ofereixi més protocols de tractaments emmagatzemables. La resta s'aplicarà fórmula que inversament proporcional resulti	5	2,5	Icu Medica, presenta la meitat de drogues que Fresenius, sent els protocols emmagatzemables també la meitat.
Facilitat d'ús.	1	Es valorarà que sigui intuïtiva, fàcil de programar i personalitzar.	1	1	
	2	Personalització de la infusió per limitar els paràmetres a seleccionar amb l'objectiu de disminuir errors de medicació SI/NO	2	2	
	2	Possibilitat d'establir límits superior i inferior per limitar la infusió. SI/NO	2	2	
	2	Sistema de prevenció d'errors a l'hora d'introduir dades numèriques	0	2	Fresenius Kabi - no introdueix dades numèriques amb teclat digital, utilitza només fletxes per pujar o baixar numèricament, sense sistema de prevenció d'errors.
Pantalla	1	Pantalla de fàcil i ràpida visualització de les característiques principals.	1	1	
	2	Es valorarà que sigui tàctil i a color per a millor identificació de la informació	0	2	Fresenius Kabi - no és tàctil ni color.
	2	Es valorarà accés directe a la informació principal sense necessitat de passar per submenús	2	2	
	2	Es valorarà la presència de CODI de colors per als fàrmacs com a etiquetatge digital.	0	2	Fresenius Kabi - no disposa de codi de colors (monocroma)
Número de drogues amb les que es pot treballar	7	La bomba amb més drogues per treballar obtindrà la màxima puntuació, la resta se'ls aplicarà fórmula inversament proporcional.	7	3,5	ICU Medical - només ofereix 2 drogues per Treballar en TCI (Propofol i RMF) Fresenius ofereix 4 drogues per treballar amb TCI (Propofol, RMF, Sulfentanil i Alfentanil)
Model farmacocinètic Schnider, Marsh, Kataria i Paedfusor per a Propofol Model farmacocinètic Minto per a RMF.	6	La bomba que presenti més models obtindrà la màxima puntuació, la resta s'obté mitjançant fórmula inversament proporcional	6	3	ICU Medical i Fresenius ofereixen tots els models de Propofol i RMF (Kataria, Paedfusor, Marsh, Schnider, Minto). Fresenius ofereix també els models per alfentanil i Sulfentanil.
Canvi de Modalitat d'infusió dins d'un mateix model farmacocinètic	2	Es valorarà la possibilitat de canviar de manera plasma a mode efecte (o TIVA) o a la inversa, sense necessitat de parar la infusió	0	2	Fresenius no permet canvi de modalitat de plasma a efecte una vegada iniciada la infusió
Bateria	1	Es valorarà el temps d'autonomia de la bateria, es donarà la màxima puntuació a la bateria que tingui un major temps d'autonomia i a la resta s'aplicarà la fórmula que inversament proporcional resulti	0,43	1	Bateria Fresenius a 5 ml/h 13 h. Bateria ICU-Medical a 5 ml/h 30 h.
	2	Es valorarà la possibilitat de càrrega de dues bombes amb un únic cable d'alimentació	2	2	
FUNGIBLE I EMBALATGE (fins a 3 punts)			28,43	28	
Xeringa	1	Nitidesa i fàcil lectura de la graduació impresa en la xeringa.	1	1	
Obertura de l'envàs i identificació	1	Sense força ni trencament, ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques de l'etiquetat: referència, nº lot, producte, caducitat,...	1	1	
Lliure de làtex	1	Que a l'embalatge figure lliure de làtex.	1	1	
Valoració Global (màxim 50 punts)			31,43	31	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració			50,00	49,29	

Es modifica la puntuació a l'apartat "accés directe a la informació principal sense necessitat de passar per submenús"
La bomba de Fresenius té accés directe a la informació principal sense necessitat de passar per submenús

Expedient número	24SM0075Q - CESSIÓ DE BOMBES VOLUMÈTRIQVES, XERINGA I PCA AMB SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE ASSOCIAT
Lot	HS01 - HOSPITALIZACIÓ - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES

Criteris de valoració	Puntuació màxima	Forma puntuació	Empreses presentades		Motius, si la puntuació no és la màxima.
			Fresenius Kabi España, SA	B. Braun Medical, SA	
BOMBES (fins a 29 punts)			Puntuació		
Pes	2	Es donarà la màxima puntuació a la bomba amb un menor pes, la resta de bombes obtindran la puntuació que resulti de la fórmula inversament proporcional.	2,00	2,00	Fresenius Kabi- 2 Kg amb suport per penjar a pal de sèrum Braun Medical - 2 Kg amb suport per penjar a pal de sèrum
Programació	10	Es valorarà que sigui molt intuïtiva, senzilla i que s'identifiqui clarament els diferents paràmetres, sense dur a confusió	10,00	10,00	
Autonomia de bateria	3	Es donarà la màxima puntuació a la bomba amb més autonomia de bateria. La resta de bombes obtindran la puntuació que resulti de la fórmula inversament proporcional.	1,50	3,00	Fresenius Kabi- 25 ml/h > 8 hores Braun Medical - 25 ml/h > 16 hores
Alarmes	5	Es valorarà els tipus d'alarmes, visuals i auditives així com que es pugui regular la intensitat del volum	5,00	5,00	
Prealarmes	2	Es valorarà la possibilitat d'eliminar les prealarmes	2,00	2,00	
Intensitat del soroll en funcionament.	4	Infermeria valorarà el soroll de la bomba en funcionament a alta velocitat	3,00	4,00	Com s'indica a l'annex IV per valorar aquest criteri ha estat infermeria qui ha fet la prova fent funcionar la bomba a alta velocitat, la seva percepció és que la bomba de Braun Medical és més silenciosa que la de Fresenius.
Facilitat en la transferència i trasllat	3	Es valorarà la facilitat en les transferències i trasllats de pacients, amb connexió universal als pals de sèrum, llits, lliteres i cadires de rodes.	3,00	3,00	
FUNGIBLE (fins a 16 punts)					
Equip que pugui funcionar com a equip de gravetat. Aquesta característica evita la mobilització de les bombes per l'hospital, facilita els trasllats i el control de les bombes en cada unitat.	4	si/no	4,00	4,00	
Purgat de l'equip	5	Es valorarà la qualitat del purgat de l'equip	5,00	5,00	
Clamp	2	Que doni seguretat i sigui de fàcil manipulació	2,00	2,00	
Punxó	2	Es valorarà la introducció del punxó al sèrum, facilitat en la introducció i retirada.	2,00	2,00	
Col·locació equip	3	Es valorarà la facilitat en la col·locació i extracció de l'equip a la bomba.	3,00	3,00	
EMBALATGE PRIMARI (fins a 5 punts)					
Obertura de l'envàs.	1	Es valorarà que l'obertura de l'embalatge es pugui fer sense força i netament (sense que es trenqui)	1,00	1,00	
Etiquetat	1	Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques de l'etiquetat: referència, nº lot, producte, data caducitat, longitud equip, etc.	1,00	1,00	
Lliure de làtex	1	Es valorarà que a l'embalatge i figuri lliure de làtex.	1,00	1,00	
Volum intralumen	2	Es valorarà que a l'embalatge s'indiqui el volum intralumen de l'equip.	2,00	2,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)			48,10	50,00	

***S'ha modificat la puntuació del pes**

El pes de la bomba de Fresenius porta incorporat l'anclatge a pal de sèrum, s'ha pesat la bomba de Braun amb l'anclatge a pal de sèrum i hem rectificat la puntuació.

Expedient número	24SM0075Q - CESSIÓ DE BOMBES VOLUMÈTRIQUES, XERINGA I PCA AMB SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE ASSOCIAT
Lot	SMB01 - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES PCA

Criteris de valoració	Puntuació màxima	Forma puntuació	Empreses presentades	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
			Smiths Medical España		
BOMBES (fins a 26 punts)					
Facilitat d'ús.	10	Es valorarà que sigui intuïtiva, fàcil de programar i personalitzar.		10,00	
Pantalla	5	Es valorarà la dimensió de la pantalla (grandària) en relació a la bomba, de fàcil visualització, informació que detalla, color configurable segons protocol.		5,00	
Ajustaments de seguretat	6	Es valorarà la personalització de codis segons protocol així com altres funcions de seguretat.		6,00	
Pes	5	Es valorarà amb la màxima puntuació la bomba de menys pes, donant a la resta de licitadors el que resulti de manera inversament proporcional.		5,00	
FUNGIBLE (fins a 21 punts)					
Acoblament del dipòsit a la bomba	6	Es valorarà que quedi completament fixat i bloquejat a la bomba i que es dugui a terme de forma simple, fàcil i ràpid, tant per part del professional, pacient o familiar.		6,00	
Punxó	3	Es valorarà que la connexió a la bossa de medicació es realitzi de forma segura i amb la mínima foça possible.		3,00	
Pinça d'oclusió	3	Es valorarà la correcta oclusió amb el mínim esforç.		3,00	
Colzament	3	Es valorarà que el tub no es colzi		3,00	
Connexions de seguretat	6	Es valorarà que l'equip tingui connexió de seguretat epidural i endovenosa.		6,00	
EMBALATGE (fins a 3 punts)					
Obertura de l'envàs.	1	Es valorarà que l'obertura de l'embalatge es pugui fer sense força i netament (sense que es trenqui)		1,00	
Etiquetat	1	Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques de l'etiquetat: referència, nº lot, producte, data caducitat, longitud equip, etc.		1,00	
Lliure de làtex	1	Es valorarà que a l'embalatge i figuri lliure de làtex.		1,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)				50,00	