

Acte d'obertura de la documentació de valoració automàtica (sobre C) i proposta
d'adjudicació

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris)

Expedient número GSS-2024-310

Procediment de contractació

L'expedient de contractació esmentat s'ha tramitat mitjançant procediment obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre	Nom i cognoms	Càrrec
Presidenta suplent	Lidia Puigdemasa Soto	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal	Tony Ribes Rubio	Coordinador de serveis generals de l'HCP (GSS)
Vocal	Mireia Sala Mur	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal amb funcions d'assessorament jurídic suplent	Marta Vilapriñó Merino	Assessoria Jurídica de l'ICS-GSS Institut Català de la Salut
Vocal amb funcions de control econòmic pressupostari	Núria Sáez Miró	Cap de Finances i Comptabilitat de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Secretària	Carol Amigó Rojo	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 1 de 7

A Lleida, a les 11:30 h del 20 de maig de 2024 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Aquesta mesa té com a finalitat l'obertura del sobre que contenen la documentació tècnica de l'empresa licitadora:

- Aprovar l'informe tècnic sobre el compliment dels requisits i característiques mínimes establerts en el plec de prescripcions tècniques, així com les característiques tècniques avalubables addicionalment amb criteris de judici de valor (apartat 1.1 dels criteris), de data 7 de maig de 2024, signat pel Cap del laboratori d'anàlisis clíniques de l'Hospital Comarcal del Pallars.
- Obrir el sobre C que conté l'oferta tècnica de valoració automàtica.
- Proposar l'oferta per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu el LCSP.

La presentació de l'oferta d'aquest expedient s'ha fet de forma electrònica mitjançant l'eina Sobre Digital de la Plataforma pública de la de contractació de la Generalitat de Catalunya.

S'inclou en l'annex d'aquesta acta el certificat de registre d'obertura del sobre C.

Desenvolupament de la sessió :

S'inicia la sessió i el Cap del laboratori d'anàlisis clíniques de l'Hospital Comarcal del Pallars, exposa l'informe tècnic, signat en data 7 de maig de 2024, en el que es fa constar que l'empresa ROCHE DIAGNOSTICS, SLU compleix amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec i se li assignen 5 punts en els aspectes tècnics avaluable addicionalment amb criteris de judici de valor.

A continuació, es puntuen les valoracions d'acord amb els paràmetres de la Directriu 1/2020 establerts en els criteris d'adjudicació:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1		Fórmula a aplicar per valorar els criteris que assoleixin el llindar corresponent
	Puntuació màxima del criteri P	5,00	
Llindar del criteri	80,00%	4,00	$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$
Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada VT_{mv}	Millor Valoració	5,00	
OFERTES	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT_{op}	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P_{op}	
Roche Diagnostics, SLU	5,00	5,00	5,00



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNOBPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 2 de 7

Seguidament s'obre la documentació del sobre C que conté l'oferta tècnica i l'econòmica subjecte a criteris de valoració automàtica, a les que s'assigna la següent puntuació:

2.1.1 Analitzador de bioquímica amb més de 50 posicions refrigerades per a reactius: **1 punt.**

2.1.2 Reactius preparats per al consum en format casset estanc, sense necessitat de cap manipulació per part de l'usuari. **3 punts.**

2.1.3 Càrrega, identificació i obertura automàtica dels reactius durant la rutina de treball: **2 punts.**

2.1.4 Agitació per ultrasons de la barreja de reacció en el mòdul de bioquímica: **4 punts.**

2.1.5 Processament automàtic de test afegits o proves reflexes, dilucions automàtiques, i repeticions per valors d'alarma (sense intervenció manual). Possibilitat de programar dilucions manuals: **1 punt.**

2.1.6 Detecció automàtica del volum de líquid del tub i de coàguls: **1 punt.**

2.1.7 Calibratge dels mètodes fotomètrics i d'immunoanàlisi amb l'estabilitat més elevada possible i calibratge a dos punts per les tècniques d'immunoanàlisi per a un ús eficient dels reactius: **5 punts.**

2.1.8 Possibilitat de prioritzar el pipeteig de tècniques entre els mòduls de bioquímica i immunoanàlisi: **2 punts.**

2.1.9 Temps de resposta d'obtenció de resultats igual o inferior a 10 minuts per proves urgents, incloent tècniques d'immunoanàlisi com la troponina, tant pels analitzadors de rutina com pels de d'urgències o backup: **4 punts.**

2.1.10 Puntes i cubetes d'un sol ús per les tècniques d'immunoanàlisi per evitar carry over, tant per l'analitzador de rutina com pel d'urgències o backup: **5 punts.**

2.1.11 Tecnologia d'electroquimioluminescència per les tècniques d'immunoanàlisi, tant per l'analitzador de rutina com pel d'urgències o backup: **5 punts.**

2.1.12 Connectivitat bidireccional que permeti la descàrrega electrònica de les aplicacions, dels valors teòrics de control i calibratge i de les actualitzacions del software. Accés a les instruccions dels reactius i lots de calibrador i control (actual i obsolets): **2 punts.**

2.1.13 Possibilitat de connexió remota al software de l'analitzador per part del servei tècnic del proveïdor per realitzar manteniments i comprovacions en cas d'avaria: **2 punts.**

2.1.14 Manteniment dels equips totalment automàtics, programables, e independents dels usuaris: **2 punts.**

2.1.15 Equips modulars per tal de poder-los ampliar si la càrrega de treball ho justifica: **1 punt.**

2.1.16 Entrada i anàlisi preferent de mostres STAT/Urgències en mig de series de mostres de rutina: **1 punt.**



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 3 de 7

2.1.17 Un mínim del 95% dels mètodes oferts pels licitadors per les tècniques d'immunoanàlisi que consten a l'annex 1 han de tenir participació en el programa de garantia externa de la qualitat de la "Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML"(informes any 2022): **1 punt**.

2.1.18 Qualitat analítica: es valorarà aquell licitador que per l'analitzador integrat ofert i per les proves d'immunoanàlisi (excloent la serologia) que consten a l'annex 1 del PPT, tingui el percentatge més alt de mètodes amb coeficient de variació global inferior a la mitjana dels participants en el programa de garantia externa de la qualitat de la "Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML"(Informes any 2022): **2 punts (La resta de licitadors obtindran 0 punts)**.

2 Aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica	2.1 Característiques tècniques avaluables addicionalment (fins a 44 punts)	1.2		2.2 Oferta econòmica (fins a 51 punts)	Puntuació valoració automàtica (fins a 95 punts)
		Oferta econòmica			
		Import licitació sense IVA: 254.905,22 € Import licitació amb IVA: 308.435,32 €			
LICITADOR		Import ofert (sense IVA)	Import ofert (amb IVA)		
Roche Diagnostics, S.L.U	44 punts	227.915,24 €	275.777,43 €	51 punts	95 punts

Es comunica als assistents que es publicarà l'informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre B i l'acta que s'aixequi d'aquesta sessió al Perfil del Contractant de GSS, dins de l'espai corresponent a l'expedient GSS-2024-310.

Es revisen les puntuacions finals que resulten de sumar les puntuacions assignades en els aspectes sotmesos a criteris de judici de valor i els aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica dels criteris d'adjudicació:

LICITADOR	1 Criteris de valoració subjectiva	2.1 Característiques tècniques avaluables	2.2 Oferta econòmica	TOTAL (fins a 100 punts)
	(fins a 5 punts)	(fins a 44 punts)	(fins a 51 punts)	(fins a 100 punts)
Roche Diagnostics, S.L.U	5	44	51	100





Per aquests motius i d'acord amb el procediment establert en els criteris d'adjudicació de l'expedient, els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la proposta següent:

- establir la classificació final de les ofertes d'acord amb el quadre de puntuacions finals establert anteriorment.
- proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador ROCHE DIAGNOSTICS, SL per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP.

Sense més temes per tractar, s'aixeca la sessió a les 11:49 h del 20 de maig de 2024, de la qual s'estén aquesta acta signada per la presidenta suplent i la secretària.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau

LA PRESIDENTA SUPLENT



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 5 de 7



ANNEX

Certificat de registre d'obertura del sobre C

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris)

Expedient número GSS-2024-310



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 6 de 7



Registre d'obertura de sobre

Licitació: GSS-2024-310

Sobre: Sobre C

Data	Acció
14/04/2024 08:00:41	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 14/04/2024 08:00:41.
15/04/2024 08:00:40	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 15/04/2024 08:00:40.
15/04/2024 12:54:54	L'empresa ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 15/04/2024 12:54:54.
20/05/2024 11:04:09	El custodi Carol Amigo Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:04:09 (Credencials aplicades: 1/2).
20/05/2024 11:07:05	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:07:05 (Credencials aplicades: 2/2).
20/05/2024 11:39:14	El custodi Carol Amigo Rojo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:39:14.



Doc. original signat per:
Carol Amigó Rojo 20/05/2024,
Lidia Puigdemasa Soto
20/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BJZO7ZACC4C5IICDNOBPBUXRWM7EO90

Data creació còpia:
20/05/2024 12:27:36

Pàgina 7 de 7