

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).  
Expedient nº: GSS-2024-310  
INFORME VALORACIÓ TÈCNICA CRITERIS SUBJECTIUS - SOBRE "B".

EMPRESA LICITADORA:	Roche Diagnostics, S.L.U.
---------------------	---------------------------

2. Característiques o requisits mínims que han de reunir els reactius i els equips (apartat 2 PPT) Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.	L'empresa licitadora compleix amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.
--	--

3. Característiques tècniques avaluables addicionalment amb criteris de judici de valor (apartat 3 PPT) Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran valorades d'acord amb els criteris d'adjudicació.	VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
<b>Valoració de la funcionalitat de la proposta d'ubicació dels analitzadors, SAIs, aparells de subministrament d'aigua, etc; així com dels accessos a les xarxes elèctrica i informàtica i els desguassos. (fins a 5 punts)</b> (Aquest apartat es valorarà per mitjà de la proposta d'ubicació a la que fa referència l'apartat 6è del document "Acreditacio_PPT" i el document "Criteris_subjectus.pdf")	La proposta del licitador, en el context de l'espai disponible, és adequada per garantir una òptima organització dels circuits de treball. La disposició de l'analitzador integrat al costat de l'analitzador d'immunoanàlisi de backup/ i/o urgències i de l'aparell de subministrament d'aigua permet que el tècnic que ocupa el lloc de treball disposi d'un entorn de treball espaiós i funcional amb fàcil accés als analitzadors, la unitat de control, el seu ordinador i les superfícies de treball. Els accessos a les xarxes elèctrica i informàtica, subministrament d'aigua i desguassos estan molt a prop dels analitzadors ( menys de 1-2 metres) pel que els cablejats i tubuladures externes són mínims. En conseqüència la zona queda neta i endreçada.	5

Signat:-  
Dr. Serra Álvarez  
Càrrec: cap del Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital del Pallars



Doc. original signat per:  
Jordi Serra Álvarez 07/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KGUBD415XC4BI1J0166AIJTTP15Y5U

Data creació còpia:  
08/05/2024 08:03:13

Pàgina 1 de 1