

Número d'expedient:	GSS-2024-310
Tipus:	Subministrament
Procediment:	Obert
Òrgan gestor:	Àrea de contractació conjunta ICS-GSS Unitat de Gestió Econòmica Hospital Universitari Arnau de Vilanova

#### Resolució d'adjudicació

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris)

#### Antecedents

1.- Atesa la necessitat de contractar el subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).

2.- D'acord amb l'Informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre B de data 7 de maig de 2024, emès pel Dr.Jordi Serra, Cap del laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

3.- Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació de data 20 de maig de 2024 (annex 2 d'aquesta resolució), en la qual es proposa:

- La classificació final de les ofertes
- La proposta del licitador ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. (NIF B61503355) com a oferta de millor relació qualitat preu.

4.- Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient GSS-2024-310 mitjançant procediment obert.

#### Fonaments jurídics

**Primer.-** D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

**Segon.-** Vist el que preveu l'article 6 de l'Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i l'acord adoptat pels membre del Consell d'Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019.

#### Resolc

**Primer.** Establir la classificació de les final de les ofertes d'acord amb els criteris d'adjudicació de l'expedient:

Licitador: ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U

Oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració subjectiva: 5 punts  
Oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica: 44 punts  
Oferta econòmica: 51 punts  
Total: 100 punts



**Segon.** Adjudicar la contractació del subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris), a l'empresa ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. (NIF B61503355), durant un període d'un any i mig des de la signatura del contracte i per un import de 227.915,24 € euros sense IVA i de 275.777,43 € euros amb IVA, prorrogable per 2 anys en períodes de 12 mesos, per haver obtingut la màxima puntuació en la classificació final de les ofertes:

LICITADOR	1. Criteris de valoració subjectiva	2.1 Característiques tècniques avaluables	2.2 Oferta econòmica	TOTAL
	(Fins a 5 punts)	(Fins a 44 punts)	(Fins a 51 punts)	(Fins a 100 punts)
Roche Diagnostics,SLU	5	44	51	100

**Tercer.** Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Perfil de contractant de Gestió de Serveis Sanitaris, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

**Quart.** Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, els interessats:

- podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació (previ a la interposició del recurs contenciós administratiu), davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data d'enviament de la notificació o avís de notificació, segons allò establert als articles 44, 50 i la disposició addicional quinzena de la LCSP (l'escrit es podrà presentar al registre de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el en registre del Tribunal de Contractes del Sector Públic, i en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques);
- o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la data d'enviament de la notificació o avís de notificació, segons allò establert a la disposició addicional quinzena de la LCSP i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

Lleida,

Mònica Lopera Arévalo  
Responsable Àrea Economia i Finances  
Gestió de Serveis Sanitaris



Doc. original signat per:  
Mònica Lopera Arévalo  
29/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 30/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D

Data creació còpia:  
30/05/2024 11:29:23

Pàgina 2 de 12

**ANNEX 1**

**Informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre C de data 7 de maig de 2024, emès pel Dr. Jordi Serra, Cap del laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.**



Doc. original signat per:  
Mònica Lopera Arévalo  
29/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 30/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D

Data creació còpia:  
30/05/2024 11:29:23

Pàgina 3 de 12

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris). Expedient nº: GSS-2024-310

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA CRITERIS SUBJECTIUS - SOBRE "B"

EMPRESA LICITADORA:

Roche Diagnostics, S.L.U.

**2. Característiques o requisits mínims que han de reunir els reactius i els equips (apartat 2 PPT)**

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.

L'empresa licitadora compleix amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.

**3. Característiques tècniques avaluable adicionalment amb criteris de judici de valor (apartat 3 PPT)**

Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran valorades d'acord amb els criteris d'adjudicació.

**Valoració de la funcionalitat de la proposta d'ubicació dels analitzadors, SAIs, aparells de subministrament d'aigua, etc; així com dels accessos a les xarxes elèctrica i informàtica i els desguassos, (fins a 5 punts)**  
(Aquest apartat es valorarà per mitjà de la proposta d'ubicació a la que fa referència l'apartat 6è del del document "Acreditacio\_PPT" i el document "Criteris\_sujectius.pdf")



VALORACIÓ



PUNTAUCCIÓ

La proposta del licitador, en el context de l'espai disponible, és adequada per garantir una òptima organització dels circuits de treball.  
La disposició de l'analitzador integrat al costat de l'analitzador d'immunoanàlisi de backup i/o urgències i de l'aparell de subministrament d'aigua permet que el tècnic que ocupa el lloc de treball disposi d'un entorn de treball espaiós i funcional amb fàcil accés als analitzadors, la unitat de control, el seu ordinador i les superfícies de treball.  
Els accessos a les xarxes elèctrica i informàtica, subministrament d'aigua i desguassos estan molt a prop dels analitzadors (menys de 1-2 metres) pel que els cablejats i tubuladures externes són mínims. En conseqüència la zona queda neta i endreçada.

5

Signat:  
Dr. Serra Álvarez  
Càrrec: cap del Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital del Pallars

	Doc. original signat per: Jordi Serra Álvarez 07/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 08/05/2027	Data creació còpia: 08/05/2024 08:03:13
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0KGUBD415XC4B1J0166AIIJTP15Y5U	Pàgina 1 de 1

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	Pàgina 4 de 12

**ANNEX 2**

**Acta de la sessió de la mesa de contractació de 20 de maig de 2024 en la qual es  
fa la proposta d'adjudicació d'aquesta licitació**

**GENERALITAT DE CATALUNYA**



Doc. original signat per:  
Mònica Lopera Arévalo  
29/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 30/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D

Data creació còpia:  
30/05/2024 11:29:23

Pàgina 5 de 12

Acte d'obertura de la documentació de valoració automàtica (sobre C) i proposta d'adjudicació

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris)



Expedient número GSS-2024-310



Procediment de contractació

L'expedient de contractació esmentat s'ha tramitat mitjançant procediment obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre	Nom i cognoms	Càrrec
Presidenta suplent	Lidia Puigdemasa Soto	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal	Tony Ribes Rubio	Coordinador de serveis generals de l'HCP (GSS)
Vocal	Mireia Sala Mur	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal amb funcions d'assessorament jurídic suplent	Marta Vilapriñó Merino	Assessoria Jurídica de l'ICS-GSS Institut Català de la Salut
Vocal amb funcions de control econòmic pressupostari	Núria Sáez Miró	Cap de Finances i Comptabilitat de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Secretària	Carol Amigó Rojo	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut

	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	Pàgina 1 de 7

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	Pàgina 6 de 12

A Lleida, a les 11:30 h del 20 de maig de 2024 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Aquesta mesa té com a finalitat l'obertura del sobre que contenen la documentació tècnica de l'empresa licitadora:

- Aprovar l'informe tècnic sobre el compliment dels requisits i característiques mínimes establerts en el plec de prescripcions tècniques, així com les característiques tècniques avalables addicionalment amb criteris de judici de valor (apartat 1.1 dels criteris), de data 7 de maig de 2024, signat pel Cap del laboratori d'anàlisis clíniques de l'Hospital Comarcal del Pallars.
- Obrir el sobre C que conté l'oferta tècnica de valoració automàtica.
- Proposar l'oferta per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu el LCSP.

La presentació de l'oferta d'aquest expedient s'ha fet de forma electrònica mitjançant l'eina Sobre Digital de la Plataforma pública de la de contractació de la Generalitat de Catalunya.



S'inclou en l'annex d'aquesta acta el certificat de registre d'obertura del sobre C.



**Desenvolupament de la sessió :**

S'inicia la sessió i el Cap del laboratori d'anàlisis clíniques de l'Hospital Comarcal del Pallars, exposa l'informe tècnic, signat en data 7 de maig de 2024, en el que es fa constar que l'empresa ROCHE DIAGNOSTICS, SLU coompleix amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec i se li assignen 5 punts en els aspectes tècnics avalables addicionalment amb criteris de judici de valor.

A continuació, es puntuen les valoracions d'acord amb els paràmetres de la Directriu 1/2020 establerts en els criteris d'adjudicació:



Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1		Fórmula a aplicar per valorar els criteris que assoleixin el llindar corresponent
	Puntuació màxima del criteri	5,00	
Puntuació màxima del criteri P	Puntuació màxima del criteri	5,00	$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$
Llindar del criteri	80,00%	4,00	
Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada VT <sub>mv</sub>	Millor Valoració	5,00	
OFERTES	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT <sub>op</sub>	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P <sub>op</sub>	Sumatori total dels criteris (columna "Puntuació de l'Oferta a Puntuar")
Roche Diagnostics, SLU	5,00	5,00	5,00



	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			Pàgina 2 de 7
		0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			Pàgina 7 de 12
		0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	

Seguidament s'obre la documentació del sobre C que conté l'oferta tècnica i l'econòmica subjecte a criteris de valoració automàtica, a les que s'assigna la següent puntuació:

- 2.1.1 Analitzador de bioquímica amb més de 50 posicions refrigerades per a reactius: **1 punt.**
- 2.1.2 Reactius preparats per al consum en format casset estanc, sense necessitat de cap manipulació per part de l'usuari. **3 punts.**
- 2.1.3 Càrrega, identificació i obertura automàtica dels reactius durant la rutina de treball: **2 punts.**
- 2.1.4 Agitació per ultrasons de la barreja de reacció en el mòdul de bioquímica: **4 punts.**
- 2.1.5 Processament automàtic de test afegits o proves reflexes, dilucions automàtiques, i repeticions per valors d'alarma (sense intervenció manual ). Possibilitat de programar dilucions manuals: **1 punt.**
- 2.1.6 Detecció automàtica del volum de líquid del tub i de coàguls: **1 punt.**
- 2.1.7 Calibratge dels mètodes fotomètrics i d'immunoanàlisi amb l'estabilitat més elevada possible i calibratge a dos punts per les tècniques d'immunoanàlisi per a un ús eficient dels reactius: **5 punts.**
- 2.1.8 Possibilitat de prioritzar el pipeteig de tècniques entre els mòduls de bioquímica i immunoanàlisi: **2 punts.**
- 2.1.9 Temps de resposta d'obtenció de resultats igual o inferior a 10 minuts per proves urgents, incloent tècniques d'immunoanàlisi com la troponina, tant pels analitzadors de rutina com pels de d'urgències o backup: **4 punts.**
- 2.1.10 Puntetes i cubetes d'un sol ús per les tècniques d'immunoanàlisi per evitar carry over, tant per l'analitzador de rutina com pel d'urgències o backup: **5 punts.**
- 2.1.11 Tecnologia d'electroquimioluminescència per les tècniques d'immunoanàlisi, tant per l'analitzador de rutina com pel d'urgències o backup: **5 punts.**
- 2.1.12 Connectivitat bidireccional que permeti la descàrrega electrònica de les aplicacions, dels valors teòrics de control i calibratge i de les actualitzacions del software. Accés a les instruccions dels reactius i lots de calibrador i control (actual i obsolets): **2 punts.**
- 2.1.13 Possibilitat de connexió remota al software de l'analitzador per part del servei tècnic del proveïdor per realitzar manteniments i comprovacions en cas d'avaria: **2 punts.**
- 2.1.14 Manteniment dels equips totalment automàtics, programables, e independents dels usuaris: **2 punts.**
- 2.1.15 Equips modulars per tal de poder-los ampliar si la càrrega de treball ho justifica: **1 punt.**
- 2.1.16 Entrada i anàlisi preferent de mostres STAT/Urgències en mig de series de mostres de rutina: **1 punt.**

	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 3 de 7
			
		0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 8 de 12
			
		0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	



2.1.17 Un mínim del 95% dels mètodes oferts pels licitadors per les tècniques d'immunoanàlisi que consten a l'annex 1 han de tenir participació en el programa de garantia externa de la qualitat de la "Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML"(informes any 2022): **1 punt**.



2.1.18 Qualitat analítica: es valorarà aquell licitador que per l'analitzador integrat ofert i per les proves d'immunoanàlisi (excloent la serologia) que consten a l'annex 1 del PPT, tingui el percentatge més alt de mètodes amb coeficient de variació global inferior a la mitjana dels participants en el programa de garantia externa de la qualitat de la "Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML"(Informes any 2022): **2 punts (La resta de licitadors obtindran 0 punts)**.


2 Aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica	2.1 Característiques tècniques avaluables addicionalment (fins a 44 punts)	1.2		2.2 Oferta econòmica (fins a 51 punts)	Puntuació valoració automàtica (fins a 95 punts)
		Oferta econòmica			
		Import licitació sense IVA: 254.905,22 € Import licitació amb IVA: 308.435,32 €			
LICITADOR		Import ofert (sense IVA)	Import ofert (amb IVA)		
Roche Diagnostics, S.L.U	44 punts	227.915,24 €	275.777,43 €	51 punts	95 punts

Es comunica als assistents que es publicarà l'informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre B i l'acta que s'aixequi d'aquesta sessió al Perfil del Contractant de GSS, dins de l'espai corresponent a l'expedient GSS-2024-310.

Es revisen les puntuacions finals que resulten de sumar les puntuacions assignades en els aspectes sotmesos a criteris de judici de valor i els aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica dels criteris d'adjudicació:

LICITADOR	1 Criteris de valoració subjectiva	2.1 Característiques tècniques avaluables	2.2 Oferta econòmica	TOTAL (fins a 100 punts)
	(fins a 5 punts)	(fins a 44 punts)	(fins a 51 punts)	(fins a 100 punts)
Roche Diagnostics, S.L.U	5	44	51	100

	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BJZ07ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	Pàgina 4 de 7

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	Pàgina 9 de 12

Per aquests motius i d'acord amb el procediment establert en els criteris d'adjudicació de l'expedient, els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la proposta següent:



- establir la classificació final de les ofertes d'acord amb el quadre de puntuacions finals establert anteriorment.
- proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador ROCHE DIAGNOSTICS, SL per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP.


Sense més temes per tractar, s'aixeca la sessió a les 11:49 h del 20 de maig de 2024, de la qual s'estén aquesta acta signada per la presidenta suplent i la secretària.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau

LA PRESIDENTA SUPLENT

	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	Pàgina 5 de 7



	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	Pàgina 10 de 12



ANNEX

Certificat de registre d'obertura del sobre C

Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris)

Expedient número GSS-2024-310



	Doc. original signat per: Carol Amigó Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	Pàgina 6 de 7



	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	Pàgina 11 de 12

Registre d'obertura de sobre

Licitació: GSS-2024-310  
Sobre: Sobre C

Data	Acció
14/04/2024 08:00:41	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 14/04/2024 08:00:41.
15/04/2024 08:00:40	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 15/04/2024 08:00:40.
15/04/2024 12:54:54	L'empresa ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 15/04/2024 12:54:54.
20/05/2024 11:04:09	El custodi Carol Amigo Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:04:09 (Credencials aplicades: 1/2).
20/05/2024 11:07:05	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:07:05 (Credencials aplicades: 2/2).
20/05/2024 11:39:14	El custodi Carol Amigo Rojo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:39:14.

	Doc. original signat per: Carol Amigo Rojo 20/05/2024, Lidia Puigdemasa Soto 20/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 20/05/2027	Data creació còpia: 20/05/2024 12:27:36
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 7 de 7
			
		0BJZO7ZACC4C5IICDNAOPBUXRWM7EO90	

	Doc. original signat per: Mònica Lopera Arévalo 29/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 30/05/2027	Data creació còpia: 30/05/2024 11:29:23
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 12 de 12
			
		0HRN7L834XZECVAXW8F6ELFFFP0KIM3D	