

INFORME ECONÒMIC PROCEDIMENT 24SM0186T - SOLUCIÓ GLOBAL PER A L'OBTENCIÓ D'ÀCIDS NUCLEICS DE L'ÀREA DE GENÈTICA

LOT	DNA - REACTIUS EXTRACCIÓ DNA
------------	-------------------------------------

		Empreses presentades	
		Promega Biotech Ibérica, SL	
Criteris de valoració		Puntuació	Motivació
Oferta tècnica		25,00	
Oferta econòmica (fins a 40 punts)		40,00	36.064,00 €
Maneig de l'equip (fins a 10 punts)	Encesa i posada en marxa de l'equip, de forma ràpida, obtenint en el menor temps possible 16 mostres d'àcid nucleic	10,00	Promega Biotech Ibérica, SL - 45 minuts
Disposa de làmpada ultraviolada integrada o similar per a al descontaminació de les possibles contaminacions (2 punts)	SI - 2 PUNTS NO - 0 PUNTS	2,00	Promega Biotech Ibérica, SL - SI, disposa de làmpada ultraviolada
La capacitat màxima del tub d'elució serà de 0,5 ml (6 punts)	SI - 6 PUNTS NO - 0 PUNTS	6,00	Promega Biotech Ibérica, SL - SI, la capacitat màxima del tub és de 0,5 ml
Durant l'extracció de l'equip no hi ha passos de pipeteig ni dispensació de líquids, per la qual cosa no es produeixen esquitxades ni obstruccions i per tant hi ha menys averies (6 punts)	No hi ha passos de pipeteig ni dispensació de líquids - 6 punts Hi ha passos de pipeteig ni dispensació de líquids - 0 punts	6,00	Promega Biotech Ibérica, SL - No hi ha passos de pipeteig ni dispensació de líquids
Els kits dels reactius presentats a licitació contenen cartutxos individuals d'extracció predispensats i segellats per a mínima manipulació (6 punts)	SI - 6 PUNTS NO - 0 PUNTS	6,00	Promega Biotech Ibérica, SL - Contenen cartutxos individuals d'extracció
Els kits dels reactius presentats a licitació contenen tots els reactius necessaris per a l'extracció (5 punts)	SI - 5 PUNTS NO - 0 PUNTS	5,00	Promega Biotech Ibérica, SL - Els kits contenen tots els reactius necessaris
Valoració Global (màxim 100 punts)		100,00	

Sra. Mar Castiñeira Palou
Cap de Compres

Sabadell, signat i datat digitalment