

<b>EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL ESPECÍFIC PER LA IMPLANTACIÓ DE PLAQUES D'OSTEOSÍNTESI PER A HÚMER PROXIMAL PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b>
	<b>CS/AH01/1101393500/24/PSS</b>

## CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

---

### A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):

La puntuació econòmica màxima serà de 70 punts.

La puntuació màxima d'aquest criteri de 70 punts els rebrà la oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

*Sent:*

**P:** Punts criteri econòmic

**IL:** Import de licitació

**Ov:** Import de l'oferta econòmica a valorar

**Om:** Import de la millor oferta presentada

**Pv:** Punts atorgats a la oferta

**OAB:** Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa

En aplicació del que preveu a l'article 149.2 de la Llei de contractes del sector públic, es considerarà, en principi, com a ofertes anormalment baixes (OAB), les que queden indicades a l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

<b>EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL ESPECÍFIC PER LA IMPLANTACIÓ DE PLAQUES D'OSTEOSÍNTESI PER A HÚMER PROXIMAL PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b>
	<b>CS/AH01/1101393500/24/PSS</b>

**B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE 2):**

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 30 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

	CRITERIS DE VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
<b>B1</b>	Versatilitat anatòmica de les plaques, amb lateralitat dreta / esquerra.	Si = 10 punts No = 0 punts	<b>10</b>
<b>B2</b>	Els cargols cefàlics són extragruixuts antiperforants.	Si = 10 punts No = 0 punts	<b>10</b>
<b>B3</b>	Els components implantables es poden utilitzar en entorns de RMN	Si = 10 punts No = 0 punts	<b>10</b>
<b>TOTAL PUNTUACIÓ</b>			<b>30</b>

Dr. Joan Minguell Monart  
Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  
Hospital Universitari Vall d'Hebron