

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE PER AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE LA INCONTINÈNCIA
URINÀRIA, MALLES INCONTINÈNCIA, ESFÍNTERS I PRÒTESIS DE PENIS I
TESTICULARS, TRACTAMENT PRÒSTATA, VESICURECTAL I MATERIAL
URETEROSCÒPIA PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2024/0000000076

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	4
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	5
3.1.2 DEMOSTRACIÓ	5
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	7
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	9
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	9
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (NO VALORABLE)	9
4.3 OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)	10
5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ	10
5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR	10
5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS	12
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	15
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	16
8 DADES DE CONTACTE	16
9 ANNEXES	18
9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS	18
9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	22
9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA	32

1 ANTECEDENTS

L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible per al tractament quirúrgic de la incontinència urinària, malles incontinència, esfínters i pròtesis de penis i testiculars, tractament pròstata, vesicurectal i material ureteroscòpia per cobrir les necessitats del Servei d'Urologia de l'Institut d'Assistència Sanitària.

Per al lot 9, la licitadora haurà de cedir sense cost econòmic per l'IAS l'aparell generador de radiofreqüència. En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària de cada lot podrà emportar-se l'equipament cedit. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment integral, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi dels equips en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS
LOT 1	IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	92.250,00 €	101.975,50 €
LOT 2	IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	11.952,00 €	13.208,80 €
LOT 3	ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	92.600,00 €	102.388,00 €
LOT 4	ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	12.320,00 €	13.674,10 €
LOT 5	MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA MASCULINA	13.482,00 €	14.830,20 €
LOT 6	SISTEMA PER TRACTAMENT HIPERPLASIA PRÒSTATA	1.500,00 €	1.650,00 €
LOT 7	MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AJUSTABLE	21.072,00 €	23.179,20 €
LOT 8	SUBSTÀNCIA INJECTABLE ANTIREFLUX VESICURETERAL	5.100,00 €	5.676,00 €
LOT 9	SISTEMA TRACTAMENT PRÒSTATA HBP PER INJECCIÓ VAPOR amb cessió del generador	28.000,00 €	33.880,00 €
LOT 10	MATERIAL URETEROSCOPI FLEXIBLE	10.000,00 €	12.100,00 €
LOT 11	ALTRE MATERIAL URETEROSCOPIA	5.220,00 €	6.316,20 €
TOTAL		293.496,00 €	328.878,00 €

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
293.496,00 €	880.488,00 €	10/21 %

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a l'**ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 18 i s.)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	880.488,00 €
Import total amb IVA:	986.634,00 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: **880.488,00 €** (SENSE IVA) (10%/21% IVA)

Pròrrogues: SI. 2 anualitats: **586.992,00 €**

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = **176.097,60 €** €.

Import total VEC = 1.643.577,60 € (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a l'arxiu **Annex 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 22 i s.)** els requisits d'obligat compliment i les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. **Aquest arxiu Excel s'ha de presentar al Sobre B degudament emplenat.**

La no presentació de l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 22 i s.)** o la presentació parcial, així com l'incompliment d'un requisit tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

No es valorarà cap mostra que no contingui la totalitat dels components sol·licitats a l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 22 i s.)**.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre B, l'empresa licitadora presenti el **Certificat del Marcatge CE en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o Reglament EU 2017/745.**

3.1.2 MOSTRES / DEMOSTRACIÓ

Serà **OBLIGATORI que cada licitadora faci una demostració o envii les mostres de tots els articles de cada lot licitat**, juntament amb tots els accessoris que l'integrin i tots els components necessaris pel seu funcionament.

S'indica a la següent taula els lots que es requereix mostra o demostració.

- **Les mostres** han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament. Un cop fetes les valoracions, les mostres que sobrin podran ser retornades en cas de sol·licitar-ho. La recollida i cost del retorn anirà a càrrec de la licitadora.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no enviï les mostres, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

- **La demostració** s'haurà de coordinar amb les persones responsables de cada servei o a qui es delegui per cada lot. **Caldrà sol·licitar dia i hora** al correu electrònic indicat de cada responsable i per cada lot licitat.

Durant la coordinació de la demostració es confirmarà si aquesta es farà a l'Hospital Santa Caterina o a l'Hospital Josep Trueta, donat que l'activitat quirúrgica es fa als dos quiròfans i depenen de la necessitat s'haurà de fer a un hospital o a l'altre.

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració per fer la valoració tècnica i s'haurà d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data s'hagi efectuat la demostració. En el cas que alguna licitadora no efectui la demostració, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

Mostres / Demostracions:

LOT	DESCRIPCIÓ	DEMOSTRACIÓ / MOSTRES	SERVEI	RESPONSABLE
LOT 1	IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	DEMOSTRACIÓ	UROLOGIA	DR. JOSEP COMET BATLLE jcomet.girona.ics@gencat.cat
LOT 2	IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	DEMOSTRACIÓ		
LOT 3	ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	DEMOSTRACIÓ		DR. RAMON DOMINGO: rdomingo.girona.ics@gencat.cat
LOT 4	ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	DEMOSTRACIÓ		

LOT 5	MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA MASCULINA	DEMOSTRACIÓ		DR. ANDRES PONCE: aponce.girona.ics@gencat.cat Posar en còpia a: vicens.lloret.ias@gencat.cat susanna.payet.ias@gencat.cat
LOT 6	SISTEMA PER TRACTAMENT HIPERPLASIA PRÒSTATA	DEMOSTRACIÓ		
LOT 7	MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AJUSTABLE	DEMOSTRACIÓ		
LOT 8	SUBSTÀNCIA INJECTABLE ANTIREFLUX VESICURETERAL	DEMOSTRACIÓ		
LOT 9	SISTEMA TRACTAMENT PRÒSTATA HBP PER INJECCIÓ VAPOR + EQUIP EN CESSIÓ	DEMOSTRACIÓ		
LOT 10	MATERIAL URETEROSCOPI FLEXIBLE	MOSTRES	CONSULTES	ENVIAR A Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).
LOT 11	ALTRE MATERIAL URETEROSCOPIA	MOSTRES	CONSULTES	ENVIAR A Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatari haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment**

del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.

- En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
 5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
 6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
 7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
 8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
 9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.
 10. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà l'equip cedit a l'Hospital de Santa Caterina sense cap més cost addicional, amb tot el material necessari per al seu funcionament immediat, sota les indicacions de la persona responsable que es designi.
 11. També cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament de l'equip subministrat s'ha d'executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris.
 12. L'equip cedit ha de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada.
 13. L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès, en un termini no superior a 48h.
 14. L'empresa adjudicatària haurà de formar al personal assistencial i el personal d'Electromedicina pel correcte ús dels productes adjudicats sense cap cost addicional.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'inclouguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 31 i s.)**.

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (NO VALORABLE)

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació**:

- 1- FITXES TÈCNiques** amb les característiques de cada article ofert i els requisits tècnics específics remarcats.
- 2- Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS.** Caldrà omplir les **fitxes** de l'**annex 2 (pàg. 22 i s.)** per cada lot licitat.
- 3- ACREDITACIÓ / DECLARACIÓ DE LA NORMATIVA REQUERIDA.**
- 4- COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades o de la demostració efectuada, segons s'escaigui.

Tots els requisits tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 32 i s.)**, degudament signada.

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

La puntuació màxima d'aquest criteri serà:

40 punts pels lots 1, 2, 3, 4

50 punts pels lots 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

LOTS: 1, 2, 3, 4 – MÀXIM 40 PUNTS

criteri 1 – Màxim 10 punts

Es valorarà l'**ergonomia** del conjunt de l'implant /malla que permeti una correcta actuació en el moment d'ús del producte.

criteri 2 – Màxim 10 punts

Es valorarà la **facilitat d'ús** del producte en el seu conjunt amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

criteri 3 – Màxim 10 punts

Es valorarà la **qualitat i el comportament** del material en el seu conjunt, especialment la rigidesa / flexibilitat / elasticitat / estabilitat / resistència, segons s'escaigui.

criteri 4 – Màxim 10 punts

Es valorarà l'**envasat i la distribució i presentació** del material que permeti una fàcil i ràpida disposició del producte al camp estèril.

LOTS: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – MÀXIM 50 PUNTS

criteri 1 – Màxim 10 punts:

Es valorarà la **facilitat d'ús** del producte en el seu conjunt amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

criteri 2 – Màxim 10 punts:

Es valorarà la **funcionalitat i l'efectivitat** del producte per tal que compleixi amb els requisits i especificacions definides de manera efectiva i eficient.

criteri 3 – Màxim 10 punts:

Es valorarà l'**ergonomia** del producte tenint en compte diversos aspectes relacionats amb el seu disseny i ús, amb l'objectiu d'assegurar que sigui còmode i eficient per a les persones que l'utilitzen.

Criteri 4 – Màxim 10 punts:

Es valorarà la **qualitat i el comportament** de material en el seu conjunt.

Criteri 5 – Màxim 10 punts:

Es valorarà l'**envasat i la distribució i presentació del** material que permeti una fàcil i ràpida identificació i extracció del producte.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la “Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica” de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S’aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada

Segons l’article 3 d’aquesta directriu, s’aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2**- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L’efecte d’aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS

Proposta econòmica (ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 32 i s.)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l’aplicació dels següents criteris de valoració:

PER ALS LOTS 1, 2, 3, 4 : MÀXIM 60 PUNTS

1. PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 45 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) * 5$$

O_n :

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

3. VARIABILITAT DE MIDES. MÀXIM 10 PUNTS

Es valorarà el major nombre de referències, mides o rangs presentats, per oferir més opcions segons les característiques del pacient. És valorarà el major número de referències proporcionades. Caldrà presentar al sobre C, la documentació que acrediti aquest criteri. La no aportació de la documentació acreditativa, suposarà una valoració de 0 punts.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 10 punts, baremats de la següent manera:

- L'oferta amb més variabilitat presentada obtindrà la màxima puntuació de **10 punts**.
- Les restants propostes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*10$$

On:

Ox: número de mides ofertes

Oe: oferta amb número de mides més alta

PER ALS LOTS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : MÀXIM 50 PUNTS

1. PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 45 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l' Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent,

etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'emballatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

VICENS LLORET ALBA - DNI
40429761Q (TCAT)

Signat digitalment
per VICENS
LLORET ALBA - DNI
40429761Q (TCAT)
Data: 2024.05.16
13:09:22 +02'00'

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 16 de maig de 2024

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ESTIMADA CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud amb recobriment d'antibiòtic. Format per:							
1	5441	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic, varies mides.	9	7.600,00 €	68.400,00 €	10%	75.240,00 €
	5442	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	10	245,00 €	2.450,00 €	21%	2.964,50 €
	5443	Reservori amb capacitat d'omplir els dos cilindres, varies mides.	10	980,00 €	9.800,00 €	10%	10.780,00 €
	5444	2 cilindres Ø reduït amb bomba, mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic i els seus extensors corresponents. Varies mides.	1	7.600,00 €	7.600,00 €	10%	8.360,00 €
	5445	Extensors, varies mides	10	190,00 €	1.900,00 €	10%	2.090,00 €
	5409	Retractor tipus scott.	10	210,00 €	2.100,00 €	21%	2.541,00 €
				TOTAL LOT 1	92.250,00 €		101.975,50 €
LOT 2 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud sense recobriment d'antibiòtic. Format per:							
2	5446	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació sense recobriment d'antibiòtic.	2	1.950,00 €	3.900,00 €	10%	4.290,00 €

	5447	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	2	280,00 €	560,00 €	21%	677,60 €
	5448	Baló de dipòsit de baix perfil amb capacitat d'omplir els dos cilindres.	2	1.180,00 €	2.360,00 €	10%	2.596,00 €
	5449	Cilindre estret sense recobriment d'antibiòtic.	2	2.565,00 €	5.130,00 €	10%	5.643,00 €
	5450	Extensors	2	1,00 €	2,00 €	10%	2,20 €
				TOTAL LOT 2	11.952,00 €		13.208,80 €
LOT 3 - ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
		Esfinter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:					
	5406	Manegot. Vàries mides.	10	1.380,00 €	13.800,00 €	10%	15.180,00 €
	5407	Baló regulador de pressió, vàries mides.	10	1.700,00 €	17.000,00 €	10%	18.700,00 €
	5408	Bomba de control d'implant escrotal.	10	5.700,00 €	57.000,00 €	10%	62.700,00 €
	5409	Retractor tipus scott.	10	210,00 €	2.100,00 €	21%	2.541,00 €
	5410	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	10	270,00 €	2.700,00 €	21%	3.267,00 €
				TOTAL LOT 3	92.600,00 €		102.388,00 €
LOT 4 - ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
		Esfinter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Sense cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:					
	5451	Manegot. Vàries mides.	2	2.000,00 €	4.000,00 €	10%	4.400,00 €
	5452	Baló regulador de pressió, vàries mides.	2	1.220,00 €	2.440,00 €	10%	2.684,00 €
	5453	Bomba de control d'implant escrotal.	2	2.385,00 €	4.770,00 €	10%	5.247,00 €
	5454	Retractor tipus scott.	2	270,00 €	540,00 €	21%	653,40 €
	5455	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	2	285,00 €	570,00 €	21%	689,70 €
				TOTAL LOT 4	12.320,00 €		13.674,10 €
LOT 5 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA MASCULINA							
5	54575	Sistema ajustable transobturador amb port escrotal per IUE masculina. Sistema hidràulic ajustable per tractament d'incontinència urinària masculina d'esforç per cabestrell. Tots els components sense làtex i compatibles amb la prova de ressonància magnètica.	3	4.494,00 €	13.482,00 €	10%	14.830,20 €

					TOTAL LOT 5	13.482,00 €		14.830,20 €
LOT 6 - SISTEMA PER TRACTAMENT HIPERPLASIA PRÒSTATA								
6	54675	Sistema implants permanents per zona anterior uretra prostàtica	3	500,00 €	1.500,00 €	10%		1.650,00 €
					TOTAL LOT 6	1.500,00 €		1.650,00 €
LOT 7 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AJUSTABLE								
7	54371	Malla incontinència urinària femenina ajustable	3	1.236,00 €	3.708,00 €	10%		4.078,80 €
	54676	Malla incontinència urinària masculina ajustable	7	2.290,00 €	16.030,00 €	10%		17.633,00 €
	54677	KIT reajustament malla incontinènica ajustable femenina	2	247,00 €	494,00 €	10%		543,40 €
	54678	KIT reajustament malla incontinènica ajustable masculina	2	420,00 €	840,00 €	10%		924,00 €
					TOTAL LOT 7	21.072,00 €		23.179,20 €
LOT 8 - SUBSTÀNCIA INJECTABLE ANTIREFLUX VESICURETERAL								
8	54572	Gel injectable tractament mínimament invasiu reflux vesicoureteral.	10	450,00 €	4.500,00 €	10%		4.950,00 €
	54573	Agulla administració gel injectable.	10	60,00 €	600,00 €	21%		726,00 €
					TOTAL LOT 8	5.100,00 €		5.676,00 €
LOT 9 - SISTEMA TRACTAMENT PRÒSTATA HBP PER INJECCIÓ VAPOR								
9	54679	KIT dispositiu d'injecció de vapor d'aigua per hiperplàsia o hipertrofia benigna de pròstata	20	1.400,00 €	28.000,00 €	21%		33.880,00 €
	00000	CESSIÓ ÚS Generador radiofreqüència per convertir aigua en vapor		CESSIÓ	0 €			0 €
					TOTAL LOT 9	28.000,00 €		33.880,00 €
LOT 10 - MATERIAL URETEROSCOPI FLEXIBLE								
10	53117	Guia urològica nitinol amb punta hidròfila	200	50,00 €	10.000,00 €	21%		12.100,00 €
					TOTAL LOT 10	10.000,00 €		12.100,00 €
LOT 11 - ALTRE MATERIAL URETEROSCOPIA								
11	54421	Sistema irrigació per ureteroscòpia	60	69,00 €	4.140,00 €	21%		5.009,40 €
	53120	Catèter uretral punta flexible	60	18,00 €	1.080,00 €	21%		1.306,80 €
					TOTAL LOT 11	5.220,00 €		6.316,20 €

TOTAL EXPEDIENT 1 ANUALITAT					293.496,00 €		328.878,00 €

9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA, MALLES INCONTINÈNCIA, ESFÍNTERS I PRÒTESIS DE PENIS I TESTICULARS, TRACTAMENT PRÒSTATA, VESICURECTAL I MATERIAL URETEROSCÒPIA

LOT 1 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC	Nom licitadora:		
	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud amb recobriment d'antibiòtic. Format per:			
5441	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic, varies mides.		
5442	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de		

	l'implant.			
5443	Reservori amb capacitat d'omplir els dos cilindres, vàries mides.			
5444	2 cilindres Ø reduït amb bomba, mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic i els seus extensors corresponents. Vàries mides.			
5445	Extensors, vàries mides			
5409	Retractor tipus scott.			

LOT 2 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud sense recobriment d'antibiòtic. Format per:				
5446	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació sense recobriment d'antibiòtic.			
5447	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.			
5448	Baló de dipòsit de baix perfil amb capacitat d'omplir els dos cilindres.			
5449	Cilindre estret sense recobriment d'antibiòtic.			

5450	Extensors.			
------	------------	--	--	--

LOT 3 - ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
Esfínter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:				
5406	Manegot. Vàries mides.			
5407	Baló regulador de pressió, vàries mides.			
5408	Bomba de control d'implant escrotal.			
5409	Retractor tipus scott.			
5410	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.			

LOT 4 - ESFÍNTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC		Nom licitadora:		
		Referència	Descripció general licitadora:	

		licitadora:		
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
Esfínter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Sense cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:				
5451	Manegot. Vàries mides.			
5452	Baló regulador de pressió, vàries mides.			
5453	Bomba de control d'implant escrotal.			
5454	Retractor tipus scott.			
5455	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.			

LOT 5 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA MASCULINA		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador

54575	Sistema ajustable transobturador amb port escrotal per IUE masculina. Sistema hidràulic ajustable per tractament d'incontinència urinària masculina d'esforç per cabestrell. Tots els components sense làtex i compatibles amb la prova de ressonància magnètica.			
	Malla de PP monofilar amb coixinet integrat al centre de la malla.			
	Port que es connecta al coixinet mitjançant un catèter.			
	Tub connector.			
	Agulla tunelitzadora.			

LOT 6 - SISTEMA PER TRACTAMENT HIPERPLASIA PRÒSTATA		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
54675	Sistema d'implants permanents a mode d'àncores, que es col·loquen, mitjançant procediment de cistoscòpia, a la zona anterior de la uretra prostàtica, aixafant el lòbul prostàtic sobre la càpsula prostàtica.			
	Implant amb extrems metàl·lics de acer inoxidable i Nitinol en una sutura PET.			

Dispositiu de col·locació transuretral mitjançant una beina rígida.			
Col·locació amb visió directa.			
Compost per una òptica de 2,9 mm, 0º i 36cm, aprox., un introductor de 20F i un obturador visual.			

LOT 7 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AJUSTABLE		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
54371	Malla incontinència urinària femenina ajustable. Malla per la incontinència urinària femenina amb sistema d'ajustament mecànic per regular el nivell de continència de la pacient de per vida. - sistema tensor - manipulador de titani gir 360º que amb el gir incrementa o disminueix el nivell del suport de la malla - malla de monofilament de PP i PVDF de 1,5x3,2cm aprox. amb fils de tracció - tornavís i desacobrador d'acer inoxidable - agulles retropúbiques d'un sol ús, amb ranures tancades i ovalades de 230x3,5mm.			

54676	Malla per la incontinència urinària masculina amb sistema d'ajustament mecànic per regular el nivell de continència del pacient de per vida. - sistema tensor - placa base de titani - malla de monofilament de PP i PVDF de 1,8x3,3 cm aprox. - fils tensors de la malla - manipulador gir 360º que amb el gir incrementa o disminueix el nivell del suport de la malla - tornavís i desacobladors d'acer inoxidable - agulles retropúbiques d'un sol ús, amb ranures circulars de 280x5mm.			
54677	Kit de reajustament post-operatori del nivell de suport uretral de la malla d'incontinència urinària femenina ajustable. Format per un manipulador amb punta de titani i dos tornavisos. Estèril. Un sol ús.			
54678	Kit de reajustament post-operatori del nivell de suport uretral de la malla d'incontinència urinària masculina ajustable. Format per un manipulador amb punta de titani i dos tornavisos. Estèril. Un sol ús.			

LOT 8 - SUBSTÀNCIA INJECTABLE ANTIREFLUX VESICURETERAL	Nom licitadora:		
	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment	Especificacions del producte ofert pel licitador

			del requisit sol·licitat	
54572	Gel injectable a la submucosa de la uretra, la bufeta i la uretra distal, per tractament mínimament invasiu pel reflux vesicoureteral (RVU). Gel format per 15 mg d'àcid hialurònic estabilitzat no animal (NASHA) biodegradable, 50 mg de microesferes de dextranòmer i solució fisiològica de clorur de sodi c.s. Gel d'implant biocompatible de textura viscosa i estèril. Presentat en xeringa de vidre amb 1ml de gel			
54573	Agulla d'acer inoxidable per l'administració del gel viscos de 21G a 23G Amb marques per determinar la profunditat i la orientació del bisell.			

LOT 9 - SISTEMA TRACTAMENT PRÒSTATA HBP PER INJECCIÓ VAPOR	Nom licitadora:		
	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador

54679	Kit dispositiu d'introducció d'injecció de vapor d'aigua per hiperplàsia o hipertrofia benigna de pròstata. El kit està format per:- dispositiu d'introducció estèril amb cable de connexió al generador.- xeringa i punta estèril.- adaptador espiga. - via d'aigua estèril de 50ml aprox. Un sol ús. Estèril.			
	Generador per convertir l'aigua en vapor en el dispositiu d'introducció. Amb cessió ús. Amb bomba d'irrigació salina. Portàtil i amb cable d'alimentació. Ha de monitoritzar l'estat del tractament i la seguretat durant el procediment.			

LOT 10 - MATERIAL URETEROSCOPI FLEXIBLE		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
53117	Guia urològica per catèters terapèutics i de diagnòstic.			
	De nitinol amb punta hidròfila i revestiment hidròfil.			
	Punta recta d'uretè de 5 cm aprox.			
	Mides: 0,89mmx150cm aprox.			

Sense làtex. Estèril.			
-----------------------	--	--	--

LOT 11 - ALTRE MATERIAL URETEROSCOPIA		Nom licitadora:		
		Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
		Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
54421	Sistema d'irrigació per ureteroscòpia format per: - bomba manual de vàlvula doble. - connector en Y. - dos segments tubulars. - adaptador Luer-Lock en la part proximal. - pinça d'obertura i tancament per al control de fluids. Biocompatible. Un sol ús. Sense làtex.			
53120	Catèter ureteral de 70cm amb punta oberta de 5FR. Punta flexible de 6mm atraumàtica i amb lumen que permeti el pas de guies de 0,038 polzades. Ha d'incloure connector Luer-Lock.			

9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA

Nom licitadora: _____
Adreça de correu electrònic concursos: _____
Lot licitat: _____

El/la Sr./Sra.....amb residència a.....al carrer.....número..... i amb NIF, declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per **l'import total (TRES anualitats) de..... €** (xifra en lletres i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació..... %.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

Imports oferta amb dos decimals

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ESTIMADA CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud amb recobriment d'antibiòtic. Format per:							
1	5441	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic, varies mides.	9	7.600,00 €	€	%	€
	5442	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	10	245,00 €	€	%	€
	5443	Reservori amb capacitat d'omplir els dos cilindres, varies mides.	10	980,00 €	€	%	€
	5444	2 cilindres Ø reduït amb bomba, mecanisme d'activació i desactivació amb recobriment d'antibiòtic i els seus extensors corresponents. Varies mides.	1	7.600,00 €	€	%	€
	5445	Extensors, varies mides	10	190,00 €	€	%	€
	5409	Retractor tipus scott.	10	210,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 1	€		€
LOT 2 - IMPLANT PENIS HIDRÀULIC 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
Implant de penis hidràulic de 3 components d'expansió en gruix i en longitud sense recobriment d'antibiòtic. Format per:							
2	5446	2 cilindres amb bomba i mecanisme d'activació i desactivació sense recobriment d'antibiòtic.	2	1.950,00 €	€	%	€
	5447	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	2	280,00 €	€	%	€
	5448	Baló de dipòsit de baix perfil amb capacitat d'omplir els dos cilindres.	2	1.180,00 €	€	%	€
	5449	Cilindre estret sense recobriment d'antibiòtic.	2	2.565,00 €	€	%	€
	5450	Extensors	2	1,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 2	€		€
LOT 3 - ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS AMB RECOBRIMENT							

D'ANTIBIÒTIC							
3	Esfínter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:						
	5406	Manegot. Vàries mides.	10	1.380,00 €	€	%	€
	5407	Baló regulador de pressió, vàries mides.	10	1.700,00 €	€	%	€
	5408	Bomba de control d'implant escrotal.	10	5.700,00 €	€	%	€
	5409	Retractor tipus scott.	10	210,00 €	€	%	€
	5410	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	10	270,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 3	€		€
LOT 4 - ESFINTER CONTINÈNCIA URINÀRIA 3 COMPONENTS SENSE RECOBRIMENT D'ANTIBIÒTIC							
4	Esfínter de continència urinària de 3 components de silicona amb mecanisme hidràulic. Sense cobertura antibiòtica sobre el dispositiu. Format per:						
	5451	Manegot. Vàries mides.	2	2.000,00 €	€	%	€
	5452	Baló regulador de pressió, vàries mides.	2	1.220,00 €	€	%	€
	5453	Bomba de control d'implant escrotal.	2	2.385,00 €	€	%	€
	5454	Retractor tipus scott.	2	270,00 €	€	%	€
	5455	kit accessoris de muntatge per la col·locació i muntatge de l'implant.	2	285,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 4	€		€
LOT 5 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA MASCULINA							
5	54575	Sistema ajustable transobturador amb port escrotal per IUE masculina. Sistema hidràulic ajustable per tractament d'incontinència urinària masculina d'esforç per cabestrell. Tots els components sense làtex i compatibles amb la prova de ressonància magnètica.	3	4.494,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 5	€		€
LOT 6 - SISTEMA PER TRACTAMENT HIPERPLASIA PRÒSTATA							
6	54675	Sistema implants permanents per zona anterior uretra prostàtica	3	500,00 €	€	%	€

				TOTAL LOT 6	€		€
LOT 7 - MALLA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AJUSTABLE							
7	54371	Malla incontinència urinària femenina ajustable	3	1.236,00 €	€	%	€
	54676	Malla incontinència urinària masculina ajustable	7	2.290,00 €	€	%	€
	54677	KIT reajustament malla incontinènica ajustable femenina	2	247,00 €	€	%	€
	54678	KIT reajustament malla incontinènica ajustable masculina	2	420,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 7	€		€
LOT 8 - SUBSTÀNCIA INJECTABLE ANTIREFLUX VESICURETERAL							
8	54572	Gel injectable tractament mínimament invasiu reflux vesicoureteral.	10	450,00 €	€	%	€
	54573	Agulla administració gel injectable.	10	60,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 8	€		€
LOT 9 - SISTEMA TRACTAMENT PRÒSTATA HBP PER INJECCIÓ VAPOR							
9	54679	KIT dispositiu d'injecció de vapor d'aigua per hiperplàsia o hipertrofia benigna de pròstata	20	1.400,00 €	€	%	€
	00000	CESSIÓ ÚS Generador radiofreqüència per convertir aigua en vapor		CESSIÓ		%	
				TOTAL LOT 9	€		€
LOT 10 - MATERIAL URETEROSCOPI FLEXIBLE							
10	53117	Guia urològica nitinol amb punta hidròfila	200	50,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 10	€		€
LOT 11 - ALTRE MATERIAL URETEROSCOPIA							
11	54421	Sistema irrigació per ureteroscòpia	60	69,00 €	€	%	€
	53120	Catèter uretral punta flexible	60	18,00 €	€	%	€
				TOTAL LOT 11	€		€