

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE VINCULAT A DIVERSOS APARELLS MÈDICS I
SOFTWARES (7), PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2024/0000000084

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUSPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	5
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS	5
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	38
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	39
4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	39
4.2. DOCUMENTACIÓ TECNICA.	39
4.3. OFERTA ECONÒMICA.	40
5 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT	40
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	41
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	42
8 DADES DE CONTACTE	43
9 ANNEXES	
9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS	44
9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA I RÀPEL	52

1 ANTECEDENTS

L'**Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis socio-sanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

A/ L'objecte del present expedient és l'adquisició del material fungible necessari pel subministrament de diversos aparells mèdics i softwares vinculats a un únic proveïdor per tal de poder cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària. El detall de cada lot amb el seu objecte i els requeriments tècnics del material fungible associat és al punt 3.1 del present Plec de Prescripcions Tècniques a la pàg. 5.

La contractació és per procediment negociat sense publicitat. Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	TOTAL SENSE IVA 1 ANUALITAT	TOTAL SENSE IVA 3 ANUALITATS	% IVA
1	MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE ARTROSCÒPIA 4K I EL MOTOR	34.932,40 €	104.797,20 €	21%
2	MATERIAL FUNGIBLE PEL MICROSCOPI LEICA	2.166,00 €	6.498,00 €	21%
3	MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 5000	21.599,70 €	64.799,10 €	21%
4	MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 3500	14.850,00 €	44.550,00 €	21%
5	MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES	1.020,43 €	3.061,29 €	21%
6	MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA MODEL GIRFFAE	934,00 €	2.802,000 €	21%
7	MATERIAL FUNGIBLE PER TRAQUEOSTOMIA I ALT FLUX	51.560,00 €	154.680,00 €	21%
8	MATERIAL FUNGIBLE PER TONÒMETRE MARCA REICHERT	648,00 €	1.944,00 €	21%
9	MATERIAL FUNGIBLE PER DEFIBRIL-LADOR CORPULS	2.849,40 €	8.548,20 €	21%
10	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR TRILOGY 202	44.341,55 €	133.024,65 €	21%
11	MATERIAL FUNGIBLE PER TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K	96.799,30 €	290.397,90 €	21%
12	MATERIAL FUNGIBLE PER GENERADOR CELON ELITE	34.420,00 €	103.260,00 €	21%

13	MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT	5.549,00 €	16.647,00 €	21%
14	MATERIAL FUNGIBLE PER EQUIP DE MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS TRUWAVE	15.390,00 €	46.170,00 €	21%
15	MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPIES	10.944,00 €	32.832,00 €	21%
16	MATERIAL FUNGIBLE PER LA BOMBA EPIDURAL	17.669,28 €	53.007,83 €	21%
17	MATERIAL FUNGIBLE PER EXTRACTOR DE LLET ELÈCTRIC	3.348,80 €	10.046,40 €	21%
18	MATERIAL FUNGIBLE PER MOTOR ADEOR	6.935,00 €	20.805,00 €	21%
19	MATERIAL FUNGIBLE PER L'APARELL LASER CO2	8.734,24 €	26.202,72 €	21%
20	MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOPI C-MAC	15.216,00 €	45.648,00 €	21%
21	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS MINDRAY	16.762,40 €	50.287,20 €	21%
22	MATERIAL FUNGIBLE PER TORRES D'ENDOSCÒPIA	11.917,50 €	35.752,50 €	21%
23	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW	2.660,00 €	7.980,00 €	21%
24	MATERIAL FUNGIBLE PER DESINFECTADORS D'ESTERILITZACIÓ	25.875,00 €	77.625,00 €	21%
25	MATERIAL FUNGIBLE PER ELECTROENCEFALOGRAMA MODEL V32	8.461,65 €	25.384,95 €	21%
26	MATERIAL FUNGIBLE PER LES BOMBES D'INFUSIÓ	5.587,50 €	16.762,50 €	21%
TOTAL		461.171,15 €	1.383.513,45 €	

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a l'**ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 44 i s.)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	1.383.513,45 €
Import total amb IVA:	1.674.051,27 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: **1.383.513,45 €** (SENSE IVA) (21% IVA) 3 ANYS.

Pròrrogues: SI.= 461.171,15 € + 461.171,15 € = **922.342,30 €**

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = **276.702,69 €**

Import total VEC = 1.383.513,45 € + 922.342,30 € + 276.702,69 € = 2.582.558,44 € (21% SENSE IVA)

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs serà de **TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE D'ARTROSCÒPIA 4K I EL MOTOR

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Traumatologia d'una torre d'artroscòpia 4k de la casa STRYKER, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**

Comprat amb l'expedient CONTR/2023/000000034



OBJECTE LOT 1

L'objecte del lot 1 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de la torre d'artroscòpia 4k i el motor esmentada, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53542	ZA MANEC ASPIRACIÓ/IRRIGACIÓ STRYKEFLOW II
50853	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-075
50856	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2108-150-000
51585	ZA FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2296-003-111
51586	ZA FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2296-003-225
52816	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2108-302-000
53832	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-090
54578	Z FULLA SERRA MICRO REF. 2296-033-234

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 1:

53542 – ZA MANEC ASPIRACIÓ/IRRIGACIÓ STRYKEFLOW II

El dispositiu d'aspiració està dissenyat per al seu ús juntament amb una sèrie de cànules per irrigar i aspirar de forma controlada durant les intervencions de cirurgia laparoscòpica.

Flux d'irrigació: 4 litres/min

Pressió: 620 mm Hg

Característiques d'aspiració: 0-40 L/Min, W/650 mm Hg en succió

Peça de mà ergonòmica:

- Bordes arrodonits.
- Equilibrada i compacta.
- Disseny "multi-grip".
- Codi de color i tacte per la identificació del control de la succió.

50853 – A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-075

Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb per a sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Vora de tallat: 18mm

Profunditat del tall: 75mm

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

50856 – A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2108-150-000

Fulla de serra d'acer inoxidable, estret i resistent per utilitzar amb per a sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Vora de tallat: 12.5mm

Profunditat del tall: 73mm

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

51585 – ZA FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2296-003-111

Fulla de serra d'acer inoxidable per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Tipus fi de precisió, estèril.

Vora de tallat: 9mm

Profunditat del tall: 25mm.

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

51586 – ZA FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2296-003-225

Fulla de serra d'acer inoxidable per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Tipus fi de precisió, estèril.

Vora de tallat: 9mm.

Profunditat del tall: 31mm.

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

52816 – A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 2108-302-000

Fulla de dent agressiva ampla, mitjana llarga per sistemes de serra sagital Stryker

Vora de tallat: 25 mm.

Gruix: 0.89 mm

Profunditat del tall: 89.50 mm.

Envàs unitari estèril.

53832 – A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-090

Fulla de serra d'acer inoxidable per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Vora de tallat: 18 mm

Llargada : 90 mm

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

54578 – Z FULLA SERRA MICRO REF. 2296-033-234

Fulla de serra micro d'acer inoxidable per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker.

Vora de tallat: 5,50mm

Profunditat del tall: 9mm

Envàs unitari estèril.

Un sol ús.

LOT 2 – MATERIAL FUNGIBLE PEL MICROSCOPI LEICA

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de Cirugia Plàstica d'un microscopi LEICA M530 OHX de la casa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**

Comprat amb l'expedient CONTR/2023/000000052



OBJECTE LOT 2

L'objecte del lot 2 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del microscopi Leica esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54545	ZA FUNDA ARMATEC MICROSCOPI LEICA 117X203CM

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 2:

54545 – NZ FUNDA ARMATEC MICROSCOPI LEICA 117X203CM

Funda indicada per a la protecció i aïllament de l'equip durant els procediments quirúrgics. Elaborada de polietilè transparent. Permet la total cobertura del microscopi, inclosa la lent, el seu moviment i rotació complets. Estèril i d'un sol ús.

LOT 3 – MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 5000

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'Urgències i crítics de gasòmetre GEM Premier 5000 analitzador de gasos en sang i paràmetres crítics de la casa WERFEN, **EN CESSIÓ a cost 0:**

L'article 53792 - El paper tèrmic GEM 5000/3500 se subministra sense cap cost econòmic.



OBJECTE LOT 3

L'objecte del lot 3 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del gasòmetre GEM Premier 5000 esmentat, consistent en:

CODI DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE

54649	ZA CARTUTX GEM 5000 GASOS
53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 3:

54649 - CARTUTX GEM 5000 GASOS

Cartutx per a analitzador GEM Premier 5000 de 600 determinacions amb perfil complet

Mesura els gasos en sang, pH, electròlits, metabòlits, i més paràmetres.

Incorpora un programa de "gestió intel·ligent de la qualitat" (iQM2) per realitzar el control de qualitat en continu i a temps real abans, durant i després de cada mostra.

Volum de la mostra: de 65 a 150 µl.

Temps per als resultats des de la introducció de la mostra 45 segons per a totes les proves.

53792 - Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500

Paper tèrmic per a GEM 5000/3500

Paper tèrmic per a analitzadors de gasos a la sang.

LOT 4 – MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 3500

L'Institut d'assistència Sanitària disposa al bloc obstètric d'un gasòmetre GEM Premier 3500 amb gestió de qualitat intel·ligent (iQM) simplifica i estandarditza les anàlisis de gasometries al mateix temps de la casa Werfen, **EN CESSIÓ a cost 0:**

Els codis 54211, 52607 i 53792 se subministren sense cap cost econòmic.



OBJECTE LOT 4

L'objecte del lot 4 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del gasòmetre GEM Premier 3500 esmentats, consistent en:

CODI DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE

52161	ZA CARTUTX GEM 3500 GASOS
54211	Z CVP 1 PER GEM 3500/3000

52607	Z CVP 2 PER GEM 3500/3000
53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 4:

52161 – Z CARTUTX GEM 3500 GASOS

Analitzador automàtic per determinar gasos en sang mitjançant cartutx multifunció.

Temps d'obtenció de resultats 85 segons aprox.

Volum de la mostra: de 135 a 150 microlitres.

Calibració automàtica.

Pantalla i lector de codi de barres.

El sistema GEM 3500 mesura:

- GASOS (pH, pO₂, pCO₂).
- IONS (Na⁺, K⁺, Ca²⁺ + iònic).
- HEMATOCRIT.
- GLUCOSA.
- LACTAT.

54211 – Z CVP 1 PER GEM 3500/3000

CVP 1 per GEM 3500/3000.

Per a la verificació dels cartutxos amb IQM(R) GEM Premier 3500/3000 abans de ser usats amb mostres de pacients.

Solució aquosa.

52607 – Z CVP 2 PER GEM 3500/3000

CVP 2 per GEM 3500/3000.

Per a la verificació dels cartutxos amb IQM(R) GEM Premier 3500/3000 abans de ser usats amb mostres de pacients.

Solució aquosa.

53792 - Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500

Paper tèrmic per a GEM 5000/3500.

Paper tèrmic per a analitzadors de gasos a la sang.

LOT 5 – MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'admissions, quiròfan i urgències, d'impressores de polseres pels pacients de la casa ENGLOBA MÈDICA, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 5

L'objecte del lot 5 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de la impressora de polsera esmentada, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52843	CLIP IDENTIFICADOR SEGURETAT
53973	Z BRAÇALET IDENTIFICACIO INFANTIL BOBINA

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 5:

52843 – CLIP IDENTIFICADOR SEGURETAT

Un marcador visible al braçalet del pacient per avisar de riscos (al·lèrgies, infecciosos, aïllament, risc de caiguda, úlceres per pressió...)
Tancament per botó inviolable.
Material: Poliamida grau mèdic.

53973 – Z BRAÇALET IDENTIFICACIO INFANTIL BOBINA

Braçalets tèrmics infantils/pediàtrics, proporcionen una identificació positiva del pacient per als nadons mitjançant el codi de barres per garantir la seguretat del pacient.
Tractament antimicrobià a sobre de tota la superfície de la polsera.
Fabricat de polietilè tèrmic.
Tancament adhesiu.
Mida: 178mm x 19mm .
Lliure de làtex i ftalats.

LOT 6 – MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA MODEL GIRAFFE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de UCIH i Quiròfan de cuna tèrmica de la casa GE HEALTHCARE ESPAÑA, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 6

L'objecte del lot 6 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de la cuna tèrmica esmentada, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54384	Z ADAPTADOR AMB CONECCIÓ LUER U/P

54599	CIRCUIT NEONATAL PANDA WARMER
54600	SONDA TEMPERATURA PELL GIRAFFE PANDA

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 6:

54384 – Z ADAPTADOR AMB CONECCIÓ LUER U/P

Adaptador per via aèria amb connector luer, de silicona flexible tubuladura corrugada.

Un sol ús adult/pediàtric per no més de 72 hrs.

Espai mort 6,6 ml

Connexió 22/15 mm al circuit respiratori.

Plàstic rígid transparent de grau mèdic

No conté làtex de cartutx natural.

Presentació: caps de 25 unitats en envasos de plàstic no esterilitzable.

54599 – CIRCUIT NEONATAL PANDA WARMER

Kit de circuits d'un sol ús amb peça a T per a pacients neonatals amb mascareta talla 1 de silicona i PVC.

Tub corrugat de polietilè de baixa densitat de 1.8m de longitud i 10mm de diàmetre.

Lliure de làtex, DEHP, BPA.

La vàlvula de control ha de ser graduable de la pressió positiva al final de l'inspiració(PEEP) i ha de girar amb facilitat per mantenir l'ajust de la pressió exacte. La pressió té d'estar igual fins i tot amb un ús prolongat

la peça en T ha de ser de color blau per facilitar la seva localització en las sales de parts

o unitats d'intensius neonatal i durant el transport

El port pel dit polze ha de permetre controlar la inspiració i l'inspiració

Que es pugui graduar el flux per subministrar entre el 21 i el 100% d'oxigen o un flux lliure simplement tapant el port amb el polze.

54600 – SONDA TEMP. PELL GIRAFFE PANDA

Sondes de temperatura d'un sol ús amb punta petita, d'ús infantil per monitoritzar la temperatura corporal de manera no invasiva.

Cable de 171,5cm aprox.

Sonda de 8mm x 2mm x 1mm.

Proveïda de doble termistor.

Cable i sonda recobertes de PVC.

No conté ni làtex, ni DEHP, ni BPA.

En envàs estèril i individual.

Marcats CE.

LOT 7 – MATERIAL FUNGIBLE PER TRAQUEOSTOMIA I ALT FLUX

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Pneumologia, Pediatria, UCIH, Urgències d'un humificador integrat per a teràpia d'alt flux de la casa Fisher & Paykel, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 7

L'objecte del lot 7 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del humificador AIRVO2 esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53339	Z MASCARETA CPAP NASAL NEONATAL T/M
54312	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI 950A61
54313	Z CIRCUIT HUMIFICADOR UVM I RT380
54314	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI NIV 850A61
54315	Z CIRCUIT OXIGEN TERAPIA RT308
54403	KIT CIRCUIT UNIVERSAL AIRVO 900PT562
53121	Z CANULA NASAL CPAP 4,5MM/4,0MM

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 7:

53339 – Z MASCARETA CPAP NASAL NEONATAL T/M

Màscares nasals pediàtriques talla M.
Color translúcid.
Sense làtex.

54312 – Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI 950A61

Kit de circuit respiratori d'adults per a ventilació no invasiva amb un ramal escalfat.
Inclou càmera autorellenable amb doble flotador, línia seca, filtre, línia de pressió, port espiratori i adaptadors.
Longitud 1,6m.

54313 – Z CIRCUIT HUMIFICADOR UVM I RT380

Kit de circuits respiratoris per a adults de doble branc amb tecnologia Evaqua 2.
Longitud del tub: 1,5m
Volum comprimible: 1,60L

54314 – Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI NIV 850A61

Kit de circuits NIV i NHF per a adults F&P 850 AirSpiral.
Volum compressible: 1.0L
Longitud del tub respiratori: 1.60m
Diàmetre interior del tub mínim: 17 mm

54315 – Z CIRCUIT OXIGEN TERAPIA RT308

El kit està format per una càmera d'humidificació autorellenable, un circuit escalfat per a pacient únic i un dosificador d'aire.
Material de polietilè
Volum comprimible 1,2L
Longitud del circuit 150cm

Diàmetre 22mm

54403 – KIT CIRCUIT UNIVERSAL AIRVO 900PT562

Kit respiratori escalfat amb tecnologia "AirSpiral" per a Airvo2, "AIRVO-Neb".

El kit inclou:

Tub respiratori escalfat pel subministrament de gasos humidificats mitjançant cables fins i càmera d'aire.
càmera autorellenable amb doble flotador

Adaptador per a nebulitzador de malla vibrant

Lliure de làtex i DEHP

53121 – Z CANULA NASAL CPAP 4,5MM/4,0MM

Punta nasal 4,5 mm diàmetre de la nariu/amplada del envà 4,0 mm.

Cànula de silicona sense làtex.

Un sol ús.

LOT 8 – MATERIAL FUNGIBLE PER TONÒMETRE MARCA REICHERT

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de Consultes externes de tonòmetre marca Reichert de la casa MEDICAL MIX, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 8

L'objecte del lot 8 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del tonòmetre TONO-PEN esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
51495	Z-FUNDA PROT. TONOMETRE TONOPENX-230651

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 8:

51495 – Z-FUNDA PROT. TONOMETRE TONOPENX-230651

Funda protectora + cobertura de punta per a tonòmetres.

Minimitza el risc de contaminació creuada entre pacients.

Làtex de grau mèdic.

Color blau.

Un sol ús.

LOT 9 – MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL·LADOR CORPULS

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'urgències i SEMM d'elèctrodes CorPatch de la marca Corpuls de la casa Hospital Hispania S.L, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 9

L'objecte del lot 9 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús dels elèctrodes Corpuls esmentats, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52318	Z ELECTR. CORPATCH EASY PEDIATRIC CORPUL
54442	NZ PACK 25 TIRES SENSOR FLEXI 8000JFW

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 9:

52318 – Z ELECTR. CORPATCH EASY PEDIATRIC CORPUL

Elèctrodes Corpatch Easy pediàtric C3/C1 estès.

Polietilè adhesiu.

Mides: 17,5 x 12 x 1 cm.

Lliure de làtex

Un sol ús.

54442 – NZ PACK 25 TIRES SENSOR FLEXI 8000JFW

Adhesiu de silicona per a sonda pulsioxímetre.

Grandària adult / pediàtric >20Kg.

Adhesiu per fixar sensor al dit del pacient.

Lliure de làtex.

Un sol ús.

LOT 10 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR TRILOGY 202

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'urgències i UCIH d'un respirador Trilogy 202 de la casa Dextro Medica, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 10

L'objecte del lot 10 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del respirador Trilogy 202 esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54393	PEÇA T AEROGEN SOLO U/S US
54394	NEBULITZADOR AEROGEN SOLO U/S US
132852	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XS
132853	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/S
132854	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/M
132855	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/L
132856	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XL

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 10:

54393 – PEÇA T AEROGEN SOLO U/S US

Adaptador en T adults de 22mm.
No estèril.

54394 – NEBULITZADOR AEROGEN SOLO U/S US

Administració de fàrmacs en aerosol d'alt rendiment per a solucions, suspensions, proteïnes i pèptids en totes les etapes de l'atenció al pacient.
Mitjançant la tecnologia de la malla vibratòria de paladi, la platina d'obertura central un diàmetre de 5mm, perforada amb 1000 orificis calibrats.

132852 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XS

Mascareta tipus "Total Face" per a teràpia ventilatòria, reutilitzable, amb total cobertura d'ulls, nas i boca per a l'administració no invasiva de C.P.A.P., BiPAP, NIPPV tècniques amb 5 punts de fixació.
Equipat amb un coixí de silicona gran, que permet adaptar-se a la forma de la cara del pacient.
Fabricat amb material biocompatible transparent.
Completa amb núm. 5 barrets de teixit elàstic hipoalergènic amb sistema de tancament de 5 punts i 2 clips per a l'enganxament/desenganxament "ràpid" i segur.
Material: carcassa rígida i accessoris angulats en PC de grau mèdic; membrana en silicona de grau mèdic.
Talla XS.
Lliure de làtex, ftalats i PVC.

132853 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/S

Mascareta tipus "Total Face" per a teràpia ventilatòria, reutilitzable, amb total cobertura d'ulls, nas i boca per a l'administració no invasiva de C.P.A.P., BiPAP, NIPPV tècniques amb 5 punts de fixació.
Equipat amb un coixí de silicona gran, que permet adaptar-se a la forma de la cara del pacient.
Fabricat amb material biocompatible transparent.
Completa amb núm. 5 barrets de teixit elàstic hipoalergènic amb sistema de tancament de 5 punts i 2 clips per a l'enganxament/desenganxament "ràpid" i segur.
Material: carcassa rígida i accessoris angulats en PC de grau mèdic; membrana en silicona de grau mèdic.
Talla S.
Lliure de làtex, ftalats i PVC.

132854 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/M

Mascareta tipus "Total Face" per a teràpia ventilatòria, reutilitzable, amb total cobertura d'ulls, nas i boca per a l'administració no invasiva de C.P.A.P., BiPAP, NIPPV tècniques amb 5 punts de fixació. Equipat amb un coixí de silicona gran, que permet adaptar-se a la forma de la cara del pacient. Fabricat amb material biocompatible transparent.

Completa amb núm. 5 barrets de teixit elàstic hipoalergènic amb sistema de tancament de 5 punts i 2 clips per a l'enganxament/desenganxament "ràpid" i segur.

Material: carcassa rígida i accessoris angulats en PC de grau mèdic; membrana en silicona de grau mèdic. Talla M.

Lliure de làtex, ftalats i PVC.

132855 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/L

Mascareta tipus "Total Face" per a teràpia ventilatòria, reutilitzable, amb total cobertura d'ulls, nas i boca per a l'administració no invasiva de C.P.A.P., BiPAP, NIPPV tècniques amb 5 punts de fixació.

Equipat amb un coixí de silicona gran, que permet adaptar-se a la forma de la cara del pacient.

Fabricat amb material biocompatible transparent.

Completa amb núm. 5 barrets de teixit elàstic hipoalergènic amb sistema de tancament de 5 punts i 2 clips per a l'enganxament/desenganxament "ràpid" i segur.

Material: carcassa rígida i accessoris angulats en PC de grau mèdic; membrana en silicona de grau mèdic. Talla L.

Lliure de làtex, ftalats i PVC.

132856 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XL

Mascareta tipus "Total Face" per a teràpia ventilatòria, reutilitzable, amb total cobertura d'ulls, nas i boca per a l'administració no invasiva de C.P.A.P., BiPAP, NIPPV tècniques amb 5 punts de fixació.

Equipat amb un coixí de silicona gran, que permet adaptar-se a la forma de la cara del pacient.

Fabricat amb material biocompatible transparent.

Completa amb núm. 5 barrets de teixit elàstic hipoalergènic amb sistema de tancament de 5 punts i 2 clips per a l'enganxament/desenganxament "ràpid" i segur.

Material: carcassa rígida i accessoris angulats en PC de grau mèdic; membrana en silicona de grau mèdic. Talla XL.

Lliure de làtex, ftalats i PVC.

LOT 11 – MATERIAL FUNGIBLE PER LES DUES TORRES DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de Ginecologia i Urologia de dues torres de laparoscòpia 3D amb resolució 4K per a tècniques guiades per fluorescència de la casa KARL STORZ, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**

Comprat amb l'expedient [CONTR/2022/000000064](#)



OBJECTE LOT 11

L'objecte del lot 11 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de la torre de laparoscòpia 3D 4K esmentada, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54518	SET TUBS INSUFLADOR ENDOFLATOR 50 REF. 031210-10
54519	TUB ASPIRACIÓ LAP S-PILOT REF. 031447-10
54520	FILTRE ASPIRACIÓ TORRE LAPAROS 3D 4K REF. 031111-10
54367	Z ELECTRODE BIPOLAR REF. 011156-10
52380	Z BISTURI SACHSE RECTE REF. 091220-10
51909	KIT HISTEROSCOPIA UN SOL ÚS REF. 031523-10
54429	Z BISTURI URETROTOM UN SOL US REF. 091221-10
130183	Z ELECTRODE MONOPOLAR COLLINS 01111510
130184	Z ELECTRODE COAG.MONOPOLAR REF. 011116-10
130185	Z NANÇA DE TALL MONO 24-26FR REF. 011114-10
131976	Z NANÇA SUPRALOOP 120X85MM 26183MC
132740	Z CABLE ALTA FREQUEN BIPOLAR 400CMSTORZ

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 11:

54518 – SET TUBS INSUFLADOR ENDOFLATOR 50 REF. 031210-10

Set de tubs d'insuflació, tèrmic, amb filtre de gas, un sol ús per a insuflació calenta.
Hidròfob per tots dos costats.
Amb tub d'insuflació de 3m i LUER-Lock mascle.
Estèril.

54519 – TUB ASPIRACIÓ LAP S-PILOT REF. 031447-10

Tub de connexió, set, per aspiració de fums, gas i líquids.
Amb connexió per a un segon tub d'aspiració.
Estèril.

54520 – FILTRE ASPIRACIÓ TORRE LAPAROS 3D 4K REF. 031111-10

Filtre per a l'aspiració de fums.
Per a un sol ús.
Estèril.

54367 – Z ELECTRODE BIPOLAR REF. 011156-10

Elèctrode de coagulació bipolar.
Forma de bola, 2 varetes guia, 24/26 charr.
Estèril, per a un sol ús.

52380 – Z BISTURI SACHSE RECTE REF. 091220-10

Bisturí per uretrotomia recte.
1 vareta guia.
Estèril i per a un sol ús.

51909 – KIT HISTEROSCOPIA UN SOL ÚS REF. 031523-10

Tub de connexió, set per a irrigació, pressió regulada PC.
Estèril i per a un sol ús.

54429 – Z BISTURI URETROTOM UN SOL US REF. 091221-10

Bisturí per a uretrotomia, rodó.
1 vareta guia.
Estèril i per a un sol ús.

130183 – Z ELECTRODE MONOPOLAR COLLINS REF. 01111510

Elèctrode de coagulació unipolar, punxegut.
2 varetes guia, 24/26 charr.
Color groc.
Estèril i per a un sol ús.

130184 – Z ELECTRODE COAG.MONOPOLAR REF. 011116-10

Elèctrode de coagulació unipolar.
Forma de bola, 3 mm,
2 varetes guia, 24/26 charr, color groc, per a un sol ús, estèril.

130185 – Z NANÇA DE TALL MONO 24-26FR REF. 011114-10

Nansa de tall unipolar, colzada, 2 varetes guia, 24/26 charr, color groc, per a un sol ús, estèril.

131976 – Z NANÇA SUPRALOOP 120X85MM 26183MC

Nansa de recanvi, unipolar, mida 120 x 85 mm, no estèril, per a un sol ús.

132740 – Z CABLE ALTA FREQUEN BIPOLAR 400CMSTORZ

Cable d'alta freqüència bipolar.
Longitud 400 cm, amb sistema d'identificació RFID, reutilitzable 20 vegades per utilitzar amb resectoscòpis bipolars.

LOT 12 – MATERIAL FUNGIBLE PER GENERADOR CELON ELITE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de ORLS d'un generador de radiofreqüència model CELON ELITE ESG-200 de la casa OTOMEDIC, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 12

L'objecte del lot 12 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del generador de radiofreqüència esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54530	Z BISTURI RFITT CELONPROBREATH CORNETS
54531	Z BISTURI RFITT CELONPROSLEEP AMIGDALES

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 12:

54530 – Z BISTURI RFITT CELONPROBREATH CORNETS

Aplicador bipolar per reduir el volum del teixit submucós dels cornets hiperplàsics.
Disseny terminal bipolar monofilament de 1,1mm de diàmetre i 100mm de longitud.
Marques longitudinals per al control de profunditat
Lesions tèrmiques precises i reproduïbles.
Longitud del cable: 3m

54531 – Z BISTURI RFITT CELONPROSLEEP AMIGDALES

Disseny terminal bipolar monofilament de 1,3 mm de diàmetre i 100 mm de longitud.
Terminal ferm, amb punta per a introducció precisa en teixit.
Longitud del mànec: 140mm.
Longitud del cable: 3mm.
Rang admissible de potència: 0 - 25

LOT 13 – MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de cirurgia plàstica i ginecologia d'un sistema de purificació del greix de la casa Karam Medical, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 13

L'objecte del lot 13 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del sistema PureGraft esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53000	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250 ml
53001	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50 ml

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 13:

53000 – Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250 ML

Per a la recollida, el filtratge, la purificació i la transferència de teixit gras autòleg per tal de ser reinjectat al mateix pacient, en aplicacions de cirurgia plàstica i reconstructiva.

Estèril i d'un sol ús.

La bossa composta de material DEHP-lliure PVC.

Bossa de 250 ml.

Bossa de residus de 1,5 l amb tubs de connexió.

Conjunt de tubs d'entrada amb espiga.

Adaptador de xeringa de tancament luer.

Adaptador de xeringa Toomey.

53001 – Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50 ML

Per a la recollida, el filtratge, la purificació i la transferència de teixit gras autòleg per tal de ser reinjectat al mateix pacient, en aplicacions de cirurgia plàstica i reconstructiva.

Estèril i d'un sol ús.

La bossa composta de material DEHP-lliure PVC.

Bossa de 50 ml.


Conjunt de tubs d'entrada amb espiga.

Adaptador de xeringa de tancament luer.

Adaptador de xeringa Toomey.

LOT 14 – MATERIAL FUNGIBLE PER EQUIP DE MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS TRUWAVE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de UCIH d'un equip de monitorització d'altres pressions Truwave de la casa Edwards Lifesciences, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 14

L'objecte del lot 14 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'equip Truwave esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53729	EQUIP MONITOR PRESSIÓ TRANSDUCTOR
53719	Z CABLE PRESSIÓ TRUWAVE
53720	Z PINÇA SUPORT TRANSDUCTOR PRESSIÓ

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 14:

53729 – EQUIP MONITOR PRESSIÓ TRANSDUCTOR

Equip per a monitorització d'altres pressions amb transductor de pressió d'un sol ús.

Està compost per:

- Sistema de rentat integrat que permet un sistema de flux continu de 3 ml/h amb font pressuritzada a 300 mm Hg, rentat ràpid i comprovació de la resposta dinàmica mitjançant test d'ona quadrada.
- Transductor per a adult amb port de test de comprovació de funcionament i calibratge. Cos transparent i recte.
- Connector del cable del monitor impermeable a líquids.
- Allargadora de 120 cm i 30 cm per a connexió al catèter.
- Diàmetre de l'allargadora: 1,78 mm.
- No conté làtex. Lliure de ftalats.

53719 – Z CABLE PRESSIÓ TRUWAVE

Cable per a connexió transductor Truwave a mòdul de pressió.

Material: Connector plàstic i cable elèctric

Mida: 400 cm

53720 – Z PINÇA SUPORT TRANSDUCTOR PRESSIÓ

Placa Suport tipus pinça Transductor de pressió Truwave.

Placa de plàstic per a suport de fins a 7 transductors, amb 4 posicions la part frontal.

Permet la subjecció a diferents gruixos de pal de degotador

No conté làtex.

LOT 15 – MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urgències, UCIH i Anestèsia de videolaringoscòpis glidescope spectrum de la casa Pallex Medical, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 15

L'objecte del lot 15 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús dels Videolaringoscòpis esmentats, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54360	Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S1
54066	Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S2
53863	PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S3
53864	PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S4

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 15:

54360 – Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S1

Pala hiperangulada d'un sol ús per a pacients des d'1,5kg a 3,8kg, per utilitzar amb la gamma de videolaringoscòpis Glidescope.

Amplada de la pala: 8,7 mm

Alçada en la càmera: 9,6 mm

Longitud fins a part distal: 29 mm

Amplada de la càmera: 12,2 mm

54066 – Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S2

Pala hiperangulada d'un sol ús per a pacients des de 1,8kg a 10kg, per utilitzar amb la gamma de videolaringoscòpis Glidescope.

Amplada de la pala: 8,7 mm

Alçada en la càmera: 9,6 mm

Longitud fins a part distal: 44 mm

Amplada de la càmera: 13 mm

53863 – PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S3

Pala hiperangulada per a pacients de 10 kg fins a adult, per utilitzar amb la gamma de videolaringoscòpis Glidescope.

Amplada de la pala: 11.0 mm.

Alçada en la càmera: 11.0 mm.

Longitud fins a part distal: 74 mm.

Amplada de la càmera: 20 mm.

53864 – PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S4

Pala hiperangulada d'un sol ús per a pacients de 40kg fins a obesitat mòrbida, per utilitzar amb la gamma de videolaringoscòpis Glidescope.

Amplada de la pala: 12.0 mm.

Alçada en la càmera: 11.3 mm.

Longitud fins a part distal: 91 mm.

Amplada de la càmera: 25 mm.

LOT 16 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA BOMBA EPIDURAL

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Anestèsia, Hospital de dia, al Bloc Obstètric, de bombes d'infusió ambulatories CADD de la casa ICU Medical, **EN PROPIETAT DE 'IAS.**



OBJECTE LOT 16

L'objecte del lot 16 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de les bombes d'infusió esmentats, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53005	ALLARGADERA VIA PER BOMBA CADD EPIDURAL GROC 21-7324
51505	ESCALFADOR SANG/FLUIDS IV L-70NI
51645	EQUIP B. DOLOR CADD 50ML 21-7001-24
51570	ALLARGADERA PER BOMBA DE DOLOR 76CM

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 16:

53005 – ALLARGADERA VIA PER BOMBA CADD EPIDURAL GROC 21-7324

Equip d'infusió dissenyat per utilitzar-lo amb les bombes d'infusió ambulatòries CADD.
Permet l'administració de fluid/medicació des d'una bossa de medicació IV mitjançant la bomba.
Vàlvula de retenció unidireccional amb luer mascle.

Longitud del tub: 312 cm

Volum de purgat: 3.2ml

Material del tub: TOTM (no DEHP)

Components:

- Tub transparent amb línies grogues, flexible i resistent a les acordadures.
- Pinça per a protecció davant flux lliure
- Vàlvula de retencions amb Luer Lock mascle
- Perforador per connectar a la bossa de medicació.

51505 – ESCALFADOR SANG/FLUIDS IV L-70NI

Set d'infusió per a l'administració de fluids/sang.
Línia d'infusió composta de 3 canals (canal central i dos canals exteriors)
Extrem distal una connexió Luer-Lock.

Apte per a ús en pacients adults com a pediàtrics.

Longitud línia d'infusió 245 cm

Volum d'encebament 17,5 ml

51645 – EQUIP B. DOLOR CADD 50ML 21-7001-24

Dipòsit per a la medicació que serà administrada per la bomba

Components:

- Protector de plàstic rígid.
- Bossa de plàstic flexible
- Tub de sortida
- Pinça per impedir la sortida del fàrmac.
- Tap hermètic de color vermell.

51570 – ALLARGADERA PER BOMBA DE DOLOR 76CM

Línia d'extensió que permet la connexió entre l'accés del pacient i la bomba d'infusió ambulatòria.

Tub PVC.

Llargària del tub 76 cm.

Volum de purgat 1,1ml.

Vàlvula anti-reflux integrada a l'extrem distal amb Luer Lock.
Tap de tancament.

LOT 17 – MATERIAL FUNGIBLE PER EXTRACTOR DE LLET ELÈCTRIC

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Hospitalització A d'un extractor de llet elèctric de la casa Medela, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 17

L'objecte del lot 17 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'extractor de llet elèctric esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52918	BIBERÓ ESPECIAL NOUNATS (SPECIALNEEDS)
53616	AMPOLLA 80ML U/S
53618	KIT EXTRACTOR T/M
50735	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA L
54361	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA S
54362	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA M

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 17:

52918 – BIBERÓ ESPECIAL NOUNATS (SPECIALNEEDS)

Biberó-SpecialNeeds indicat per a nadons que tinguin problemes de succió.

Tapa de rosca : Polipropilè groga.

Vàlvula Plat: Polipropilè.

Vàlvula Membrana: Silicona.

53616 – AMPOLLA 80ML U/S

Ampolles transparents d'un sol ús.

Fabricat en Polipropilè.

Capacitat: 80ml.

Tapa amb disc adaptada per a col·locar tetina transparent.

Escala de Graduació:10 en 10 ml, amb graduacions intermèdies de 2ml.

Compatible amb qualsevol embut Medela.

53618 – KIT EXTRACTOR T/M

Connector amb vàlvula integrada de polipropilè.
Tub amb coberta de membrana inclòs.
Embut, connector i tapa: Polipropilè transparent.
Membrana blanca: Elastòmer termoplàstic.
Membrana groga: Silicona.
Embutos intercanviables.
Tub amb coberta de membrana inclòs.
Compatible amb extractor Symphony.
Ús indicat: 24 hores i fins a 8 cops al dia.

50735 – Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA L

Mugronera de silicona.
Realitzada en silicona transparent, ultrafina, sense sabor.
Diàmetre mugronera: 24 mm
Talla L.

54361 – Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA S

Mugronera de silicona.
Realitzada en silicona transparent, ultrafina, sense sabor.
Diàmetre mugronera: 16 mm.
Talla S.

54362 – Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA M

Mugronera de silicona.
Realitzada en silicona transparent, ultrafina, sense sabor.
Diàmetre mugronera: 20 mm.
Talla M.

LOT 18 – MATERIAL FUNGIBLE PER MOTOR ADEOR

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de traumatologia d'un motor Adeor de la casa IQ SURGICAL EQUIPMENT, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 18

L'objecte del lot 18 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del motor Adeor esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54339	FRESA DB50 MOTOR ADEOR
54340	FRESA DB60 MOTOR ADEOR

54341	BALLTIP B40 MOTOR ADEOR
54342	BALLTIP B48 MOTOR ADEOR
54343	BALLTIP B64 MOTOR ADEOR
54344	NEURO MATCHSTICK N30 MOTOR ADEOR
54345	TUB IRRIGACIÓ VMN-ITS-6 MOTOR ADEOR
54398	NZ BOLA DIAMANT 3,3MM DB33 MOTOR AED

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 18:

54339 – FRESA DB50 MOTOR ADEOR

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials.

Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.

DB50 Ø 5.0 mm

Lliure de làtex

54340 – FRESA DB60 MOTOR ADEOR

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials. Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.

DB60 Ø 6.0 mm

Lliure de làtex

54341 – BALLTIP B40 MOTOR ADEOR

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials. Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.

B40 Ø 4.0 mm

Lliure de làtex

54342 – BALLTIP B48 MOTOR ADEOR

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials. Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.

B48 Ø 4.8 mm

Lliure de làtex

54343 – BALLTIP B64 MOTOR ADEOR

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials. Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.

B64 Ø 6.4 mm.

Lliure de làtex

54344 – NEURO MATCHSTICK N30 MOTOR ADEOR

N30 Ø 3.0 mm

54345 – TUB IRRIGACIÓ VMN-ITS-6 MOTOR ADEOR

Tub irrigació VMN-ITS-6 motor adeor.

54398 – NZ BOLA DIAMANT 3,3MM DB33 MOTOR AED

Indicats per a la trepanació, incisió, tall, eliminació, modelatge, serrada de teixit tou i dur, ossos i biomaterials. Per Neurocirurgia, cirurgia d'otorinolaringologia, cirurgia de columna vertebral, ortopèdia.
DB33 Ø 3.3 mm
Lliure de làtex

LOT 19 – MATERIAL FUNGIBLE PER L'APARELL LASER CO2

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'otorinolaringologia d'un aparell làser CO2 de la casa Otomedic Quirúrgica, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 19

L'objecte del lot 19 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell làser CO2 esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54474	NZ FIBRA LASER CO2 SMARTXIDE2 TRIO 60W

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 19:

54474 – NZ FIBRA LASER CO2 SMARTXIDE2 TRIO 60W

Fibra buida làser CO2 d'un sol ús per làser quirúrgic.
Capacitat feix diàmetre màxim 300 µm.
Diàmetre interior de la fibra de 500 µm. ± 25 µm.
Diàmetre exterior de la fibra de 1040 µm. ± 30 µm.
Llargada 2,05 m ± 5cm.
Potència màxima fins a 40w.
Estèril.

LOT 20 – MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOPIA C-MAC

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de UCIH de Videolaringoscopi de la marca C-MAC de la casa KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A., **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 20

L'objecte del lot 20 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del Videolaringoscop C-MAC esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54594	PALA LARINGO N/3 C-MAC
54595	PALA LARINGO N/4 C-MAC
54596	PALA LARINGO D-BLADE C-MAC
54597	VARILLA GUIA C-MAC

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 20:

54594 – PALA LARINGO N/3 C-MAC

Espàtula de laringoscopi, mida 3.
Per a un sol ús, no estèril.

54595 – PALA LARINGO N/4 C-MAC

Espàtula de laringoscopi, mida 4.
Per a un sol ús, no estèril.

54596 – PALA LARINGO D-BLADE C-MAC

D-blade amb espàtula de laringoscopi per a intubació difícil, per a un sol ús.
Mida: 3,5 mm
Llargada: 8cm
Gruix: 1,5cm
Estèril

54597 – VARILLA GUIA C-MAC

Vareta guia d'acer inoxidable amb punta atraumàtica, amb segment distal adaptat a la forma de l'espàtula del videolaringoscopi.
Amb suport de tub integrat per fixar un tub endotraqueal.
Llargada: 31 cm.
Un sol ús i no estèril.

LOT 21 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS MINDRAY

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urgències i Anestèsia de respiradors Mindray de la casa ABAST MEDICA, EN PROPIETAT DE L'IAS.



OBJECTE LOT 21

L'objecte del lot 21 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús dels respiradors Mindray esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54637	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE NEONAT MINDRAY
54614	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE II ADU/PED
54586	Z EMBENAT PER SENSOR NMT 040-002258-00
54580	CANISTER CAL SODADA I0002186
54638	N CIRCUIT PACIENT NEONATAL U/S US
132827	NZ KIT ACCESSORIS SIDESTRAM CO2 NEONATAL
54668	NZA SENSOR DE FLUX DE PRESSIO NEONATAL
132844	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/S RESP NIV
132845	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/M RESP NIV
132848	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/L RESP NIV

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 21:

54637 – NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE NEONAT MINDRAY

Trampa d'aigua Dryline utilitzada con el modulo de CO2 1x Sidestream.

Per a pacients neonatals.

Disponible para pacients Intubats i no intubats.

Lliure de làtex i PVC.

54614 – NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE II ADU/PED

Trampa d'aigua Dryline protegeix l'analitzador de gasos de la humitat, la mucositat i els bacteris.

S'utilitza amb el mòdul de CO2 Sidestream 1x.

Adult/pediàtric.
Filtre hidròfob de bacteris de 0,45 µm.
Contenidor de fluid: 12 ml.
Lliure de làtex i PVC.

54586 – Z EMBENAT PER SENSOR NMT 040-002258-00

Banda de seguretat Mindray per a neuroestimulació.
Longitud: 14cm.
Lliure de làtex.

54580 – CANISTER CAL SODADA I0002186

Un cartutx tipus "Drum" d'1 Kg precarregat de Spherasorb.
Disseny amb difusor central i canals de dispersió.
Canvi de color de blanc a violeta.

54638 – N CIRCUIT PACIENT NEONATAL U/S US

Circuit pacient neonatal.
Kit d'accessoris per a circuit respiratori reutilitzable.
El kit inclou:

- Tub respiratori de silicona, 1,5m
- Bossa respiratòria de silicona reutilitzable, 1L
- Màscara de silicona, mida 2
- Connector peça a Y, amb Port de mostra
- Connector tipus L, 22M/15F, 22F
- Sense làtex

132827 – NZ KIT ACCESSORIS SIDESTRAM CO2 NEONATAL

Kit d'accessoris Sidestream CO2, neonatal.
El kit inclou:

- Adaptador de via aèria, nounat.
- Trampa d'aigua DRYLINE II.
- Línia de mostreig, nounats, 2,5m.
- Connector per a retorn de gas.

Línies de mostreig d'un sol ús.
La trampa d'aigua reutilitzable.
Sense làtex.

54668 – NZA SENSOR DE FLUX DE PRESSIO NEONATAL

Sensor de flux d'un sol ús pel pacient nounat.
Mida: 1.8m.
Material: plàstic.

132844 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/S RESP NIV

Màscara de respiració para respiradores Mindray.
Amb bandes per subjectar el cap.
Talla S.
Sin làtex i reutilizable.

132845 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/M RESP NIV

Mascareta de respiració per a respiradors Mindray.

Amb bandes per subjectar caps.

Talla M.

Sense làtex i reutilitzable.

132848 – NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/L RESP NIV

Mascareta de respiració per a respiradors Mindray.

Amb bandes per subjectar caps.

Talla L.

Sense làtex i reutilitzable.

LOT 22 – MATERIAL FUNGIBLE PER TORRES D'ENDOSCÒPIA

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Endoscòpia de dos torres d'endoscòpia de la casa Olympus, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**

Comprat amb els següents números d'expedient:

HSC10/JUNY/2003

CONTR/2021/156



OBJECTE LOT 22

L'objecte del lot 22 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54664	TUB D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR
54665	ADAPTADOR D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 22:

54664 – TUB D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR

Conjunt de tubs d'aigua, per a bomba de rentat OFP i OFP-2.

Un sol ús.

Longitud: 0,75 m
Orifici intern: 6,4 mm
Gruix de paret: 1,6 mm

54665 – ADAPTADOR D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR

Connector d'endoscopi de policarbonat, cos de vàlvula de retenció acrílica, mecanisme de vàlvula de retenció de silici.

Ús per a un sol pacient, per a bomba de rentat OFP i OFP-2.

Llargada: 34mm aprox.

Diàmetre: 12mm

LOT 23 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Bloc Quirúrgic d'un respirador portàtil compatible amb Ressonància Magnètica Ventway Sparrow de la casa INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES SL, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 23

L'objecte del lot 23 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY
54643	NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 23:

54608 – ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY

Tubuladura pacient adult de 2.4m.
Diàmetre del tub corrugat 22mm.
Resistència inspiratòria al flux 2,7cmH₂O / 60 lpm.
Color vàlvula exhalació: Transparent
Volum intern 920cc
Espai mort 17cc.

54643 – NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY

Tubuladura pacient pediàtric de 2.4m.
Diàmetre del tub corrugat 15mm.
Resistència inspiratòria al flux 5,4cmH₂O / 30 lpm.
Color vàlvula exhalació: blau

Volum intern 424cc.

Espai mort 16,5cc.

LOT 24 – MATERIAL FUNGIBLE PER DESINFECTADORS D'ESTERILITZACIÓ

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'esterilització de dos desinfectadors d'esterilització per plasma de peròxid d'hidrogen a baixa temperatura de la casa Advanced Sterilization Products, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 24

L'objecte del lot 24 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús dels sistemes d'esterilització esmentats, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53174	TIRA INDICADOR QUIMIC STERRAT PACK-4x250US
53401	CONTROL BIOLG.STERRAD 15 MIN. C-30US
54221	Z CASSET ESTERI STERRAD 100NX PACK-2US

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 24:

53174 – TIRA INDICADOR QUIMIC STERRAT PACK-4X250US

Material de plàstic no absorbent.

Tinta indicadora: Amino-base orgànica

Canvi de color per indicar que els instruments han estat exposats al peròxid d'hidrogen.

- Vermell: no exposat a H2O2
- Groc: va ser exposat a l'H2O2

53401 – CONTROL BIOLG.STERRAD 15 MIN. C-30US

Disponibilitat de resultats en 15 minuts.

El Control biològic esdevé alhora un dispositiu de desafiament (PCD. Process Challenging Device) per demostrar l'eficàcia del sistema d'esterilització en les condicions mes restrictives possibles.

Possibilitat de reconciliació automàtica amb els sistemes d'esterilització així com amb el sistema informàtic de l'Hospital per tal d'evitar la interpretació humana dels resultats.

54221 – Z CASSET ESTERI STERRAD 100NX PACK-2US

Ofereix una quantitat predefinida de peròxid d'hidrogen per cicle a baixa temperatura per aconseguir l'esterilització de manera còmoda i eficaç.

Quantitat d'H2O2 injectada per cicle: 10.8 mil·ligrams5 cicles per casset

Caducitat mínima a l'entrega: 6 mesos

Concentració de H2O2: 58% solució acuosa

LOT 25 – MATERIAL FUNGIBLE PER ELECTROENCEFALOGRAMA MODEL V32

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva Unitat del Son d'un Electroencefalograma v32 de la casa ALMEVAN, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 25

L'objecte del lot 25 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús del electroencefalograma esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54443	Z PASTA ADHESIVA CONDUCTORA 228G
54444	Z ELECTRODE CULLERETA UN SOL US 10MM
54445	Z FIXADOR ELECTRODE COLODION 15ML
132769	NZ ANELL DE SILI PEL GORRO EQUI EEG
00000	GORRO ELECTRO-CAP 51-56CM
00000	GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM
51848	Z AGULLA ELECTROENCEFALOFRAMA 16X3/4
54513	Z ELECTRODE SUPERFICIE 22X30 A/CABLE

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 25:

54443 – Z PASTA ADHESIVA CONDUCTORA 228G

Pasta adhesiva i conductora per a col·locació d'elèctrodes per estudis de EEG y PSG.

Pot de 228g aprox.

No estèril.

Lliure de làtex

54444 – Z ELECTRODE DE COPA UN SOL US 10MM

Elèctrode de cullereta per a EEG, amb disc d'Ag/Cl Ag.

Amb forat central amb cable integrat de 1,5m.

Lliure de làtex

No estèril
Un sol ús.

54445 – Z FIXADOR ELECTRODE COLODION 15ML

Fixador per elèctrodes d'electroencefalografia.
Tub de 15ml de baixa densitat.
Lliure de làtex.
No estèril.

132769 - NZ ANELL DE SILI PEL GORRO EQUI EEG

Anells de silicona per a elèctrodes de gorres de registres prolongats.
Lliure de làtex.
No estèril.

00000 – GORRO ELECTRO-CAP 51-56CM

Gorro amb elèctrodes per a registre EEG, de licra i silicona, corretges ajustables elàstiques, per a registres perllongats.
Mida. 51-56cm.
Color vermell/negre.
Lliure de làtex.
Reutilitzable.

00000 – GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM

Gorro amb elèctrodes per a registre EEG, de licra i silicona, corretges ajustables elàstiques, per a registres perllongats.
Mida. 51-56cm.
Color taronja/negre.
Lliure de làtex.
Reutilitzable

51848 – GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM

Gorro amb elèctrodes per a registre EEG, de licra i silicona, corretges ajustables elàstiques, per a registres

54513 – GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM

Gorro amb elèctrodes per a registre EEG, de licra i silicona, corretges ajustables elàstiques, per a registres

51848 – Z AGULLA ELECTROENCEFALOFRAMA 16X3/4

Agulla roma per a injecció de gels i cremes conductores en EEG.
Punta polida.
Mida 16G x ¾.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54513 – Z ELECTRODE SUPERFICIE 22X30 AMB CABLE

Elèctrode de superfície 30x22mm amb cable 1m.
Està dissenyat per connectar als equips compatibles en la realització d'electrocardiografies.
Composició: tela, gel, plàstic, acer inoxidable.
Un sol ús.

LOT 26 – MATERIAL FUNGIBLE PER LES BOMBES D'INFUSIÓ

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Hospital de dia de bombes d'infusió de la casa BBRAUN, **EN PROPIETAT DE IAS.**



OBJECTE LOT 26

L'objecte del lot 26 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de les bombes d'infusió esmentats, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52407	Z EQUIP INFUSIÓ SAFESET PVC AMB CAREITE
54571	ZT EQUIP INFUSOMAT SPACE UV-P 250CM POL
00000	Z EQUIP INFUSOMAT TRANSFUSIONS DE SANG SPACE PVC

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 26:

52407 – Z EQUIP INFUSIÓ SAFESET PVC AMB CARESITE

Equip per infusió de medicaments mitjançant bomba volumètrica.
Amb sistema antidespurgat de la càmera i tap antidegoteig en el purgat i port amb Y.
Punxó de plàstic rígid.
Càmera de goteig amb part inferior flexible i anell rígid.
Amb presa d'aire amb filtre anti degoteig bacterià amb sistema de tancament .
Regulador de goteig i flux.
Llargada de 300cm aprox
Connexió LuerLock amb tap protector.
Amb PVC, sense làtex ni DEHP

54571 – ZT EQUIP INFUSOMAT SPACE UV-P 250CM POLIURETÀ

Equip per infusió de medicaments mitjançant bomba volumètrica.
Punxó de plàstic rígid.
Càmera de goteig amb part inferior flexible i anell rígid.
Amb presa d'aire amb filtre anti degoteig bacterià amb sistema de tancament.
Regulador de goteig i flux.
Llargada: 250 cm.
Connexió Luer Lock amb tap protector.
Protecció davant de la llum UV fins 520 nm.
Sense làtex, PVC ni DEHP.

00000 – EQUIP INFUSOMAT TRANSFUSIONS DE SANG SPACE PVC

Amb sistema antidegoteig a la connexió Luer-Lock.

Amb presa d'aire amb filtre anti degoteigbacterià amb sistema de tancament.

Càmera de degoteig de part inferior flexible i anell rígid.

Connexió Luer-Lock tipus Spin-Lock® amb tap protector.

Amb filtre de 200 µm a la càmera de degoteig.

Regulació de degoteig.

Punxó rígid.

Llargada: 250 cm.

Fabricat en PVC.

Lliure de ftalats (DEHP) i làtex.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.

Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.

L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats i de l'equip en cessió i a oferir durant la vigència del contracte l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats si al centre li és necessari.

En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària oferirà una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (fitxes de seguretat i manuals

d'instruccions) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent.

El material fungible del present plec, està associat a aparells que són en propietat de l'IAS o bé cedits a l'IAS. Els aparells cedits s'especifiquen a cada lot, a l'apartat de "Objecte i Requeriments Tècnics Específics" de la pàgina 6.

En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària podrà emportar-se l'equip cedit. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment integral, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi dels equips en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides en el punt 3 Requeriments Tècnics de l'Objecte (pàg.5 i s.). En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52 i s.)**.

4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA.

- **La licitadora també haurà de presentar al sobre digital EL CERTIFICAT D'EXCLUSIVITAT que legalment marca la llei o un CERTIFICAT DE DISTRIBUCIÓ EXCLUSIVA per cada lot licitat.**
- **FITXES TÈCNIQUES.**

4.3. OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 100 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52)**, degudament signada. Caldrà omplir els següents punts:

- **Proposta econòmica. (màxim 95 punts).**
- **Ràpel. (màxim 5 punts).**

5. CRITÈRIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT.

Proposta econòmica, ràpel (**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE (FINS A 95 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **95 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la **Directriu 1/2020** de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,95**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda

- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

TRAÇABILITAT DELS PRODUCTES

Les caixes hauran d'estar etiquetades amb el **codi de barres o codi QR** així com també hauran d'informar del número de lot i de la data de caducitat.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dóna en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

VICENS
LLORET
ALBA - DNI
40429761
Q (TCAT)

Signat digitalment per
VICENS LLORET ALBA -
DNI 40429761Q (TCAT)
Data: 2024.05.31
10:01:45 +02'00'

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 31 de maig de 2024

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS

LOT	Codi	Descripció	Unitats de consum anual	Preu Unitari sense IVA	Preu total sense IVA	% IVA	IVA total	Total amb IVA	
LOT 1 - MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE ARTROSCÒPIA 4K I EL MOTOR									
1	53542	Z MANEC ASPIRACIÓ/IRRIGACIÓ STRYKEFLOW II	60	74,54 €	4.472,40 €	21%	939,20 €	5.411,60 €	
1	50853	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-075	160	48,50 €	7.760,00 €	21%	1.629,60 €	9.389,60 €	
1	50856	A FULLA SERRA ESTÈRIL 2108-150-000	40	48,50 €	1.940,00 €	21%	407,40 €	2.347,40 €	
1	51585	ZA FULLA SERRA 9MM 2296-003-111	50	41,00 €	2.050,00 €	21%	430,50 €	2.480,50 €	
1	51586	ZA FULLA SERRA 9MM 2296-003-225	50	41,00 €	2.050,00 €	21%	430,50 €	2.480,50 €	
1	52816	A FULLA SERRA ESTÈRIL 2108-302-000	50	48,50 €	2.425,00 €	21%	509,25 €	2.934,25 €	
1	53832	A FULLA SERRA ESTÈRIL 4118-127-090	270	48,50 €	13.095,00 €	21%	2.749,95 €	15.844,95 €	
1	54578	Z FULLA SERRA MICRO REF 2296-033-234	20	57,00 €	1.140,00 €	21%	239,40 €	1.379,40 €	
TOTAL LOT 1					34.932,40 €		7.335,80 €	42.268,20 €	
LOT 2 - MATERIAL FUNGIBLE PEL MICROSCOPI LEICA									
2	54545	NZ FUNDA ARMATEC MICROSCOPI LEICA 117X203CM	100	21,66 €	2.166,00 €	21%	454,86 €	2.620,86 €	
TOTAL LOT 2					2.166,00 €		454,86 €	2.620,86 €	
LOT 3 - MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PRIMIER 5000									
3	54649	ZA CARTUTX GEM 5000 GASOS	30	719,99 €	21.599,70 €	21%	4.535,94 €	26.135,64 €	
3	53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500	SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC						
TOTAL LOT 3					21.599,70 €		4.535,94 €	26.135,64 €	

LOT 4 - MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 3500								
4	52161	ZA CARTUTX GEM 3500 GASOS	30	495,00 €	14.850,00 €	21%	3.118,50 €	17.968,50 €
4	54211	Z CVP 1 PER GEM 3500/3000	SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC					
4	52607	Z CVP 2 PER GEM 3500/3000	SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC					
4	53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500	SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC					
TOTAL LOT 4					14.850,00 €		3.118,50 €	17.968,50 €
LOT 5 - MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES								
5	52843	CLIP IDENTIFICADOR SEGURETAT	1900	0,13 €	246,43 €	21%	51,75 €	298,18 €
5	53973	Z BRAÇALET IDENTIFICACIO INFANTIL BOBINA	20	38,70 €	774,00 €	21%	162,54 €	936,54 €
TOTAL LOT 5					1.020,43 €		214,29 €	1.234,72 €
LOT 6 - MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA MODEL GIRAFFAE								
6	54384	Z ADAPTADOR AMB CONECCIÓ LUER U/P	60	3,60 €	216,00 €	21%	45,36 €	261,36 €
6	54599	CIRCUIT NEONATAL PANDA WARMER	20	14,20 €	284,00 €	21%	59,64 €	343,64 €
6	54600	SONDA TEMPERATURA PELL GIRAFFE PANDA	20	21,70 €	434,00 €	21%	91,14 €	525,14 €
TOTAL LOT 6					934,00 €		196,14 €	1.130,14 €
LOT 7 - MATERIAL FUNGIBLE PER TRAQUEOSTOMIA I ALT FLUX								
7	53339	Z MASCARETA CPAP NASAL NEONATAL T/M	20	11,50 €	230,00 €	21%	48,30 €	278,30 €
7	54312	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI 950A61	20	74,00 €	1.480,00 €	21%	310,80 €	1.790,80 €
7	54313	Z CIRCUIT HUMIFICADOR UVM1 RT380	80	66,00 €	5.280,00 €	21%	1.108,80 €	6.388,80 €
7	54314	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI NIV 850A61	20	59,00 €	1.180,00 €	21%	247,80 €	1.427,80 €
7	54315	Z CIRCUIT OXIGEN TERAPIA RT308	60	37,00 €	2.220,00 €	21%	466,20 €	2.686,20 €
7	54403	KIT CIRCUIT UNIVERSAL AIRVO 900PT562	450	91,00 €	40.950,00 €	21%	8.599,50 €	49.549,50 €
7	53121	Z CANULA NASAL CPAP 4,5MM/4,0MM	20	11,00 €	220,00 €	21%	46,20 €	266,20 €

TOTAL LOT 7					51.560,00 €		10.827,60 €	62.387,60 €
LOT 8 - MATERIAL FUNGIBLE PER TONÒMETRE MARCA REICHERT								
8	51495	Z-FUNDA PROT. TONOMETRE TONOPENX-230651	800	0,81 €	648,00 €	21%	136,08 €	784,08 €
TOTAL LOT 8					648,00 €		136,08 €	784,08 €
LOT 9 - MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL·LADOR CORPULS								
9	52318	Z ELECTR. CORPATCH EASY PEDIATRIC CORPUL	40	58,51 €	2.340,40 €	21%	491,48 €	2.831,88 €
9	54442	NZ PACK 25 TIRES SENSOR FLEXI 8000JFW	20	25,45 €	509,00 €	21%	106,89 €	615,89 €
TOTAL LOT 9					2.849,40 €		598,37 €	3.447,77 €
LOT 10 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR TRILOGY 202								
10	54393	PEÇA T AEROGEN SOLO U/S US	500	1,16 €	578,50 €	21%	121,49 €	699,99 €
10	54394	NEBULITZADOR AEROGEN SOLO U/S US	525	44,01 €	23.107,35 €	21%	4.852,54 €	27.959,89 €
10	132852	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XS	5	317,78 €	1.588,90 €	21%	333,67 €	1.922,57 €
10	132853	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/S	5	317,78 €	1.588,90 €	21%	333,67 €	1.922,57 €
10	132854	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/M	20	317,78 €	6.355,60 €	21%	1.334,68 €	7.690,28 €
10	132855	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/L	25	317,78 €	7.944,50 €	21%	1.668,35 €	9.612,85 €
10	132856	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XL	10	317,78 €	3.177,80 €	21%	667,34 €	3.845,14 €
TOTAL LOT 10					44.341,55 €		9.311,73 €	53.653,28 €
LOT 11 - MATERIAL FUNGIBLE PER TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K								
11	54518	SET TUBS INSUFLADOR ENDOFLATOR 50 REF. 031210-10	450	81,25 €	36.562,50 €	21%	7.678,13 €	44.240,63 €
11	54519	TUB ASPIRACIÓ LAP S-PILOT REF. 031447-10	100	56,16 €	5.616,00 €	21%	1.179,36 €	6.795,36 €
11	54520	FILTRE ASPIRACIÓ TORRE LAPAROS 3D 4K REF. 031111-10	70	8,64 €	604,80 €	21%	127,01 €	731,81 €
11	54367	Z ELECTRODE BIPOLAR REF. 011156-10	40	175,00 €	7.000,00 €	21%	1.470,00 €	8.470,00 €
11	52380	Z BISTURI SACHSE RECTE REF. 091220-10	25	102,72 €	2.568,00 €	21%	539,28 €	3.107,28 €

11	51909	KIT HISTEROSCOPIA UN SOL ÚS REF. 031523-10	220	50,00 €	11.000,00 €	21%	2.310,00 €	13.310,00 €
11	54429	Z BISTURI URETROTOM UN SOL US REF. 091221-10	60	120,28 €	7.216,80 €	21%	1.515,53 €	8.732,33 €
11	130183	Z ELECTRODE MONOPOLAR COLLINS REF. 01111510	30	49,78 €	1.493,40 €	21%	313,61 €	1.807,01 €
11	130184	Z ELECTRODE COAG.MONOPOLAR REF. 011116-10	110	82,86 €	9.114,60 €	21%	1.914,07 €	11.028,67 €
11	130185	Z NANÇA DE TALL MONO 24-26FR REF. 011114-10	80	89,49 €	7.159,20 €	21%	1.503,43 €	8.662,63 €
11	131976	Z NANÇA SUPRALOOP 120X85MM 26183MC	20	110,50 €	2.210,00 €	21%	464,10 €	2.674,10 €
11	132740	Z CABLE ALTA FREQUEN BIPOLAR 400CMSTORZ	20	312,70 €	6.254,00 €	21%	1.313,34 €	7.567,34 €
TOTAL LOT 11					96.799,30 €		20.327,85 €	117.127,15 €
LOT 12 - MATERIAL FUNGIBLE PER GENERADOR CELON ELITE								
12	54530	Z BISTURI RFITT CELONPROBREATH CORNETS	100	177,00 €	17.700,00 €	21%	3.717,00 €	21.417,00 €
12	54531	Z BISTURI RFITT CELONPROSLEEP AMIGDALES	80	209,00 €	16.720,00 €	21%	3.511,20 €	20.231,20 €
TOTAL LOT 12					34.420,00 €		7.228,20 €	41.648,20 €
LOT 13 - MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT								
13	53000	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250 ml	10	389,40 €	3.894,00 €	21%	817,74 €	4.711,74 €
13	53001	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50 ml	10	165,50 €	1.655,00 €	21%	347,55 €	2.002,55 €
TOTAL LOT 13					5.549,00 €		1.165,29 €	6.714,29 €
LOT 14 - MATERIAL FUNGIBLE PER EQUIP DE MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS TRUWAVE								
14	53729	EQUIP MONITOR PRESSIÓ TRANSDUCTOR	580	15,00 €	8.700,00 €	21%	1.827,00 €	10.527,00 €
14	53719	Z CABLE PRESSIÓ TRUWAVE	12	220,00 €	2.640,00 €	21%	554,40 €	3.194,40 €
14	53720	Z PINÇA SUPORT TRANSDUCTOR PRESSIÓ	45	90,00 €	4.050,00 €	21%	850,50 €	4.900,50 €
TOTAL LOT 14					15.390,00 €		3.231,90 €	18.621,90 €
LOT 15 - MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS								
15	54360	Z PALA LARINGOSCOPIUM SPECTRUM S1	10	45,60 €	456,00 €	21%	95,76 €	551,76 €

15	54066	Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S2	10	45,60 €	456,00 €	21%	95,76 €	551,76 €
15	53863	PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S3	60	45,60 €	2.736,00 €	21%	574,56 €	3.310,56 €
15	53864	PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S4	160	45,60 €	7.296,00 €	21%	1.532,16 €	8.828,16 €
TOTAL LOT 15					10.944,00 €		2.298,24 €	13.242,24 €
LOT 16 - MATERIAL FUNGIBLE PER LA BOMBA EPIDURAL								
16	53005	ALLARGADERA VIA PER BOMBA CADD EPIDURAL GROC 21-7324	595	20,70 €	12.316,50 €	21%	2.586,47 €	14.902,97 €
16	51505	ESCALFADOR SANG/FLUIDS IV L-70NI	80	10,90 €	872,00 €	21%	183,12 €	1.055,12 €
16	51645	EQUIP B. DOLOR CADD 50ML 21-7001-24	130	26,68 €	3.468,40 €	21%	728,36 €	4.196,76 €
16	51570	ALLARGADERA PER BOMBA DE DOLOR 76CM	175	5,79 €	1.012,38 €	21%	212,60 €	1.224,97 €
TOTAL LOT 16					17.669,28 €		3.710,55 €	21.379,82 €
LOT 17 - MATERIAL FUNGIBLE PER EXTRACTOR DE LLET ELÈCTRIC								
17	52918	BIBERÓ ESPECIAL NOUNATS (SPECIALNEEDS)	6	25,00 €	150,00 €	21%	31,50 €	181,50 €
17	53616	AMPOLLA 80ML U/S	90	4,36 €	392,40 €	21%	82,40 €	474,80 €
17	53618	KIT EXTRACTOR T/M	720	2,62 €	1.886,40 €	21%	396,14 €	2.282,54 €
17	50735	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA L	100	1,84 €	184,00 €	21%	38,64 €	222,64 €
17	54361	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA S	150	1,84 €	276,00 €	21%	57,96 €	333,96 €
17	54362	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA M	250	1,84 €	460,00 €	21%	96,60 €	556,60 €
TOTAL LOT 17					3.348,80 €		703,25 €	4.052,05 €
LOT 18 - MATERIAL FUNGIBLE PER MOTOR ADEOR								
18	54339	FRESA DB50 MOTOR ADEOR	10	95,00 €	950,00 €	21%	199,50 €	1.149,50 €
18	54340	FRESA DB60 MOTOR ADEOR	4	95,00 €	380,00 €	21%	79,80 €	459,80 €
18	54341	BALLTIP B40 MOTOR ADEOR	10	95,00 €	950,00 €	21%	199,50 €	1.149,50 €
18	54342	BALLTIP B48 MOTOR ADEOR	10	95,00 €	950,00 €	21%	199,50 €	1.149,50 €

18	54343	BALLTIP B64 MOTOR ADEOR	10	95,00 €	950,00 €	21%	199,50 €	1.149,50 €
18	54344	NEURO MATCHSTICK N30 MOTOR ADEOR	12	95,00 €	1.140,00 €	21%	239,40 €	1.379,40 €
18	54345	TUB IRRIGACIÓ VMN-ITS-6 MOTOR ADEOR	5	95,00 €	475,00 €	21%	99,75 €	574,75 €
18	54398	NZ BOLA DIAMANT 3,3MM DB33 MOTOR AED	12	95,00 €	1.140,00 €	21%	239,40 €	1.379,40 €
TOTAL LOT 18					6.935,00 €		1.456,35 €	8.391,35 €
LOT 19 - MATERIAL FUNGIBLE PER L'APARELL LASER CO2								
19	54474	NZ FIBRA LASER CO2 SMARTXIDE2 TRIO 60W	8	1.091,78 €	8.734,24 €	21%	1.834,19 €	10.568,43 €
TOTAL LOT 19					8.734,24 €		1.834,19 €	10.568,43 €
LOT 20 - MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOPI C-MAC								
20	54594	PALA LARINGO N/3 C-MAC	200	28,00 €	5.600,00 €	21%	1.176,00 €	6.776,00 €
20	54595	PALA LARINGO N/4 C-MAC	200	12,71 €	2.542,00 €	21%	533,82 €	3.075,82 €
20	54596	PALA LARINGO D-BLADE C-MAC	200	12,71 €	2.542,00 €	21%	533,82 €	3.075,82 €
20	54597	VARILLA GUIA C-MAC	200	22,66 €	4.532,00 €	21%	951,72 €	5.483,72 €
TOTAL LOT 20					15.216,00 €		3.195,36 €	18.411,36 €
LOT 21 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS MINDRAY								
21	54637	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE NEONAT MINDRAY	40	35,20 €	1.408,00 €	21%	295,68 €	1.703,68 €
21	54614	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE II ADU/PED	40	24,92 €	996,80 €	21%	209,33 €	1.206,13 €
21	54586	Z EMBENAT PER SENSOR NMT 040-002258-00	80	2,12 €	169,60 €	21%	35,62 €	205,22 €
21	54580	CANISTER CAL SODADA I0002186	40	21,95 €	878,00 €	21%	184,38 €	1.062,38 €
21	54638	N CIRCUIT PACIENT NEONATAL U/S US	10	39,00 €	390,00 €	21%	81,90 €	471,90 €
21	132827	NZ KIT ACCESSORIS SIDESTRAM CO2 NEONATAL	10	157,00 €	1.570,00 €	21%	329,70 €	1.899,70 €
21	54668	NZA SENSOR DE FLUX DE PRESSIO NEONATAL	10	70,00 €	700,00 €	21%	147,00 €	847,00 €
21	132844	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/S RESP NIV	25	142,00 €	3.550,00 €	21%	745,50 €	4.295,50 €

21	132845	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/M RESP NIV	25	142,00 €	3.550,00 €	21%	745,50 €	4.295,50 €
21	132848	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/L RESP NIV	25	142,00 €	3.550,00 €	21%	745,50 €	4.295,50 €
TOTAL LOT 21					16.762,40 €		3.520,10 €	20.282,50 €
LOT 22 - MATERIAL FUNGIBLE PER TORRES D'ENDOSCÒPIA								
22	54664	TUB D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR	25	220,70 €	5.517,50 €	21%	1.158,68 €	6.676,18 €
22	54665	ADAPTADOR D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR	25	256,00 €	6.400,00 €	21%	1.344,00 €	7.744,00 €
TOTAL LOT 22					11.917,50 €		2.502,68 €	14.420,18 €
LOT 23 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW								
23	54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY	35	38,00 €	1.330,00 €	21%	279,30 €	1.609,30 €
23	54643	NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY	35	38,00 €	1.330,00 €	21%	279,30 €	1.609,30 €
TOTAL LOT 23					2.660,00 €		558,60 €	3.218,60 €
LOT 24 - MATERIAL FUNGIBLE PER DESINFECTADORS D'ESTERILITZACIÓ								
24	53174	TIRA INDICADOR QUIMIC STERRAT PACK- 4x250US	18000	0,17 €	3.060,00 €	21%	642,60 €	3.702,60 €
24	53401	CONTROL BIOLG.STERRAD 15 MIN. C-30US	1300	6,00 €	7.800,00 €	21%	1.638,00 €	9.438,00 €
24	54221	Z CASSET ESTERI STERRAD 100NX PACK- 2US	130	115,50 €	15.015,00 €	21%	3.153,15 €	18.168,15 €
TOTAL LOT 24					25.875,00 €		5.433,75 €	31.308,75 €
LOT 25 - MATERIAL FUNGIBLE PER ELECTROENCEFALOGRAMA MODEL V32								
25	54443	Z PASTA ADHESIVA CONDUCTORA 228G	36	17,65 €	635,40 €	21%	133,43 €	768,83 €
25	54444	Z ELECTRODE CULLERETA UN SOL US 10MM	400	1,00 €	400,00 €	21%	84,00 €	484,00 €
25	54445	Z FIXADOR ELECTRODE COLODION 15ML	250	4,75 €	1.188,25 €	21%	249,53 €	1.437,78 €
25	132769	NZ ANELL DE SILI PEL GORRO EQUI EEG	25	15,00 €	375,00 €	21%	78,75 €	453,75 €
25	00000	GORRO ELECTRO-CAP 51-56CM	4	590,00 €	2.360,00 €	21%	495,60 €	2.855,60 €
25	00000	GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM	4	590,00 €	2.360,00 €	21%	495,60 €	2.855,60 €

25	51848	Z AGULLA ELECTROENCEFALOFRAMA 16X3/4	1100	0,93 €	1.023,00 €	21%	214,83 €	1.237,83 €
25	54513	Z ELECTRODE SUPERFICIE 22X30 AMB CABLE	100	1,20 €	120,00 €	21%	25,20 €	145,20 €
TOTAL LOT 25					8.461,65 €		1.776,95 €	10.238,60 €
LOT 26 - MATERIAL FUNGIBLE PER LES BOMBES D'INFUSIÓ								
26	52407	Z EQUIP INFUSIÓ SAFESET PVC AMB CARESITE	450	6,30 €	2.835,00 €	21%	595,35 €	3.430,35 €
26	54571	ZT EQUIP INFUSOMAT SPACE UV-P 250CM POL	250	5,70 €	1.425,00 €	21%	299,25 €	1.724,25 €
26	00000	Z EQUIP INFUSOMAT TRANSFUSIONS DE SANG SPACE PVC	150	8,85	1.327,50 €	21%	278,78 €	1.606,28 €
TOTAL LOT 26					5.587,50 €		1.173,38 €	6.760,88 €
TOTAL					461.171,15 €		96.845,94 €	558.017,09 €

9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA ECONÒMICA I RÀPEL

MODEL OFERTA ECONÒMICA WORD

NOM LICITADORA:	
LOT:	
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC CONCURSOS:	
PERSONA DE CONTACTE:	TELÈFON:

El/la Sr./Sra.amb residència
a.....al carrer.....número i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte, amb expedient
número, es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de.....€ (xifra en lletres i
en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel al final de cada any natural del %.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

LOT	Codi	Descripció	Unitats de consum anual	Preu Unitari sense IVA	Preu total sense IVA	% IVA	IVA total	Total amb IVA	Referència de l'article ofert	
LOT 1 - MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE ARTROSCÒPIA 4K I EL MOTOR										
1	53542	Z MANEC ASPIRACIÓ/IRRIGACIÓ STRYKEFLOW II	60							
1	50853	A FULLA SERRA ESTÈRIL REF. 4118-127-075	160							
1	50856	A FULLA SERRA ESTÈRIL 2108-150-000	40							
1	51585	ZA FULLA SERRA 9MM 2296-003-111	50							
1	51586	ZA FULLA SERRA 9MM 2296-003-225	50							
1	52816	A FULLA SERRA ESTÈRIL 2108-302-000	50							
1	53832	A FULLA SERRA ESTÈRIL 4118-127-090	270							
1	54578	Z FULLA SERRA MICRO REF 2296-033-234	20							
TOTAL LOT 1										
LOT 2 - MATERIAL FUNGIBLE PEL MICROSCOPI LEICA										
2	54545	NZ FUNDA ARMATEC MICROSCOPI LEICA 117X203CM	100							
TOTAL LOT 2										
LOT 3 - MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 5000										
3	54649	ZA CARTUTX GEM 5000 GASOS	30							
3	53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500	SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC							
TOTAL LOT 3										
LOT 4 - MATERIAL FUNGIBLE PER GASÒMETRE GEM PREMIER 3500										
4	52161	ZA CARTUTX GEM 3500 GASOS	30							

4	54211	Z CVP 1 PER GEM 3500/3000								SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC
4	52607	Z CVP 2 PER GEM 3500/3000								SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC
4	53792	Z PAPER TERMIC GEM 5000/3500								SUBMINISTRAMENT SENSE CAP COST ECONÒMIC
TOTAL LOT 4										
LOT 5 - MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES										
5	52843	CLIP IDENTIFICADOR SEURETAT	1900							
5	53973	Z BRAÇALET IDENTIFICACIO INFANTIL BOBINA	20							
TOTAL LOT 5										
LOT 6 - MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA MODEL GIRAFFAE										
6	54384	Z ADAPTADOR AMB CONECCIÓ LUER U/P	60							
6	54599	CIRCUIT NEONATAL PANDA WARMER	20							
6	54600	SONDA TEMPERATURA PELL GIRAFFE PANDA	20							
TOTAL LOT 6										
LOT 7 - MATERIAL FUNGIBLE PER TRAQUEOSTOMIA I ALT FLUX										
7	53339	Z MASCARETA CPAP NASAL NEONATAL T/M	20							
7	54312	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI 950A61	20							
7	54313	Z CIRCUIT HUMIFICADOR UVM1 RT380	80							
7	54314	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI NIV 850A61	20							
7	54315	Z CIRCUIT OXIGEN TERAPIA RT308	60							
7	54403	KIT CIRCUIT UNIVERSAL AIRVO 900PT562	450							
7	53121	Z CANULA NASAL CPAP 4,5MM/4,0MM	20							
TOTAL LOT 7										
LOT 8 - MATERIAL FUNGIBLE PER TONÒMETRE MARCA REICHERT										

8	51495	Z-FUNDA PROT. TONOMETRE TONOPENX-230651	800						
TOTAL LOT 8									
LOT 9 - MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL-LADOR CORPULS									
9	52318	Z ELECTR. CORPATCH EASY PEDIATRIC CORPUL	40						
9	54442	NZ PACK 25 TIRES SENSOR FLEXI 8000JFW	20						
TOTAL LOT 9									
LOT 10 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR TRILOGY 202									
10	54393	PEÇA T AEROGEN SOLO U/S US	500						
10	54394	NEBULITZADOR AEROGEN SOLO U/S US	525						
10	132852	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XS	5						
10	132853	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/S	5						
10	132854	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/M	20						
10	132855	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/L	25						
10	132856	NZA MASCARETA REUTILITZABLE DIMAX T/XL	10						
TOTAL LOT 10									
LOT 11 - MATERIAL FUNGIBLE PER TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K									
11	54518	SET TUBS INSUFLADOR ENDOFLATOR 50 REF. 031210-10	450						
11	54519	TUB ASPIRACIÓ LAP S-PILOT REF. 031447-10	100						
11	54520	FILTRE ASPIRACIÓ TORRE LAPAROS 3D 4K REF. 031111-10	70						
11	54367	Z ELECTRODE BIPOLAR REF. 011156-10	40						
11	52380	Z BISTURI SACHSE RECTE REF. 091220-10	25						
11	51909	KIT HISTEROSCOPIA UN SOL ÚS REF. 031523-10	220						
11	54429	Z BISTURI URETROTOM UN SOL US REF. 091221-10	60						

11	130183	Z ELECTRODE MONOPOLAR COLLINS REF. 01111510	30					
11	130184	Z ELECTRODE COAG.MONOPOLAR REF. 011116-10	110					
11	130185	Z NANÇA DE TALL MONO 24-26FR REF. 011114-10	80					
11	131976	Z NANÇA SUPRALOOP 120X85MM 26183MC	20					
11	132740	Z CABLE ALTA FREQUEN BIPOLAR 400CMSTORZ	20					
TOTAL LOT 11								
LOT 12 - MATERIAL FUNGIBLE PER GENERADOR CELON ELITE								
12	54530	Z BISTURI RFITT CELONPROBREATH CORNETS	100					
12	54531	Z BISTURI RFITT CELONPROSLEEP AMIGDALES	80					
TOTAL LOT 12								
LOT 13 - MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT								
13	53000	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250 ml	10					
13	53001	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50 ml	10					
TOTAL LOT 13								
LOT 14 - MATERIAL FUNGIBLE PER EQUIP DE MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS TRUWAVE								
14	53729	EQUIP MONITOR PRESSIÓ TRANSDUCTOR	580					
14	53719	Z CABLE PRESSIÓ TRUWAVE	12					
14	53720	Z PINÇA SUPORT TRANSDUCTOR PRESSIÓ	45					
TOTAL LOT 14								
LOT 15 - MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS								
15	54360	Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S1	10					
15	54066	Z PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S2	10					
15	53863	PALA LARINGOSCOPI SPECTRUM S3	60					

15	53864	PALA LARINGOSCOPIUM S4	160						
TOTAL LOT 15									
LOT 16 - MATERIAL FUNGIBLE PER LA BOMBA EPIDURAL									
16	53005	ALLARGADERA VIA PER BOMBA CADD EPIDURAL GROC 21-7324	595						
16	51505	ESCALFADOR SANG/FLUIDS IV L-70NI	80						
16	51645	EQUIP B. DOLOR CADD 50ML 21-7001-24	130						
16	51570	ALLARGADERA PER BOMBA DE DOLOR 76CM	175						
TOTAL LOT 16									
LOT 17 - MATERIAL FUNGIBLE PER EXTRACTOR DE LLET ELÈCTRIC									
17	52918	BIBERÓ ESPECIAL NOUNATS (SPECIALNEEDS)	6						
17	53616	AMPOLLA 80ML U/S	90						
17	53618	KIT EXTRACTOR T/M	720						
17	50735	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA L	100						
17	54361	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA S	150						
17	54362	Z MUGRONERA DE SILICONA TALLA M	250						
TOTAL LOT 17									
LOT 18 - MATERIAL FUNGIBLE PER MOTOR ADEOR									
18	54339	FRESA DB50 MOTOR ADEOR	10						
18	54340	FRESA DB60 MOTOR ADEOR	4						
18	54341	BALLTIP B40 MOTOR ADEOR	10						
18	54342	BALLTIP B48 MOTOR ADEOR	10						
18	54343	BALLTIP B64 MOTOR ADEOR	10						

18	54344	NEURO MATCHSTICK N30 MOTOR ADEOR	12						
18	54345	TUB IRRIGACIÓ VMN-ITS-6 MOTOR ADEOR	5						
18	54398	NZ BOLA DIAMANT 3,3MM DB33 MOTOR AED	12						
TOTAL LOT 18									
LOT 19 - MATERIAL FUNGIBLE PER L'APARELL LASER CO2									
19	54474	NZ FIBRA LASER CO2 SMARTXIDE2 TRIO 60W	8						
TOTAL LOT 19									
LOT 20 - MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOPI C-MAC									
20	54594	PALA LARINGO N/3 C-MAC	200						
20	54595	PALA LARINGO N/4 C-MAC	200						
20	54596	PALA LARINGO D-BLADE C-MAC	200						
20	54597	VARILLA GUIA C-MAC	200						
TOTAL LOT 20									
LOT 21 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS MINDRAY									
21	54637	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE NEONAT MINDRAY	40						
21	54614	NZ TRAMPA AIGUA DRYLINE II ADU/PED	40						
21	54586	Z EMBENAT PER SENSOR NMT 040-002258-00	80						
21	54580	CANISTER CAL SODADA I0002186	40						
21	54638	N CIRCUIT PACIENT NEONATAL U/S US	10						
21	132827	NZ KIT ACCESSORIS SIDESTRAM CO2 NEONATAL	10						
21	54668	NZA SENSOR DE FLUX DE PRESSIO NEONATAL	10						
21	132844	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/S RESP NIV	25						
21	132845	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/M RESP NIV	25						

21	132848	NZA MASCARETA REUTILITZABLE T/L RESP NIV	25						
TOTAL LOT 21									
LOT 22 - MATERIAL FUNGIBLE PER TORRES D'ENDOSCÒPIA									
22	54664	TUB D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR	25						
22	54665	ADAPTADOR D'AIGUA PER CANAL AUXILIAR	25						
TOTAL LOT 22									
LOT 23 - MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW									
23	54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY	35						
23	54643	NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY	35						
TOTAL LOT 23									
LOT 24 - MATERIAL FUNGIBLE PER DESINFECTADORS D'ESTERILITZACIÓ									
24	53174	TIRA INDICADOR QUIMIC STERRAT PACK- 4x250US	18000						
24	53401	CONTROL BIOLG.STERRAD 15 MIN. C-30US	1300						
24	54221	Z CASSET ESTERI STERRAD 100NX PACK- 2US	130						
TOTAL LOT 24									
LOT 25 - MATERIAL FUNGIBLE PER ELECTROENCEFALOGRAMA MODEL V32									
25	54443	Z PASTA ADHESIVA CONDUCTORA 228G	36						
25	54444	Z ELECTRODE CULLERETA UN SOL US 10MM	400						
25	54445	Z FIXADOR ELECTRODE COLODION 15ML	250						
25	132769	NZ ANELL DE SILI PEL GORRO EQUI EEG	25						
25	00000	GORRO ELECTRO-CAP 51-56CM	4						
25	00000	GORRO ELECTRO-CAP 47-51CM	4						

25	51848	Z AGULLA ELECTROENCEFALOFRAMA 16X3/4	1100						
25	54513	Z ELECTRODE SUPERFICIE 22X30 AMB CABLE	100						
TOTAL LOT 25									
LOT 26 - MATERIAL FUNGIBLE PER LES BOMBES D'INFUSIÓ									
26	52407	Z EQUIP INFUSIÓ SAFESET PVC AMB CARESITE	450						
26	54571	ZT EQUIP INFUSOMAT SPACE UV-P 250CM POL	250						
26	00000	Z EQUIP INFUSOMAT TRANSFUSIONS DE SANG SPACE PVC	150						
TOTAL LOT 26									
TOTAL									