

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DE LES OFERTES

| | |
|-----------------------------|--|
| Centre | Hospital Universitari Germans Trias i Pujol |
| Núm. Expedient | CS/AH03/1101390496/24/PO |
| Import de licitació: | 743.801,65 euros sense IVA (900.000,00 euros IVA inclòs) |

| | Oferta Econòmica | PREU UNITARI (sense 21%IVA) | Puntuació màxima |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Criteri 1 | Preu (en €, IVA exclòs) de la solució d'angiografia | 743.801,65 € | 33 |

| | Garantia | Puntuació màxima |
|------------------|---|------------------|
| Criteri 2 | Ampliació de la garantia (termini mínim exigít de 24 mesos) | 5 |

| | Preu manteniment integral | Puntuació màxima |
|------------------|---|------------------|
| Criteri 2 | Preu (en €, IVA exclòs) del manteniment integral anual de l'angiògraf (fins a un màxim del 10% de l'import ofert) | 5 |

| | Especificacions tècniques de l'angiògraf | Puntuació màxima |
|------------------|--|------------------|
| Criteri 3 | Moviment de l'arc des de la taula i des del detector | 2 |
| | S'inclou un comandament addicional | 2 |
| | Posicionament de l'arc a partir d'una imatge prèvia | 2 |

| | Sala de control i integració audiovisual | Puntuació màxima |
|------------------|--|------------------|
| Criteri 4 | Entrega al gestor audiovisual el senyal live i referència de l'arc separats, en dos senyals de vídeo | 2 |
| | El sistema audiovisual de l'angiògraf permet enviar al sistema audiovisual de la sala la composició feta al monitor de gran format | 1 |

| | Criteris de valoració sotmesos a judici de valor | Puntuació màxima |
|------------------|--|------------------|
| Criteri 5 | Puntuació rebuda en els criteris de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor | 48 |

| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE | PUNTUACIÓ TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|
| Allia Pulse 530 | 95 |

| Documentació | Descripció | Valoració |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| Oferta econòmica | | |
| Annex 16 | Preu total sense IVA: 740.000€ | 33 |

| Garantia | | |
|----------|-------------------------|---|
| Annex 16 | No s'amplia la garantia | 0 |

| Preu manteniment integral | | |
|---------------------------|--|---|
| Annex 16 | Preu anual del manteniment integral sense IVA: 60.000€ | 5 |

| Especificacions tècniques de l'angiògraf | | |
|--|---|---|
| Criteris tècnics objectives pàg. 1 | Permet el moviment de l'arc des de la taula i des del detector. | 2 |
| Criteris tècnics objectives pàg. 1 | S'inclou comandament addicional. | 2 |
| Criteris tècnics objectives pàg. 1 | Permet el posicionament de l'arc a partir d'una imatge prèvia. | 2 |

| Sala de control i integració audiovisual | | |
|--|---|---|
| Criteris tècnics objectives pàg. 2 | S'entreguen per separat al gestor audiovisual dos senyals de vídeo (live i referència). | 2 |
| Criteris tècnics objectives pàg. 2 | S'envia la composició de vídeo feta al monitor de gran format al sistema audiovisual | 1 |

| Criteris de valoració sotmesos a judici de valor | | |
|--|--|----|
| Veure informe de valoració tècnica | | 48 |

| PHILIPS | PUNTUACIÓ TOTAL |
|---------------|-----------------|
| Azurion 7 F20 | 83,95 |

| Documentació | Descripció | Valoració |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| Oferta econòmica | | |
| Annex 16 | Preu total sense IVA: 743.800€ | 32,87 |

| Garantia | | |
|----------|---|---|
| Annex 16 | S'amplia la garantia 1 any. Garantia total de 3 anys. | 2 |

| Preu manteniment integral | | |
|---------------------------|--|------|
| Annex 16 | Preu anual del manteniment integral sense IVA: 74.379€ | 4,08 |

| Especificacions tècniques de l'angiògraf | | |
|--|---|---|
| Criteris automàtics pàg. 2 | Permet el moviment de l'arc des dels comandaments, que es poden fixar a la barra tècnica de la taula. | 0 |
| Criteris automàtics pàg. 7 | S'inclou comandament addicional. | 2 |
| Criteris automàtics pàg. 10 | Permet el posicionament de l'arc a partir d'una imatge prèvia. | 2 |

| Sala de control i integració audiovisual | | |
|--|---|---|
| Criteris automàtics pàg. 13 | S'entreguen per separat al gestor audiovisual dos senyals de vídeo (live i referència). | 2 |
| Criteris automàtics pàg. 13 | S'envia la composició de vídeo feta al monitor de gran format al sistema audiovisual | 1 |

| Criteris de valoració sotmesos a judici de valor | | |
|--|--|----|
| Veure informe de valoració tècnica | | 38 |

| SIEMENS HEALTHCARE | PUNTUACIÓ TOTAL |
|--------------------|-----------------|
| Artis Icono Floor | 79,54 |

| Documentació | Descripció | Valoració |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Oferta econòmica | | |
| Annex 16 | Preu total sense IVA: 743.794,94€ | 32,87 |

| Garantia | | |
|----------|-----------------------|---|
| Annex 16 | No s'amplia la garant | 0 |

| Preu manteniment integral | | |
|---------------------------|--|------|
| Annex 16 | Preu anual del manteniment integral sense IVA: 73.000€ | 4,17 |

| Especificacions tècniques de l'angiògraf | | |
|--|---|---|
| Descripció Anexo 15 pàg. 4 | Permet el moviment de l'arc des de la taula i des del detector. | 2 |
| Descripció Anexo 15 pàg. 9 | S'inclou comandament addicional. | 2 |
| Descripció Anexo 15 pàg. 9 | Permet el posicionament de l'arc a partir d'una imatge prèvia. | 2 |

| Sala de control i integració audiovisual | | |
|--|---|---|
| Descripció Anexo 15 pàg. 10 | S'entreguen per separat al gestor audiovisual dos senyals de vídeo (live i referència). | 2 |
| Descripció Anexo 15 pàg. 10 | S'envia la composició de vídeo feta al monitor de gran format al sistema audiovisual | 1 |

| Criteris de valoració sotmesos a judici de valor | | |
|--|--|------|
| Veure informe de valoració tècnica | | 33,5 |