

INFORME DE VALORACIÓ TECNICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CS/AH06/1101388008/24/PO, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DE POLIGRAFIA PER A ESTUDIS ELECTROFISIOLÒGICS AMB ESTIMULADOR CARDIAC PER AL SERVEI DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA.

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes.

EMPRESA

Medtronic Ibérica S.A.

EQUIP PROPOSAT

EP-Tracer 2 70 Estacionario

CARACTERISTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES

Medtronic Ibérica S.A., amb la seva proposta d'un sistema Schwarzer Cardiotek, model EP-Tracer 2 70 Estacionari, dona resposta a tots els punts de les característiques Bàsiques Imprescindibles en quan a prestacions i característiques.

De manera complementària Medtronic aporta certificat de compliment de Plecs.

ACCESSORIS BÀSICS

La proposta indica l'aportació dels elements publicats com elements bàsics:

- Cable ECG amb elèctrodes.
- Cable de fibra de carbó amb llargada mínima de 90 cm.
- Cable de connexió de catèter amb mida aproximada de 300 cm.
- Impressora làser

FORMACIÓ

Respecte al programa formatiu, es planteja una actuació prèvia adreçada als diferents professionals que han de treballar amb el sistema tant facultatius com infermeria. En aquesta formació amb durada prevista de 2.5 hores es formarà sobre característiques, utilització, configuració així com una demo sobre el software i els diferents components del sistema.

Una segona actuació amb durada estimada de 3.5 hores, a realitzar durant la instal·lació amb la posada en marxa, configuració dels diferents perfils d'usuari, configuració de pantalles: temps real, revisió, sincronització, amplificació, etc.

Es configuraran les plantilles de catèter per a cada substrat d'ablació.

Configuració de protocols d'estimulació: estímuls simples, tens, etc.

Es treballaran la creació d'informes així com les tecles d'accés ràpid.

Per donar continuïtat i seguretat als clínics es realitzarà suport presencial durant una jornada amb previsió de realització de dos procediments on es resoldran dubtes.

Finalment ofereixen una jornada de refresc i resolució de dubtes a partir del mes d'implementació i funcionament del sistema.



TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equipament no podrà ser superior a 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la formalització de la comanda.
No ho especifiquen explícitament, no obstant aporten un certificat de compliment de PPT.

GARANTIA

La garantia del procediment, equip i instal·lacions objecte de la present licitació contra possible mal funcionament serà per un període de **24 MESOS**, que es comptarà a partir de la posada en marxa i la entrega de la documentació de la seva instal·lació.
No ho especifiquen explícitament, no obstant aporten un certificat de compliment de PPT.

SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT

Incorpora protocol d'actuació i abast.
La proposta d'actuació es detallada des de la detecció de l'anomalia, el trasllat al proveïdor i aquest al fabricant. Indica tota la informació generada i l'abast en la tramitació.
Realitza un ampli anàlisi sobre les possibilitats d'actuació depenent de l'abast de la incidència i estimació de terminis de resposta i reparació.
Detalla diverses formes d'actuació depenent de la tipologia de la incidència i les opcions per a la seva resolució.

REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Compliment de PPT MITJANÇANT CERTIFICACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES I PRESTACIONS FUNCIONALS VALORABLES MITJANÇANT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP.

Aquest apartat s'informarà en un document independent per la part clínica.

MILLORES

Millores valorables d'acord amb criteris de judici de valor

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Mòdul per generar un informe final on es poden incloure totes les accions realitzades per l'operador durant el procediment.
Incorpora el nou mòdul de generació d'informes amb plantilles personalitzables amb capacitat d'inserció de dades i events del pacient.

Millores valorables d'acord amb criteris objectius (s'han d'incloure en el sobre 2)



Valoració tècnica segons criteris d'adjudicació .

1.1 Idoneïtat del equip respecte al tipus d' activitat a que va destinat (fins a 20 punts).

L'adequació de les prestacions de l'equip a les necessitats d'ús al que ha de ser destinat (valorat amb un màxim de 20 punts), es documentarà en informe independent per la part facultativa en base a demostració realitzada per part dels licitadors.

S'aporta informe específic de valoració de la mostra amb les valoracions corresponents:

- Adequació a les necessitats assistencials tant del polígraf com dels elements accessoris i complementaris (fins a **5 punts**).
- Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari (fins a **5 punts**).
- Qualitat i integració a la Sala (fins a **5 punts**).
- Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe (fins a **5 punts**).

1.2 Millores valorables amb criteris de judici de valor (Fins a 6 punts).

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Mòdul per generar un informe final on es poden incloure totes les accions realitzades per l'operador durant el procediment, (fins a **6 punts**).

Incorpora un mòdul de generació d'informes amb plantilles personalitzables amb capacitat d'inserció de dades i events del pacient que s'adeqüen a les necessitats del servei. **6 punts**.

1.3 Formació (fins a 2 punts).

Donada la tipologia de producte es considera suficientment detallada i extensa la proposta formativa proposada, se li atorga la màxima puntuació prevista. **2 punts**.

1.4 Servei tècnic i manteniment (fins 2 punts).

Proposta correcta envers el tipus d'equipament. **2 punts**.

Davant l'anterior anàlisi i vista la valoració realitzada, la puntuació obtinguda ha esta la següent:

Medtronic Ibérica S.A: 10 punts.

Firmat.-
Eugeni Lara Punzano Unitat d'aritmies/Electrofisiologia de l'HUAV.

