

INFORME DE VALORACIÓ TECNICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CS/AH06/1101388008/24/PO, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DE POLIGRAFIA PER A ESTUDIS ELECTROFISIOLÒGICS AMB ESTIMULADOR CARDIAC PER AL SERVEI DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA.

Equipament: Poligrafia per estudis electrofisiològics amb estimulador cardíac
Marca: CardioTek
Model: EP-TRACER 70

Qualificació de la idoneïtat del equip respecte al tipus d' activitat a que va destinat (puntuació màxima 20 punts)

•Adequació a les necessitats assistencials tant del polígraf com dels elements accessoris complementaris(5 punts):

L'equip ofert té una capacitat d'anàlisi i processat de senyals que s'adequa a les necessitats per interpretar adequadament tots els tipus d'arrítmies cardíques.

•Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari: (5 punts).

D'una banda, és un equip molt fàcilment integrable, ja que es posiciona sota la taula alliberant així l'espai d'accés al pacient la qual cosa facilita la interacció amb el pacient.

D'altra banda, disposa d'un sistema molt intuïtiu, de ràpid accés i fàcil interacció.

•Qualitat i integració a la Sala: (5 punts).

La integració de l'equip es fàcil i directa, a partir d'un sistema de fibra òptica permet disposar de tots els senyals elèctrics generats a la pantalla general de seguiment així com a les pantalles auxiliars de control i al seu emmagatzematge.

•Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe: (5 punts).

L'equip ofert permet fer un anàlisi continu amb total estabilitat i fiabilitat dels senyals generals la qual cosa aporta una gran fiabilitat clínica i ajuda en la presa de dedicions.



Doc. original signat per:
DIEGO ERNESTO MENÉNDEZ
RAMÍREZ / num:2505026
14/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03XSCYOM7LKUYEUIHUKN8RRSW43XHTVG

Data creació còpia:
14/05/2024 08:46:28

Pàgina 1 de 2

Salut/  Hospital Universitari
Arnau de Vilanova Lleida

Durant l'ús d'aquest equip s'ha demostrat complir adequadament amb les requeriments necessaris per a dur a terme amb èxit els diferents tipus d'estudis electrofisiològics i ablacions.

Hem comprovat que és un equip dinàmic, malgrat la seva complexitat, el maneig és intuïtiu i amb una alta qualitat de senyal.

Aquest equip reuneix les característiques per realitzar les diferents activitats de la sala.

Vist l'informe la valoració la puntuació obtinguda ha esta la següent:

Medtronic Ibérica S.A: 20 punts.

Diego Menéndez Ramírez

CM 2505026

Firmat.-

Dr. Diego Menéndez Ramírez

Unitat d'arrítmies/Electrofisiologia de l'HUAV



Doc. original signat per:
DIEGO ERNESTO MENÉNDEZ
RAMÍREZ / num:2505026
14/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 14/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03XSCYOM7LKUYEUIHUKN8RRSW43XHTVG

Data creació còpia:
14/05/2024 08:46:28

Pàgina 2 de 2