

Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

Número d'expedient:	CS/AH06/1101388008/24/PO
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Òrgan gestor:	Àrea de contractació conjunta ICS-GSS Unitat de Gestió Econòmica Hospital Universitari Arnau de Vilanova

#### Resolució d'adjudicació

Subministrament i instal·lació d'un sistema de poligrafia per a estudis electrofisiològics amb estimulador cardíac per al servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

#### Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el Subministrament i instal·lació d'un sistema de poligrafia per a estudis electrofisiològics amb estimulador cardíac per al servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

D'acord amb els informes següents de l'annex 1 d'aquesta resolució:

- Informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre 2bis de data 10/05/2024, emès pel Senyor Eugeni Lara Punzano, responsable de la Unitat d'Electromedicina de l'HUAV.
- Informe de valoració de la idoneïtat de l'equip respecte al tipus d'activitat al que va destinat, de data 14/05/2024, emès pel Dr. Diego Menéndez Ramírez, de la Unitat d'Arrítmies/Electrofisiologia de l'HUAV.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació de data 20 de maig de 2024 (annex 2 d'aquesta resolució), en la qual es proposa:

- La classificació final de les ofertes
- La proposta del licitador MEDTRONIC IBÉRICA, S.A (NIF A28389484) com a oferta de millor relació qualitat preu.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/AH06/1101388008/24/PO mitjançant procediment obert.

#### Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 1 de 17

Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

**Resolc**

**Primer.** Establir la classificació de les final de les ofertes següent d'acord amb els criteris d'adjudicació de l'expedient:

	Aspectes tècnics sotmesos a criteris de judici de valor	Criteris adjudicació de valoració automàtica (sobre 2 i sobre 3)				TOTAL
	(sobre 2 bis)	2.1 oferta econòmica	2.2 Menor cost contracte manteniment	2.3 Ampliació garantia	2.4 Millors criteris objectius	
Puntuació màxima	30,00	52,00	4,00	4,00	10,00	100,00
LICITADOR	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	PUNTUACIÓ FINAL
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	30,00	52,00	4,00	4,00	10,00	100,00

**Segon.** Adjudicar la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de poligrafia per a estudis electrofisiològics amb estimulador cardíac per al servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, a l'empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A (NIF A28389484), per un import de 66.976,00 € euros sense IVA i de 81.040,96 € euros amb IVA per haver obtingut la màxima puntuació en la classificació final de les ofertes.

**Tercer.** Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

**Quart.** Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Lleida,

Alfons Segarra Medrano  
Gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran  
Expedient número CS/AH06/1101388008/24/PO



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 2 de 17

Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

**ANNEX 1 a la resolució d'adjudicació**

- Informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre 2bis de data 10/05/2024, emès pel Senyor Eugeni Lara Punzana, responsable de la Unitat d'Electromedicina de l'HUAV.
- Informe de valoració de la idoneïtat de l'equip respecte al tipus d'activitat al que va destinat, de data 14/05/2024, emès pel Dr. Diego Menéndez Ramírez, de la Unitat d'Arrítmies/Electrofisiologia de l'HUAV.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 3 de 17

INFORME DE VALORACIÓ TECNICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CS/AH06/1101388008/24/PO, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DE POLIGRAFIA PER A ESTUDIS ELECTROFISIOLÒGICS AMB ESTIMULADOR CARDIAC PER AL SERVEI DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA.

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes.

**EMPRESA**

**Medtronic Ibérica S.A.**

**EQUIP PROPOSAT**

**EP-Tracer 2 70 Estacionario**

**CARACTERISTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES**

**Medtronic Ibérica S.A.**, amb la seva proposta d'un sistema Schwarzer Cardiotek, model EP-Tracer 2 70 Estacionari, dona resposta a tots els punts de les característiques Bàsiques Imprescindibles en quan a prestacions i característiques.

De manera complementària Medtronic aporta certificat de compliment de Plecs.

**ACCESSORIS BÀSICS**

La proposta indica l'aportació dels elements publicats com elements bàsics:

- Cable ECG amb elèctrodes.
- Cable de fibra de carbó amb llargada mínima de 90 cm.
- Cable de connexió de catèter amb mida aproximada de 300 cm.
- Impressora làser

**FORMACIÓ**

Respecte al programa formatiu, es planteja una actuació prèvia adreçada als diferents professionals que han de treballar amb el sistema tant facultatius com infermeria. En aquesta formació amb durada prevista de 2.5 hores es formarà sobre característiques, utilització, configuració així com una demo sobre el software i els diferents components del sistema.

Una segona actuació amb durada estimada de 3.5 hores, a realitzar durant la instal·lació amb la posada en marxa, configuració dels diferents perfils d'usuari, configuració de pantalles: temps real, revisió, sincronització, amplificació, etc.

Es configuraran les plantilles de catèter per a cada substrat d'ablació.

Configuració de protocols d'estimulació: estímuls simples, tens, etc.

Es treballaran la creació d'informes així com les tecles d'accés ràpid.

Per donar continuïtat i seguretat als clínics es realitzarà suport presencial durant una jornada amb previsió de realització de dos procediments on es resoldran dubtes.

Finalment ofereixen una jornada de refresc i resolució de dubtes a partir del mes d'implementació i funcionament del sistema.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 4 de 17

#### TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equipament no podrà ser superior a 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la formalització de la comanda.  
No ho especifiquen explícitament, no obstant aporten un certificat de compliment de PPT.

#### GARANTIA

La garantia del procediment, equip i instal·lacions objecte de la present licitació contra possible mal funcionament serà per un període de **24 MESOS**, que es comptarà a partir de la posada en marxa i la entrega de la documentació de la seva instal·lació.  
No ho especifiquen explícitament, no obstant aporten un certificat de compliment de PPT.

#### SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT

Incorpora protocol d'actuació i abast.  
La proposta d'actuació es detallada des de la detecció de l'anomalia, el trasllat al proveïdor i aquest al fabricant. Indica tota la informació generada i l'abast en la tramitació.  
Realitza un ampli anàlisi sobre les possibilitats d'actuació depenent de l'abast de la incidència i estimació de terminis de resposta i reparació.  
Detalla diverses formes d'actuació depenent de la tipologia de la incidència i les opcions per a la seva resolució.

#### REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Compliment de PPT MITJANÇANT CERTIFICACIÓ.

#### CARACTERÍSTIQUES I PRESTACIONS FUNCIONALS VALORABLES MITJANÇANT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP.

Aquest apartat s'informarà en un document independent per la part clínica.

#### MILLORES

##### Millores valorables d'acord amb criteris de judici de valor

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Mòdul per generar un informe final on es poden incloure totes les accions realitzades per l'operador durant el procediment.  
Incorpora el nou mòdul de generació d'informes amb plantilles personalitzables amb capacitat d'inserció de dades i events del pacient.

##### Millores valorables d'acord amb criteris objectius (s'han d'incloure en el sobre 2)



**Valoració tècnica segons criteris d'adjudicació .**

**1.1 Idoneïtat del equip respecte al tipus d' activitat a que va destinat (fins a 20 punts).**

L'adequació de les prestacions de l'equip a les necessitats d'ús al que ha de ser destinat ( valorat amb un màxim de 20 punts), es documentarà en informe independent per la part facultativa en base a demostració realitzada per part dels licitadors.

S'aporta informe específic de valoració de la mostra amb les valoracions corresponents:

- Adequació a les necessitats assistencials tant del polígraf com dels elements accessoris i complementaris (fins a **5 punts**).
- Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari (fins a **5 punts**).
- Qualitat i integració a la Sala (fins a **5 punts**).
- Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe (fins a **5 punts**).

**1.2 Millores valorables amb criteris de judici de valor (Fins a 6 punts).**

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Mòdul per generar un informe final on es poden incloure totes les accions realitzades per l'operador durant el procediment, (fins a **6 punts**).

Incorpora un mòdul de generació d'informes amb plantilles personalitzables amb capacitat d'inserció de dades i events del pacient que s'adeqüen a les necessitats del servei. **6 punts**.

**1.3 Formació (fins a 2 punts).**

Donada la tipologia de producte es considera suficientment detallada i extensa la proposta formativa proposada, se li atorga la màxima puntuació prevista. **2 punts**.

**1.4 Servei tècnic i manteniment (fins 2 punts).**

Proposta correcta envers el tipus d'equipament. **2 punts**.

Davant l'anterior anàlisi i vista la valoració realitzada, la puntuació obtinguda ha esta la següent:

**Medtronic Ibérica S.A: 10 punts.**

Eugeni Lara  
Punzano -  
(TCAT)

Signat digitalment  
per Eugeni Lara  
Punzano -  
TCAT  
Data: 2024.05.10  
15:27:48 +02'00'

Firmat.-  
Eugeni Lara Punzano Unitat d'aritmies/Electrofisiologia de l'HUAV.



INFORME DE VALORACIÓ TECNICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CS/AH06/1101388008/24/PO, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DE POLIGRAFIA PER A ESTUDIS ELECTROFISIOLÒGICS AMB ESTIMULADOR CARDIAC PER AL SERVEI DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA.

Equipament: Poligrafia per estudis electrofisiològics amb estimulador cardíac  
Marca: CardioTek  
Model: EP-TRACER 70

**Qualificació de la idoneïtat del equip respecte al tipus d' activitat a que va destinat (puntuació màxima 20 punts)**

•Adequació a les necessitats assistencials tant del polígraf com dels elements accessoris complementaris(5 punts):

L'equip ofert té una capacitat d'anàlisi i processat de senyals que s'adequa a les necessitats per interpretar adequadament tots els tipus d'arrítmies cardíques.

•Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari: (5 punts).

D'una banda, és un equip molt fàcilment integrable, ja que es posiciona sota la taula alliberant així l'espai d'accés al pacient la qual cosa facilita la interacció amb el pacient.

D'altra banda, disposa d'un sistema molt intuïtiu, de ràpid accés i fàcil interacció.

•Qualitat i integració a la Sala: (5 punts).

La integració de l'equip es fàcil i directa, a partir d'un sistema de fibra òptica permet disposar de tots els senyals elèctrics generats a la pantalla general de seguiment així com a les pantalles auxiliars de control i al seu emmagatzematge.

•Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe: (5 punts).

L'equip ofert permet fer un anàlisi continu amb total estabilitat i fiabilitat dels senyals generals la qual cosa aporta una gran fiabilitat clínica i ajuda en la presa de dedicions.



**Salut/**  Hospital Universitari  
Arnau de Vilanova Lleida

Durant l'ús d'aquest equip s'ha demostrat complir adequadament amb les requeriments necessaris per a dur a terme amb èxit els diferents tipus d'estudis electrofisiològics i ablacions.

Hem comprovat que és un equip dinàmic, malgrat la seva complexitat, el maneig és intuïtiu i amb una alta qualitat de senyal.

Aquest equip reuneix les característiques per realitzar les diferents activitats de la sala.

Vist l'informe la valoració la puntuació obtinguda ha esta la següent:

Medtronic Ibérica S.A: 20 punts.

DIEGO ERNESTO  
MENÉNDEZ  
RAMÍREZ /  
num:2505026

Signat digitalment per  
DIEGO ERNESTO MENÉNDEZ  
RAMÍREZ / num:2505026  
Data: 2024.05.14 08:31:28  
+02'00'

*Diego Menéndez Ramírez*

CM 2505026

Firmat.-

Dr. Diego Menéndez Ramírez

Unitat d'arrítmies/Electrofisiologia de l'HUAV



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 8 de 17



Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

**ANNEX 2 a la resolució d'adjudicació**

- Acta de la sessió de la mesa de contractació de data 20 de maig de 2024 en la qual es fa la proposta d'adjudicació d'aquesta licitació



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 9 de 17

**Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida****Acte d'obertura de l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica i  
de l'oferta econòmica****Subministrament i instal·lació d'un sistema de poligrafia per a estudis electrofisiològics  
amb estimulador cardíac per al servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de  
Vilanova de Lleida****Expedient número CS/AH06/1101388008/24/PO****Procediment de contractació**

L'expedient de contractació esmentat s'ha tramitat mitjançant procediment obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

**Membres de la mesa de contractació:**

Membre	Nom i cognoms	Càrrec
President suplent	Xavier Vals Barberà	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Institut Català de la Salut
Vocal suplent	Joan Martí Torquet	Cap de la Unitat d'Hoteleria de l'HUAV Institut Català de la Salut
Vocal	Mireia Sala Mur	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal amb funcions d'assessorament jurídic suplent	Marta Vilapriñó Merino	Assessoria Jurídica de l'ICS a Lleida Institut Català de la Salut
Vocal amb funcions de control econòmic pressupostari suplent	Núria Sáez Miró	Cap de Finances i Comptabilitat de GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Secretària	M <sup>a</sup> Fernanda Calero del Pozo	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris

A Lleida, a les 12:00 h del 20 de maig de 2024 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Aquesta mesa té com a finalitat:

- Fer públiques les valoracions de l'oferta tècnica sotmesos a criteris de judici de valor
- Obrir el sobre 2 presentat pel licitador, que conté l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica
- Obrir el sobre 3 presentat pel licitador, que conté l'oferta econòmica i el menor cost del contracte de manteniment.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 10 de 17

**Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida**

- Si s'escau, proposar la classificació final de les ofertes per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació.
- Si s'escau, proposar l'oferta de millor relació qualitat-preu per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP.

S'inclou en l'annex 1 d'aquesta acta el certificat de registre d'obertura dels sobres 2 i 3.

S'informa que és publicarà al perfil del contractant:

- l'informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre 2 bis de data 10/05/2024, emès pel senyor Eugeni Lara Punzano.
- l'informe d' idoneïtat de l'equip de data 14/05/2024, emès pel Dr. Diego Menéndez Ramírez de la Unitat d'Arrítmies/Electrofisiologia de l'HUAV.
- l'acta que s'aixequi d'aquest acte

**Desenvolupament de la sessió :**

S'inicia la sessió i s'exposen les valoracions de l'informe esmentat:

Aspectes tècnics sotmesos a criteris de judici de valor (fins a 30 punts)					
Apartat criteris	1.1	1.2	1.3	1.4	TOTAL
Aspecte a valorar	Idoneïtat de l'equip	Mòdul per generar informe final	Formació	Servei tècnic i manteniment	
Puntuació màxima	20,00	6,00	2,00	2,00	30,00
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	20,00	6,00	2,00	2,00	30,00



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 11 de 17

**Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida**

A continuació, es puntuen les valoracions d'acord amb els paràmetres de la Directriu 1/2020 establerts en els criteris d'adjudicació:

criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1.1 Idoneïtat del equip respecte al tipus d' activitat a que va destinat		Criteri 1.2 Milliores valorables amb criteris de judici de valor (mòdul per generar informe final)		Criteri 1.3 Formació		Criteri 1.4 Servei tècnic i manteniment		Fòrmula a aplicar per valorar els criteris que assoleixin el llindar corresponent  $P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$
Puntuació màxima del criteri P	Puntuació màxima del criteri	20,00	Puntuació màxima del criteri	6,00	Puntuació màxima del criteri	2,00	Puntuació màxima del criteri	2,00	
Llindar del criteri	80,00%	16,00	80,00%	4,80	80,00%	1,60	80,00%	1,60	
Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada VT <sub>mv</sub>	Millor Valoració	20,00	Millor Valoració	6,00	Millor Valoració	2,00	Millor Valoració	2,00	
OFERTES	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT <sub>op</sub>	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P <sub>op</sub>	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT <sub>op</sub>	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P <sub>op</sub>	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT <sub>op</sub>	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P <sub>op</sub>	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT <sub>op</sub>	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P <sub>op</sub>	Sumatori total dels criteris (columna "Puntuació de l'Oferta a Puntuar")
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	20,00	20,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30,00


 Doc.original signat per:  
Alfons Segarra Medrano 05/06/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**


0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

 Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 12 de 17

Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

A continuació s'obren els sobres 2 i 3 i es fa pública l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica i l'oferta econòmica.

El contingut de l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica és el que es detalla a continuació.

L'empresa Medtronic Ibérica, S.A ofereix:

- 5 mesos més addicionals com ampliació de garantia, total 29 mesos
- les tres millores valorables amb criteris objectius:
  - Registre de senyals bipolars directe, sense processament de senyals monopolar
  - Estimulador integrat en el polígraf amb dos sortides per a la realització d'estudis electrofisiològics cardíacs
  - Control remot o comandament a distància de funcions bàsiques del polígraf i l'estimulador

		2.4 Millores valorables amb criteris objectius (fins a 10 punts)			TOTAL
Apartat criteris	2.3	2.4.1	2.4.2	2.4.3	
Aspecte a valorar	Ampliació de garantia	Registre de senyals bipolars directe	Estimulador integrat en el polígraf	Control remot o comandament a distància	
Apartat criteris	2.3	2.4.1	2.4.2	2.4.3	
Puntuació màxima	4,00	2,00	6,00	2,00	14,00
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	4,00	2,00	6,00	2,00	14,00

El total de l'oferta econòmica és el següent:

Oferta econòmica	Import sense IVA	Import amb IVA
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	66.976,00 €	81.040,96 €



Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

Així mateix, Medtronic Ibérica, S.A. ofereix un percentatge del cost de manteniment respecte a l'import total de l'oferta econòmica del 6%

Es revisen les puntuacions finals que resulten de sumar les puntuacions assignades en els aspectes sotmesos a criteris de judici de valor i els aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica dels criteris d'adjudicació:

	Aspectes tècnics sotmesos a criteris de judici de valor	Criteris adjudicació de valoració automàtica (sobre 2 i sobre 3)				TOTAL
	(sobre 2 bis)	2.1 oferta econòmica	2.2 Menor cost contracte manteniment	2.3 Ampliació garantia	2.4 Millors criteris objectius	
Puntuació màxima	30,00	52,00	4,00	4,00	10,00	100,00
LICITADOR	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	PUNTUACIÓ FINAL
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	30,00	52,00	4,00	4,00	10,00	100,00

Per aquests motius i d'acord amb el procediment establert en els criteris d'adjudicació de l'expedient, els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la proposta següent:

- establir la classificació final de les ofertes d'acord amb el quadre de puntuacions finals establert anteriorment
- proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador MEDTRONIC IBÉRICA, S.A per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP.

Sense més temes per tractar, s'aixeca la sessió a les 12:18 h del 20 de maig de 2024, de la qual s'estén aquesta acta signada pel president suplent i la secretària.

Fernanda Calero del Pozo  
Firmado digitalmente por Fernanda Calero del Pozo -  
Fecha: 2024.05.20 14:37:17 +02'00'

LA SECRETÀRIA

Xavier Vals 2024.05.20  
Barberà 14:43:12 +02'00'

Vist-i-plau  
EL PRESIDENT SUPLENT



Salut/Institut Català de la Salut/  
Lleida

**Annex 1**  
Certificat de registre d'obertura dels sobres 2 i 3.

	Doc. original signat per: Alfons Segarra Medrano 05/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 07/06/2027	Data creació còpia: 07/06/2024 11:36:14
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7	Pàgina 15 de 17



## Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/AH06/1101388008/24/PO

Sobre: Sobre 2

Data	Acció
24/04/2024 08:00:32	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 24/04/2024 08:00:32.
24/04/2024 09:29:46	L'empresa MEDTRONIC IBERICA S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 24/04/2024 09:29:46.
20/05/2024 11:06:36	El custodi Carol Amigo Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:06:36 (Credencials aplicades: 1/2).
20/05/2024 11:08:17	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 11:08:17 (Credencials aplicades: 2/2).
20/05/2024 12:11:00	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 20/05/2024 12:11:00.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 16 de 17





## Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/AH06/1101388008/24/PO

Sobre: Sobre 3

Data	Acció
24/04/2024 08:00:32	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 24/04/2024 08:00:32.
24/04/2024 09:29:50	L'empresa MEDTRONIC IBERICA S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 24/04/2024 09:29:50.
20/05/2024 12:13:35	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 20/05/2024 12:13:35 (Credencials aplicades: 1/2).
20/05/2024 12:14:02	El custodi Carol Amigo Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 20/05/2024 12:14:02 (Credencials aplicades: 2/2).
20/05/2024 12:14:21	El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 20/05/2024 12:14:21.



Doc. original signat per:  
Alfons Segarra Medrano  
05/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0813BBSNPYNOK1JMWLXMWAFVDFJ1MUO7

Data creació còpia:  
07/06/2024 11:36:14

Pàgina 17 de 17