

ANNEX I. Criteris valorables

Ecògrafs portàtils per anestèsia				
		EMPRESA:		
		NIF:		
		Correu electrònic:		
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.				
Definició				
2 Ecògrafs portàtils per anestèsia per a l'obtenció d'imatges ecogràfiques abdominals, de parts toves, cardíaques, vasculars i guiatge de puncions d'agulla.				
Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques		5,75		
Característiques a valorar				
1 Pantalla exclusivament per imatge de mínim 15,6".		1,5		
2 Pantalla addicional tàctil de mínim 11,5" per modificació de paràmetres.		1,5		
3 Alçada regulable des de la base, amb sistema de pedal		2		
4 Fulls de treball incorporats per a cures crítiques i procediments predefinits d'aorta, apèndix, bufeta, cor, TVP (Trombosi Venosa Profunda), vesícula biliar, informació genèrica, osteomuscular, renal, teixi tou, tòrax, drenatge de abscessos, via arterial i venosa (central i perifèrica), paracentèsis, pericardicentèsis, etc...		0,75		
2 Accessoris		3,5		
Característiques a valorar				
5 Sonda convexa addicional amb banda ampla multifreqüència 5-1 MHz i profunditat d'exploració màxima de 30 cm.		0,75		
6 Sonda lineal addicional amb banda ampla multifreqüència i profunditat d'exploració màxima de 9 cm.		0,75		
7 Sonda sectorial addicional amb banda ampla multifreqüència i profunditat d'exploració màxima de 35 cm.		0,75		
8 Bateria integrada		0,5		
9 Sistema d'emmagatzematge de gels i líquids desinfectants		0,5		
10 Base mòbil 4 rodes.		0,25		
3 Funcionalitats		6,5		
Característiques a valorar				
11 Tecnologia de millora de resolució de contrast.		0,75		
12 Diferenciació de teixits de petites estructures anatòmiques.		1		
13 Sistema de delineació de contorns en estructures.		0,75		
Indicar sensibilitat de temps per evaluació d'objectes en ràpid moviment, en el Mode M.				
14 La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un temps menor. La resta es puntuarà proporcionalment.		0,5		
15 Es valorarà l'aportació d'un algoritme de reducció de soroll macular i potenciació de marges tissulars.		1,25		
16 Es valorarà l'aportació d'un sistema de realçament de visualització de l'agulla en puncions sense pèrdua de qualitat d'imatge i/o resolució.		0,75		
17 Mode Doppler Polsat Tissular per anàlisi de funció miocàrdica regional.		0,5		
18 Mode tríplex (mode B, doppler color i doppler espectral simultanis).		1		
5 Servei tècnic durant el període de garantia		3		
Característiques a valorar				
19 Equip de substitució en 48h cas d'avaría.		2,25		
20 Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).		0,75		

6	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	1,25		
	Característiques a valorar			
21	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,25		
22	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1		
23	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,25		
		20		