

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'Institut de Diagnòstic per la Imatge va incoar en data 4 de desembre de 2023 el sistema dinàmic d'adquisició del subministrament de material per intervencionisme percutani amb destinació als centres IDI, expedient SDA-SB-IDI-2023-001, el qual en data 9 de febrer de 2024 va resoldre la primera selecció de candidats.

En aquest contracte específic es licitarà el material per intervencionisme percutani per TC que es relaciona a continuació:

- Lot 1 – Agulla per injecció de contrast, alt volum i amb sistema integrat 18G/1,31x32mm – 20G/1,1x25mm – 20G/1,1x32mm – 22G/0,90x25mm i 24G/0,7x19mm amb sistema de difusió i sistema de fixació a la pell amb “ales” de fixació toves, adaptables i sense làtex.
- Lot 2 – Agulla introductor coaxial d'acer inoxidable, rígida i resistent però amb un mínim de flexibilitat amb marques de distància d'introducció, de 18G x10 i 15cm per a extracció de mostra compatible amb pistola tipus biopince
- Lot 3 – Sistema d'administració de CO2 per insuflació de colon amb tub de vinil mínim de 200cm i abraçadora de plàstic pel tub, catèter rectal de silicona amb maneguet de retenció, filtre hidrofòbic de 0,1 microm, bossa col·lectora d' i connexió al insuflador, compatible amb equip PROTOCOL TOUCH

Els centres IDI relacionats a continuació han mostrat la seva necessitat d'aprovisionar-se d'aquest material per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic d'assistència sanitària:

- IDI · Vall d'Hebron - Hospital Universitari Vall d'Hebron
- IDI · Metropolitana Nord - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
- IDI · Metropolitana Sud – Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital Duran i Reynals
- IDI · Barcelona – Centre d'Atenció Primària Manso
- IDI · Girona – Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
- IDI · Girona – Hospital de Santa Caterina
- IDI · Lleida – Hospital Universitari Arnau de Vilanova
- IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII
- IDI · Terres de l'Ebre – Hospital Verge de la Cinta

La vigència del contracte específic del sistema dinàmic d'adquisició es fixa des de la data de formalització fins el 31 de desembre de 2025 (previsió 19 mesos) de vigència inicial més 12 mesos de possible pròrroga.

Neus Ortega Cunill
Coordinadora d'Aprovisionaments i Logística
Institut de Diagnòstic per la Imatge