

## Resolució d'adjudicació

**Expedient núm.** CSI2024019

**Assumpte** Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral

**Procediment** Obert Harmonitzat **tramitació** ordinària.

**Data d'incoació** 10 d'abril de 2024

**Valor estimat de licitació** 250.000,00 euros sense IVA

**Pressupost de licitació** 250.000,00 euros sense IVA

**Partida IVA (21%)** 52.500,00 euros

### Antecedents:

En data 10 d'abril de 2024 es va iniciar l'expedient de contractació del Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral.

En data 24 d'abril de 2024 es va aprovar l'expedient de contractació de Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral.

En data 7 de maig de 2024 es va procedir a l'obertura del sobre "C".

Un cop valorades les propostes de les empreses d'acord amb els criteris d'adjudicació que regeixen aquesta contractació, la classificació de les propostes ha estat:

| Ordre | Llicitador                                | Puntuació objectiva | Puntuació TOTAL |
|-------|---|---------------------|-----------------|
| 1     | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. | 96,00               | 96,00           |

La Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de contractació proposta d'adjudicació.

En data 11 de juny de 2024 es va sol·licitar a l'empresa que va obtenir la millor puntuació per a que enviés la documentació establerta al plec de clàusules administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma.

### Fonaments de dret

Donat que s'han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte.

D'acord amb l'article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

## Resolució

Per tant, resolc:

1. Acceptar i incorporar en la present resolució l'informe de valoració de data 10 de juny de 2024 en el qual es motiva l'adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu del Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral a **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U.** per un import total de **250.000,00 euros sense IVA.**
3. Notificar la present resolució als interessats.
4. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la de la remissió de la notificació de la resolució d'adjudicació o de la seva publicació al perfil del contractant.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 56 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol pes Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d'acord amb el que estableix l'article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

La resolució de l'adjudicació serà notificada a cadascun dels licitadors, i publicada al perfil del contractant.

Transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució d'adjudicació al perfil del contractant, i sempre i quan no s'hagi presentat el recurs especial en matèria de contractació, s'haurà de formalitzar el contracte en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut el corresponent requeriment.

Manuel Álvarez del Castillo  
Director general del Consorci Sanitari Integral

CSI2024019Subministrament d'equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals

|   |  | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U |   |
|---|--|------------------------|--|---|
| EQUIP D'ANESTESIA (5 UNITATS)   | $P_e = \left[ 1 - \left( \frac{O_2 - O_2M}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VFP} \right) \right] \times P$ <p>Valor de ponderació: 2</p> | 250.000,00 €           | CARESTATION 750 / CARESCAPE CANVAS       |   |
| MONITOR DE CONSTANTS VITALS (5 UNITATS)   |  |                        | 250.000,00 €                             |   |
| PUNTUACIÓ OFERTA ECONÒMICA 41 PUNTS   |  |                        | 41                                       |   |
|   | EMPRESA  |                        | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U |   |
| Ampliació termini garantia (Respecte al mínim exigít de 2 anys)   | 2 anys addicionals : 4 punts   |                        |  |   |
|   | 1 any addicional : 2 punts   |                        |  |   |
|   | No aporta garantia addicional: 0 punts   |                        | No aporta garantia addicional            | 0 |
|   | EMPRESA  |                        | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U |   |
| EQUIPS D'ANESTESIA  | REFERÈNCIA   |                        | CARESTATION 750                          |   |
| Port Serie RS232 amb protocol DO  | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Sensors de fluxos electrònics amb dos tensions contínues una de 5v per mantenir els valors de la calibració en la memòria i un altre de 12,5V per la resistència calefactora.               | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Dispositiu vertical de les vàlvules d'inspiració i espiració i la presència d'una trampa d'aigua integrada en el absorbidor de CO2.   | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| Sistema de gestió de fluxe de gas fresc, agent anestèsic i fracció de O2.   | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| Volum del intern de < 2,1 l en el espai automàtic i de 0,5 l en el manual.  | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| Que tingui una ranura activa per la connexió del mòdul de gasos E-Scalov.   | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| MONITORS DE CONSTANTS VITALS  | REFERÈNCIA   |                        | CARESCAPE CANVAS                         |   |
| Tecnologia PANI amb mètode oscil·lomètric de doble tub que utilitzi un canal per pressuritzar el maneguet i un altre per detectar els polsos arterials del pacient.                         | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Software d'entropia E-ENTROPY, bis E-BIS i relaxació neuromuscular E-NMT per kinemiografia i electromiografia, en el mateix monitor senser monitors externs.                                | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Tecnologia de saturació de Trusignal  | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Estandarització de la interfície de comunicació/connexió a través de 8 connectors d'USB tipus gran mèdic.   | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Mesura de qualsevol tecnologia de SpO2 de Trusignal, Masimo rainbow Set o Nellcor i oxigenació cerebral INVOS de Medtronic en el mòdul de transport sense afegir cap targeta addicional.    | SI/4 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 4 |
| Monitorització del nivell de resposta al dolor o nocicepció a mitjançant la sonda de pulsioximetria Trusignal en cada monitor.  | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| Anàlisis d'aritmies de quatre derivacions simultànies d' ECG al mateix temps per software EK-Pro V14, no equivalent   | SI/3 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 3 |
| Pantalla del mòdul de transport amb pantalla activa ≥ 7"  | SI/2 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 2 |
| Monitorització de gasos mitjançant mòdul E-CAIOV extraïble i amb possibilitat de col·locació tant en el rack de l'equip d'anestèsia com en el del monitor.                                  | SI/2 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 2 |
| Tots els cables i accessoris connectats al mòdul de transport seràn actius amb electrònica addicional. La tecnologia de detecció/mesura de paràmetre estarà inclosa en el cable de pacient. | SI/2 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 2 |
| Dispositiu d'arquitectura del mòdul de transport oberta.  | SI/2 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 2 |
| Pantalla 19",5:4, TFT LCD, color, 1280 x1024 a 60 hz, SXGA i sistema operatiu linux   | SI/1 punts, No/0 punts   |                        | SI                                       | 1 |
|   | TOTAL PUNTUACIÓ FINAL  |                        | 96                                       |   |

2024.06.10 10:45:30 +02'00'

Mireia Lamarta Tomàs  
Responsable de Recursos Materials del Consorci Sanitari Integral

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès