

RESUM ESMENES

Contractació del servei de gestió, conservació, manteniment i millora de l'estàndard ambiental de les infraestructures, equipaments i d'equips d'electromedicina del Consorci Sanitari de l'Anoia

Exp. 2_CSA_2024

1. S'esmena el Quadre de característiques (QC)

Es modifica el criteri de solvència tècnica per al lot 1 (pàg. 8):

ON DEIA: S'haurà d'acreditar que l'import anual acumulat dels serveis l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del contracte.

HA DE DIR: S'haurà d'acreditar que l'import anual acumulat dels serveis de l'any de més execució sigui igual o superior a 1.500.000 €/any (IVA no inclòs).

S'afegeix criteri de solvència tècnica per al lot 2 (pàg. 9):

No s'acceptaran certificats que només corresponguin a centres sociosanitaris, d'atenció primària i/o de salut mental

S'haurà d'acreditar que l'import anual acumulat dels serveis de l'any de més execució sigui igual o superior a 230.000 €/any (IVA no inclòs)

S'adjunta QC esmenat

2. S'esmena el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

- S'inclou informació tècnica addicional a la pàg. 57 "Característiques Tècniques i manteniment Refredadora Ressonància Magnètica"

Refredadora Ressonància Magnètica HUI: Eurofred (Clint), modalitat de manteniment consistent en assistència tècnica 24/7, assistència tècnica on-site el dia següent garantida, 2 revisions a l'any

Referència	Marca	Model	SN
Refredadora Ressonància magnètica	Clint	CHA/K 182-P SI/PD/CC/NS	21-200870

- S'inclou informació tècnica addicional a la pàg. 64-65 "Característiques Tècniques i manteniment Punts de recàrrega elèctrica"

A continuació s'indica la relació de punts de recàrrega elèctrica disponibles:

Hospital Universitari d'Igualada

Tipus recàrrega	Marca	Model	Codi	S/N
2x7,4	CIRCUTOR	e-PARK M-2S2	V27244	62234034940043
2x7,4	CIRCUTOR	e-PARK M-2S2	V27244	62234034940038
1x7,4	CIRCUTOR	e-PARK M-S2	V27240	62236036530048
1X25	CIRCUTOR	URBAN MASTER CCS2	V10730	62319017790002

Cap Nord / Salut Mental i Addiccions

Tipus recàrrega	Marca	Model	Codi	S/N
2x7,4	CIRCUTOR	URBAN M22	V10622	62304000310012

S'adjunta PPT_esmena2

S'amplia el termini de presentació d'ofertes fins al proper dia 9 d'abril de 2024 a les 14h.

Departament Contractació Pública
Consorci Sanitari de l'Anoia

Igualada 18 de març de 2024