

## LOT 5: Llitera de tractament elèctrica dos seccions

### Definició

### Característiques específiques (Descripció breu)

Llitera d'exploració elèctrica, de dos cossos amb alçada variable

### INDEX

#### Prestacions tècniques i funcionals

##### 1.1. Característiques constructives

**Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.**

Superfície de descans formada per dos (2) cossos amb el respalller articulad.

Estructura en tub d'acer pintada epoxy.

Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema elèctric.

Cal indicar el sistema de comandament de control de regulació de l'alçada.

Cal indicar sistema d' elevació.

Capçal abatible mitjança sistema a gas.

Ha de permetre posició de Trendelenburg.

Radiotransparent.

Pal de sèrum inclòs.

Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment.

Superfícies arrodonides i amb absència de cantells.

Quatre rodes petites bloquejables/ desbloquejables per facilitar el trasllat. Retràctils.

Possibilitat d'acoblar diferents accessorís, suport vertical per a botelles de sèrum.

Dispensador/ tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandarditzada.

Materials i acabats resistent als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja.

Tapisseria vinílica de fàcil neteja ignífuga, amb tractament antimicrobià, antibacterià, impermeable i transpirable.

Entapissat amb escuma d'alta densitat per a un gran confort i durabilitat.

Carta de colors inclosa a l'oferta.

Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs.

Formació en tots els torns del servei destinatari, diürns i nocturns, acordats amb el servei.

S'ha d'adaptar a les dimensions de la ubicació de destí i a de poder entrar per els divers espais de la circulació intra hospitalària i ha de cabre en tots els ascensors de l'hospital.

#### DIMENSIONS APROXIMADES

70 cm ample x 180 cm alçada. aprox.

Altura min/màx. 60/100 cm.

<b>1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts</b>	100		
<p><b>Valoració econòmica:</b> La puntuació d'aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula.</p> <p><b>Sent:</b>  P: Punts criteri econòmic(60)  IL: Import de licitació  OV: Import de l'oferta a valorar.  Om: Import de la millor oferta.  Pv: Punts atorgats a l'oferta</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P</math> </div> <p><b>Període de garantia:</b> La puntuació d'aquest criteri serà de 10 punts.  <b>Es valorarà de la següent manera:</b>  o Període de garantia &lt; a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÓS  o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts  o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts.  o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.</p> <p><i>Núm. Punts. = PG Licitat -2</i>  <i>-----x 10</i>  <i>PMG- 2Nº</i></p> <p><b>Punts: Punts criteri període de garantia</b>  <b>PG LICITAT: Temps que oferta el licitador</b>  <b>PMG : Període major que oferta un licitador.</b>  <b>P(10) :Punts màxim del criteri</b></p>	60		
<p><b>Llitera de cortesia si la reparació excedeix de 48 h.</b> La puntuació d'aquest criteri serà de 15 punts.</p> <p>Si compleix: 15 punts  No compleix: 0 punts</p>	15		
<p><b>Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h.</b> La puntuació d'aquest criteri serà de 15 punts.</p> <p>Si compleix: 15 punts  No compleix: 0 punts</p>	15		
<b>1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA</b> Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.			
<b>1.5 ANNEXOS</b> Condicions de garantia, manteniment i formació.		<a href="#">ANNEX 0</a>	
<b>1.6 MOSTRES</b> Si			