



Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte

L'objecte del contracte és el **subministrament en arrendament de mobiliari clínic (llits elèctrics amb matalassos, i butaques elèctriques) per a l'Hospital de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.**

L'arrendament d'aquests llits amb matalassos, i les butaques és necessari per tal de substituir el mobiliari clínic del que disposa en l'actualitat l'hospitalització de l'Hospital de Calella, gestionat per la Corporació.

El contracte es divideix en els 2 Lots següents:

.- LOT 1: subministrament mitjançant arrendament, de llits elèctrics amb matalassos per a l'Hospital de Calella.

.- LOT 2: subministrament mitjançant arrendament de butaques elèctriques, per a l'Hospital de Calella.

El contracte es preveu per a una durada de 5 anys.

2.- Elecció del procediment:

Es tramita un procediment obert harmonitzat per tràmit ordinari d'acord amb els articles 116 i 22 de la Llei de Contractes del Sector Públic atesa la necessitat de contractar el **subministrament en arrendament de mobiliari clínic (llits elèctrics amb matalassos, i butaques elèctriques) per a l'Hospital de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.**

3.- Vigència del contracte

La durada del contracte s'estableix per 5 anys en règim d'arrendament, a partir del lliurament del mobiliari a l'Hospital i la seva instal·lació. Per al lliurament del mobiliari es fixa un termini màxim de 45 dies des del següent a la data de formalització del contracte.

4.- Classificació que s'exigeix als participants i justificació:

Al tractar-se d'un subministrament no escau la Classificació.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.

S'adjunta annex 1.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació del subministrament en arrendament de mobiliari clínic (llits elèctrics amb matalassos, i butaques elèctriques) per a l'Hospital de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

6.- Criteris d'adjudicació i justificació

Per a cadascun dels lots de licitació, la seva configuració respon a la voluntat d'aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat

En ambdós casos, les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació son les que consten a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.



$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

Om = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor ponderació : 1

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris d'adjudicació que a continuació es relacionen.

Pels 2 lots, la puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació (els sotmesos a judici de valor i els avaluable automàticament) és de 100 punts.

LOT 1: subministrament mitjançant arrendament, de llits elèctrics amb matalassos per a l'Hospital de Calella.

Del total de 100 punts, 18 corresponen als **criteris sotmesos a judici de valor** següents:

Criteris tècnics avaluable mitjançant judicis de valor: Fins a 14 punts :	
<ul style="list-style-type: none">• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: Fins a 10 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.	Fins a 7 punts
<ul style="list-style-type: none">• Seguretat i mobilitat del pacient. Es valorarà las característiques del llit en funció del disseny de les baranes, comandament de control, matalàs i altres sistemes de seguretat en quant a la prevenció de caigudes interhospitalaries per la instauració de protocol de caigudes.	Fins a 7 punts
Millora: Fins a 4 punts	
<ul style="list-style-type: none">* Inclou tres grues elèctriques amb una capacitat d'elevació ≥200kg, un arnés de talla M i un de talla L. Característiques grua: facilitat d'ús, fabricada en alumini, apertura dels peus per facilitar el treball al costat del llit, el traspas a la butaca i millorar l'estabilitat, doble perxa, comandament i bateria. Al igual que els llits, es valora la funcionalitat i ergonomia en l'us, i seguretat en el pacient.	Fins a 4 punts

Sistema d'atribució de punts:
<ul style="list-style-type: none">* Es valoraran les propostes en funció de la qualitat de les mateixes, nivell de detall i el grau d'adaptabilitat del subministrament ofertat a les necessitats de la CSMS. La puntuació de cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents propostes presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir, dins del rang de punts, la puntuació final.
<ul style="list-style-type: none">* Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. Per això, en primer lloc, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –valorant-se l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–, conforme a la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la qualitat del producte i la seva adaptabilitat a les necessitats de la CSMS (als efectes de la qual hauran de tenir-se en compte les característiques específiques de l'espai, personal i pacient.

La justificació d'aquests criteris de valoració recau en la importància de que el professional assistencial tingui les màximes facilitats i comoditats possibles en la seva feina a l'hora



d'acomodar i moure a un malalt. Tanmateix és molt important valorar la confortabilitat que puguin tenir els pacients.

El criteri de millora és important per tal de donar eines òptimes que facilitin la mobilitat del pacient i donar un plus afegit al servei que es presta des de la Corporació.

Pel que fa als 82 punts restants es distribueixen en els **criteris de valoració automàtica**, següents:

Oferta Econòmica	Màxim 40 punts					
Descripció objecte del contracte	unitats	Mensualitats de lloguer	cost mensual/unit at sense iva	cost total mensual s/iva	cost total anual s/iva	cost total s/iva
Llit d'ús clínic elèctric (amb matalassos)	192	60	61,00 €	11.712,00 €	140.544,00 €	702.720,00 €

* Qualsevol oferta que individualment o totalment superi els imports màxims de licitació expressats en el quadre, serà automàticament exclosa del procediment

Característiques tècniques objectives valorables	màxim 42 punts
Llits elèctrics	Màxim 8 punts
Pulsadors de trucada a infermeria integrats en els comandaments de control del pacient i del personal assistencial en les baranes del llit. El llit es podrà connectar mitjançant connexió de 37 pins al sistema de trucada d'infermeria de l'hospital.	Si : 4 punts No : 0 punts
Indicador bilateral permanent de maluc, que no es pugui retirar amb el temps ni els productes de neteja de l'hospital. Per posicionar correctament al pacient. La col·locació adequada millora el confort del pacient i sovint redueix la necessitat de recol·locar el pacient al costat del llit.	Si : 4 punts No : 0 punts
Sistemes de Seguretat:	Màxim 12 punts totals
Fre centralitzat a les 4 rodes mitjançant barra als peus del llit.	Si : 2 punts No : 0 punts
Retenidors de matalàs ajustables sense necessitat d'eines.	Si : 2 punts No : 0 punts
Alarma acústica sortida de pacient configurable en tres nivells en funció del risc de caiguda del pacient.	Si : 2 punts No : 0 punts
Funció elèctrica d'alçada variable únicament disponible en els comandaments per al personal assistencial. El pacient no tindrà control sobre l'alçada del llit en cap de les funcions.	Si : 2 punts No : 0 punts
Baranes amb buit de sortida a la secció de peus. Zona de sortida a la part del peuer que permet als pacients desorientats o agitats sortir de manera segura, reduint el risc de caigudes accidentals.	Si : 2 punts No : 0 punts
Matalàs amb seccions laterals d'escuma d'alta densitat per facilitar la sortida del pacient del llit i augmentar la seguretat.	Si : 2 punts No : 0 punts
Altres valoracions tècniques:	Màxim 9 punts totals



Angulacions de Trendelemburg i Antitrendelemburg mínim de 17°.	Si : 3 punts No : 0 punts
Espai en l' ascens i descens de les baranes inferior a 5 cms per no interferir amb l' equipament adjacent.	Si : 3 punts No : 0 punts
Sistema que permeti canviar, treure i substituir les rodes horitzontalment des de el lateral del llit, permetin així, una neteja o substitució més ràpida sense necessitat d'aixecar el llit ni tampoc al pacient.	Si : 3 punts No : 0 punts
Valoracions mediambientals	Màxim 2 punts
Mesures de política ambiental: Presentació del certificat mediambientals i valoració de:	
· L'ús d'energia o material procedents de fonts renovables o reciclades	Si : 1 punts No : 0 punts
· L'absència o la baixa presència de substàncies tòxiques o perilloses	Si : 1 punts No : 0 punts
<i>* S'acreditaran amb certificats de qualitat mediambiental, certificats d'auditories realitzades per empreses especialitzades, o amb plans de política mediambiental formalitzats per l'empresa licitadora.</i>	
Altres valoracions automàtiques	Màxim 11 punts
· Oferta de donació dels llits a la finalització dels 60 mesos de vigència del contracte d'arrendament.	Si : 8 punts No : 0 punts
· Trasllat de llits elèctrics antics a centres de la CSMS.	Si : 3 punts No : 0 punts

En cas de que el licitador presenti oferta per qualsevol dels darrers 2 criteris tècnics automàtics, haurà de presentar declaració responsable en la qual es compromet a aquestes obligacions, i incloure-la en el sobre C.

La justificació de l'elecció d'aquests criteris de valoració automàtica és la següent:

1. Preu: es pretén garantir l'estabilitat pressupostaria, atenent les circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
2. Pulsadors de trucada: El llit es podrà connectar al sistema de trucada d'infermeria de l'hospital facilitant la comunicació pacient infermeria.
3. Indicador bilateral permanent de maluc: Per posicionar correctament al pacient. La col·locació adequada millora el confort del pacient i sovint redueix la necessitat de recol·locar el pacient al costat del llit.
4. Fre centralitzat a les 4 rodes mitjançant barra als peus del llit. Per a facilitar us als assistencials i per a la seguretat del pacient.
5. Retenidors de matalàs ajustables sense necessitat d'eines: facilitar les tasques d'ajustament a les necessitats del pacient i el personal assistencial.
6. Alarma acústica sortida de pacient configurable en tres nivells en funció del risc de caiguda del pacient: per tal d'ajustar les eines d'avís a les característiques dels pacients.
7. Funció elèctrica d'alçada variable únicament disponible en els comandaments per al personal assistencial. El pacient no tindrà control sobre l'alçada del llit en cap de les funcions. Important per evitar mal us de les funcions elèctriques.
8. Baranes amb buit de sortida a la secció de peus. Zona de sortida a la part del peuer que permet als pacients desorientats o agitats sortir de manera segura, reduint el risc de caigudes accidentals. Per tant important per a la seguretat del pacient.



9. Matalàs amb seccions laterals d'escuma d'alta densitat per facilitar la sortida del pacient del llit i augmentar la seguretat.
10. Angulacions de Trendelemburg i Antitrendelemburg mínim de 17°. Per a la millor mobilitat del pacient per part del personal assistencial.
11. Espai en l'ascens i descens de les baranes inferior a 5 cms per no interferir amb l'equipament adjacent. Els espais a les habitacions son reduïts i és important valorar un sistema de replègament que precisi el menor espai possible.
12. Sistema que permeti canviar, treure i substituir les rodes horitzontalment des de el lateral del llit: Es permet així, una neteja o substitució més ràpida sense necessitat d'aixecar el llit ni tampoc al pacient.
13. Criteris mediambientals: Important valorar aquests criteris per tal de complir amb la política de responsabilitat social corporativa de l'entitat i per l'interès públic que això suposa, i per mantenir unes condicions adequades de la Salut Pública.
14. Oferta de donació dels llits a la finalització dels 60 mesos de vigència del contracte d'arrendament: es valora especialment per tal de poder gaudir durant més temps dels equips tan sols assumint les despeses del seu manteniment.
15. Trasllat de llits elèctrics antics a centres de la CSMS. Es valora aquest criteri per tal d'estalviar a la Corporació la despesa del trasllat dels llits aprofitables a altres centres de la CSMS.

LOT 2: subministrament mitjançant arrendament de butaques elèctriques, per a l'Hospital de Calella

Del total de 100 punts, 30 corresponen als criteris **sotmesos a judici de valor** següents:

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 25 punts :	
<ul style="list-style-type: none">• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: Fins a 10 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.	Fins a 9 punts
<ul style="list-style-type: none">• Seguretat i mobilitat del pacient. Es valorarà las característiques de la butaca en funció del disseny, comandament de control, mobilitat del pacient, tacte agradable.	Fins a 9 punts
<ul style="list-style-type: none">* Tapisseria resistent, rentable, i amb poques costures en els punts de seient. Que pugui suportar una bona desinfecció.	Fins a 7 punts
Millora: Fins a 5 punts	
<ul style="list-style-type: none">*Inclou dos butaques amb rodes per a obesos amb una carrega segura de treball mínim de 300 kg i amb accionament elèctric del respall. Incorporarà 4 rodes integrals Ø 125 mm , 2 rodes en la part de darrera amb fre central i bloqueig direccional. Es valorarà funcionalitat i ergonomia i seguretat i mobilitat del pacient com amb les butaques objecte de licitació.5 punts	Fins a 5 punts
Sistema d'atribució de punts:	
<ul style="list-style-type: none">* Es valoraran les propostes en funció de la qualitat de les mateixes, nivell de detall i el grau d'adaptabilitat del subministrament ofert a les necessitats de la CSMS. La puntuació de cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents propostes presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir, dins del rang de punts, la puntuació final.	



* Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. Per això, en primer lloc, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –valorant-se l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–, conforme a la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la qualitat del producte i la seva adaptabilitat a les necessitats de la CSMS (als efectes de la qual hauran de tenir-se en compte les característiques específiques de l'espai, personal i pacient.

La justificació d'aquests criteris de valoració recau en la importància de que el professional assistencial tingui les màximes facilitats i comoditats possibles en la seva feina a l'hora d'acomodar i moure a un malalt. Tanmateix és molt important valorar la confortabilitat que puguin tenir els pacients.

El criteri de millora és important per tal de donar eines òptimes per a l'atenció de pacients amb característiques de pes determinades, per a facilitar la seva mobilitat i donar un plus afegit al servei que es presta des de la Corporació.

Pel que fa als 70 punts restants es distribueixen en els **criteris de valoració automàtica**, següents:

Oferta Econòmica	Màxim 40 punts					
Descripció objecte del contracte	unitats	Mensualitats de lloguer	cost mensual/unitat sense iva	cost total mensual s/iva	cost total anual s/iva	cost total s/iva
Butaques elèctriques	183	60	31,00 €	5.673,00 €	68.076,00 €	340.380,00 €

* Qualsevol oferta que individualment o totalment superi els imports màxims de licitació expressats en el quadre, serà automàticament exclosa del procediment.

Característiques tècniques objectives valorables	màxim 30 punts
Butaques elèctriques	Màxim 20 punts
Recolzament lumbar al respall	Si : 4 punts No : 0 punts
Els reposabraços que puguin ser regulats en 4 posicions, en la posició més baixa o amb abatiment, que permetin la transferència lateral del pacient.	Si : 4 punts No : 0 punts
Densitats mínimes dels encoixinats: •Seient: gruix 65 mm, densitat no inferior a 50 kg/m3. •Front respall: gruix 65 mm, densitat no inferior a 40 kg/m3. •Darrera respall: gruix 40 mm, densitat no inferior a 35 kg/m3.	Si : 4 punts No : 0 punts
Pedal de fre centralitzat amb roda direccional.	Si : 4 punts No : 0 punts
Secció de peus que es pugui recollir per facilitar la deambulació del pacient	Si : 4 punts No : 0 punts
Valoracions mediambientals	Màxim 2 punts
Mesures de política ambiental: Presentació del certificat mediambientals i valoració de:	
· L'ús d'energia o material procedents de fonts renovables o reciclades	Si : 1 punts No : 0 punts



· L'absència o la baixa presència de substàncies tòxiques o perilloses	Si : 1 punts No : 0 punts
* <i>S'acreditaran amb certificats de qualitat mediambiental, certificats d'auditories realitzades per empreses especialitzades, o amb plans de política mediambiental formalitzats per l'empresa licitadora.</i>	
Altres valoracions automàtiques	Màxim 8 punts
· Oferta de donació de les butaques elèctriques a la finalització dels 60 mesos de vigència del contracte d'arrendament.	Si : 8 punts No : 0 punts

La justificació de l'elecció d'aquests criteris de valoració automàtica és la següent:

1. Preu: es pretén garantir l'estabilitat pressupostaria, atenent les circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
2. Recolzament lumbar al respall: per a major comoditat i benestar del pacient.
3. Els reposabraços que puguin ser regulats en 4 posicions, en la posició més baixa o amb abatiment, que permetin la transferència lateral del pacient: permet adaptació de la butaca a les condicions de cada pacient i important que es permeti la transferència lateral del pacient per evitar en ocasions que s'hagi d'aixecar. Facilita la mobilitat.
4. Densitats mínimes dels encoixinats: important valorar aquests mínims per una major comoditat i confortabilitat de l'usuari o pacient.
5. Pedal de fre centralitzat amb roda direccional: Per a facilitar us als assistencials i per a la seguretat de l'usuari o pacient. La roda direccional facilita la mobilitat de la butaca amb més seguretat.
6. Secció de peus que es pugui recollir: per facilitar la deambulació del pacient.
7. Criteris mediambientals: Important valorar aquests criteris per tal de complir amb la política de responsabilitat social corporativa de l'entitat i per l'interès públic que això suposa, i per mantenir unes condicions adequades de la Salut Pública.
8. Oferta de donació de les butaques elèctriques amb rodes per a obesos a la finalització dels 60 mesos de vigència del contracte d'arrendament: es valora especialment per tal de poder gaudir durant més temps dels equips tan sols assumint les despeses del seu manteniment.

Oferta Integradora

Els licitadors que presentin oferta individual per als lots 1, i 2, podran presentar addicionalment una única oferta integradora per als dos lots, entesa com a una **reformulació de la proposició econòmica** que possibilita la revaloració de l'oferta aplicant els criteris de valoració previstos al quadre de característiques.

L'oferta integradora haurà de consistir en una oferta conjunta (un únic preu) per als lots 1, i 2. Tanmateix, a efectes de dur a terme el càlcul, es requerirà que les ofertes integradores continguin un desglossament per cada lot. Només es podrà presentar una oferta integradora per als Lots 1, i 2 (no pot existir simultaneïtat d'ofertes integradores referides als mateixos lots).

En conseqüència, els licitadors interessats en presentar una oferta integradora, hauran de formular:

- Oferta econòmica individual per al Lot 1
- Oferta econòmica individual per al Lot 2
- Oferta econòmica conjunta (integradora) per als Lots 1, i 2:
 - o Desglossament Lot 1 de l'oferta integradora
 - o Desglossament Lot 2 de l'oferta integradora



Les ofertes integradores s'avaluaran de manera individual per a cada lot ofert (lots 1, i 2). La puntuació total de l'oferta integradora serà la suma de les puntuacions obtingudes a cada lot d'acord amb el desglossament de l'oferta conjunta presentada pel licitador en cada lot.

En cas que es presentin ofertes integradores, el procés d'avaluació de les ofertes serà el següent:

- 1) S'avaluaran els aspectes tècnics i les ofertes econòmiques de les ofertes individuals presentades, tot assignant la puntuació a cada oferta presentada per a cada lot individualment.
- 2) S'avaluaran els aspectes tècnics i les ofertes econòmiques de les ofertes integradores presentades, tot assignant la puntuació a cada oferta presentada per a cada lot individualment (d'acord amb el desglossament que el licitador ha dut a terme en l'oferta).
- 3) S'aplicaran els valors de ponderació a les ofertes individuals que han obtingut la major puntuació respectivament en cada lot.
- 4) S'aplicaran els valors de ponderació a l'oferta integradora per a cada lot que ha resultat amb la major puntuació. Per a dur a terme aquest càlcul serà requisit imprescindible que la millor oferta integradora hagi obtingut la major puntuació en cadascun dels lots (1, i 2).
- 5) Resultarà millor classificada l'oferta integradora, sempre que obtingui la suma ponderada de puntuació igual o més alta que les ofertes individuals.

Els valors de ponderació que seran d'aplicació als efectes de calcular la puntuació de les ofertes serà el següent:

Lot 1: 0,60

Lot 2: 0,40

En cas que un lot de l'oferta integradora no compleixi els requeriments tècnics o superi el pressupost base de licitació, es procedirà a avaluar únicament el lot que no hagi quedat exclòs de manera individual i no així l'oferta integradora presentada.

7.- Condicions especials d'execució amb la justificació

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Amb aquestes condicions es pretén vetllar pel compliment de les condicions laborals dels treballadors de l'empresa adjudicatària, garantir el pagament en temps i forma a les empreses subcontractistes i contemplar la inclusió de clàusules de caràcter social i/o ambiental.

8.- Pressupost base de licitació desglossat

a) El pressupost base de licitació és de 1.262.151 euros IVA inclòs (1.043.100 euros sense IVA), corresponent:

El pressupost base de licitació inclou costos directes, indirectes i altres despeses com recanvis, sous, llicències, seguretat social, formació obligatòria, assegurances.

El pressupost es desglossa en els Lots i conceptes següents:

Descripció article	Unitats estimades	Cost unitari mensual/ sense IVA	Cost mensual sense IVA	Cost anual sense IVA	Cost TOTAL sense IVA	Cost TOTAL sense IVA
LOT 1.- Llit elèctric d'ús	192	61,00 €	11.712,00 €	140.544,00 €	702.720,00 €	850.291,20 €



clínic (amb matalassos)						
LOT 2.- Butaques elèctriques	183	31,00 €	5.673,00 €	68.076,00 €	340.380,00 €	411.859,80 €
SUMA 2 LOTS			17.385,00 €	208.620,00 €	1.043.100,00 €	1.262.151 €

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent els costos laborals, si existeixen.

El valor estimat del contracte de 1.043.100 euros sense IVA, detalla tots els conceptes definits a l'article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic d'acord amb la tipologia del contracte i es concreta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, corresponent l'import a l'arrendament dels equips objecte del contracte per a 5 anys (702.720,00 euros sense IVA corresponent al lot 1 i 340.380,00 euros sense IVA corresponent al lot 2).

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l'objecte del contracte:

S'adjunta annex 2 Informe de Necessitats.

11.- Decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte amb la seva justificació.

No aplica.

12. L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:

SI, La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l'execució del contracte i perquè l'objecte d'aquest així ho requereix.

NO

13 S'han tingut en compte els següents aspectes mediambientals:

Pla d'acció de compra pública verda de Catalunya 2022-2025:

L'objecte coincideix o inclou prestacions de l'Annex 1 del Pla:

X Equipament elèctric i electrònic del sector sanitari

Sr. Ramon Cunillera Grañó
Gerent de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.



ANNEX 1. RELATIU AL PUNT 5 (SOLVÈNCIA)

En els contractes subjectes a regulació harmonitzada la solvència requerida serà la marcada per la LCSP.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació del subministrament en arrendament de mobiliari clínic (llits elèctrics amb matalassos, i butaques elèctriques) per a l'Hospital de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Solvència econòmica i financera i tècnica i classificació empresarial

a) Solvència econòmica i financera i tècnica

- Solvència econòmica i financera:

- El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclosos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte en el cas que la durada sigui superior a 1 any.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s'aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

- Solvència tècnica:

- Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% de 'anualitat mitja del contracte.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una relació dels subministraments realitzats per l'interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, especificant l'import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els subministraments realitzats s'entendran acreditats si s'aporta certificat expedit o visat per l'òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador.

Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l'òrgan de contractació.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígit dels seus respectius codis CPV.

b) Classificació empresarial:

No aplica



ANNEX 2. RELATIU A L'INFORME DE NECESSITATS

Per la Present li trameto la necessitat de contractar el subministrament en arrendament de mobiliari clínic (llits elèctrics amb matalassos, i butaques elèctriques) per a l'Hospital de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per un pressupost total de 1.043.100 euros totals sense IVA, (1.262.151 euros totals IVA inclòs), per tal de substituir els llits i butaques d'Hospitalització en aquest Hospital i per tal de donar un millor servei als usuaris del mateix. La despesa de l'arrendament és per a un període de 5 anys (60 mesos).

La licitació es planteja en 2 lots els quals podran ser adjudicats a empreses diferents.

El desglossament de l'import de l'arrendament base de licitació per unitat, i per lots és el següent:

Descripció article	Unitats estimades	Cost unitari mensual/ sense IVA	Cost mensual/ sense IVA
LOT 1.- Llit elèctric d'ús clínic (amb matalassos)	192	61,00 €	11.712,00
LOT 2.- Butaques elèctriques	183	31,00 €	5.673,00 €
TOTAL MENSUAL			17.385,00 €
TOTAL PER 5 ANYS (60 mesos)	LOT 1.- 702.720,00 €	LOT 2.- 340.380,00 €	ELS 2 LOTS CONJUNTAMENT 1.043.100,00 €

Els preus de l'arrendament base de licitació s'han fixat d'acord amb un estudi de mercat.

El termini màxim que es fixa per al lliurament del mobiliari és en ambdós lots de 45 dies a comptar a partir del següent a la data de formalització del contracte. Rebut els llits i les butaques, i efectivament instal·lats, s'iniciarà el termini de vigència de 5 anys de l'arrendament.

D'acord amb l'establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i al Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.