

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient: CS/AH02/1101395466/24/AMUP

Òrgan gestor: Hospital Universitari de Bellvitge

Objecte del contracte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Tipus: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Obert

1. Introducció i justificació de la necessitat

L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut també gestiona hospitals (Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans).

L'Hospital Universitari de Bellvitge és un centre sanitari que disposa de tecnologia i expertesa professional per realitzar els procediments assistencials més complexos. Registra 20.000 intervencions de cirurgia major i 37.000 altes anualment. Compta amb 4.300 professionals. Es defineix com hospital en xarxa i té com a prioritats estratègiques la millora de l'experiència del usuari, el desenvolupament dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la recerca i la docència i la difusió dels resultats.

Ubicat a L'Hospitalet de Llobregat, és centre de referència de proximitat o comarcal per als municipis de L'Hospitalet i el Prat de Llobregat i centre de referència terciària per a tot l'eix Sud de Catalunya, fins a les Terres de l'Ebre.

Juntament amb l'Hospital de Viladecans i la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut.

La carcinomatosi peritoneal és el resultat de la disseminació de les cèl·lules tumorals en la cavitat peritoneal, la qual pot afectar de manera localitzada o extensa el peritoneu.

La combinació entre quimioteràpia sistèmica, quimioteràpia intraperitoneal i cirurgia ha millorat el pronòstic de la carcinomatosi. En moltes ocasions el tractament quirúrgic es complementa amb el tractament quimioteràpic intraperitoneal (HIPEC).

Aquest procediment consisteix en aplicar el fàrmac de quimioteràpia directament sobre el peritoneu a una temperatura més alta que la corporal. Aquesta temperatura elevada facilita la penetració del medicament al peritoneu i l'eliminació de les cèl·lules tumorals.

L'Hospital Universitari de Bellvitge necessita implementar el tractament de la carcinomatosi peritoneal a través de la tècnica de quimioteràpia hipertèrmica intraabdominal (HIPEC)

Per a la realització d'aquesta tècnica es requereix la compra dels kits d'irrigació de fluids citostàtics i la cessió de l'equip necessari per a la seva administració.

Per tot l'anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals l'adquisició de l'objecte de la contractació.

2. Naturalesa i extensió del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Els materials objecte d'aquest subministrament successiu són els que consten a l'annex 1.

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) no s'ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte de subministraments, d'acord amb l'article 16.3 a) de la LCSP.

3. Divisió en lots

L'objecte de la contractació es refereix al subministrament d'un article específic, fet que impossibilita la determinació de lots en la contractació.

4. Procediment d'adjudicació

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà SU-AMUP-PO-01 i d'acord amb l'article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per l'òrgan de contractació en data 1 de març de 2024.

El procediment de licitació serà l'obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. Així mateix el procediment d'adjudicació es realitzarà d'acord amb les normes previstes a l'article 221.3 de la LCSP per a l'adjudicació de contractes basats en acords marc conclusos amb una única empresa. L'elecció d'aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l'òrgan de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

5. Durada

D'acord amb l'article 29 de la LCSP, la durada d'un acord marc no pot excedir els quatre anys, per tant, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu

finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'ICS, la durada prevista del contracte s'ha establert en 15 mesos, data aproximada d'inici de contracte 1 d' octubre de 2024.

El contracte preveu un termini de pròrroga de 24 mesos, tenint en compte que les característiques del contracte romandran inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

Amb aquest termini fixat per a la pròrroga aconseguim un equilibri, donant compliment a la Instrucció 1/14 de l'Oficina d'Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per garantir la concurrència entre els diversos operadors econòmics per una banda, i motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des del punt de vista econòmic, per l'altra.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

Així mateix, en ser un acord marc referit al subministrament de béns segons necessitats i a preu unitari no s'ha establert un pressupost base de licitació limitatiu ni vinculant.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en **168.000 euros IVA exclòs** (203.280 euros IVA inclòs) i **valor estimat de contracte de 453.600,00 euros IVA exclòs**, atenant a la possible pròrroga del contracte i les possibles modificacions previstes.

7. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera que s'exigeix per a aquest contracte consisteix en:

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.

L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o articles als que licitin.

Quan, per una raó vàlida, un licitador no estigui en condicions de presentar les referències que es sol·liciten, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació que l'Institut Català de la Salut consideri apropiada.

La solvència tècnica i professional que s'exigeix per a aquest contracte és la següent:

Tenint en compte que l'objecte del contracte és el subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge s'exigeix la següent:

Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser subministradores durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l'àmbit de l'activitat corresponent a l'objecte del contracte.

Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígit dels codis respectius de la CPV.

Per a les empreses de nova creació (entenent aquestes a les que tinguin una vigència igual o inferior a 5 anys):

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o més dels mitjans següents:

- Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposa per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
- Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s'han de subministrar, l'autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l'entitat contractant.

b. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut els quals estan desenvolupats a l'annex 8, són les següents:

1. *Garantia de subministrament.*
2. *Condicions socials i el compliment del Pla d'igualtat*
3. *Condicions d'ètica en la contractació*
4. *Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal.*

Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s'inclouen en el plec de clàusules administratives.

c. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació són els criteris que es detallen a l'annex II Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

8. Responsable del contracte

La responsable del contracte serà la Sra. Mireia Pallàs Gasull, Responsable de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Mireia Pallàs Gasull
Responsable de compres
Hospital Universitari de Bellvitge

Dra. Cristina Capdevila Aguilera
Gerència Territorial de l'Àrea
Metropolitana Sud de l' ICS

ANNEX I

NECESSITATS DEL CONTRACTE

(les quantitats estimades de consum corresponen a un període de 12 mesos)

Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge			
Descripció	Unitats/Any	Preu Unit [s/IVA]	Import [s/IVA]
kit infusió quimio-hipertèrmica HIPEC	48	2.800 €	134.400 €
TOTAL LICITACIÓ PER 12 MESOS S/IVA			134.400 €

ANNEX II

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

1. ASPECTES ECONÒMICS (OFERTA ECONÒMICA)

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts sobre 100**.

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec d'inscripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (40 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'estableix el valor de ponderació per aquesta licitació en 1,4.

2. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (Fins a 60 punts).

- 2.1 Es valorarà que l'equip permeti la retirada de tot el volum de solució en el propi circuit en finalitzar cada tractament amb l'objectiu d'eliminar la contaminació d'altres elements del quiròfan i garantir la seguretat de l'equip quirúrgic que l'utilitza. El receptor de buidament ha de ser capaç de rebre tot el líquid infós. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.2 Es valorarà que permeti usar els drenatges (sortides) tipus Blake com a drenatges post-quirúrgics fins a un mes com a mínim. **(Sí, 2 punts; No, 0 punts).**

- 2.3 Es valorarà que permeti la visualització de la posició de les sondes de temperatura de manera gràfica en una representació anatòmica real de l'abdomen del pacient, podent col·locar-les a voluntat. **(Sí, 2 punts; No, 0 punts).**
- 2.4 Es valorarà que disposi d'un sistema de seguretat que permeti detectar problemes de pressió o de temperatura, de manera que s'interrompi la circulació cap i des del pacient, permetent la continuació de la teràpia una vegada resolt el problema. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.5 Es valorarà que existeixi un sistema de guia per passos, a mode de check list. **(Sí, 5 punts; No, 0 punts).**
- 2.6 Es valorarà que disposi d'un mecanisme de diferenciació clara entre les línies i connectors per evitar errors i facilitar el muntatge. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.7 Es valorarà l'arxiu automàtic de totes les dades de tractament, incloent-hi el log del maneig de l'equip i el seu funcionament, per tal de permetre l'anàlisi de situacions anòmales o dels resultats. **(Sí, 2 punts; No, 0 punts).**
- 2.8 Es valorarà que permeti l'enregistrament dels paràmetres del procediment en un USB. **(Sí, 4 punts; No, 0 punts).**
- 2.9 Es valorarà disposar de bateria integrada per prevenir fallades d'alimentació i facilitar aspectes com la mobilitat de l'equip entre davant-quiròfan i quiròfan després del muntatge i priming fora de quiròfan. **(Sí, 5 punts; No, 0 punts).**
- 2.10 Es valorarà disposar de dues bombes de corró, una per a infusió i una altra per a retirada, permetent un control automàtic i precís de la circulació en l'abdomen sense necessitat d'assistència externa. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.11 Es valorarà que permeti el preescalfament abans d'establir el circuit complet amb el pacient. El temps transcorregut entre l'ompliment de tot el circuit i l'inici de la teràpia hauria de ser inferior a 5 minuts. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.12 Es valorarà que es pugui connectar la quimioteràpia amb una clau de 3 passos per evitar la manipulació del quimioteràpic. **(Sí, 6 punts; No, 0 punts).**
- 2.13 Es valorarà que existeixi un mecanisme que afavoreixi el moviment del líquid, a més del circuit tancat entre el sistema d'entrada i sortida del líquid de la cavitat abdominal. **(Sí, 4 punts; No, 0 punts).**