



## INFORME JUSTIFICATIU DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I CESSIÓ D'EQUIPAMENT PRINCIPAL I AUXILIAR, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT, PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINACIONS ANALÍTIQUES REQUERIDES PER TECNIQUES D'AMPLIFICACIÓ GENÒMICA (TECNOLOGIA NAT) DELS VIRUS DE LA HEPATITIS C, HEPATITIS B, VIH-1, VIH-2 I HEPATITIS E; VIRUS DEL NIL OCCIDENTAL (VNO), DENGUE, ZIKA I CHIKUNGUNYA I D'ALTRES PER L'ESTUDI DE LES DONACIONS A REALITZAR EN EL LABORATORI DE SEGURETAT TRANSFUSIONAL DEL BANC DE SANG I TEIXITS.

Expedient CS/2000/1100005961/24/PO

Les empreses licitadores que han presentat oferta en el present procediment de licitació son les següents;

- **GRIFOLS MOVACO SA.**

### **CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 30 punts, amb la corresponent distribució, condicions i característiques

- 1- Es valorarà les condicions i característiques de requeriment de volum de la mostra a processar, atorgant major puntuació a l'oferta que requereixi un volum de mostra menor per fer totes les determinacions objecte d'aquesta licitació **(fins a 6 punts)**
- 2- Es valorarà més favorablement l'oferta que inclogui una major redundància d'equipaments ajustada a l'espai disponible i eficiència en el lliurament de resultats que permeti continuar l'activitat en cas d'avaries. Caldrà aportar tota la informació necessària (característiques tècniques, flux de resultats, etc.) que permetin valorar aquest punt adequadament **(fins a 6 punts)**
- 3- Es valorarà l'eficiència i l'estabilitat dels reactius en ús durant períodes prolongats, tant dins com fora dels equips. En la fitxa tècnica s'haurà d'especificar el temps d'estabilitat **(fins a 6 punts)**
- 4- Es valorarà que els reactius siguin adequats per a l'ús en diferents tipus de mostres que hagin estat conservats en condicions i temperatures diferents (tub primari abans i després de la centrifugació, temperatura ambient, congelació a diferents temperatures). En la fitxa tècnica s'haurà d'especificar el temps màxim d'emmagatzematge en cada circumstància abans de realitzar les proves **(fins a 6 punts)**
- 5- La superfície del laboratori NAT és d'aproximadament 98,63 m<sup>2</sup> (veure plànol adjunt al PPT), obliga a valorar la funcionalitat dels espais un cop col·locat l'equipament de cada licitador, amb criteris d'ubicació que facilitin la mobilitat del personal i carros amb les mostres. Caldrà aportar plànol de la ubicació de la tecnologia **(fins a 6 punts)**

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

**NOTA: Les ofertes que no assoleixin la puntuació mínima de 15 punts aquest apartat, quedaran directament excloses de la licitació per no assolir la qualitat i funcionalitat mínima requerida.**

## AVALUACIÓ

**Apartat 1** L'oferta presentada per Grífols requereix un volum de mostra per test de 0,525 mL, tal i com s'especifica en les fitxes tècniques dels reactius (pàgina 7 de la memòria tècnica aportada). Aquest volum es compatible amb les peticions del laboratori, a on la majoria de mostres s'extreuen en un tub EDTA de 10 mL. En cas d'error en la primera determinació, en el tub queda volum suficient per a les repeticions del test. Igualment, es volum suficient per fer fins a dos proves NAT diferents (per exemple, cribratge de VHC/VIH/VHB/VHE i arbovirus).

**Valoració: 6 punts**

**Degut a que el volum de la mostra ofert per l'empresa Grífols compleix amb tots els requisits i la informació aportada i descriu perfectament les condicions i característiques, es dona en aquest apartat la totalitat dels punts.**

**Apartat 2** L'oferta presentada per Grífols proposa 8 equips principals de processament de mostres (PANTHER ART). En el flux de treball que s'aporta en la memòria tècnica Annex 9, aquest nombre d'equips es suficient per a l'activitat prevista, tant pel que fa al cribratge universal (totes les donacions) de VHC/VIH/VHB/VHE com a cribratges selectius o de temporada (arbovirus).

**Valoració: 6 punts**

**Degut a la redundància d'equipaments oferts per Grífols, així com l'eficiència en el lliurament de resultats i la documentació aportada, en aquest apartat 2, se li donen la totalitat dels punts.**

**Apartat 3** Els reactius presentats per Grifols són kits de 5000 determinacions, però estan dividits en assajos de 250 determinacions, per minimitzar el temps en ús un cop oberts i així el mateix kit pot ser repartit entre els 8 equips que oferten, indistintament. Un cop dins de l'analitzador, l'estabilitat dels reactius és de 72 hores. Des de la seva apertura de cada subset, estabilitat de 30 dies conservat en les condicions indicades a les instruccions d'ús. Aquesta informació s'aporta en la fitxa tècnica del producte PROCLEIX / UltrioPlex E, Ultrio Elite i Arboplex. Considerem que, tot i que l'estabilitat podria ser més llarga per als reactius auxiliar, l'estabilitat del reactiu universal PROCLEIX / UltrioPlex E, donat l'elevat consum del laboratori (800 determinacions/dia aprox.) es suficient.

**Valoració: 6 punts**

**L'estabilitat aportada pel licitador es suficient i adequada, se li donen la totalitat dels punts.**

**Apartat 4** : Els reactius presentats per Grifols permeten analitzar mostres de plasma i sèrum per al cribratge de donants d'òrgans i teixits, inclosos els donants cadàvers (sense batec cardíac). Per donants vius, la sang total, el plasma o el sèrum amb K2EDTA o K3EDTA o tub de sèrum en gel poden emmagatzemar-se un màxim de 13 dies entre 2°C i 8 °C des de la recollida fins al moment de la prova, sempre que se centrifuguin en les següents 72 hores de l'extracció, es poden guardar 72 hores fins a 25°C i fins a 30°C 24 hores. Per a mostres cadavèriques, EDTA o sèrum, s'han de recollir es pot emmagatzemar un màxim de 8 dies si se centrifuguen en un termini de 72 hores de l'extracció. 8 dies a 2 - 8°C. i 24 h a més de 8°C. Aquestes condicions s'ajusten al tipus de mostra que rep el laboratori.

**Valoració: 6 punts**

**Apartat 5** El plànol aportat per Grifols de la distribució dels 8 equips principals i els 7 equips auxiliars s'ajusta als espais proposats pel laboratori (pàgines 22, 23 i 24 de la memòria tècnica). La distribució dels aparells sobre el plànol indica que es respecten els equipaments actuals que hi ha en el laboratori (poiates, abocadors de residus, etc) i que permeten que el personal tècnic i els carros que transporten les mostres tingui lloc suficient per circular entre els aparells i les poiates.

**Valoració: 6 punts**

**Com l'oferta aportada per Grifols Movaco SA ha assolit més dels 15 punts necessaris per superar aquesta valoració, es pot procedir a valorar els criteris automàtics.**