

Amb caràcter previ a la resolució d'adjudicació, publiquem la classificació de les proposicions presentades a la licitació. Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el resultat de les valoracions haureu de fer la consulta a través de l'apartat de "enviar pregunta" de l'espai virtual de la licitació, en el termini de **5 dies hàbils** des de la publicació.

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Lot	Pos.	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Milliores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	8 (OBJECTIU)	9 (OBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	12 (SUBJECTIU)	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONOMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
															ENVÀS 50L	SENSIB.PROTEÍNES <15	RIGID./INTEGR.TIR A	HERMETISME ENVÀS	VISIB.LLETRA ENVÀS	FAC.INTERP.ESCALA VI				
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	22943	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A	1371906	0,060000	0,059000	Envàs de 50 tires: No			0	9	8	8	10	12	SI	47	35,786	82,79
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	TEC-10	A59030411	TECN.CIENT.PARA LABORATORIO,SA	1371906	0,060000	0,043500				8	9	8	8	10	12	SI	55	44,089	99,09
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	DUS 10	A81664492	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	1371906	0,060000	0,000000			Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Leucòcits, la detecció és de 20 leucòcits/camp i es demana 15 leucòcits/camp, en el paràmetre de la Bilirubina, la detecció és a partir de 0,8 mg i es demana 0,5mg/dL.	0	0	0	0	0	0	NO	0	0,000	0,00
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	265619U03150	B03362621	AKRALAB SL	1371906	0,060000	0,041800				8	9	8	8	10	12	SI	55	45,000	100,00
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	1010-50	B08165912	COLL FARMA SL	1371906	0,060000	0,000000			Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrít, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L.	0	0	0	0	0	0	NO	0	0,000	0,00
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	SR-52010	B25039850	MONLAB SL	1371906	0,060000	0,045000	Envàs de 50 tires: No			0	9	8	8	10	12	SI	47	43,286	90,29
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	KD046AT-50	B61239521	ALEU MEDICAL SL	1371906	0,060000	0,045800				8	9	8	8	10	12	SI	55	42,857	97,86
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	693591	B63914378	AP MEDICAL SUM MED AUX SL	1371906	0,060000	0,058000	Envàs de 50 tires: No			0	9	8	8	10	12	SI	47	36,321	83,32
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	LU031.101	B79018891	LAMBRA, S.L.	1371906	0,060000	0,000000			Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrít, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L.	0	0	0	0	0	0	NO	0	0,000	0,00