

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 2 i 3)

Expedient núm. *CS/CC00/1101386463/24/AMUP* per a la contractació del *subministrament agregat de tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits: Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris –GSS-, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.*

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura dels sobres núm. 2 i 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

- 1 Miquel Arrufat Vila. Director de gestió de l'ICS
- 2 Xavier Ramírez Asencio. Assessoria Jurídica de l'ICS
- 3 Rosario López Cruz. Gerència de compres de l'ICS
- 4 Mònica Gómez Garrido. Gerència de compres de l'ICS

Secretària: M^a José Siurana Izquierdo

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda als sobres número 2 i 3 presentats en l'expedient de contractació *CS/CC00/1101386463/24/AMUP* per a la contractació de del *subministrament agregat de tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits: Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris –GSS-, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.*

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut dels sobres núm. 2 i 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituida vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

S'han presentat les propostes de les empreses que consten al certificat d'obertura.

La mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents als sobres número 2 i 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

Acords

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades.

L'admissió definitiva de la documentació continguda en els sobres 2 i 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.

2. Publicar les ofertes econòmiques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT

ANNEX

CERTIFICATS I INFORMES

Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES): AMB LECTURA VISUAL" amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101386463/24/AMUP" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 19/04/2024, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	A08534638	18/04/2024	09:23:22	9020/19322/2024
Lambra SL	B79018891	18/04/2024	12:38:24	9020/19447/2024
AKRALAB SLU	B03362621	18/04/2024	14:40:18	9020/19516/2024
COLL FARMA SL	B08165912	18/04/2024	15:45:05	9020/19545/2024
Aleu Medical S.L.	B61239521	19/04/2024	10:07:36	9020/19690/2024
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.	A81664492	19/04/2024	10:53:38	9020/19715/2024
MONLAB, SL	B25039850	19/04/2024	11:06:43	9020/19724/2024
Linear Chemicals, SLU	B60485687	19/04/2024	12:27:48	9020/19765/2024
TECIL, S.A.	A59030411	19/04/2024	12:52:51	9020/19793/2024
AP MEDICAL S.L.	B63914378	19/04/2024	13:17:21	9020/19809/2024

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Sobre: SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Data	Acció
21/04/2024 08:00:32	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 21/04/2024 08:00:32.
21/04/2024 08:16:52	L'empresa Linear Chemicals, SLU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 21/04/2024 08:16:52.
21/04/2024 09:35:04	L'empresa COLL FARMA SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 21/04/2024 09:35:04.
22/04/2024 06:48:15	L'empresa GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 06:48:15.
22/04/2024 08:00:29	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 22/04/2024 08:00:29.
22/04/2024 08:05:32	L'empresa MONLAB, SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:05:32.
22/04/2024 08:13:33	L'empresa Lambra SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:13:33.
22/04/2024 08:17:02	L'empresa TECIL, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:17:02.
22/04/2024 08:27:04	L'empresa AP MEDICAL S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:27:04.
22/04/2024 08:42:11	L'empresa AKRALAB SLU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:42:11.
22/04/2024 08:44:08	L'empresa MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 22/04/2024 08:44:08.
23/04/2024 08:00:07	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 23/04/2024 08:00:07.
23/04/2024 09:14:30	L'empresa Aleu Medical S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 23/04/2024 09:14:30.
17/05/2024 10:07:48	El custodi i membre de la mesa M ^a José Siurana Izquierdo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 17/05/2024 10:07:48 (Credencials aplicades: 1/2).
17/05/2024 10:40:02	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 17/05/2024 10:40:02 (Credencials aplicades: 2/2).
17/05/2024 10:41:08	El custodi i membre de la mesa M ^a José Siurana Izquierdo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 17/05/2024 10:41:08.

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Sobre: SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

Data	Acció
21/04/2024 08:00:32	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 21/04/2024 08:00:32.
21/04/2024 08:17:13	L'empresa Linear Chemicals, SLU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 21/04/2024 08:17:13.
21/04/2024 09:35:16	L'empresa COLL FARMA SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 21/04/2024 09:35:16.
22/04/2024 06:48:22	L'empresa GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 06:48:22.
22/04/2024 08:00:29	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 22/04/2024 08:00:29.
22/04/2024 08:05:47	L'empresa MONLAB, SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:05:47.
22/04/2024 08:13:39	L'empresa Lambra SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:13:39.
22/04/2024 08:17:04	L'empresa TECIL, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:17:04.
22/04/2024 08:27:06	L'empresa AP MEDICAL S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:27:06.
22/04/2024 08:42:23	L'empresa AKRALAB SLU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:42:23.
22/04/2024 08:44:20	L'empresa MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 22/04/2024 08:44:20.
23/04/2024 08:00:07	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 23/04/2024 08:00:07.
23/04/2024 09:14:32	L'empresa Aleu Medical S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 23/04/2024 09:14:32.
17/05/2024 10:41:47	El custodi i membre de la mesa M ^a José Siurana Izquierdo ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 17/05/2024 10:41:47 (Credencials aplicades: 1/2).
17/05/2024 10:45:37	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 17/05/2024 10:45:37 (Credencials aplicades: 2/2).
17/05/2024 10:47:17	El custodi i membre de la mesa M ^a José Siurana Izquierdo ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 17/05/2024 10:47:17.

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

En aquest expedient de licitació s'ha valorat amb criteris sotmesos a judici de valor les tires d'orina (10 paràmetres) de lectura visual.

Les empreses que han presentat ofertes són les següents:

- MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
- TECN. CIENT. PARA LABORATORIO, S.A.
- GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA
- AKRALAB, SL
- COLL FARMA SL
- MONLAB SL
- ALEU MEDICAL SL
- AP MEDICAL SUM MED AUX SL
- LAMBRA, S.L.

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AMUP-S-62-24).

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor :

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades:

Les ofertes que incompleixen els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració.

2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores i s'han demanat mostres.

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS CRITERIS JUDICI DE VALOR
- ANNEX 2: VALORACIÓ REQUISITS OBLIGATORIS PLEC TÈCNIC

ANNEX 1

BASE DE PONDERACIÓ

Lot	Pos	Partida	Desc. Partida	Material	Desc. Material	Referencia Proveïdor	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Motius de desestimació tècnica	8 (SUBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	12 (SUBJECTIU)	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	TOTAL PUNTUACIÓ	VALIDAT TÈCNICAMENT
												RIGIDESA/INTEGR.TI RA	HERMETISME ENVÀS	VISIBILITAT LLETRA DE LA LLEGENDA EN L'ENVÀS	FACILITAT INTERPRETACIÓ ESCALA VISUAL				
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	22943	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A.	1371906	0,060000		8	8	10	12	SI	38	38	VALIDAT TÈCNICAMENT
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	TEC-10	A59030411	TECN.CIENT.PARA LABORATORIO,SA	1371906	0,060000		8	8	10	12	SI	38	38	VALIDAT TÈCNICAMENT
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	DUS 10	A81664492	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	1371906	0,060000	Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. El reactiu no és estanc, una vegada mullat hi ha un corriment de color en alguns d'ells que fa que no es pugui interpretar correctament, ja que es barreja el color. Les tires de orina, en el paràmetre dels Leucòcits, la detecció és de 20 leucòcits/camp i es demana 15 leucòcits/camp, en el paràmetre de la Bilirubina, la detecció és a partir de 0,8 mg i es demana 0,5mg/dL.	0	0	0	0	NO	0	0	
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	265619U03150	B03362621	AKRALAB SL	1371906	0,060000	Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. El reactiu no és estanc, una vegada mullat hi ha un corriment de color en alguns d'ells que fa que no es pugui interpretar correctament, ja que es barreja el color.	0	0	0	0	NO	0	0	
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	1010-100	B08165912	COLL FARMA SL	1371906	0,060000	Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. El reactiu no és estanc, una vegada mullat hi ha un corriment de color en alguns d'ells que fa que no es pugui interpretar correctament, ja que es barreja el color. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrts, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L.	0	0	0	0	NO	0	0	
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	SR-52010	B25039850	MONLAB SL	1371906	0,060000		8	8	10	12	SI	38	38	VALIDAT TÈCNICAMENT
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	KD046AT-50	B61239521	ALEU MEDICAL SL	1371906	0,060000		8	8	10	12	SI	38	38	VALIDAT TÈCNICAMENT
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	693951	B63914378	AP MEDICAL SUM MED AUX SL	1371906	0,060000		8	8	10	12	SI	38	38	VALIDAT TÈCNICAMENT
1	10	0		10028152	Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrts, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang.	LU031-101	B79018891	LAMBRA, S.L.	1371906	0,060000	Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrts, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L.	0	0	0	0	NO	0	0	

ANNEX 2

REQUISITS OBLIGATORIS ADDICIONALS

