

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Tipus: Subministraments

Procediment: Obert

Objecte:

Subministrament agregat de tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual

Resolució d'adjudicació

Acord marc per al subministrament agregat de tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de *tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual* per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits: Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris –GSS-, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/CC00/1101386463/24/AMUP mitjançant procediment obert.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer.- Adjudicar l'acord marc per al subministrament agregat de *tires reactives d'orina (10 paràmetres): amb lectura visual* per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits (Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris –GSS-, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga), a l'empresa i pels imports unitaris que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprés entre l'1 d'agost de 2024 i el 31 de juliol de 2026.

Segon.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Quart.- Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

Barcelona,

Xavier Pérez i Berruezo
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101386463/24/AMUP
MB/mjs

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Llistat adjudicatari
(Els consums expressats són de 12 mesos)
2. ANNEX 2: Informe base de ponderació

ANNEX 1: Llistat adjudicatariis
(Els consums expressats són de 12 mesos)
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101386463/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES): AMB LECTURA VISUAL

Lot: 001 Tires reactives d'orina: lectura visual

Partida: 000000

Empresa: B03362621 AKRALAB SL

| Article | Descripció | C.Barres | Quant | Preu amb IVA | Imp amb IVA | Id.IVA | Refe | Marca | Mod |
|----------|--|---------------|-------|----------------------|------------------------|--------|------------------|-------|-----|
| | | | | Preu sense IVA | Imp sense IVA | | | | |
| 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrits, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 1.371.906,000 | | 0,050578 0,041800 | 69.388,28 57.345,64 | 21 | 265619U0 3150 | | |

TOTAL AMB IVA: 69.388,28
TOTAL SENSE IVA: 57.345,64

**ANNEX 2: Informe base de ponderació
CS/CC00/1101386463/24/AMUP**

| | |
|---|-------------------------------|
| INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES) DE LECTURA VISUAL | Unitat de Planificació |
| CS/CC00/1101386463/24/AMUP | IT-AMUP-S-1101386463 |

En aquest expedient de licitació s'ha valorat amb criteris sotmesos a judici de valor les tires d'orina (10 paràmetres) de lectura visual.

Les empreses que han presentat ofertes són les següents:

- MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
- TECN. CIENT. PARA LABORATORIO, S.A.
- GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA
- AKRALAB, SL
- COLL FARMA SL
- MONLAB SL
- ALEU MEDICAL SL
- AP MEDICAL SUM MED AUX SL
- LAMBRA, S.L.

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AMUP-S-62-24).

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor:

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment dels requisits obligatoris sol·licitats:

Les ofertes que incompleixen els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració.
2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores i s'han demanat mostres.

Per un error a l'hora de fer les proves per la valoració del requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec tècnic: *Estanqueïtat dels reactius [un cop mullada la tira els reactius dels diferents paràmetres no s'han de barrejar] en tots els paràmetres de la tira, per garantir la qualitat de la lectura. S'ha procedit a fer una nova valoració d'aquest requisit i s'ha modificat les puntuacions tècniques.*

| | |
|---|------------------------|
| INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES) DE LECTURA VISUAL CS/CC00/1101386463/24/AMUP | Unitat de Planificació |
| | IT-AMUP-S-1101386463 |

Puntuació econòmica:

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4.

- La puntuació màxima d'aquest criteri **es de 45 punts**.
- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

"Pv": Puntuació de l'oferta a valorar

"P": Punts criteri econòmic

"Om": Oferta Millor

"Ov": Oferta a Valorar

"IL": Import de licitació

- "VP": Valor de ponderació = 1,4

Puntuació tècnica objectiva:

S'ha aplicat els criteris previstos per la valoració de les característiques addicionals.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Annexos de l'informe:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS DEFINITIVA: S'indica el desglossament de puntuacions i les ofertes adjudicades. Els motius de desestimació estan indicats en la columna corresponent.
- ANNEX 2: FULL ASSISTÈNCIA
- ANNEX 3: INFORME TÈCNIC DE JUDICI DE VALOR: S'adjunta informe de valoració dels criteris subjectius on s'explica l'aplicació d'aquest criteris)

**INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10
PARÀMETRES) DE LECTURA VISUAL**

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

CS/CC00/1101386463/24/AMUP

ANNEX 1

BASE DE PONDERACIÓ DEFINITIVA

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS CS/CC00/1101386463/24/AMUP

| Lot | Pos. | Partida | Des | Material | Desc. Material | Referencia | Licitador | Nom | Quantitat | Preu Licitació (preu referència) | Preu Oferta presentada | Consideracions tècniques | Millores tècniques addicionals | Motius de desestimació tècnica | 8 (OBJECTIU) | 9 (OBJECTIU) | 8 (SUBJECTIU) | 8 (SUBJECTIU) | 10 (SUBJECTIU) | 12 (SUBJECTIU) | Passa/No pas | Total puntuació TÈCNICA | Total puntuació ECONOMICA | TOTAL PUNTUACIÓ |
|-----|------|---------|-----|----------|---|--------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | ENVÀS 50L | SENSIB.PROTEÍNES <15 | RIGID./INTEGR.TIR A | HERMETISME ENVÀS | VISIB.LLETRA ENVÀS | FAC.INTERP.ESCALA VI | | | | |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 22943 | A08534638 | MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A | 1371906 | 0,060000 | 0,059000 | Envàs de 50 tires: No | | | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 47 | 35,786 | 82,79 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | TEC-10 | A59030411 | TECN.CIENT.PARA LABORATORIO,SA | 1371906 | 0,060000 | 0,043500 | | | | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 55 | 44,089 | 99,09 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | DUS 10 | A81664492 | GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | 1371906 | 0,060000 | 0,000000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Leucòcits, la detecció és de 20 leucòcits/camp i es demana 15 leucòcits/camp, en el paràmetre de la Bilirubina, la detecció és a partir de 0,8 mg i es demana 0,5mg/dL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 265619U03150 | B03362621 | AKRALAB SL | 1371906 | 0,060000 | 0,041800 | | | | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 55 | 45,000 | 100,00 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 1010-50 | B08165912 | COLL FARMA SL | 1371906 | 0,060000 | 0,000000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrít, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | SR-52010 | B25039850 | MONLAB SL | 1371906 | 0,060000 | 0,045000 | Envàs de 50 tires: No | | | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 47 | 43,286 | 90,29 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | KD046AT-50 | B61239521 | ALEU MEDICAL SL | 1371906 | 0,060000 | 0,045800 | | | | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 55 | 42,857 | 97,86 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 693591 | B63914378 | AP MEDICAL SUM MED AUX SL | 1371906 | 0,060000 | 0,058000 | Envàs de 50 tires: No | | | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 47 | 36,321 | 83,32 |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrít, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | LU031.101 | B79018891 | LAMBRA, S.L. | 1371906 | 0,060000 | 0,000000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrít, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0,000 | 0,00 |

**INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10
PARÀMETRES) DE LECTURA VISUAL**

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

CS/CC00/1101386463/24/AMUP

ANNEX 2

FULL D'ASSISTÈNCIA

FULL D'ASSISTÈNCIA




Comissió tècnica per a l'avaluació d'ofertes de l'expedient CS/CC00/1101386463/24/AMUP – SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES): AMB LECTURA VISUAL

Dades de la convocatòria

| | |
|--------------------|--|
| Sessió núm. | 1 |
| Data | 9/5/2024 |
| Horari | 12:00 |
| Lloc | Sala 3-4 de la tercera planta |
| Fase | Valoració Criteris Subjectius i valoració de mostres presentades |

Recordeu que totes les deliberacions i acords presos en aquesta comissió tècnica són confidencials

Tècnics assistents

| Nom i cognoms | | Signatura |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Susana Malumbres | Hospital Germans Trias i Pujol |  |
| Luzma Cruz Carlos | Hospital Universitari Vall d'Hebron |  |
| Macarena Dastis | Hospital Universitari de Bellvitge |  |
| | | |
| | | |
| | | |

**INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10
PARÀMETRES) DE LECTURA VISUAL**

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

CS/CC00/1101386463/24/AMUP

ANNEX 3

INFORME TÈCNIC DE JUDICI DE VALOR

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

En aquest expedient de licitació s'ha valorat amb criteris sotmesos a judici de valor les tires d'orina (10 paràmetres) de lectura visual.

Les empreses que han presentat ofertes són les següents:

- MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
- TECN. CIENT. PARA LABORATORIO, S.A.
- GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA
- AKRALAB, SL
- COLL FARMA SL
- MONLAB SL
- ALEU MEDICAL SL
- AP MEDICAL SUM MED AUX SL
- LAMBRA, S.L.

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AMUP-S-62-24).

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor :

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades:

Les ofertes que incompleixen els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració.

2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores i s'han demanat mostres.

Per un error a l'hora de fer les proves per la valoració del requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec tècnic: *Estanqueïtat dels reactius [un cop mullada la tira els reactius dels diferents paràmetres no s'han de barrejar] en tots els paràmetres de la tira, per garantir la qualitat de la lectura. S'ha procedit a fer una nova valoració d'aquest requisit i s'ha modificat les puntuacions tècniques.*

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS CRITERIS JUDICI DE VALOR
- ANNEX 2: VALORACIÓ REQUISITS OBLIGATORIS PLEC TÈCNIC

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

ANNEX 1

BASE DE PONDERACIÓ

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS CS/CC00/1101386463/24/AMUP

| Lot | Pos. | Partida | Des | Material | Desc. Material | Referencia | Licitador | Nom | Quantitat | Preu Licitació (preu referència) | Consideracions tècniques | Millores tècniques addicionals | Motius de desestimació tècnica | 8 (SUBJECTIU) | 8 (SUBJECTIU) | 10 (SUBJECTIU) | 12 (SUBJECTIU) | Passa/No pas | Total puntuació TÈCNICA | Total puntuació ECONÒMICA | TOTAL PUNTUACIÓ | ADJUDICACIÓ |
|-----|------|---------|-----|----------|--|--------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | RIGID./INTEGR.TIR A | HERMETISME ENVÀS | VISIB.LLETRA ENVÀS | FAC.INTERP.ESCALA VI | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 22943 | A08534638 | MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | TEC-10 | A59030411 | TECN.CIENT.PARA LABORATORIO,SA | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | DUS 10 | A81664492 | GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | 1371906 | 0,060000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Leucòcits, la detecció és de 20 leucòcits/camp i es demana 15 leucòcits/camp, en el paràmetre de la Bilirubina, la detecció és a partir de 0,8 mg i es demana 0,5mg/dL. | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | | 0,00 | |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 265619U03150 | B03362621 | AKRALAB SL | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 1010-50 | B08165912 | COLL FARMA SL | 1371906 | 0,060000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrats, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | | 0,00 | |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | SR-52010 | B25039850 | MONLAB SL | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | KD046AT-50 | B61239521 | ALEU MEDICAL SL | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | 693591 | B63914378 | AP MEDICAL SUM MED AUX SL | 1371906 | 0,060000 | | | | 8 | 8 | 10 | 12 | SI | 38 | | 38,00 | VALIDAT TÈCNICAMENT |
| 1 | 10 | 0 | | 10028152 | Tira reactiva visual d'orina de 10 paràmetres per a determinar com a mínim: Densitat, pH, leucòcits, nitrats, proteïna, glucosa, cossos cetònics, urobilinogen, bilirubina i sang. | LU031.101 | B79018891 | LAMBRA, S.L. | 1371906 | 0,060000 | | | Desestimada: la referència ofertada no compleix amb el requisit obligatori definit en el punt 2.3 del Plec Tècnic. Les tires de orina, en el paràmetre dels Nitrats, la detecció és de 13 µmol/L i es demana 11 µmol/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | | 0,00 | |

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR :

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TIRES REACTIVES D'ORINA (10 PARÀMETRES):
DE LECTURA VISUAL
CS/CC00/1101386463/24/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386463

ANNEX 2

REQUISITS OBLIGATORIS ADDICIONALS

