

## **ANNEX 14**

### **Model oferta TÈCNICA**

**Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.**

Oferta tècnica subjectiva  
(sobre 2 bis)

CS/CC00/1101392281/24/AMUP

**DOCUMENTACIÓ OFERTA TÈCNICA SUBJECTIVA (SOBRE 2 BIS)**

- ☒ Índex documental criteris subjectius sobre 2 bis (Excel)
- ☒ Memòria de màxim 30 pàgines on es detalli i s'argumenti la solució proposada de cada apartat dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor.
- ☒ Altra documentació relacionada amb els criteris sotmesos a judici de valor.

Aquest sobre no pot contenir cap referència ni dada relativa als criteris valorables del sobre 2 o 3, ja que comportaria l'exclusió de l'oferta.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

1

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Revisió periòdica de les preses de gasos medicinals del HUVH. (Fins a 5 punts)		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 2 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 3 punts)		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 2 punts)		
B.3.5 Propostes de millora del recinte de tancs de gasos medicinals del HUVH. (Fins a 2 punts)		
B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos i xarxa de distribució. (Fins 10 punts)		
B.3.7 Central de producció de BUIT. (Fins 4 punts)		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

2

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO de l'Hospital. (Fins a 3 punts)		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 2 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 4 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 2 punts).		
B.3.5 Proposta d'implantació. (Fins a 4 punts)		
B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 3 punts).		
B.3.7 Pla de contingències. (Fins 2 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

3

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO de l'Hospital. (Fins a 3 punts)		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 2 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 4 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 2 punts).		
B.3.5 Proposta d'implantació. (Fins a 4 punts)		
B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 3 punts).		
B.3.7 Pla de contingències. (Fins 2 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

4

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO de l'Hospital. (Fins a 3 punts).		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 3 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 3 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 4 punts).		
B.3.5 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN). (Fins a 4 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

5

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO de l'Hospital. (Fins a 4 punts).		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 3 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 4 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 4 punts).		
B.3.5 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 5 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

6

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Pla de formació. (Fins a 2 punts)		
B.3.2 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 2 punts).		
B.3.3 Pla logístic i estructura. (Fins a 14 punts).		
B.3.4 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN). (Fins a 2 punts).		



Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

7

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.S).

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO i BMS existent a l'Hospital. (Fins a 8 punts).		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 3 punts).		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 2 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 2 punts).		
B.3.5 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN). (Fins a 2 punts).		
B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 3 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

8

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO de l'Hospital. (Fins a 2 punts).		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 2 punts)		
B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 2 punts).		
B.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 12 punts).		
B.3.5 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN). (Fins a 2 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

9

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO existent a l'Hospital. (Fins a 5 punts).		
B.3.2 Pla de formació. (Fins a 3 punts).		
B.3.3 Pla logístic i estructura. (Fins a 3 punts).		
B.3.4 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 4 punts).		
B.3.5 Proposta descriptiva dels equips i instal·lacions de les centrals criogèniques a la nova ubicació definida per el projecte d'ampliació de l'hospital. (Fins 5 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

17

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO existent a l'Hospital. (Fins a 5 punts).		
C.3.2 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts).		
C.3.3 Pla logístic i estructura. (Fins a 5 punts).		
C.3.4 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de la central de gasos (incloent les rampes d'emergència). (Fins 5 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

18

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line. (Fins a 5 punts)		
C.3.2 Pla de formació. (Fins a 5 punts)		
C.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts).		
C.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 5 punts).		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

19

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line. (Fins a 5 punts).		
C.3.2 Pla de formació. (Fins a 5 punts).		
C.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts).		
C.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 5 punts)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

20

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO existent a l'Hospital. (Fins a 4 punts)		
C.3.2 Pla de formació. (Fins a 3 punts)		
C.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. Execució de les millores proposades a l'anàlisi de situació. (Fins a 4 punts)		
C.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 4 punts)		
C.3.5 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins a 5 punts)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

21

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line. (Fins a 5 punts)		
C.3.2 Pla de formació. (Fins a 5 punts)		
C.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts)		
C.3.4 Pla logístic i estructura. (Fins a 5 punts)		



Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

22

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)**

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Memòria Tècnica. (Fins a 4 punts).		
C.3.2 Gestor documental d'informació on-line. (Fins a 4 punts)		
C.3.3 Pla de formació. (Fins a 3 punts)		
C.3.4 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts)		
C.3.5 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 4 punts)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

23

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS SUBJECTIUS (SOBRE 2 BIS)

Descripció criteri valorable	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.3.1 Gestor documental d'informació on-line, i integració al sistema GMAO existent a l'Hospital. (Fins a 5 punts)		
C.3.2 Pla de formació. (Fins a 5 punts)		
C.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. (Fins a 5 punts).		
C.3.4 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. (Fins 5 punts).		

**Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.**

Oferta tècnica objectiva  
(sobre 2)

CS/CC00/1101392281/24/AMUP

## **DOCUMENTACIÓ OFERTA TÈCNICA OBJECTIVA (SOBRE 2)**

☒ Índex documental requeriments obligatoris (Excel)

☒ Memòria de màxim 10 pàgines on es detalli i s'argumentin els requeriments obligatoris.

☒ Índex documental criteris objectius sobre 2 (Excel)

☒ Memòria de màxim 10 pàgines on es detalli i s'argumenti la solució proposada de cada apartat dels criteris tècnics automàtics.

☒ Documentació tècnica individual de cada material (Vegeu instruccions, model oferta tècnica individual de cada material)

- Model fitxa tècnica ICS
- Fitxa tècnica licitador
- Fitxa de seguretat

☒ Altra documentació relacionada amb els criteris automàtics no preu i/o requeriments obligatoris.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

Requeriments obligatoris a acreditar	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Declaració conforme compleix amb totes les normes vigents pel que fa a la seva condició de fabricant i proveïdor de gasos medicinals d'acord amb allò que preveu la "Instrucción Técnica complementaria sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión" (ITC-MIE AP7). Tanmateix cal certificar que tots els gasos subministrats compleixen amb totes les normes de seguretat i qualitats i que s'acompleix la resta de legislació d'aplicable en el contracte.		
Garantir per escrit que l'empresa disposa de: - Laboratori d'anàlisi i control al lloc de fabricació, excepte en el cas de l'aire comprimit que seguirà la normativa vigent. - Emmagatzematge en la fàbrica/planta pel subministrament dels gasos objecte de concurs.		
Acreditació per medi d'una entitat aliena de l'etiquetatge i la capacitat dels subministradors en disposar de les tècniques analítiques pel control de la qualitat dels gasos medicinals (sistemes de control de qualitat ISO 9001). Cal identificar l'empresa acreditadora.		
Identificació dels centres productors, indicant el nombre, capacitat i localització.		
Declaració de compromís per nomenar, en el termini màxim d'un mes després de la signatura del contracte, un/a conseller/a de seguretat que es farà responsable de les operacions de càrrega/descàrrega en els centres de subministrament.		
Disposició de servei de telemetria i televigilancià amb els paràmetres mínims de control indicats a l'apartat 8 del PPT "Telemetria-Parametres de control en continu", si escau.		
Sistema de Visualitzador/Display en com a mínim el 50% de les ampolles compactes de 5 litres d'Oxigen.		
Disposició del servei de recepció de comandes i altres sistemes de identificació o detecció de les demandes dels centres. Per mitjà d'implantació de sistemes informatitzats de gestió i seguiment on-line. (Sense cost addicional).		

Conjuntament amb aquesta fitxa, haureu de presentar una memòria de màxim 10 pàgines on es detalli i s'argumentin els requeriments obligatoris. A més, hauréu d'incloure tota la documentació complementària que considereu per tal de garantir l'acompliment de tots els requeriments del plec.

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

1

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 7p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior del centre hospitalari (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 4p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 5p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 1p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4. Millores en la Gestió eficient (Fins a 7p)	B.2.1.4.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 2p)		
	B.2.1.4.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		
	B.2.1.4.c Pla de reducció de la petjada de Carboni. Es valoraran els vehicles per al transport amb etiqueta 0 o ECO. (Fins a 2p)		
	B.2.1.4.d Pla de reducció de la petjada de Carboni. Es valorarà la certificació de la producció d'Oxigen i Nitrogen líquid amb energies 100% renovables. (Fins a 2p)		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

2

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.4. Millores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 20 punts)			
B.2.1.5. Millores en la Gestió eficient (Fins a 7p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 3p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 4p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

3

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 13p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior del centre hospitalari (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 5p)		
	B.2.1.2.c Que el adjudicatari tingui la capacitat de poder reparar els cabalímetres d'O2 en taller homologats i aquestes reparacions puguin seguir tenim en marcatge CE com a producte sanitari. Acreditar el taller homologat per el fabricant. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 8p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4. Millores en la Gestió eficient (Fins a 9p)	B.2.1.4.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 4p)		
	B.2.1.4.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

4

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 8p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior del centre hospitalari (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 2p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		



Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

5

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 8p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior del centre hospitalari (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Que el adjudicatari tingui la capacitat de poder reparar els cabalímetres d'O2 en taller homologats i aquestes reparacions puguin seguir tenim en marcatge CE com a producte sanitari. Acreditar el taller homologat per el fabricant. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 1p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 5p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 2p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

6

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 8p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 9p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 4p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de les rampes de gasos de Primària, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte. (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos de l'Hospital per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos de Primària per mitja d'un informe trimestral de cada centre. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

7

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior del centre hospitalari. (Fins a 8p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte (Fins a 2p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

8

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 3p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu a l'Hospital Verge de la Cinta (Fins a 9p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 9p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de les rampes de gasos de Primària, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos de l'Hospital per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos de Primària per mitja d'un informe trimestral de cada centre (Fins a 1p)		
	B.2.1.5.c Confecció as-buit instal·lacions i xarxa HTVC. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

9

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)**

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
B.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
B.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i intercentres. (Fins a 8p)	B.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris.(Fins a 3p)		
	B.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
B.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.3.a ó 2.1.3.b) (Fins a 6p)	B.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	B.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
B.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
B.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	B.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital, a realitzar durant els 3 primers mesos del contracte (Fins a 2p)		
	B.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

10

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

11

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

12

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		



Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

13

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

14

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

15

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

16

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració	Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
A.2.1.1. Col·laboració en la formació continuada, addicional a la exigida en els plecs (segons hores) (Fins a 2p)		
A.2.1.2 Sistema on-line de gestió i seguiment de comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)		
A.2.1.3 Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de SL, d'Oxigen; al 100% de les ampolles de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.4 Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 5p)		
A.2.1.5. Millora en la gestió eficient d'ampolles d'Oxigen (tots les mides), en l'àmbit de l'Atenció Primària. (Fins a 5p)		
A.2.1.6 Realització de manteniment preventiu en rampes d'O2 etc., en els CUAPs. (Fins a 5p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

17

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)**

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

18

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)**

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT

19

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres, i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

20

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		



Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

21

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

22

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

**CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)**

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

Identificació de l'empresa

Nom  
NIF

LOT

23

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.

CRITERIS TECNICS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Descripció criteri de valoració		Breu descripció	Indicar document i/o pàgina on està la informació:
C.2.1.1. Sistema on-line de gestió i seguiment de les comandes, albarans, facturació, etc. (Fins a 3p)			
C.2.1.2. Sistema de Traçabilitat a l'interior dels centres , i Intercentres. (Fins a 8p)	C.2.1.2.a Sistema de Traçabilitat d'ampolles de gasos a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 3p)		
	C.2.1.2.b Sistema de LOCALITZACIÓ en temps real de les ampolles compactes O2 a l'interior dels centres hospitalaris. (Fins a 5p)		
C.2.1.3. Equipament de Sistema de Visualitzador / Display en ampolles compactes de 5L, d'Oxigen, de l'Hospital. (2.1.4.a ó 2.1.4.b) (Fins a 6p)	C.2.1.3.a Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, ≥ 75% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 2p)		
	C.2.1.3.b Equipament de Sistema de Visualitzador / Display, al 100% de les ampolles de l'Hospital. (Fins a 4p)		
C.2.1.4 Milliores en el sistema de TELEMETRIA, telemesura i d'informació on-line Paràmetres Control en continu. (Fins a 10p)			
C.2.1.5. Milliores en la Gestió eficient (Fins a 3p)	C.2.1.5.a Auditoria anual de les instal·lacions de gasos de l'hospital (Fins a 2p)		
	C.2.1.5.b Recerca d'eficiències; amb el compromís d'estalvis en el consum de gasos per mitja d'un informe trimestral. (Fins a 1p)		

\*En el cas que el productes oferts precisin accessoris o complements específics dels mateixos, caldrà omplir una fitxa complementaria.

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**

**Dades de la licitació**

<b>Núm. expedient</b>	<b>Descripció expedient</b>	<b>Codi SAP</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Descripció codi SAP</b>		<b>LOT</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Tipus oferta</b>		
<input type="text"/>		

**Dades del licitador**

<b>Identificació de l'empresa</b>		
<b>NIF</b>	<b>Nom</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<b>Fabricant</b>	<b>Fabricant</b> <input type="checkbox"/> (SI / NO) <b>Distribuidor</b> <input type="checkbox"/> (SI / NO)

<b>Dades del producte específic</b>	<b>Especificacions tècniques de la referència ofertada</b>
<b>Marca comercial/Model</b>	<b>Envasat del material ofertat</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Referència distribuïdor</b>	<b>Mètode d'esterilització</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Referència fabricant</b>	<b>Material de fabricació</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Descripció breu del producte</b>	<b>Mides del material ofertat</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material</b>	
<input type="text"/>	

<b>Descripció ampliada del producte.</b>	<b>Imatge de la referència</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Dades d'acreditacions, si escau:**

<b>Factor d'equivalència que s'ha utilitzat per a realitzar l'oferta.</b>	<input type="text"/>
<b>Codi Nacional</b>	<input type="text"/>
<b>Registre de productes sanitaris</b>	<input type="text"/>
<b>Denominació Oficial Espanyola (DOE) atribuïda per l'AGÈNCIA Espanyola del Medicament (si es el cas)</b>	<input type="text"/>
<b>Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC</b>	<input type="text"/>
<b>Marcat CE/Tipus de classe</b>	<input type="text"/>
<b>Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris</b>	<input type="text"/>
<b>Altres acreditacions i/o auto certificació</b>	<input type="text"/>
<b>Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material</b>	<input type="text"/>
<b>Logo de l'empresa</b>	<input type="text"/>

**Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d'ús mèdic i serveis associats per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits.**

Oferta tècnica objectiva  
(sobre 2)

CS/CC00/1101392281/24/AMUP

## **Instruccions documentació tècnica individual de cada material**

Per a cada un materials de lot que presenteu oferta heu d'emplenar la **“fitxa tècnica ICS”**

La documentació tècnica individual de cada article s'ha de presentar conjuntament amb la fitxa tècnica del licitador i la de seguretat), haurà d'anar gravada en un arxiu independent. El nom de l'arxiu ha d'incloure el codi del material que s'ofereix seguit de la referència del producte. Per exemple:

Pel codi 1000279 i la referència 1234, el nom del fitxer ha de ser: **1000279 – 1234**

En el cas que un arxiu inclogui diferents referències, cal indicar-ho.

La fitxa tècnica de l'ICS de cada material la trobareu adjunta en el model d'oferta tècnica en l'annex 14 del PCAP i en format editable dintre de sobre 2 de la licitació.

La informació específica a emplenar dependrà del tipus de gas que es liciti.

Les dades que s'han de complimentar són totes les que siguin d'aplicació, la que no ho siguin, les podeu deixar en blanc o incloure un breu comentari.