

ACTA – classificació i proposta d'adjudicació

Expedient núm. CS/CC00/1101389704/24/AMUP per a la contractació d'adquisició d'aparell i detector digital RX odontologia, butaca dental, desfibril·ladors, ITB, espiròmetre i llitera Ginecològica per als centres d'Atenció Primària de l'ICS.

En 3 de juliol de 2024 a les 13:00 h s'ha celebrat la sessió de classificació de les ofertes per tal de procedir a la proposta d'adjudicació corresponent.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta suplent: Elvira Albert

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat

Gerència de Compres: Saray Cuevas

Secretària suplent: Maria Alday

Ordre del dia

Aquesta sessió té com a finalitat realitzar la classificació de les proposicions admeses, l'avaluació de la documentació que obra en poder de l'ICS i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes.

Desenvolupament de la sessió

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet d'aquestes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè de valoració designat a tal efecte.

Després de l'anàlisi dels informes la mesa de contractació classifica les propostes segons consta a la base de ponderació que consta a l'annex 1 d'aquesta acta.

Seguidament es procedeix a l'anàlisi de la documentació justificativa de requeriments previs i de la resta de documentació aportada per les empreses.

Es proposa elevar a l'òrgan de contractació els següents:

Acords

- Declarar com a ofertes amb millor relació qualitat-preu les de les empreses que consten a l'annex 2 d'aquesta acta i en conseqüència, proposar que siguin les empreses adjudicatàries.
- Proposar com a deserta la contractació del lot que consta a l'annex 3 d'aquesta acta pels motius que s'indiquen a l'informe base de ponderació.
- Acordar l'exclusió del procediment a les empreses que consten a l'annex 4 i pels motius expressats a l'informe base de ponderació.

Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió estenent-se acta.

LA SECRETÀRIA suplent

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA suplent

Relació d'ANNEXOS:

1. ANNEX 1: Informe base de ponderació
2. ANNEX 2: Llistat proposta adjudicatari
3. ANNEX 3: Llistat proposta deserts
4. ANNEX 4: Llistat proposta exclusions

ANNEX 1: Informe base de ponderació

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DESFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

SU_AMUP_PO_01

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament d'aparell i detector digital RX odontologia, butaca dental, desfibril·ladors, ITB, espiròmetre i llitera Ginecològica per als centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Divisió en Lots

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT
LOT 1	Aparells de RX & Detectors digital de RX per odontologia.
LOT 2	Butaques dentals.
LOT 3	Desfibril. a/monit./regist.semiautom/man.
LOT 4	Desfibril·ladors portàtil semiautomàtic.
LOT 5	Equips de mesura de l'índex braç-turmell (ITB).
LOT 6	Espiròmetres.
LOT 7	Lliteres ginecològiques convertibles d'alçada variable.

Empreses licitadores

NIF	EMPRESES LICITADORES
A08736431	AB MEDICA GROUP,SA
B64387731	ABAST MEDICA, S.L.
A31568397	AGENOR MANTENIMIENTOS S.A
B67064618	Arjo Iberia, S.L.U.
B60521275	ASMEDIC S.L.U.
B63190045	D'4 Distribuciones Hospitalarias, S.L.
B46149555	DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA
W0023198E	DEXTRO MEDICA, S.L.
B65897894	DPS Healthcare Solutions S.L.
A58227422	DVD Compañía Dental de Venta Directa S.A
B67582072	EBHOS SOLUTIONS, S.L.
B06994115	Kavo Dental Iberia, S.L.
B62011093	SONMEDICA SL
B811817522	SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID, S.L.
B81322216	TECNOMED 2000, SL

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DESFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

SU_AMUP_PO_01

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació es detallen a l'Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars.

Consideracions tècniques i procediment de valoració

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Comprovar si s'acompleixen els requisits tècnics d'obligat compliment.
2. Valoració dels criteris tècnics subjectius per part dels membres de la Comissió Tècnica.
El resultat de la valoració dels criteris d'adjudicació tècnics sotmesos a judici de valor (sobre 2BIS) es troba a l'Annex 1.
3. Valoració dels criteris tècnics objectius i econòmics.
El resultat de la valoració dels criteris d'adjudicació automàtics (sobre 2 i sobre 3) i resum de les valoracions es troba a l'Annex 2.

Empreses licitadores excloses per incompliment tècnic

Les següents empreses han aportat informació en la fase de valoració subjectiva d'aspectes que es valoraren objectivament.

L'empresa DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA queda exclosa en:

- El Lot 2 de Butaques dentals, per haver inclòs criteris valorables en el sobre 2 en el sobre 2BIS, com a mínim d'aquests 3 aspectes:
 - * Butaca: possibilitat de programació posicional (per diferents professionals)
 - * Grup hídric: tassa escopidora mòbil, giratòria respecte de la butaca
 - * Incorporació de sistema de seguretat que detecti sobre-escalfament aturant el compressor per a evitar que es cremi

L'empresa TECNOMED 2000, SL queda exclosa en:

- El Lot 4 de Desfibril·ladors portàtil semiautomàtic, per haver inclòs criteris valorables en el sobre 2 en el sobre 2BIS, com a mínim d'aquests 3 aspectes:
 - * Termini de garantia
 - * Cost de manteniment
 - * Preu de material fungible

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DESFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

SU_AMUP_PO_01

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Les empreses D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L. i DEXTRO MEDICA, S.L. queden excloses en:

- El Lot 4 de Desfibril·ladors portàtil semiautomàtic, per incompliment amb els requisits obligatoris (Sobre 2):
 - * Visualitzar ECG, el número de descàrregues, temps d'esdeveniment

Empreses licitadores que no han assolit el llindar mínim establert associat als criteris sotmesos a judici de valor segons lot (sobre 2 BIS)

Queden excloses en el Lot 7 de Lliteres ginecològiques convertibles d'alçada variable, les següents empreses:

- DPS Healthcare Solutions S.L.
- EBHOS SOLUTIONS, S.L.

LOT	DESCRIPCIÓ	Empreses Licitadores	Llindar (50%)	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS
LOT 7	Lliteres ginecològiques convertibles d'alçada variable	DPS Healthcare Solutions S.L.	10	8
LOT 7	Lliteres ginecològiques convertibles d'alçada variable	EBHOS SOLUTIONS, S.L.	10	6

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DESFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

SU_AMUP_PO_01

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Puntuació total

La suma de puntuació obtinguda en la valoració dels criteris d'adjudicació tècnics més la puntuació obtinguda en la valoració del criteri d'adjudicació econòmic, és la puntuació total.

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT	PROVEÏDORS	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS	VALORACIÓ SOBRE 2	VALORACIÓ SOBRE 3	PUNTAJÓ TOTAL
LOT 1	Aparell de RX per a odontologia adaptable a butaca dental & Detector digital de RX per a odontologia	DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA	20,00	21,77	46,25	88,02
		DVD Compañía Dental de Venta Directa S.A	16,00	16,82	44,58	77,41
		SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID, S.L.	16,00	27,41	50,00	93,41
LOT 2	Butaques dentals	DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS
		Kavo Dental Iberia, S.L.	20,00	39,00	30,00	89,00
LOT 3	Desfibril. a/monit./regist.semiautom/man	AB MEDICA GROUP,SA	10,25	20,81	43,21	74,28
		ABAST MEDICA, S.L.	14,50	29,52	43,12	87,14
		AGENOR MANTENIMIENTOS S.A	13,50	27,23	48,00	88,73
		D'4 Distribuciones Hospitalarias, S.L.	15,00	15,28	47,59	77,88
		DEXTRO MEDICA, S.L.	20,00	26,89	47,51	94,40
LOT 4	Desfibril·lador portàtil semiautomàtic	ABAST MEDICA, S.L.	20,00	32,00	40,45	92,45
		AGENOR MANTENIMIENTOS S.A	11,77	28,00	47,00	86,77
		D'4 Distribuciones Hospitalarias, S.L.	11,77	EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS
		DEXTRO MEDICA, S.L.	15,73	EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS
		TECNOMED 2000, SL	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS
LOT 5	Equip de mesura de l'índex braç-turmell (ITB)	Arjo Iberia, S.L.U.	12,00	27,29	37,12	76,42
		ASMEDIC S.L.U.	10,00	24,38	46,00	80,38
		EBHOS SOLUTIONS, S.L.	10,00	30,02	43,79	83,81
		SONMEDICA SL	20,00	14,61	41,86	76,48
LOT 6	Espiròmetre	ASMEDIC S.L.U.	20,00	19,00	56,00	95,00
LOT 7	Llitera ginecològica convertible alçada variable	DPS Healthcare Solutions S.L.	EXCLÒS TÈC.			EXCLÒS
		EBHOS SOLUTIONS, S.L.	EXCLÒS TÈC.			EXCLÒS

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DESFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

SU_AMUP_PO_01

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Millor oferta presentada

Vistes les consideracions anteriorment exposades, proposem les següents ofertes com les millors presentades per cada lot:

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT	PROVEÏDORS	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS	VALORACIÓ SOBRE 2	VALORACIÓ SOBRE 3	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 1	Aparell de RX per a odontologia adaptable a butaca dental & Detector digital de RX per a odontologia	SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID, S.L.	16,00	27,41	50,00	93,41
LOT 2	Butaques dentals	Kavo Dental Iberia, S.L.	20,00	39,00	30,00	89,00
LOT 3	Desfibril. a/monit./regist.semiautom/man	DEXTRO MEDICA, S.L.	20,00	26,89	47,51	94,40
LOT 4	Desfibril·lador portàtil semiautomàtic	ABAST MEDICA, S.L.	20,00	32,00	40,45	92,45
LOT 5	Equip de mesura de l'índex braç-turmell (ITB)	EBHOS SOLUTIONS, S.L.	10,00	30,02	43,79	83,81
LOT 6	Espiròmetre	ASMEDIC S.L.U.	20,00	19,00	56,00	95,00

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DEFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

SU_AMUP_PO_01

ANNEX 1 Valoracions dels criteris d'adjudicació tècnics sotmesos a judici de valor (sobre 2 BIS)

LOT 01 APARELLS DE RX & DETECTORS DIGITAL DE RX PER ODONTOLOGIA

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

DENTSPLY SIRONA EUROPE
HELIODENT PLUS & XIOS XG SUPREME

DVD
Owandy RX DC & Owandy Opteo

SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID
Owandy - DC & Owandy - Opteo

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	DENTSPLY SIRONA EUROPE	20,00	DVD	16,00	SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID	16,00
10	>5,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		10,00	Motivació	8,00	Motivació	8,00
			Ergonomia i versatilitat de muntatge	Permet la instal·lació tant mural com en columna. Disparador anclat a la consola. De moviments i articulacions molt suaus. Es considera l'equip amb el capçal més lleuger, el qual facilita el seu desplaçament. Es considera l'equip més ergonòmic dels ofertats.	10,00	Permet la instal·lació tant mural com en columna. Disparador imantat a la consola. De moviments i articulacions suaus. El pes es localitza en el capçal de l'aparell de RX.	8,00	Permet la instal·lació tant mural com en columna. Disparador imantat a la consola. De moviments i articulacions suaus. El pes es localitza en el capçal de l'aparell de RX.	8,00
10	>5,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		10,00		8,00		8,00
			Adequació a les necessitats dels assistencials - Modalitat de dispar fora la estança	Permet treballar en 60-70 kV segons densitat òssea. Permet seleccionar mode pacient pediàtric. Indica el temps d'exposició automàtic segons paràmetres escollits. Es considera l'equip més senzill i intuïtiu a l'hora de seleccionar els paràmetres de treball. Pel què fa el detector es considera més adequat en dimensions envers les necessitats assistencials.	10,00	Permet treballar en 60-70 kV segons densitat òssea. Permet seleccionar mode pacient pediàtric. Indica el temps d'exposició automàtic segons paràmetres escollits. Més farragós a l'hora de seleccionar els paràmetres de treball.	8,00	Permet treballar en 60-70 kV segons densitat òssea. Permet seleccionar mode pacient pediàtric. Indica el temps d'exposició automàtic segons paràmetres escollits. Més farragós a l'hora de seleccionar els paràmetres de treball.	8,00

RESUM

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

DENTSPLY SIRONA EUROPE	20,00	DVD	16,00	SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID	16,00
HELIODENT PLUS & XIOS XG SUPREME	20,00	Owandy RX DC & Owandy Opteo	16,00	Owandy - DC & Owandy - Opteo	16,00

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2)
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació
Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació
 En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 02 BUTAQUES DENTALS

EXCLÒS
Inclou criteris valorables objectius tècnics

DENTSPLY SIRONA EUROPE

INTEGO

Kavo Dental

Unidad dental estética E30 S -

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts					
Puntuació	Llindar Puntuació mín.	Índex	Descripció:	DENTSPLY SIRONA EUROPE	Kavo Dental
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		Motivació
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		6,00
			Pop-Puntuació oferta a puntuar		6,00
			Facilitat d'ús dels diferents elements del sistema de la butaca		8,00
					6,00
					6,00
2	>1,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		2,00
			Pop-Puntuació oferta a puntuar		2,00
			Capacitat de focalitzar del llum (llum no dispersa)		2,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		5,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		5,00
			Pop-Puntuació oferta a puntuar		6,00
			Ergonomia, estabilitat, robustesa dels diferents elements del sistema de la butaca		5,00
2	>1,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		2,00
			Pop-Puntuació oferta a puntuar		2,00
			Seguretat del pacient		2,00
2	>1,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		2,00
			Pop-Puntuació oferta a puntuar		2,00
			Dimensions de la butaca i del conjunt		2,00

RESUM

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

DENTSPLY SIRONA EUROPE	Kavo Dental	20,00
INTEGO	Unidad dental estética E30 S -	
	es valoren en	20,00

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 03 DESFIBRIL. A/MONIT./REGIST.SEMIAUTOM/MAN.

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

AB MEDICA
OSATU S.COOP / BEXEN CARDIO REANIBEX 700

ABAST MEDICA
MINDRAY BeneHeart D30

AGENOR MANTENIMIENTOS
COMEN S5

D'4 Distribuciones Hospitalarias
NIHON KOHDEN Cardiolife TEC-5600

DEXTRO MEDICA
PHILIPS EFFICIA DFM100

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	AB MEDICA	10,25	ABAST MEDICA	14,50	AGENOR MANTENIMIENTOS	13,50	D'4 Distribuciones Hospitalarias	15,00	DEXTRO MEDICA	20,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)	Motivació	2,50	Motivació	5,50	Motivació	3,50	Motivació	5,00	Motivació	6,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		2,50		5,50		3,50		5,00		6,00
			Ergonomia, robustesa i facilitat de neteja	Equipament compacte i robust. De disseny poc amable i més voluminós en comparació a altres models ofertats. Amb racons i parts mòbils, la qual cosa no facilita la seva higienització.	2,50	Equipament compacte i robust. De disseny amable i tamany adequat. Sense racons i parts mòbils la qual cosa permet una fàcil higienització.	5,50	Equipament compacte i robust. De disseny menys amable i de major tamany en comparació amb altres equips presentats. Sense racons i parts mòbils la qual cosa permet una fàcil higienització.	3,50	Equipament compacte i robust. De disseny i tamany correcte. Pocs racons i parts mòbils la qual cosa permet una fàcil higienització.	5,00	Equipament compacte i robust. Es considera l'equip amb el disseny més amable i millor tamany. Sense racons i parts mòbils la qual cosa permet una fàcil higienització.	6,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		2,50		3,50		4,50		3,50		6,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		2,50		3,50		4,50		3,50		6,00
			Facilitat d'ús i intuitivitat	La botonera podria ser més intuïtiva a nivell visual. En comparació amb altres equips ofertats la navegació no es considera tan intuïtiva. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball, cal realitzar-ho mitjançant la botonera (+/-), acció que no agilitza la tècnica. Pantalla poc optimitzada en relació al tamany de l'equip no ajudant a la seva visualització.	2,50	Botonera molt intuïtiva a nivell visual. Codi de colors aporten molta claretat alhora d'emprar l'equip. Navegació entre menus, en alguns casos pot arribar a ser farregosa. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball en el frontal de l'equip, l'acció es realitza d'una manera senzilla i intuïtiva. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball, cal realitzar-ho mitjançant la botonera (+/-), acció que no agilitza la tècnica. Pantalla optimitzada en relació al tamany de l'equip.	3,50	Botonera molt intuïtiva a nivell visual. Codi de colors aporten molta claretat alhora d'emprar l'equip. Navegació entre menus menys intuïtiva respecte altres equips presentats. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball en el frontal de l'equip, l'acció es realitza d'una manera molt senzilla i intuïtiva agilitzant la tècnica (en un únic moviment selecciona potència i mode de treball). Pantalla poc optimitzada en relació al tamany de l'equip no ajudant a la seva visualització.	4,50	Botonera intuïtiva a nivell visual. Correcta navegació entre menus. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball en el frontal de l'equip, l'acció es realitza d'una manera molt senzilla i intuïtiva agilitzant la tècnica (en un únic moviment selecciona potència i mode de treball). Pantalla optimitzada en relació al tamany de l'equip.	3,50	Botonera molt intuïtiva a nivell visual. Codi de colors aporten molta claretat a l'hora d'emprar l'equip. Navegació entre menus molt intuïtiva. A l'hora de seleccionar els paràmetres de treball en el frontal de l'equip, l'acció es realitza d'una manera molt senzilla i intuïtiva agilitzant la tècnica (en un únic moviment selecciona potència i mode de treball). Pantalla optimitzada en relació al tamany de l'equip.	6,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		3,50		3,50		3,50		4,50		6,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		3,50		3,50		3,50		4,50		6,00
			Adequació a les necessitats assistencials	Inclou iconografia com a suport per a realitzar les diferents tècniques. Fàcil extracció de la bateria i canvi de paper. Pantalla no tàctil, dotant a l'equip de major seguretat en front d'accions no intencionades.	3,50	Fàcil extracció de la bateria i canvi de paper, inclou iconografia per ajudar en l'acció. Pantalla tàctil, augmentant el risc d'accions no intencionades. Permet selecció i treball amb roda giratoria situada al frontal de l'equip. Tant en equip com en pales s'indica l'índex de qualitat de contacte, es valorarà molt positivament. Elimina automàticament memòria si aquesta queda plena. Requereix de dos accions per seleccionar pacient pediàtric. Inclou cronòmetres a raó d'adrenalina i altres accions realitzades.	3,50	Fàcil extracció de la bateria i canvi de paper. Pantalla no tàctil, dotant a l'equip de major seguretat en front d'accions no intencionades. La selecció de pacient pediàtric és la més farregosa dels equips presentats. No s'indica l'índex de qualitat de contacte. Es valorarà molt positivament la funcionalitat de marcapassos extern.	3,50	Extracció de la bateria menys àgil i senzilla, requerint de dos accions en comparació amb altres equips proposats. Fàcil canvi de paper, inclou iconografia per ajudar en l'acció. Pantalla no tàctil, dotant a l'equip de major seguretat en front d'accions no intencionades. Tant en equip com en pales s'indica l'índex de qualitat de contacte, es valorarà molt positivament. Incorpora un botó per seleccionar pacient pediàtric i un altre de sincronització en el frontal de l'equip.	4,50	Fàcil extracció de la bateria i canvi de paper, inclou iconografia per ajudar en l'acció. Pantalla no tàctil, dotant a l'equip de major seguretat en front d'accions no intencionades. Tant en equip com en pales s'indica l'índex de qualitat de contacte, es valorarà molt positivament. Incorpora un botó per seleccionar pacient pediàtric i un altre de cardioversió en el frontal de l'equip. Si s'indica un esdeveniment, automàticament l'equip imprimeix. Pegats permeten treball a partir de pacient de 10 kg.	6,00
2	>1,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		1,75		2,00		2,00		2,00		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		1,75		2,00		2,00		2,00		2,00
			Facilitat d'ús i adequació a les necessitats assistencials de les pales adult/pediàtric	Permet realitzar l'ECG des de les pales. Acció senzilla per treball en pales pacient pediàtric.	1,75	Acció senzilla per treball en pales pacient pediàtric. El parking de pales es considera molt ergonòmic. Bona gestió de cablejat associat.	2,00	Acció senzilla per treball en pacient pediàtric. El parking de pales es considera molt ergonòmic. Bona gestió de cablejat associat.	2,00	Acció senzilla per treball en pacient pediàtric. El parking de pales es considera molt ergonòmic. Bona gestió de cablejat associat.	2,00	Acció senzilla per treball en pacient pediàtric. El parking de pales es considera molt ergonòmic. Bona gestió de cablejat associat.	2,00

RESUM

Presentació de la mostra (valoració assistencial):
Fins a 20 punts:

AB MEDICA	10,25	ABAST MEDICA	14,50	AGENOR MANTENIMIENTOS	13,50	D'4 Distribuciones Hospitalarias	15,00	DEXTRO MEDICA	20,00
OSATU S.COOP / BEXEN CARDIO REANIBEX 700		MINDRAY BeneHeart D30		COMEN S5		NIHON KOHDEN Cardiolife TEC-5600		NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100	
es valoren en	10,25	es valoren en	14,50	es valoren en	13,50	es valoren en	15,00	es valoren en	20,00

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 04 DESFIBRIL·LADORS PORTÀTIL SEMIAUTOMÀTIC

EXCLÒS
Inclou criteris valorables del SOBRE 2 en el SOBRE 2 BIS

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

ABAST MEDICA
MINDRAY BeneHeart C2

AGENOR MANTENIMIENTOS
Amoul i5

D'4 Distribuciones Hospitalarias
NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100

DEXTRO MEDICA
PHILIPS HeartStart FRx

TECNOMED 2000

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Index	Descripció:	20,00	11,77	11,77	15,73
7	>3,50		<p>Valoració tècnica (Llindar 50%)</p> <p>VTmv -Val.Tècnica millor valorada</p> <p>Pop-Puntuació oferta a puntuar</p>	7,00	5,00	5,00	6,00
			<p>Ergonomia aparell & maletí/funda de transport</p>	7,00	5,00	5,00	6,00
7	>3,50		<p>Valoració tècnica (Llindar 50%)</p> <p>VTmv -Val.Tècnica millor valorada</p> <p>Pop-Puntuació oferta a puntuar</p>	7,00	3,50	3,50	7,00
			<p>Facilitat d'ús i intuitivitat</p>	7,00	3,50	3,50	7,00
6	>3,00		<p>Valoració tècnica (Llindar 50%)</p> <p>VTmv -Val.Tècnica millor valorada</p> <p>Pop-Puntuació oferta a puntuar</p>	5,50	3,00	3,00	2,50
			<p>Adequació a les necessitats</p>	5,50	3,00	3,00	2,50

RESUM

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

ABAST MEDICA	20,00	AGENOR MANTENIMIENTOS	11,77	D'4 Distribuciones Hospitalarias	11,77	DEXTRO MEDICA	15,73	TECNOMED 2000
MINDRAY BeneHeart C2		Amoul i5		NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100		PHILIPS HeartStart FRx		
es valoren en	20,00	es valoren en	11,77	es valoren en	11,77	es valoren en	15,73	

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es punten totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
 En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 05 EQUIPS DE MESURA DE L'ÍNDEX BRAÇ-TURMELL (ITB)

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

Arjo Iberia
ABILITY

ASMEDIC
MICROLIFE WATCH BP OFFICE AB

EBHOS SOLUTIONS
MICROLIFE WatchBP Office ABI

SONMEDICA
MESI ABPI MD

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	Arjo Iberia	12,00	ASMEDIC	10,00	EBHOS SOLUTIONS	10,00	SONMEDICA	20,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tècnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar	Motivació	3,00	Motivació	4,00	Motivació	4,00	Motivació	6,00
			Ergonomia, robustesa, mantenibilitat i facilitat de nateja	Equip robust, compacte. De major tamany que la resta d'equips i disseny menys ergonòmic i menor facilitat d'higienització. Major risc d'incidències degut al sistema de pins.	3,00	Equip robust, compacte i ergonòmic.	4,00	Equip robust, compacte i ergonòmic.	4,00	Equip robust, compacte, amb millor ergonomia i disseny respecte la resta d'equips ofertats. Amb superfícies llisses que faciliten la seva higienització.	6,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tècnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		3,50		3,00		3,00		6,00
			Intuitivitat i facilitat d'ús	Equip més complexe en ús que altres equips presentats tot i comptar amb codi de colors.	3,50	Pantalla sense color i de reduïdes dimensions no afavorint la visualització i interpretació.	3,00	Pantalla sense color i de reduïdes dimensions no afavorint la visualització i interpretació.	3,00	Millor proposta en quant a intuitivitat i facilitat d'ús. Equip fàcil, amb codi de colors i major tamany de pantalla la qual cosa facilita la visualització i interpretació de corbes i paràmetres la qual cosa aporta una major usabilitat de l'equip.	6,00
3	>1,50		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tècnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		3,00		1,50		1,50		3,00
			Qualitat dels manegots de les tres referències.	Codi de colors en manegots per una fàcil i àgil gestió d'aquests permetent una millor pràctica clínica.	3,00	Manegots sense codi de colors no ajudant a facilitar la pràctica clínica	1,50	Manegots sense codi de colors no ajudant a facilitar la pràctica clínica	1,50	Codi de colors en manegots per una fàcil i àgil gestió d'aquests permetent una millor pràctica clínica.	3,00
5	>2,50		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tècnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		2,50		1,50		1,50		5,00
			Grau d'adequació a les necessitats assistencials	No permet realitzar el procediment / diagnòstic de manera àgil degut a una major dificultat en la col·locació del manegots en pacient degut a ser doble manegot per extremitat així com implicant una major atenció a les connexions degut a ser doble cablejat.	2,50	Major temps requerit degut a la necessitat de realitzar més procediments per obtenir resultats.	1,50	Major temps requerit degut a la necessitat de realitzar més procediments per obtenir resultats.	1,50	És l'equip que permet realitzar els procediments de manera més àgil	5,00

RESUM

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

Arjo Iberia	12,00	ASMEDIC	10,00	EBHOS SOLUTIONS	10,00	SONMEDICA	20,00
ABILITY		MICROLIFE WATCH BP OFFICE AB		MICROLIFE WatchBP Office ABI		MESI ABPI MD	
es valoren en	12,00	es valoren en	10,00	es valoren en	10,00	es valoren en	20,00

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
 En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 06 ESPIRÒMETRES

ASMEDIC

**SIBELMED
DATOSPIR TOUCH Diagnostic D**

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

**Punts a atorgar:
20**

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	ASMEDIC	20,00
2	>1,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar	Motivació	2,00 2,00 2,00
			Adequació a les necessitats assistencials (solució integrada transductor - filtre)	Transductor i filtre incorporat en una sol·lució integrada, que facilita el seu ús i gestió d'estocatge. Incorpora un ampli llistat d'escales, referències i scores. Permet fàcil selecció d'ètnia segons pacient per adequar paràmetres i llindars. Permet realitzar compartives entre proves. Permet treball en Worklist així com guardar PDF en carpeta de back-up. Permet configurar i customitzar els paràmetres en diagnòstic i informes.	2,00
4	>2,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00 4,00 4,00
			Intuitivitat i facilitat d'ús	Tàctil i molt intuïtiu. Fàcil navegació entre menús i bona visualització. La prova s'inicia amb la detecció de flux d'aire del pacient la qual cosa agilitza el procediment i el fa molt intuïtiu.	4,00
4	>2,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00 4,00 4,00
			Màxima robustesa	Equip robust i compacte.	4,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		6,00 6,00 6,00
			Seguretat i efectivitat	Àgil i fàcil calibració i verificació aportant seguretat i validesa als resultats obtinguts. Filtres precallibrats augmentant la seguretat i fiabilitat dels resultats.	6,00
4	>2,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) VTmv -Val.Tecnica millor valorada P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00 4,00 4,00
			Ergonomia i mantenibilitat	De tamany i pes adequat. Transductor lleuger. De superfícies llises que faciliten la seva higienització. Reducció i disminució del risc d'incidències a raó de la solució integrada transductor-filtre.	4,00

RESUM

ASMEDIC	20,00
SIBELMED DATOSPIR TOUCH Diagnostic D	
es valoren en	20,00

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

LOT 07 LLITERES GINECOLÒGIQUES CONVERTIBLES D'ALÇADA VARIABLE

EXCLÒS
No assoleix el 50% de la valoració tècnica subjectiva.

EXCLÒS
No assoleix el 50% de la valoració tècnica subjectiva.

DPS Healthcare Solutions

GIVAS
AV4110

EBHOS SOLUTIONS

PROEXEL2000
GT15P

Presentació de la mostra (valoració assistencial):

Punts a atorgar: 20

Fins a 20 punts

Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:		8,00		6,00
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)	Motivació	4,00	Motivació	2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		4,00		2,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00		2,00
			Adequació a les necessitats assistencials	Angle del respall regulable automàticament. Safata de dimensions i capacitat correcta. Escotadura fronal de dimensions excessives, tot i que es contrarresta amb la incorporació d'un coixí extern.	4,00	Angle del respald regulable mitjançant pistó hidràulic. Safata de dimensions i capacitat massa reduïda i amb dificultat d'extracció. Comandament només permet pujar i baixar la llitera. Escotadura fronal de dimensions massa reduïdes.	2,00
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		3,00		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		3,00		2,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		3,00		2,00
			Ergonomia	Peu de la llitera de muntatge farragós i poc resistent al pes del pacient. Perneres no automàtiques. Incorpora rodes permetent un mínim desplaçament, encara que l'equip és de difícil transportabilitat.	3,00	Molt poc ergonòmic. Sense rodes la qual cosa no permet el seu desplaçament. Seient de dimensions massa reduïdes dificultant la bona col·locació del pacient. Peu de la llitera de muntatge farragós i es considera poc resistent al pes del pacient. Reposabraços laterals no es poden retirar dificultant el posicionament del pacient pel lateral de la llitera. Estructura de suport amb cantells no arrodonits facilitant traumatismes tant a pacients com a professionals. Perneres no automàtiques.	2,00
4	>2,00		Valoració tècnica (Llindar 50%)		1,00		2,00
			VTmv -Val.Tecnica millor valorada		2,00		2,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		1,00		2,00
			Facilitat de neteja	El seu disseny dificulta la neteja. Espai entre seient i safata massa prominent i poc higiènic. Material del coixí i parreres de baixa qualitat.	1,00	El seu disseny dificulta la neteja. Material del coixí i parreres de baixa qualitat.	2,00

RESUM

DPS Healthcare Solutions	8,00	EBHOS SOLUTIONS	6,00
GIVAS		PROEXEL2000	
AV4110		GT15P	
es valoren en	8,00		6,00

Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

Notes addicionals:

El llindar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

Opció 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'APARELL RX ODONTOLOGIA, BUTACA DENTAL, DEFIBRIL·LADORS, ITB, ESPIRÒMETRE I LLITERA GINECOLÒGICA PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

SU_AMUP_PO_01

ANNEX 2 Valoració dels criteris d'adjudicació tècnics i econòmics (sobre 2 i 3)

Lot 01 - Aparell de RX per a odontologia adaptable a butaca dental & Detector digital de RX per a odontologia

EXPEDIENT:

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Proveïdor	DENTISPLY SIRONA	DVD	SSM
Marca/ model	HELIODENT PLUS & XIOS XG SUPREME	Owandy RX DC & Owandy Opteo	Owandy RX DC & Owandy Opteo

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts
Aplicant fórmules la puntuació final és de:

	Proveïdor	DENTISPLY SIRONA		DVD		SSM	
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	50		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració econòmica:							
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$			46,25		44,58		50,00
P: Punts criteri econòmic	50	50		50		50	
IL: Import de Licitació (siIVA inclòs)	890.560,00 €	890.560,00 €		890.560,00 €		890.560,00 €	
VP: Valor de ponderació	1,5	1,50		1,50		1,50	
Ov: Oferta a Valorar		734.712,00 €		779.240,00 €		634.524,00 €	
Om: Oferta Millor		634.524,00 €		634.524,00 €		634.524,00 €	

	Proveïdor	DENTISPLY SIRONA		DVD		SSM	
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració termini de garantia:							
$P_x = \frac{(T_x - T_g) \times 5}{(T_e - T_g)}$			1,67		5,00		5,00
Tx = Garantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT		3		5		5	
Tg = termini mínim de garantia exigít en el plec; 2 anys	2						
Te = major termini de garantia ofert		5		5		5	

		Proveïdor	DENTISPLY SIRONA	DVD	SSM		
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2						
Determinació valoració preu tècnic/hora:	$P_x = \frac{(O_e) \times 2}{(O_x)}$						
			2,00		1,41		1,41
Tx = oferta preu tècnic/hora			72,60 €		102,85 €		102,85 €
Oe - oferta més econòmica			72,60 €		72,60 €		72,60 €

		Proveïdor	DENTISPLY SIRONA	DVD	SSM		
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1						
Determinació valoració preu desplaçament:	$P_x = \frac{(O_x)}{(O_x)}$						
			1,60		1,41		2,00
Tx = oferta preu desplaçament			90,75 €		102,85 €		72,60 €
Oe - oferta més econòmica			72,60 €		72,60 €		72,60 €

		Proveïdor	DENTISPLY SIRONA	DVD	SSM		
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):							
TOTAL	10		4,50		0,00		10,00
a) a) Termini de lliurament, fins a 2 punts, si es compromet a:	2		0		0		2
Indicar termini de lliurament en mesos							
- Termini de lliurament <= 0,5 mesos	2 punts						
- Termini de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes	1 punt	1 mes	0	No ho indica	0	0,5 mesos	2
- Termini de lliurament 1 mes	0 punts						
- Termini de lliurament superior a 1 mes	Exclòs						
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts	8		4,5		0		8
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:	2						
Indicar temps resposta en hores							
- Inferior o igual a una hora	2 punts						
- Temps superior a 1 hora	0 punts	Inferior o igual a una hora	2	No ho indica	0	Inferior o igual a una hora	2
- Temps superior a 3 hora	Exclòs						
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avis d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:	3						
Indicar temps de resolució en hores							
- Inferior o igual a 24 hores	3 punts						
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	1,5 punts	Inferior a 48 hores	1,5	No ho indica	0	Inferior a 24 hores	3
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts						
- Temps superior a 72 hores	Exclòs						
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:	1						
Indicar temps lliurament de recanvis							
- Inferior o igual a 24 hores	1 punt						
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	0,5 punts	Inferior a 24 hores	1	No ho indica	0	Inferior a 24 hores	1
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts						
- Temps superior a 72 hores	Exclòs						
Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació	2						
-Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida	2 punts						
-Ofereix equip de préstec en 24h	1 punt	No	0	No ho indica	0	En el moment de recollida	2
-No ofereix equip de préstec	0 punts						

criteris de valoració objectius segons lot

	Proveïdor	DENTISPLY SIRONA		DVD		SSM	
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)			Puntuació		Puntuació		Puntuació
TOTAL	12		12,00		9,00		9,00
1.1.3 Col·limador rectangular adicional	5						
- Si inclou	5 punts	SI	5,00	SI	5,00	SI	5,00
- Si no s'inclou.	0 punts						
1.1.4 Temps d'obtenció d'imatge	2						
En aquest apartat es valorarà el temps d'obtenció d'imatge fins al possible tractament d'aquesta. Indicar segons. La millor proposta rebrà el màxim de puntuació. La resta inversament proporcional.	2 punts	Mateix sistema i velocitats de transferència	2,00	Mateix sistema i velocitats de transferència	2,00	Mateix sistema i velocitats de transferència	2,00
1.1.5 Resolució del detector	5						
Es valorarà fins a 5 punts la millor resolució real del detector a partir de 25pl/mm. La resta proporcional sempre i quan superin el líndar dels 25 pl/mm.	5 punts	28 lp/mm	5,00	26.2 pl/mm	2,00	26.2 pl/mm	2,00

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	DENTISPLY SIRONA		DVD		SSM	
	80		68,02		61,41		77,41
			Puntuació		Puntuació		Puntuació
1A) Valoració econòmica (sobre 3)	50		46,25		44,58		50,00
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		1,67		5,00		5,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2		2,00		1,41		1,41
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1		1,60		1,41		2,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	10		4,50		0,00		10,00
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	12		12,00		9,00		9,00

		DENTISPLY SIRONA		DVD		SSM	
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)							
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20		20,00		16,00		16,00

	Proveïdor	DENTISPLY SIRONA	Puntuació	DVD	Puntuació	SSM	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL			88,02		77,41		93,41

Lot 02 - Butaques dentals

EXPEDIENT:

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Proveïdor	KAVO DENTAL
Marca/ model	E30 S

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques
---------------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

	Proveïdor	KAVO DENTAL	
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	30		Puntuació
Determinació valoració econòmica:			30,00
$Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$			
P: Punts criteri econòmic	30		30
IL: Import de Licitació (s/IVA inclòs)	2.482.920,00 €	2.482.920,00 €	
VP: Valor de ponderació	1,5		1,50
Ov: Oferta a Valorar		2.340.987,00 €	
Om: Oferta Millor		2.340.987,00 €	

	Proveïdor	KAVO DENTAL	
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		Puntuació
Determinació valoració termini de garantia:			5,00
$Px = \frac{(Tx - Tg) \times 5}{(Te - Tg)}$			
Tx = Garantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT		3	
Tg - termini mínim de garantia exigít en el plec; 2 anys	2		
Te - major termini de garantia ofert		3	

		Proveïdor	KAVO DENTAL	
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2			Puntuació
Determinació valoració preu tècnic/hora:	$P_x = \frac{(O_e) \times 2}{(O_x)}$			2,00
Tx = oferta preu tècnic/hora			66,55 €	
Oe - oferta més econòmica			66,55 €	

		Proveïdor	KAVO DENTAL	
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1			Puntuació
Determinació valoració preu desplaçament:	$P_x = \frac{(O_e)}{(O_x)}$			1,00
Tx = oferta preu desplaçament			108,90 €	
Oe - oferta més econòmica			108,90 €	

		Proveïdor	KAVO DENTAL	
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):				Puntuació
TOTAL	8			4,50
a) Termini de lliurament , fins a 2 punts, si es compromet a:	2			1
Indicar termini de lliurament en mesos				
- Termini de lliurament <= 0,5 mesos	2 punts			
- Termini de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes	1 punts	0,5 mesos < T < 1 mes		1
- Termini de lliurament 1 mes	0 punts			
- Termini de lliurament superior a 1 mes	Exclòs			
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts	6			3,5
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:	2			
Indicar temps resposta en hores				
- Inferior o igual a una hora	2 punts			
- Temps superior a 1 hora	0 punts	2 hores		0
- Temps superior a 3 hora	Exclòs			
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avis d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:	3			
Indicar temps de resolució en hores				
- Inferior o igual a 24 hores	3 punts			
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	1,5 punts	24 hores		3
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts			
- Temps superior a 72 hores	Exclòs			
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:	1			
Indicar temps lliurament de recanvis				
- Inferior o igual a 24 hores	1 punt			
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	0,5 punts	48 hores		0,5
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts			
- Temps superior a 72 hores	Exclòs			

1.- Criteris de valoració objectius segons lot

	Proveïdor	KAVO DENTAL	
1E) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)			Puntuació
TOTAL	34		26,50
1.2.3. Butaca dental	13,5		
Butaca: possibilitat de programació posicional (per diferents professionals)	1 punts	SI	1,00
Butaca: Mínim nivell de regulació d'alçada (indicar cm des del terra)	2 punts	350 mm	2,00
Llum: capçal totalment tancat per protegir l'interior i facilitar la seva desinfecció	1 punts	SI	1,00
Llum: Control d'encés i apagat des del pedal	0,5 punts	NO	0,00
Aspirador quirúrgic i de saliva: Possibilitat d'utilitzar adaptadors individuals i esterilitzables	1 punts	SI	1,00
Safata d'instrumental: Possibilitat de desconectar el micromotor de la butaca	0,5 punts	SI	0,50
Safata d'instrumental : permet regular la quantitat d'aigua dels rotatoris i ultrasò de forma independent	1,5 punts	SI	1,50
Regulador de pressió d'aire i aigua incorporat a la butaca	2,5 punts	A la caixa de connexions	0,00
Sistema d'autorentat degerminitzador automàtic del sistema dels rotatoris (amb botó d'accionament)	1 punts	manual	0,00
Sistema d'autorentat degerminitzador automàtic del grup hídric i del circuit d'aspiració	1 punts	manual	0,00
Grup hídric: tassa escopidera mòbil, giratòria respecte de la butaca	0,5 punts	SI	0,50
Màxima certificació (classe de producte sanitari) de la butaca i aspiració en conjunt. Indicar classe acreditada.	1 punts	ISO, Classe IIa	1,00
1.2.4. Compressor	5		
Menor nivell de soroll del compressor amb la protecció acústica (indicar dBA)	3 punts	54dBA	3,00
Incorporació de sistema de seguretat que detecti sobre-escalfament aturant el compressor per a evitar que es cremi	2 punts	SI	2,00
1.2.5 Motor d'aspiració seca	3		
Cabal màxim de succió (l/min)	2 punts	700 l/min	2,00
Filtre HEPA superior al demanat	1 punts	HEPA 14	1,00
1.2.6 Sistema de centrifugat amb recuperació d'amalgames	1,5		
Rendiment de separació superior al demanat	0,5 punts	97,90%	0,50
Indicador de recolector d'amalgames ple redundat (especificar de quins indicadors es tracta)	1 punts	Display indicador con nivel luminoso y acustico que se activa al 80% de capacidad de recoleccion)	1,00
1.2.7 Equip d'ultrasons dental (integrat a la butaca)	1		
Dotació d'inserts inclosos a l'oferta superior a la demanada	1 punts	NO	0,00
1.2.8 Peça de mà	0,75		
Peça de mà de titani	0,75 punts	Plamatec	0,00
1.2.9 Turbina	1		
Sistema de refrigeració amb tres o més sortides d'aigua	1 punts	SI	1,00

1.2.10 Contraangle	0,75		
Contraangle de titani	0,75 punts	Plamatec	0,00
1.2.11 Filtre HEPA	0,5		
Filtració superior a la demanada	0,5 punts	HEPA 14	0,50
1.2.12 Motor d'aspiració humida	7		
Cabal màxim de succió (l/min)	2 punts	700 l/min	2,00
Rendiment de separació del recolector d'amalgames superior al demanat	3 punts	inclou recuperador d'amalgama 97,5%	3,00
Indicador de recolector d'amalgames ple redundat (especificar de quins indicadors es tracta)	1 punts	Display indicador con avis sonor	1,00
Filtre HEPA superior al demanat	1 punts	HEPA 14	1,00

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	KAVO DENTAL	
	80		69,00
			Puntuació
1A.- Valoració econòmica (sobre 3)	30		30,00
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		5,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2		2,00
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1		1,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	8		4,50
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	34		26,50

		KAVO DENTAL	
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)			
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20		20,00

Proveïdor	KAVO DENTAL	Puntuació
		89,00

PUNTUACIÓ TOTAL

Lot 03 - Desfibril·lador semiautomàtic/manual i monitor

EXPEDIENT:
CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
Marca/ model	OSATU S.COOP / BEXEN CARDIO REANIBEX 700	MINDRAY BeneHeart D30	COMEN S5	NIHON KOHDEN Cardiolife TEC-5600	PHILIPS EFFICIA DFM100

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	48	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació
Determinació valoració econòmica:					
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$	43,21	43,12	48,00	47,59	47,51
P: Punts criteri econòmic	48	48	48	48	48
IL: Import de Licitació (s/IVA inclòs)	1.188.825,00 €	1.188.825,00 €	1.188.825,00 €	1.188.825,00 €	1.188.825,00 €
VP: Valor de ponderació	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50
Ov: Oferta a Valorar	1.069.546,23 €	1.072.795,68 €	891.618,75 €	906.677,20 €	909.947,40 €
Om: Oferta Millor	891.618,75 €	891.618,75 €	891.618,75 €	891.618,75 €	891.618,75 €

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació
Determinació valoració termini de garantia:					
$P_x = \frac{(T_x - T_g) \times 10}{(T_x - T_g)}$	4,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Tx = Gararantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT	6	7	7	7	2
Tg - termini mínim de garantia exigít en el plec; 2 anys	2				
Te - major termini de garantia ofert	7	7	7	7	7

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació
Determinació valoració preu tècnic/hora:					
$P_x = \frac{(O_x) \times 2}{(O_x)}$	1,08	1,17	0,93	0,65	2,00
Tx = oferta preu tècnic/hora	78,65 €	72,60 €	90,75 €	130,68 €	42,35 €
Oe - oferta més econòmica	42,35 €	42,35 €	42,35 €	42,35 €	42,35 €

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)					
Determinació valoració preu desplaçament:	$P_x = \frac{(O_x)}{(O_y)}$				
Tx = oferta preu desplaçament	sense cost	72,60 €	sense cost	649,77 €	sense cost
Oe = oferta més econòmica	sense cost	sense cost	sense cost	sense cost	sense cost

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):					
TOTAL	10	9,50	10,00	10,00	0,50
a) a) Terminis de lliurament, fins a 2 punts, si es compromet a:	2	2	2	2	0
Indicar termini de lliurament en mesos	2 punts				
- Terminis de lliurament <= 0,5 mesos	1 punt				
- Terminis de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes	1 punt	14 dies	T <= 0,5 mesos	2	T <= 0,5 mesos
- Terminis de lliurament 1 mes	0 punts				
- Terminis de lliurament superior a 1 mes	Exclòs				
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts	8	7,5	8	8	0,5
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:	2				
Indicar temps resposta en hores	2 punts				
- Inferior o igual a una hora	2 punts	Inferior o igual a una hora	Inferior o igual a una hora	2	Inferior o igual a una hora
- Temps superior a 1 hora	0 punts				
- Temps superior a 3 hores	Exclòs				
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avís d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:	3				
Indicar temps de resolució en hores	3 punts				
- Inferior o igual a 24 hores	3 punts	Inferior o igual a 24 hores	Inferior o igual a 24 hores	3	Inferior o igual a 24 hores
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	1,5 punts				
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts				
- Temps superior a 72 hores	Exclòs				
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:	1				
Indicar temps lliurament de recanvis	1 punt				
- Inferior o igual a 24 hores	0,5 punts	Temps 24h < T <= 48 hores	Inferior o igual a 24 hores	1	Inferior o igual a 24 hores
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	0 punts				
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts				
- Temps superior a 72 hores	Exclòs				
Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació	2				
- Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida	2 punts	En el moment de recollida	En el moment de recollida	2	Equip de substitució en un termini de 24-48 hores.
- Ofereix equip de préstec en 24h	1 punt				
- No ofereix equip de préstec	0 punts				

Criteris de valoració objectius segons lot

Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA							
1E) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)												
TOTAL	14	5,24	12,85	10,30	9,08							
1.3.3. Preu del material fungible - elèctrodes i bateria	5											
- oferta d'elèctrodes més econòmica.	$P_x = \frac{(O_x)}{(O_y)} \times 3$	3 punts	Electrode adult: 45,50 € + IVA Electrode pediàtric: 93,00 € + IVA	1,13	Electrode únic 26,00 € + IVA	3,00	Electrode únic 260,00 € + IVA	0,30	Electrode únic 40,00 € + IVA	1,95	Electrode únic 27,00 € + IVA	2,89
- oferta de bateria més econòmica.	$P_y = \frac{(O_x)}{(O_y)} \times 2$	2 punts	Bateria: 180,00€ + IVA	1,11	Bateria: 235,00€ + IVA	0,85	Bateria: 200,00€ + IVA	1,00	Bateria: 177,00€ + IVA	1,13	Bateria: 100,00€ + IVA	2,00
1.3.4. Universalitat dels elèctrodes	3											
- Si els elèctrodes són universals.	3 punts	No	0,00	Si	3,00	Si	3,00	No	0,00	Si	3,00	
- Si no ho són.	0 punts											
1.3.5 Elèctrode únic per pediatria i adults	3											
- Si els elèctrodes són el mateix per adults i pediàtrics	3 punts	No	0,00	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00	
- Si no ho són.	0 punts											
1.3.6. Quantitat pales externes	3											
Es valorarà la quantitat d'equips ofertats amb pales externes, per sobre del mínim establert (47 unitats). La oferta amb el màxim nombre de pales rebra 3 punts. La resta proporcional.	3 punts	262 unitats (màxim)	3,00	262 unitats (màxim)	3,00	262 unitats (màxim)	3,00	262 unitats (màxim)	3,00	262 unitats (màxim)	3,00	

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
	80	64,03	72,64	75,23	62,88	74,40
		Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació
1A.- Valoració econòmica (sobre 3)	48	43,21	43,12	48,00	47,59	47,51
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5	4,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2	1,08	1,17	0,93	0,65	2,00
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1	1,00	0,50	1,00	0,06	1,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	10	9,50	10,00	10,00	0,50	10,00
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	14	5,24	12,85	10,30	9,08	13,89

	AB MEDICA	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)					
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20	10,25	14,50	13,50	15,00

Proveïdor	AB MEDICA	Puntuació	ABAST MEDICA	Puntuació	AGENOR	Puntuació	D'4	Puntuació	DEXTROMEDICA	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL		74,28		87,14		88,73		77,88		94,40

Lot 04 - Desfibril·lador portàtil semiautomàtic

EXPEDIENT:

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

EXCLÓS
No compleix amb requisit: visualitzar ECG, el nº de descàrrega, temps d'esdeveniment

EXCLÓS
No compleix amb requisit: visualitzar ECG, el nº de descàrrega, temps d'esdeveniment

Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
Marca/ model	MINDRAY BeneHeart C2	Amouli 15	NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100	PHILIPS HeartStart FRx

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts
Aplicant fórmules la puntuació final és de:

Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	47			
Determinació valoració econòmica:				
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$				
P: Punts criteri econòmic	47	47	47	47
IL: Import de Licitació (s/IVA inclòs)	349.932,00 €	349.932,00 €	349.932,00 €	349.932,00 €
VP: Valor de ponderació	1,5	1,50	1,50	1,50
Ov: Oferta a Valorar	335.643,11 €	262.449,00 €	262.449,00 €	262.449,00 €
Om: Oferta Millor	262.449,00 €	262.449,00 €	262.449,00 €	262.449,00 €
Puntuació	40,45	47,00		

Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5			
Determinació valoració termini de garantia:				
$P_x = \frac{(T_x - T_g) \times 5}{(T_e - T_g)}$				
Tx = Gararantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT	7	7		
Tg - termini mínim de garantia exigít en el plec; 2 anys	2			
Te - major termini de garantia ofert	8	7		
Puntuació	5,00	5,00		

	Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2				
Determinació valoració preu tècnic/hora:					
		$P_x = \frac{(O_x) \times 2}{(O_x)}$			
		2,00		0,07	
Tx = oferta preu tècnic/hora		2,42 €	72,60 €		
Oe - oferta més econòmica		2,42 €	2,42 €		

	Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1				
Determinació valoració preu desplaçament:					
		$P_x = \frac{(O_x)}{(O_x)}$			
		0,50		1,00	
Tx = oferta preu desplaçament		199,65 €	sense cost		
Oe - oferta més econòmica		199,65 €	199,65 €	199,65 €	199,65 €

	Proveïdor	ABAST MEDICA	AGENOR	D'4	DEXTROMEDICA
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):					
TOTAL	10				
		10,00		10,00	
a) a) Terminis de lliurament, fins a 2 punts, si es compromet a:	2				
Indicar termini de lliurament en mesos					
- Termini de lliurament <= 0,5 mesos	2 punts				
- Termini de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes	1 punt	T <= 0,5 mesos	T <= 0,5 mesos		
- Termini de lliurament 1 mes	0 punts				
- Termini de lliurament superior a 1 mes	Exclòs				
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts	8				
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:	2				
Indicar temps resposta en hores					
- Inferior o igual a una hora	2 punts	Inferior o igual a una hora	Inferior o igual a una hora		
- Temps superior a 1 hora	0 punts				
- Temps superior a 3 hores	Exclòs				
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avis d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:	3				
Indicar temps de resolució en hores					
- Inferior o igual a 24 hores	3 punts				
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	1,5 punts	Inferior o igual a 24 hores	Inferior o igual a 24 hores		
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts				
- Temps superior a 72 hores	Exclòs				
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:	1				
Indicar temps lliurament de recanvis					
- Inferior o igual a 24 hores	1 punt	Inferior o igual a 24 hores	Inferior o igual a 24 hores		
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	0,5 punts				
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts				
- Temps superior a 72 hores	Exclòs				
Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació	2				
-Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida	2 punts				
-Ofereix equip de préstec en 24h	1 punt	En el moment de recollida	En el moment de recollida		
-No ofereix equip de préstec	0 punts				

Críteris de valoració objectius segons lot

	Proveïdor	ABAST MEDICA		AGENOR		D'4		DEXTROMEDICA	
1E) Críteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)			Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
TOTAL	15		14,50		12,75				
1.4.3. Preu del material fungible - elèctrodes i bateria	5								
- oferta d'elèctrodes més econòmica.	$P_x = \frac{(O_x) \times 3}{(O_x)}$	3 punts	Elèctrodes: 26,00 € + IVA Bateria: 165,00 + IVA	3,00	Elèctrodes: 73,00 € + IVA Bateria: 123,50 + IVA	1,07			
- oferta de bateria més econòmica.	$P_x = \frac{(O_x) \times 2}{(O_x)}$	2 punts		1,50		2,00			
1.4.4 Elèctrode únic per pediatria i adults	3								
- Si els elèctrodes són el mateix per adults i pediàtrics		3 punts	Si	3,00	Si	3,00			
- Si no ho són.		0 punts							
1.4.5. Universalitat dels elèctrodes	3								
- Si els elèctrodes són universals.		3 punts	Si	3,00	Si	3,00			
- Si no ho són.		0 punts							
1.4.6. Pes de l'equip	4								
En el cas del desfibril·lador portàtil es valorarà el pes de l'aparell (bateria inclosa). L'equip ofert de menys pes rebrà la màxima puntuació donant 4 punts. Per la resta:		4 punts	2,3 Kg	4,00	2,5 Kg	3,68			
		$P_x = \frac{(\text{Pes equip ofertat més baix}) \times 4}{(\text{Pes equip a valorar})}$							

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	ABAST MEDICA		AGENOR		D'4		DEXTROMEDICA	
	80		72,44		75,82		0,00		0,00
			Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
1A.- Valoració econòmica (sobre 3)	47		40,45		47,00		0,00		0,00
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		5,00		5,00		0,00		0,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2		2,00		0,07		0,00		0,00
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1		0,50		1,00		0,00		0,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	10		10,00		10,00		0,00		0,00
1F) Críteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	15		14,50		12,75		0,00		0,00

		ABAST MEDICA		AGENOR		D'4		DEXTROMEDICA	
Críteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)									
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20		20,00		11,77				

Proveïdor	ABAST MEDICA	Puntuació	AGENOR	Puntuació	D'4	Puntuació	DEXTROMEDICA	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL		92,44		87,59		EXCLÒS		EXCLÒS

Lot 05 - Equip de mesura de l'índex braç-turmell (ITB)

EXPEDIENT:

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Proveïdor	ARJO	ASMEDIC	EBHOS	SONMEDICA
Marca/ model	ABILITY	MICROLIFE WATCH BP OFFICE AB	MICROLIFE WatchBP Office ABI	MESI ABPI MD

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques	Complex Característiques bàsiques
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA	
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	46		Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració econòmica:									
$Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$			37,12		46,00		43,79		41,86
P: Punts criteri econòmic	46	46		46		46		46	
IL: Import de Licitació (s/IVA inclòs)	330.390,50 €	330.390,50 €		330.390,50 €		330.390,50 €		330.390,50 €	
VP: Valor de ponderació	1,5	1,50		1,50		1,50		1,50	
Ov: Oferta a Valorar		316.944,38 €		221.284,80 €		245.103,65 €		265.849,10 €	
Om: Oferta Millor		221.284,80 €		221.284,80 €		221.284,80 €		221.284,80 €	

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA	
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració termini de garantia:									
$Px = \frac{(Tx - Tg) \times 5}{(Te - Tg)}$			5,00		0,00		5,00		1,00
Tx = Gararantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT		10		2		7		3	
Tg - termini mínim de garantia exigít en el plec: 2 anys	2								
Te - major termini de garantia ofert		7		7		7		7	

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA	
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2		Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració preu tècnic/hora:			0,46		0,76		2,00		0,61
		$P_x = \frac{(O_e) \times 2}{(O_x)}$							
Tx = oferta preu tècnic/hora		157,30 €		95,59 €		36,30 €		118,10 €	
Oe - oferta més econòmica		36,30 €		36,30 €		36,30 €		36,30 €	

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA	
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1		Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
Determinació valoració preu desplaçament:			0,33		1,00		0,50		0,00
		$P_x = \frac{(O_e)}{(O_x)}$							
Tx = oferta preu desplaçament		108,90 €		sense cost		36,30 €		No indica preu fix	
Oe - oferta més econòmica		sense cost		sense cost		sense cost		sense cost	

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA	
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):			Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
TOTAL	10		10,00		10,00		10,00		0,00
a) Terminis de lliurament, fins a 2 punts, si es compromet a:	2		2		2		2		0
Indicar termini de lliurament en mesos									
- Terminis de lliurament <= 0,5 mesos	2 punts	T <= 0,5 mesos	2	T <= 0,5 mesos	2	15 dies	2	No indica	0
- Terminis de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes	1 punts								
- Terminis de lliurament 1 mes	0 punts								
- Terminis de lliurament superior a 1 mes	Exclòs								
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts	8		8		8		8		0
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:	2								
Indicar temps resposta en hores									
- Inferior o igual a una hora	2 punts	Inferior o igual a una hora	2	Inferior o igual a una hora	2	Inferior o igual a una hora	2	NO indica	0
- Temps superior a 1 hora	0 punts								
- Temps superior a 3 hores	Exclòs								
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avis d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:	3								
Indicar temps de resolució en hores									
- Inferior o igual a 24 hores	3 punts	Inferior o igual a 24 hores	3	Inferior o igual a 24 hores	3	Inferior o igual a 24 hores	3	No indica	0
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	1,5 punts								
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts								
- Temps superior a 72 hores	Exclòs								
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:	1								
Indicar temps lliurament de recanvis									
- Inferior o igual a 24 hores	1 punt	Inferior o igual a 24 hores	1	Inferior o igual a 24 hores	1	Inferior o igual a 24 hores	1	No indica	0
- Temps 24 hores < T <= 48 hores	0,5 punts								
- Temps 48 hores < T <= 72 hores	0 punts								
- Temps superior a 72 hores	Exclòs								
Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació	2								
Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida	2 punts	En el moment de recollida	2	En el moment de recollida	2	En el moment de recollida	2	No indica	0
Ofereix equip de préstec en 24h	1 punt								
No ofereix equip de préstec	0 punts								

Criteris de valoració objectius segons lot

	Proveïdor	ARJO		ASMEDIC		EBHOS		SONMEDICA		
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)			Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació	
TOTAL	16		11,50		12,62		12,52		13,00	
1.5.3 Major precisió en la mesura. Indicar la sensibilitat per pressió.	2									
L'equip amb millor sensibilitat en la mesura de la pressió rebrà la màxima puntuació i la resta proporcional respecte aquesta (si millora la sensibilitat mínima establerta en la fitxa tècnica).	2 punts	Els resultats vàlids es componen tant de gots compressibles (en què el Doppler Ability concorda amb el mètode Doppler en un $\pm 0,28$ per als límits de concordança del 95%) com de gots incompressibles.	2,00	Precisió estàtica: pressió dins de +/- 3 mmHg o 2% de lectura > 200 mmHg	2,00	Precisió estàtica: pressió dins de +/- 3 mmHg o 2% de lectura > 200 mmHg	2,00	Sensibilitat +/-3mmHg	2,00	
1.5.4 Mesurament simultani en tots dos braços	3									
S'obtidran 3 punts si l'equip permet prendre el mesurament simultani de la pressió arterial en els dos braços del pacient. En cas contrari s'obtidran 0 punts.	3 punts	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00	
1.5.5 Identificació del "braç control"	2									
S'obtidran 2 punts si l'equip permet la identificació del "braç control". En cas contrari s'obtidran 0 punts.	2 punts	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00	
1.5.6 Validat per institucions especialitzades	3									
S'obtidran 2 punts si l'equip ha estat validat per la Societat Europea d'Hipertensió (EHS) o British and Irish Hypertension Society (BIHS), o la Advancing Safety in Health Technology (AAMI). En cas contrari s'obtidran 0 punts.	3 punts	NO	0,00	Si, Si	3,00	Si, Si	3,00	Validat per Wounds UK i HSOA.	0,00	
S'obtidra un punt addicional si l'equip ha estat validat per la monitorització ambulatoria de la pressió arterial per l'organització STIDE BP										
1.5.7 Kit addicional de manegots per a cada ITB.	3									
S'obtidran 3 punts si s'ofereix 1 Kit addicional de manegots (2 de Braç per Adults + 2 de Braç per a Obesos + 1 per al Turmell) per a cada aparell ITB, sense cap cost afegit per part de l'Institut Català de la Salut (ICS). En cas contrari, s'obtidran 0 punts.	3 punts	Si	3,00	No	0,00	No	0,00	Si	3,00	
1.5.8 Preu dels manegots. Indicar preu per a les tres referències	3									
Es valorarà el millor preu dels manegots amb la fórmula següent. L'oferta que resulti més econòmica rebrà la màxima puntuació donant: En el cas de preus diferents per cada referència, es valorarà la suma dels 3*	3 punts		471,90 €	1,50	269,83 €	2,62	280,72 €	2,52	235,95 €	3,00
			$P_x = \frac{(\text{Oferta referències més econòmiques}) \times 3}{(\text{Oferta a valorar})}$							

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	ARJO	ASMEDIC	EBHOS	SONMEDICA
	80	64,42	70,38	73,81	56,48
		Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació
1A) Valoració econòmica (sobre 3)	46	37,12	46,00	43,79	41,86
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5	5,00	0,00	5,00	1,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2	0,46	0,76	2,00	0,61
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1	0,33	1,00	0,50	0,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	10	10,00	10,00	10,00	0,00
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	16	11,50	12,62	12,52	13,00

	ARJO	ASMEDIC	EBHOS	SONMEDICA
Críteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)				
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20	12,00	10,00	10,00

Proveïdor	ARJO	Puntuació	ASMEDIC	Puntuació	EBHOS	Puntuació	SONMEDICA	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL		76,42		80,38		83,81		76,48

Lot 06 - Espiròmetres

EXPEDIENT:

CS/CC00/1101389704/24/AMUP

Proveïdor	ASMEDIC
Marca/ model	SIBELMED DATOSPIR TOUCH Diagnostic D

2a.-Característiques bàsiques:	Complex Característiques bàsiques
---------------------------------------	-----------------------------------

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

	Proveïdor	ASMEDIC	
1A)- Valoració econòmica (sobre 3)	56		Puntuació
Determinació valoració econòmica:			56,00
$Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$			
P: Punts criteri econòmic	56		56
IL: Import de Licitació (s/IVA inclòs)	141.388,50 €		141.388,50 €
VP: Valor de ponderació	1,5		1,50
Ov: Oferta a Valorar			141.388,50 €
Om: Oferta Millor			141.388,50 €

	Proveïdor	ASMEDIC	
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		Puntuació
Determinació valoració termini de garantia:			0,00
$Px = \frac{(Tx - Tg) \times 5}{(Te - Tg)}$			
Tx = Garantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT			2
Tg - termini mínim de garantia exigít en el plec; 2 anys	2		
Te - major termini de garantia ofert			2

		Proveïdor	ASMEDIC	
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)		2		Puntuació
Determinació valoració preu tècnic/hora:				2,00
Tx = oferta preu tècnic/hora			95,59 €	
Oe - oferta més econòmica			95,59 €	

		Proveïdor	ASMEDIC	
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)		1		Puntuació
Determinació valoració preu desplaçament:				1,00
Tx = oferta preu desplaçament			SENSE COST	
Oe - oferta més econòmica			SENSE COST	

		Proveïdor	ASMEDIC	
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):				Puntuació
TOTAL		10		10,00
a) a) Termini de lliurament , fins a 2 punts, si es compromet a:		2		2
Indicar termini de lliurament en mesos				
- Termini de lliurament <= 0,5 mesos		2 punts	T <= 0,5 mesos	2
- Termini de lliurament 0,5 mesos < T < 1 mes		1 punts		
- Termini de lliurament 1 mes		0 punts		
- Termini de lliurament superior a 1 mes		Exclòs		
b) Servei Tècnic, fins a 8 punts		8		
Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a:		2		
Indicar temps resposta en hores				
- Inferior o igual a una hora		2 punts	Inferior o igual a una hora	2
- Temps superior a 1 hora		0 punts		
- Temps superior a 3 hora		Exclòs		
Temps màxim de resolució d'averies no hauria de superar 48 hores des d'avis d'averia a la resolució fins a 3 punts, si es compromet a:		3		
Indicar temps de resolució en hores				
- Inferior o igual a 24 hores		3 punts	Inferior o igual a 24 hores	3
- Temps 24 hores < T <= 48 hores		1,5 punts		
- Temps 48 hores < T <= 72 hores		0 punts		
- Temps superior a 72 hores		Exclòs		
Temps lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s'han de poder substituir en 24 hores fins a 1 punt, si es compromet a:		1		
Indicar temps lliurament de recanvis				
- Inferior o igual a 24 hores		1 punt	Inferior o igual a 24 hores	1
- Temps 24 hores < T <= 48 hores		0,5 punts		
- Temps 48 hores < T <= 72 hores		0 punts		
- Temps superior a 72 hores		Exclòs		
Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació		2		
-Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida		2 punts	En el moment de recollida	2
-Ofereix equip de préstec en 24h		1 punt		
-No ofereix equip de préstec		0 punts		

1.- Criteris de valoració objectius segons lot

	Proveïdor	ASMEDIC	
1E) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)			Puntuació
TOTAL	6		6,00
1.6.3 Mesura paràmetres ambientals.	3		
S'obtindran 3 punts si l'equip permet la mesura contínua dels paràmetres ambientals. En cas contrari, s'obtindran 0 punts.	3 punts	Si, Mòdul d'estació meteorològica	3,00
1.6.4 Ampliació amb mòduls.	3		
S'obtindran 3 punts si l'equip permet la ampliació amb mòduls de SaO2 i altres. En cas contrari, s'obtindran 0 punts.	3 punts	Si	3,00

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	ASMEDIC	
	80		75,00
			Puntuació
1A.- Valoració econòmica (sobre 3)	56		56,00
1B) Valoració del termini de garantia (sobre 2)	5		0,00
1C) Valoració del preu tècnic/hora (sobre 2)	2		2,00
1D) Valoració del preu de desplaçament (sobre 2)	1		1,00
1E) Qualitat del Servei i Terminis de fabricació (sobre 2):	10		10,00
1F) Criteris de valoració objectius segons lot (sobre 2)	6		6,00

		ASMEDIC	
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)			
2A) Presentació de la mostra (valoració assistencial):	20		20,00

Proveïdor	ASMEDIC	Puntuació
-----------	---------	-----------

PUNTUACIÓ TOTAL

95,00

RESUM VALORACIONS I ADJUDICACIÓ LOTS 01 - 07

LOT i DESCRIPCIÓ	PROVEÏDORS	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS	VALORACIÓ SOBRE 2	VALORACIÓ SOBRE 3	PUNTUACIÓ TOTAL	ADJUDICATARI
LOT 01 Aparell de RX per a odontologia adaptable a butaca dental & Detector digital de RX per a odontologia	DENTISPLY SIRONA	20,00	21,77	46,25	88,02	
	DVD	16,00	16,82	44,58	77,41	
	SSM	16,00	27,41	50,00	93,41	X
LOT 02 Butaques dentals	DENTISPLY SIRONA	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS	
	KAVO DENTAL	20,00	39,00	30,00	89,00	X
LOT 03 Desfibril. a/monit./regist.semiautom/man	AB MEDICA	10,25	20,81	43,21	74,28	
	ABAST MEDICA	14,50	29,52	43,12	87,14	
	AGENOR	13,50	27,23	48,00	88,73	
	D'4	15,00	15,28	47,59	77,88	
	DEXTROMEDICA	20,00	26,89	47,51	94,40	X
LOT 04 Desfibril·lador portàtil semiautomàtic	ABAST MEDICA	20,00	32,00	40,45	92,44	X
	AGENOR	11,77	28,00	47,00	86,77	
	D'4		EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS	
	DEXTROMEDICA		EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS	
	TECNOMED 2000	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS	
LOT 05 Equip de mesura de l'índex braç-turmell (ITB)	ARJO	12,00	27,29	37,12	76,42	
	ASMEDIC	10,00	24,38	46,00	80,38	
	EBHOS	10,00	30,02	43,79	83,81	X
	SONMEDICA	20,00	14,61	41,86	76,48	
LOT 06 Espiròmetre	ASMEDIC	20,00	19,00	56,00	95,00	X
LOT 07 Llitera ginecològica convertible alçada variable	DPS	EXCLÒS TÈC.			EXCLÒS	DESERT
	EBHOS	EXCLÒS TÈC.			EXCLÒS	

ANNEX 2: Llistat proposta adjudicatari

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT	PROVEÏDORS
LOT 1	Aparell de RX per a odontologia adaptable a butaca dental & Detector digital de RX per a odontologia	SUBCONTRATACIÓ Y SERVICIOS MADRID, S.L.
LOT 2	Butaques dentals	Kavo Dental Iberia, S.L.
LOT 3	Desfibril. a/monit./regist.semiautom/man	DEXTRO MEDICA, S.L.
LOT 4	Desfibril·lador portàtil semiautomàtic	ABAST MEDICA, S.L.
LOT 5	Equip de mesura de l'índex braç-turmell (ITB)	EBHOS SOLUTIONS, S.L.
LOT 6	Espiròmetre	ASMEDIC S.L.U.

ANNEX 3: Llistat proposta deserts

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT	PROVEÏDORS	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS	VALORACIÓ SOBRE 2	VALORACIÓ SOBRE 3	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 7	Llitera ginecològica convertible alçada variable	DPS HEALTHCARE SOLUTIONS S.L.	EXCLÒS TÈC.			DESERT
		EBHOS SOLUTIONS, S.L.	EXCLÒS TÈC.			

ANNEX 4: Llistat proposta exclusions

LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT	PROVEÏDORS	VALORACIÓ SOBRE 2 BIS	VALORACIÓ SOBRE 2	VALORACIÓ SOBRE 3	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 2	Butaques dentals	DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS
		D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	11,77	EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS
LOT 4	Desfibril·lador portàtil semiautomàtic	DEXTRO MEDICA, S.L.	15,73	EXCLÒS TÈC.		EXCLÒS
		TECNOMED 2000, SL	EXCLÒS ADM.			EXCLÒS