

Exp.CS/CC00/1101374570/24/AMUP

ADQUISICIÓ D'EQUIPS D'ANALITZADORS DE PROVES POINT OF CARE TESTING (POCT) I EL SUBMINISTRAMENT DEL FUNGIBLE ASSOCIAT PER A LA DETERMINACIÓ DE PROTEÍNA C REACTIVA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS).

Informe tècnic de valoració dels sobre 2 i 3 (Criteris objectius) i resultat final de valoració

Requeriments obligatoris del plec

Les empreses ABBOTT, LINEAR CHEMICALS i ROCHE compleixen amb tots els requeriments obligatoris del plec.
L'empresa BIOSYNEX IBÉRICA, SL no compleix amb tots els requeriments obligatoris del plec i, per tant, la seva oferta no es valora.

La validació dels requeriments obligatoris es troba recollida en l'annex 1 del present informe.

Valoració tècnica: Fins a 60 punts (SOBRE 2)

Criteris valoració tècnica sobre 2: (Puntuació màxima 60 punts)		Punts màx.	ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare		LINEAR CHEMICALS, S.L.U		ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U	
1.2. Valoració tècnica		60,00	Comentari	Punts	Comentari	Punts	Comentari	Punts
Es requereix obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la puntuació total dels criteris tècnics objectius, en el cas de no superar aquest llindar, s'exclourà a l'empresa de la licitació. Fins a 60 punts.								
1.2.1 Temps de resposta	- Inferior o igual a 3 minuts: 15 punts - Superior a 3 minuts, inferior o igual a 5 minuts: 7 punts - Superior a 5 minuts: 0 punts	15,00	Inferior o igual a 3 minuts	15	Inferior o igual a 3 minuts	15	Superior a 3 minuts, inferior o igual a 5 minuts	7
1.2.2 Visualització de resultats	- Si disposa: 15 punts - No disposa: 0 apunts.	15,00	Si disposa	15	Si disposa	15	Si disposa	15
1.2.3 Treball amb baix volum de mostra	- Inferior o igual a 3 microlitres: 20 punts - Superior a 3 microlitres, inferior o igual a 6 microlitres: 10 punts - Superior a 6 microlitres, inferior o igual a 12 microlitres: 5 punts - Superior a 12 microlitres: 0 punts	20,00	Inferior o igual a 3 microlitres	20	Superior a 6 microlitres, inferior o igual a 12 microlitres	5	Superior a 6 microlitres, inferior o igual a 12 microlitres	5
1.2.4 Versatilitat del analitzador	- Més de 3 tècniques addicionals: 5 punts 2 o 3 tècniques addicionals: 3 punts 1 tècnica addicional: 1 punts. 0 Tècniques addicionals: 0 punts.	5,00	Disposa de més de 3 tècniques addicionals	5	Disposa de més de 3 tècniques addicionals	5	Disposa de més de 3 tècniques addicionals	5
1.2.5 Presentació mínima del format	- Caixa Inferior o igual a 15 reactius/prova: 5 punts - Caixa superior a 15 reactius/prova: 0 punts	5,00	Caixa Inferior o igual a 15 reactius/prova	5	Caixa Inferior o igual a 15 reactius/prova	5	Caixa Inferior o igual a 15 reactius/prova	5
Puntuació valoració sobre 2:			60,00		45,00		37,00	

Valoració econòmica: Fins a 40 punts (SOBRE 3)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

- **Pv**: Puntuació de l'oferta a valorar
- **P**: Punts criteri econòmic
- **Om**: Oferta Millor
- **Ov**: Oferta a Valorar
- **IL**: Import de licitació
- **VP**: Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

			ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare		LINEAR CHEMICALS, S.L.U		ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U	
VALORACIÓ econòmica sobre 3: Fins a 30 Punts	Pressupost de licitació s/IVA	Punts màx.	Oferta	Punts	Oferta	Punts	Oferta	Punts
Oferta econòmica	257.185,50 €	40,00	224.840,00 €	40,00	248.710,00 €	38,78	257.185,50 €	37,88
1.1.1 Equipament	191.735,50 €	15,00	165.000,00 €	15,00	187.000,00 €	14,14	191.735,50 €	13,95
1.1.2 Fungible associat (12mesos)	65.450,00 €	25,00	59.840,00 €	25,00	61.710,00 €	24,64	65.450,00 €	23,93
Puntuació valoració sobre 3:			40,00		38,78		37,88	

Resultat final de la valoració:

Quadre resum de la puntuació total	Punts màx.	ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare	LINEAR CHEMICALS, S.L.U	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U
Puntuació valoració sobre 2	60,00	60,00	45,00	37,00
Puntuació valoració sobre 3	40,00	40,00	38,78	37,88
Puntuació total de valoració	100,00	100,00	83,78	74,88

Cap oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 149.4 de la LCSP, tal com es detalla a l'annex 2 del present informe.

Relació d'annexos

- Annex 1- Validació dels requeriments obligatoris del PPT
- Annex 2- Baixa Anormal

A Barcelona

Maria Antonia Llopis Díaz - DNI 46223620Z (TCAT)

Signat digitalment per Maria Antonia Llopis Díaz - DNI 46223620Z (TCAT) Data: 2024.06.17 09:30:07 +02'00'

Maria Antonia Llopis
Directora dels Laboratoris Clínic de l’ICS.

ADQUISICIÓ D'EQUIPS D'ANALITZADORS DE PROVES POINT OF CARE TESTING (POCT) I EL SUBMINISTRAMENT DEL FUNGIBLE ASSOCIAT PER A LA DETERMINACIÓ DE PROTEÏNA C REACTIVA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS).

ANNEX 1 Validació dels requeriments obligatoris del PPT

Requisits obligatoris	ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare	BIOSYNEX IBÉRICA SL	LINEAR CHEMICALS, S.L.U	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U
Compliment del requisit (SI/NO)				
L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE	SI	SI	SI	SI
Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 8 de l'Annex I del RD 1662/2000, de 29 de setembre pel qual es regulen els productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)	SI	SI	SI	SI
Requisits obligatoris addicionals	ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare	BIOSYNEX IBÉRICA SL	LINEAR CHEMICALS, S.L.U	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U
Compliment del requisit (SI / NO)				
L'equipament ha de mesurar la determinació de la Proteïna C Reactiva en sang capil·lar, sang total, plasma i sèrum.	SI	SI	SI	SI
L'equipament s'ha de subministrar amb un lector de codi de barres per garantir la traçabilitat de tot el procés, identificació de la mostra, pacient, lots de calibradors, reactius, etc.	SI	SI	SI	SI
L'equipament ha de disposar de bateria interna o externa que permeti fins a 10 hores o 60 hores aproximadament de font d'alimentació contínua.	SI	SI	SI	SI
L'analitzador es podrà connectar a una impressora per a la impressió opcional dels resultats de la prova.	SI	SI	SI	SI
Els equips hauran d'estar connectats a un Middleware o Software propi del proveïdor basat en web, que permeti gestionar i compartir les dades de tots els dispositius POCT de la organització. Aquesta plataforma ha de permetre la gestió a distància del control de qualitat i el control del funcionament de tots els equipaments. Ha de permetre la automatització de la formació de certificació dels usuaris i facilitar la visualització dels resultats.	SI	SI	SI	SI
Connectivitat al Sistema Informàtic d'atenció primària (HIS): - El proveïdor adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la connexió dels equipaments contra el HIS de l'organització i de les integracions que els centres acordin, durant el termini del contracte, i de les seves actualitzacions, si s'escau. - L'adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació, desenvolupament de drives i la connectivitat a al HIS de l'organització.	SI	SI	SI	SI
Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips analítics necessari en cada centre.	SI	SI	SI	SI
El temps màxim requerit per emetre el resultats de la determinació de la Proteïna C no podrà ser superior als 7 minuts.	SI	SI	SI	SI
El volum màxim de mostra requerit per a la determinació de la Proteïna C reactiva serà de 12 microl·lites.	SI	SI	SI	SI
*El rang de mesura en mostra de sang capil·lar per a la determinació de la Proteïna C reactiva serà de 5-200mg/l.	SI	SI	SI	SI
Serà obligatori dur a terme la reposició de kits de reactius en aquells casos en els que alguns lots de reactius més inestables ens obliguin a calibrar més sovint.	SI	SI	SI	SI
Els reactius o el material consumit per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.	SI	SI	SI	SI
Es requereix traçabilitat de reactius, solucions, controls calibradors.	SI	SI	SI	SI
L'equip analitzador facilitarà la identificació inequívoca i traçabilitat contínua de les mostres.	SI	SI	SI	SI
Els kits d'anàlisis necessaris per a realitzar les determinacions estaran perfectament indicades amb: - Nom de la prova i referència comercial dels reactius - Número de Lot - Data de caducitat dels reactius - Condicions d'emmagatzemat dels kits dels anàlisis, i en el cas de necessitar refrigeració, el temps de validesa a temperatura ambient.	SI	SI	SI	SI
El material presentarà una caducitat mínima de 10 mesos des de la seva recepció, en cas contrari, es procedirà a la seva devolució i retirada a càrrec de l'adjudicatari.	SI	SI	SI	SI
Els controls calibradors s'hauran de fer amb la preparació de referència ERM (European Reference Materials)®-DA/IFCC (International Federations of Clinical Chemistry).	SI	NO*	SI	SI
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips (veure punt 4.2).	SI	SI	SI	SI
Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de Qualitat o equivalent.	SI	SI	SI	SI

* L'empresa BIOSYNEX IBÉRICA, SL, no aporta evidències fonamentades que els calibradors s'hagin realitzat amb la preparació de referència ERM (European Reference Materials)®-DA/IFCC (International Federations of Clinical Chemistry)

ADQUISICIÓ D'EQUIPS D'ANALITZADORS DE PROVES POINT OF CARE TESTING (POCT) I EL SUBMINISTRAMENT DEL FUNGIBLE ASSOCIAT PER A LA DETERMINACIÓ DE PROTEÏNA C REACTIVA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS).

Annex 2 Baixa anormal

EMPRESA	TOTAL ECONOMICA
ABBOTT Rapid Diagnostics Healthcare	224.840,00 €
LINEAR CHEMICALS, S.L.U	248.710,00 €
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U	257.185,50 €
Total	730.735,50 €
Mitjana	243.578,50 €
15%	36.536,78 €
Valor	280.115,28 €
Nova mitjana	243.578,50 €
20%	48.715,70 €
Valor	194.862,80 €

PREU		
Mitjana ofertes eco 15% (emp)		Mitjana ofertes eco 20% (càlcul teme)
-24,58%		13,33%
-12,63%		21,65%
-8,92%		24,23%

CRITERIS ADJUDICACIÓ									
Punts judici de valor	Punts automàtics no preu	Total Puntuació criteris no preu (0)		Mitjana criteris no preu (1)		Desviacions mitjana criteris (3)			Resultat (1)+(3)
0,00	60,00	60,00		47,33		-12,67	12,67		4,22
0,00	45,00	45,00		47,33		2,33	2,33		-10,78
0,00	37,00	37,00		47,33		10,33	10,33		-18,78
		47,33					8,44		
						Suma 1+3			
						55,78			