

## ACTA de la Mesa per aprovació informe compliment de requisits mínims obligatoris i dels criteris sotmesos a judici de valor

---

**Expedient** CS/AH02/1101389202/24/PS

**Objecte:** Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

A les 12:30 h s'ha celebrat la sessió de valoració de l'informe de compliment de requisits mínims obligatoris i dels criteris sotmesos a judici de valor.

### Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

President suplent: Francisco Javier Navarrete Ardanuy (Cap de la Unitat de comptabilitat de l'HUB)

Vocals:

1 Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)

2 Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester

3 Sr. Germán Romero Avilés (Director d'Infraestructures i Serveis Generals)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

### Ordre del dia:

Valoració de l'informe del compliment de requisits mínims obligatoris i criteris sotmesos a judici de valor de la documentació continguda al sobre 1 digital presentat en l'expedient de contractació CS/AH02/1101389202/24/PS per la contractació del subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### Desenvolupament de la sessió:

A les 12:30 hores del 14 de juny de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de Contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (Article 21 del Reial decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió té com finalitat la valoració de l'informe del compliment de requisits mínims obligatoris i criteris sotmesos a judici de valor de la documentació continguda al sobre 1, d'acord amb els plecs que regeixen la contractació i els quals han presentat en sobre telemàtic

La documentació que s'ha valorat, correspon a l'empresa licitadora GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració redactat pel tècnic corresponent. (Veure annex I)

Vist l'informe, l'empresa GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L. amb CIF B65152928 compleix amb els requisits obligatoris.

La suma de les puntuacions de la valoració del criteris sotmesos a judici de valor és:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.	25 punts

D'acord amb l'anterior, la mesa adopta els següents

#### Acords

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de l'informe de compliment de requisits mínims obligatoris i de valoració de la documentació sotmesa a judici de valor del del sobre 1 que s'annexa com Annex I

I, sense més temes a tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada pel secretari amb el vistiplau de la presidenta.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa, d'acord amb el que disposa la LCSP.

EL SECRETARI

Vist-i-plau  
EL PRESIDENT SUPLENT

ANNEX

---

- ✓ Informe de valoració compliments requisits obligatoris i valoració criteris sotmesos a judici de valor

## INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES

---

**Número expedient:** CS/AH02/1101389202/24/PS

**Objecte:** Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica la següent empresa:

- GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1 on consten les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment s'observa:

GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928, compleix amb totes les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment. (s'adjunta Annex I)

Per la valoració dels criteris subjectes a judici de valor no s'ha considerat necessària la presentació de mostra, atès que del producte presentat a la oferta feta per l'empresa licitadora ja en coneixem el model i les seves prestacions donat que disposem a l'Hospital d'exemplars de la mateixa butaca ofertada.

Per tant, es procedeix a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de l'empresa GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928, amb les puntuacions que apareixen a l'Annex II.

Joan Duran López  
Cap de la Unitat de Manteniment  
Hospital Universitari de Bellvitge

Butaca elèctrica per a pacients hospitalitzats			
		EMPRESA	
		NIF	
		Correu electrònic	
<b>Definició</b>			
Butaca elèctrica, per a pacient hospitalitzat, amb elevació, rodes, recolza braços, recolza caps i recolza peus.			
Prestacions tècniques i funcionals		Valoració / causa d'exclusió	GIVAS
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses			JUSTIFICACIÓ
CARACTERÍSTIQUES BàSIQUES:			COMPLEIX SI/NO
1	Estructura d'acer amb revestiment EPOXI.	SI	Estructura d'acer pintat amb Epoxy Si
2	Estructura de descans amb un mínim de tres seccions	SI	Format per 3 seccions: respattler, seient i reposapeus Si
3	Moviment independent de respattler i reposapeus mitjançant pistons de gas accionables mitjançant palanques.	SI	Moviment independent de respattler i reposapeus mitjançant pistons de gas i accionats amb palanques en tots dos costats Si
4	Comandament elèctric per elevació variable del seient	SI	Comandament elèctric per a regulació de l'alçada del seient Si
5	Motor elèctric per elevació variable	SI	Conforme Si
6	Bateria d'emergència	SI	Conforme Si
7	Grau de protecció elèctrica IPX6	SI	Conforme Si
8	Accionament manual de reclinatori de respattler i reposapeus	SI	Conforme Si
9	Recolza braços regulables en alçada fins a nivell de seient. Extraïbles o escamotejables	SI	Conforme Si
10	Recolza caps regulable en alçada.	SI	Conforme Si
11	Reposapeus finals tipus cadira de rodes escamotejables i pivotant	SI	Conforme Si
12	4 rodes diàmetre aprox. 125mm. Sistema de fre. Roda direccional i toves per no marcar el terra.	SI	4 Rodes toves de 125mm de diàmetre, 2 d'elles amb fre simultani i una de els davanteres direccional. Si
13	Tapisseria de vinil o similar, amb tractament ignífug, amb protecció antibacteriana (cal acreditar-ho)	SI	Teixit respattler format per poliuretà espumós ignífug de densitat variable i anatòmica, classe 1 Teixit seient i respattler amb multicapa coníferes i reple d'epuma viscoelàstica Si
14	Entapissat arrodonit, continu sense costures, sense forats i anatòmic.	SI	Conforme Si
15	Material interior del reple de la tapisseria amb material elàstic.	SI	Conforme Si
16	Agafador a la part posterior de la butaca per facilitar la mobilització	SI	Conforme Si
17	Carrega màxima de 150 Kg o superior	SI	Fins a 175kg Si
18	Alçada mínima del seient des del terra 55 cm o inferior	SI	Mínim 55cm Si
19	Alçada màxima del seient des del terra 80 cm o superior	SI	Màxim 84 cm Si
20	Longitud total màxima 175 cm en posició completament plana	SI	175cm Si
21	Inclinació respattler 160 graus o superior	SI	Des de 90 fins a 162º Si
22	Inclinació reposapeus fins als 90º i pla respecte el seient	SI	Des de 90 fins alineació amb seient Si
23	Amplada màxima del conjunt 85cm	SI	Amplada màxima 75cm Si
24	Possibilitat d'ancorar Porta sèrums ambdós costats	SI	Si Si
<b>Accessoris configuració bàsica</b>			
25	Incloure pal portasèrums costat dret	SI	Conforme Si
26	Incloure suport per penjar bossa de diàresis	SI	Conforme Si

Cap de la Unitat de Manteniment  
Hospital Universitari de Bellvitge  
Hospitalet de Llobregat

JOAN DURAN  
LOPEZ - DNI  
(TCAT)

Signat digitalment  
per JOAN DURAN  
LOPEZ - DNI  
(TCAT)  
Data: 2024.06.12  
16:37:59 +02'00'

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 1)		GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.		
Valoració mostra	PUNTUACIÓ MÀXIMA	LLINDAR MÍNIM	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ SERVEI
B.1 Facilitat d'us i maniobrabilitat.	10	5	La butaca incorpora un comandament elèctric per a la seva manipulació, el que fa que sigui fàcilment operable pel personal. Pel que fa a la maniobrabilitat, incorpora rodes toves per al seu desplaçament amb un sistema de frenat centralitzat que garanteix la seva immobilització	10
B.2 Ergonomia, volum ocupat.	10	5	La butaca presenta una gran ergonomia, tant per al pacient, amb superfícies anatòmiques totalment ajustables que milloren l'ergonomia del pacient, com per al personal que l'opera, incloent accionament elèctric i pedals a ambdós costats. Pel que fa al volum ocupat, la butaca té unes cotes lleugerament inferiors a les requerides pel concurs, el que fa que acabi ocupant menys volum	10
B.3 Facilitat de neteja, confort i robustesa	5	2,5	La butaca compta amb una superfície de repòs de tres zones ergonòmiques ajustables individualment i tapissades en vinil sense costures, maniobrades per una estructura d'acer amb recobriments d'ABS. Tot això fa que compti amb una bona robustesa, mantenint un gran confort per al pacient i facilitant la neteja al comptar amb superfícies plàstiques	5
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>12,5</b>		<b>25</b>

JOAN DURAN  
LOPEZ - DNI  
(TCAT)

 Diputació de Llobregat  
C/Plaça de Catalunya, 14  
08901 Llobregat  
Tel. 93 463 40 00  
Fax. 93 463 40 01

Cap de la Unitat de Manteniment  
Hospital Universitari de Bellvitge  
Hospitalet de Llobregat