



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLITS HOSPITALARIS PER A LA RESIDÈNCIA SANT BERNABÉ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec de condicions tècniques és el subministrament de 15 llits hospitalaris i 15 matalassos viscoelàstics, per a la residència Sant Bernabé de Berga.

2. ASPECTES LEGALS

Els licitadors, mitjançant la documentació que escaigui, han d'acreditar que l'equipament ofertat compleix amb la legislació vigent.

A més, han de presentar la garantia tant elèctrica com mecànica del producte que no podrà ser per període inferior a 2 anys. Les despeses derivades en aquest període correran a càrrec de l'adjudicatari.

Juntament amb aquesta documentació, l'adjudicatari s'ha de comprometre a facilitar la fitxa tècnica i la còpia dels certificats CE dels diferents productes.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS PRODUCTES

Per portar a terme l'adquisició dels productes descrits s'exigeixen unes característiques bàsiques que l'adjudicatari haurà d'acomplir.

En cap cas els productes podran estar per sota de les prestacions exigides a continuació:

Llit hospitalari:

- Somier de làmines metàl·liques llargues, 200 x 90cm. Estructura tubular 40/40. Tractament amb pols RAL 7035 d'epòxid texturitzat al forn.
- Motorització LINAK amb càrter de protecció que es beneficia de la classificació ignífuga VO.
- Altura variable elèctrica, actuador 6000N IP66.
- Elevador d'esquena elèctric 6000N IP66 (70°).
- Elevador de cames elèctric 6000N IP66 amb plegat de genolls regulable per cremallera.
- Baranes metàl·liques, capçal i peuer.
- Rodes de diàmetre de 100mm amb fre centralitzat.
- Dos suports d'accessoris.
- Dos suports de pal porta degoter.
- Càrrega màxima aixecada 250kg.
- Arribar a posició baixa de 24cm i alta fins als 78cm.
- Mides totals mínimes de 100cm d'ample per 206cm de llarg.

Matalàs:

- Matalàs viscoelàstic d'alta densitat (85kg/m3).
- Funda bielàstica, termoregulable, impermeable, transpirable i ignífuga.
- Mides mínimes 88x195x14cm.

4. INSTAL·LACIÓ

L'empresa adjudicatària caldrà que es posi en contacte prèviament al subministrament del material amb la responsable del contracte per concretar els aspectes logístics del lliurament i muntatge, així com el desmuntatge dels llits vells.

Ha de quedar explicitat els terminis d'entrega i d'instal·lació i s'exigirà que aquests s'acompleixin per no agreujar la rutina diària de l'espai de la residència.

A més, s'ha de comprometre a realitzar les explicacions i formacions necessàries al personal de la residència, per esclarir qualsevol dubte tècnic d'instal·lació que pugui sorgir pel correcte funcionament dels mateixos.

L'adjudicatari haurà de proporcionar els manuals d'operació de l'equip i d'ús amb còpies electròniques dels mateixos.

5. GARANTIA I SERVEI TÈCNIC

Durant els 2 anys de garantia mínima que s'exigeix, s'haurà d'incloure els manteniments preventius anuals dels motors i les actuacions correctives que siguin necessàries, incloent-hi el material, peces, transport, mà d'obra, desplaçament i dietes. El temps màxim de resposta, que pot ser presencial o en línia, mai podrà superar el termini de 48 hores.

Berga, datat i signat electrònicament.

Elvira Grifol
Directora Residència Sant Bernabé