

Exp.: 2024-47

Tipus: Mixt de subministrament i serveis

Procediment: Obert simplificat abreujat. Art. 159.6 LCSP

Objecte: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d'un sistema automàtic d'anàlisi de semen, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

Proposta d'adjudicació expedient 2024-47

- a) El dia 13 de juny de 2024 es va publicar al Portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació del contracte per al Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d'un sistema automàtic d'anàlisi de semen, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona, establint-se el dia 28 de juny de 2024 com a data de finalització del termini per a la presentació d'ofertes.
- b) El dia 1 de juliol de 2024, es va realitzar l'obertura per mitjans electrònics, del sobre únic que contenia, la documentació general, tècnica i econòmica, presentada al procediment de licitació per a la contractació del subministrament esmentat.
- c) L'empresa que va presentar oferta va ser:
 - MICROPTIC, S.L.
- d) S'ha verificat per part del personal tècnic de l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia, que el subministrament i serveis de manteniment proposats compleixen amb els requisits mínims del Plec de Prescripcions Tècniques.

Segons els criteris de valoració que s'estableixen a l'apartat 2.D del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'expedient 2024-47, l'empresa proposada com a adjudicatària al contracte per al Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d'un sistema automàtic d'anàlisi de semen, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona, és MICROPTIC, S.L. per un import de 31.635,70 euros sense IVA, i 38.279,20 euros amb l'IVA inclòs, els quals 27.843,70 euros sense IVA es corresponen al subministrament de l'equipament i 3.792,00 euros sense IVA als serveis de manteniment post-garantia.

S'adjunta com a annex adjunt el càlcul de la proposta d'adjudicació.

Barcelona, 4 de juliol de 2024

Dr. Eduard Gratacós

Director de l'Institut de Ginecologia
Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)
Hospital Clínic de Barcelona

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ 2024-47	Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d'un sistema automàtic d'anàlisi de semen, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona
---------------------------------------	--

Criteris automàtics	Import de licitació	32.909,02 €
	Baixa mínima	16.454,51 €
Licitadora	MICROPTIC, SL	Puntuacions
Oferta econòmica (Fins a 40 punts)	31.635,70 €	40,00
PREU SUBMINISTRAMENT	27.843,70 €	
PREU Serveis MANTENIMENT	3.792,00 €	
Altres criteris de quantificació automàtica (Fins a 60 punts)	MICROPTIC, SL	Puntuacions
Volum de la mostra requerit per a cada anàlisi amb càmeres d'un sol us és igual o inferior a 15 microlitres (5 punts)	Sí	5,00
Temps d'anàlisi per a la concentració i motilitat és inferior a 2 segons/camp analitzat (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat de visualització en temps real, a través del monitor del PC, de la mostra i dels camps analitzats (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat de realitzar anàlisi automàtic amb càmera de Makler (5 punts)	Sí	5,00
Amb mòdul per a analitzar de forma manual mostres visualitzades a través de la càmera digital (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat de modificar, afegir o eliminar de forma manual camps analitzats i/o paràmetres de l'anàlisi (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat de guardar i tornar a visualitzar el resultat de l'anàlisi per a validació manual diferida a l'anàlisi (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat que el mòdul per a avaluar la morfologia espermàtica inclogui l'anàlisi del cap, peça intermèdia, cua, acrosoma i presència de vacuoles (5 punts)	Sí	5,00
Possibilitat d'utilitzar diferents tincions per a l'anàlisi de la morfologia espermàtica (mínim: Diff-Quik, SpermBlue, Papanicolau, Shorr) (5 punts)	Sí	5,00
Acoblat a una balança electrònica de precisió per tal de mesurar, de forma automàtica, el volum total de la mostra seminal i integrar aquesta mesura en el resultat de l'anàlisi (5 punts)	Sí	5,00
Ha de permetre el càlcul de paràmetres cinètics: VCL, VAP, VSL, STR, LIN, WOB, ALH, BCF (5 punts)	Sí	5,00
Que pugui integrar els resultats generats amb SAP i l'aplicatiu VREPRO (5 punts)	Sí	5,00
TOTAL (fins a 100 punts)		100,00

proposta d'adjudicació	Puntuació
1- MICROPTIC, SL	100,00