

INFORME TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Havent procedit en data 2 de juliol de 2024 a l'obertura del sobre B del procediment CSAPG PN 2024/05 relatiu a la contractació del servei de manteniment de la ressonància magnètica de l'Hospital Residència Sant Camil (en endavant HRSC) del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG) es va fer entrega a la tècnic de referència de la documentació tècnica aportada al sobre B per l'empresa invitada per tal de procedir a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor, del que s'extreuen les següents conclusions.

El present informe es realitza un cop oberts els sobres A i B, estant encara pendent l'obertura del sobre C, amb la documentació tècnica avaluable de manera automàtica i la proposta econòmica.

1. Licitadors admesos a valorar

El licitador al que fa referència el present informe, en relació amb l'oferta que han presentat, és el següent:

- PHILIPS IBÉRICA, S.A.U. (en endavant **PHILIPS**)

2. Criteris de Valoració mitjançant judici de valor

Els criteris subjectius basats en judici de valor i apreciació tècnica, són els indicats en l'apartat H del Quadre de Característiques del concurs objecte d'aquest informe:

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS	Puntuació
Gestió d'incidències: descripció del sistema de comunicació d'aviso i forma de resposta enfront les incidències	15
Gestió documental: descripció del sistema emprat pel registre documental a compartir amb el CSAPG	15
TOTAL CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS	30

Per a la valoració de l'oferta del present concurs, s'ha tingut en compte la documentació aportada pel licitador admès, en el sobre B.

3. Valoració tècnica (màxim 30 punts)

3.1. Gestió d'incidències: descripció del sistema de comunicació d'aviso i forma de resposta enfront les incidències (màxim 15 punts)

PHILIPS presenta en la seva oferta l'operativa funcional amb un diagrama de flux i protocol pels avisos d'avaries no automàtics, els que es realitzen a través del personal del servei de diagnòstic per la imatge o els tècnics d'electromedicina. També inclouen una descripció detallada de cada nivell d'especialista.

Per aquests motius la puntuació d'aquest apartat (amb puntuació màxima de 15 punts), és la següent:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
PHILIPS	15 punts

3.1.1. Gestió documental: descripció del sistema emprat pel registre documental a compartir amb el CSAPG (màxim 15 punts)

En la seva oferta PHILIPS indica que en cada intervenció realitza Fulla de Reparació i Informe però es troba a faltar una mostra per veure'n el format.

Per altra banda, descriu el Philips Customer Portal que està sincronitzat amb el sistema intern ServiceMax per la gestió i control de totes les accions de manteniment.

Per aquests motius la puntuació d'aquest apartat (amb puntuació màxima de 15 punts), és la següent:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
PHILIPS	10 punts

En conclusió, la tècnic que subscriu el present informe considera que la puntuació relativa als criteris de valoració subjectes a judici de valor ha de ser la que segueix:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
PHILIPS	25 punts

Per tot l'exposat, la tècnic sota-signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.

Vilafranca del Penedès, a 3 de juliol de 2024

Sra. Marta Terrones Urpí
Cap d'Infraestructures i Serveis Generals
del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf