

**Expedient: T-SALUT 1/2024****ACTA D'ESMENA DE LA VALORACIÓ**

Al domicili de Tortosa Salut, S.L, a les 10:00 hores del dia 5 de juliol de 2024 reunit l'equip tècnic encarregat de la valoració de les propostes presentades per la contractació del **subministrament de consumible per a la neteja i esterilització del material utilitzat en el servei d'endoscòpia digestiva amb cessió d'un reprocessador d'endoscòpis per a Tortosa Salut, S.L.** mitjançant procediment obert simplificat abreujat regulat a l'apartat 6 de l'article 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Es procedeix a la anàlisi de les al·legacions presentades per la licitadora **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A.**, el passat dia 2 de juliol d'enguany, davant l'Ajuntament de Tortosa, administració pública en la que està adscrit l'òrgan de contractació.

En el seu escrit d'al·legacions, la licitadora posa de manifest que l'equipament proposat per la mercantil adjudicatària, **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, no compleix amb les característiques tècniques indicades en la clàusula cinquena del plec de prescripcions tècniques, concretament, amb les mides màximes i el pes previst en el reprocessador d'instruments endoscòpics.

D'acord a la citada clàusula, l'equipament havia de tenir les següents mesures màximes:

- *Dimensions: 700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm*
- *Pes: 75 kg*

Vistes les al·legacions i revisada la fitxa tècnica de la mercantil **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, podem comprovar que les dimensions que consten de l'equipament són les següents:

- *Dimensiones: prof. x an. x alt.: 63,8 x 87,5 x 109,6 cm [PUNTO N° 7 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS].*
- *Peso: 107 kg [PUNTO N° 8 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS].*

Atès que les mesures de l'equipament proposat per **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, no respecten les dimensions previstes en la clàusula cinquena del plec de prescripcions tècniques.

Atès que l'única oferta que quedaria admesa en el procediment seria la presentada per **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A.**,

Per tot l'anterior, l'equip de valoració proposa esmenar l'acta del dia 23 de maig de 2024, en els següents termes:

**Primer:** proposar l'exclusió de la oferta presentada per la mercantil **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, per l'incompliment de les característiques tècniques previstes en la clàusula cinquena del plec de prescripcions tècniques.

**Segon:** proposar l'adjudicació del contracte a la mercantil **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A.**, per un import de **28.800.-euros**, sense IVA.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 10:30 hores, es dona per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

Joaquim Colomé, Coordinador de Serveis Generals de Tortosa Salut , SL.

José Giné Gala, Metge Digestiu de Tortosa Salut, SL