

## Annex núm. 3

# MODEL D'OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

### A INCLOURE AL SOBRE ÚNIC

El Sr. .... amb residència a ..... carrer ..... núm. .... essent coneixedor de l'anunci publicat al ..... i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de ".....", es compromet en nom .....(propri o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les condicions següents:

Criteris avaluable automàticament:

- OFERTA ECONÒMICA:

CONCEPTE	PRESSUPOST MÀXIM (IVA exclòs)	PREU OFERT (IVA exclòs)	IVA (21%)	PREU TOTAL (IVA inclòs)
Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un "GLOVEBOX FOR PEROVSKITE SOLAR CELL SOLUTION PREPARATION" per al laboratori de l'ICFO	37.000,00 €			

**L'empresa que presenti una oferta amb un preu superior al preu de sortida de la licitació, quedarà automàticament exclosa del procediment.**

- ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:

CONCEPTE	OPCIONS (marcar només una en cada criteri)	X
1. Glovebox module with two gloves with mini antechamber and without main antechamber for perovskites solution formulations. Workspace dimensions not more than: 1200mm width x 900mm height x 725mm depth. Mini-antechamber dimensions at least 150mm diameter x 400mm length (5 points)	Yes	
	No	
2. The O <sub>2</sub> sensor must be calibrated on site (does not need to be sent back to the supplier's facilities) (5 points)	Yes	
	No	
3. The O <sub>2</sub> sensor must not be made of zirconium (5 points)	Yes	
	No, it is made of zirconium.	
4. Automatic pressure regulation: pressure regulation must be controlled by a bubbler which evacuates the overpressure. This safety valve must have the capacity to work with AND without oil (10 points)	Yes	
	No	
5. The system only needs a vacuum pump for the antechambers - the main chamber has to work without pump (10 points)	Yes	
	No	
6. The systems have to work without any pedal and pressure level must not be adjusted and/or controlled by the PLC. Everything needs to automatically work thanks to the bubbler (10 points)	Yes	
	No	

7. The glovebox must work without any chiller or exchanger (5 points)	Yes	
	No	
8. The PLC must be equipped with a specific option "hand insertion help working" which allows the user to insert the hands into the gloves easier (5 points)	Yes	
	No	
9. The PLC must be equipped with a specific option "tightness self-test" that enable to do a tightness test in less than 7 minutes (5 points)	Yes	
	No	
10. Delivery time from the PO issued by ICFO. The lower delivery time will be highly prioritized (10 points)	Delivery time of 10 weeks	
	Delivery time of 15 weeks	
	Delivery time of 20 weeks	

### **Ofertes amb valors anormals o desproporcionats**

Per detectar ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'aplicarà allò previst a l'article 149 de la LCSP. Essent el preu ofert un dels criteris objectius que serveixen de base per a l'adjudicació del contracte, es considerarà, en principi, que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats si excedeix en un 15% o més a la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes presentades. En cas que únicament concorrin dos licitadors, es considerarà que l'oferta presenta valors anormals o desproporcionats aquella oferta que sigui inferior en més d'un 20% a l'altra. En cas que únicament concorrin un licitador, es considerarà que l'oferta presenta valors anormals o desproporcionats si és inferior en més d'un 25% al pressupost de licitació.

Quan es detecti que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats, la Mesa de Contractació requerirà a les empreses que han presentat les ofertes per tal que, en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció del requeriment, justifiquin i desglossin de manera raonada i detallada el baix nivell del preu ofert o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s'hagi definit el valor anormal o desproporcionat de l'oferta, mitjançant la presentació de tota la informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.

Finalment, la Mesa de Contractació avaluarà tota la informació i documents proporcionada pel licitador en el termini atorgat a l'efecte, amb l'assessorament tècnic del servei corresponent i, elevarà a l'Òrgan de Contractació de forma motivada la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de l'oferta presentada.