

Núm. d'expedient:	CS/AH02/1101389202/24/PS
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert Simplificat (Art.159.6)
Objecte:	Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Resolució d'adjudicació

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/AH02/1101389202/24/PS mitjançant procediment obert abreujat.

Fonaments jurídics

Vista l'acta de la mesa per a la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules, classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació, adjuntat com a Annex I.

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la resolució del director gerent de l'ICS, de 4 de juliol de 2024, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries.

Resolc


Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge, la presentada per l'empresa GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L. amb CIF B-65152928, i per un import total de 18.000,00 € sense IVA i de 21.780,00 € amb IVA pels motius indicats en l'annex 1

Segon.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Quart.- Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'Hospitalet de Llobregat,



Dra. Cristina Capdevila Aguilera
Gerent de l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital de
Viladecans
A 9 de juliol de 2024

ANNEX I

- Informe valoració sobre 1
- Acta valoració informe sobre 2, classificació d'ofertes i proposta d'adjudicació.

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES

Número expedient: CS/AH02/1101389202/24/PS

Objecte: Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica la següent empresa:

- GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1 on consten les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment s'observa:

GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928, compleix amb totes les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment. (s'adjunta Annex I)

Per la valoració dels criteris subjectes a judici de valor no s'ha considerat necessària la presentació de mostra, atès que del producte presentat a la oferta feta per l'empresa licitadora ja en coneixem el model i les seves prestacions donat que disposem a l'Hospital d'exemplars de la mateixa butaca ofertada.

Per tant, es procedeix a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de l'empresa GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928, amb les puntuacions que apareixen a l'Annex II.

Joan Duran López
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge

Butaca elèctrica per a pacients hospitalitzats				
EMPRESA				
NIF				
Correu electrònic				
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.				
Definició				
Butaca elèctrica, per a pacient hospitalitzat, amb elevació, rodes, recolza braços, recolza caps i recolza peus.				
Prestacions tècniques i funcionals		Valoració / causa d'exclusió	GIVAS	
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses			JUSTIFICACIÓ	COMPLEX SI/NO
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:				
1	Estructura d'acer amb revestiment EPOXI.	SI	Estructura d'acer pintat amb Epoxy	SI
2	Estructura de descans amb un mínim de tres seccions	SI	Format per 3 seccions: respall, seient i reposapeus	SI
3	Moviment independent de respall i reposapeus mitjançant pistons de gas accionables mitjançant palanques.	SI	Moviment independent de respall i reposapeus mitjançant pistons de gas i accionats amb palanques en tots dos costats	SI
4	Comandament elèctric per elevació variable del seient	SI	Comandament elèctric per a regulació de l'alçada del seient	SI
5	Motor elèctric per elevació variable	SI	Conforme	SI
6	Bateria d'emergència	SI	Conforme	SI
7	Grau de protecció elèctrica IPX6	SI	Conforme	SI
8	Accionament manual de reclinació de respall i reposapeus	SI	Conforme	SI
9	Recolza braços regulables en alçada fins a nivell de seient. Extraïbles o escamotejables	SI	Conforme	SI
10	Recolza caps regulable en alçada.	SI	Conforme	SI
11	Reposapeus finals tipus cadira de rodes escamotejables i pivotant	SI	Conforme	SI
12	4 rodes diàmetre aprox. 125mm. Sistema de fre. Roda direccional i toves per no marcar el terra.	SI	4 Rods toves de 125mm de diàmetre, 2 d'elles amb fre simultani i una de les davanteres direccional.	SI
13	Tapisseria de vinil o similar, amb tractament ignífug, amb protecció antibacteriana (cal acreditar-ho)	SI	Teixit respall format per poliuretà espumós ignífug de densitat variable i anatòmica, classe 1	SI
14	Entapissat arrodonit, continu sense costures, sense forats i anatòmic.	SI	Teixit seient i respall amb multicapa coníferes i reple d'epuma viscoelàstica	SI
15	Material interior del reple de la tapisseria amb material elàstic.	SI	Conforme	SI
16	Agafador a la part posterior de la butaca per facilitar la mobilització	SI	Conforme	SI
17	Carrega màxima de 150 Kg o superior	SI	Fins a 175kg	SI
18	Alçada mínima del seient des del terra 55 cm o inferior	SI	Mínim 55cm	SI
19	Alçada màxima del seient des del terra 80 cm o superior	SI	Màxim 84 cm	SI
20	Longitud total màxima 175 cm en posició completament plana	SI	175cm	SI
21	Inclinació respall 160 graus o superior	SI	Des de 90 fins a 162º	SI
22	Inclinació reposapeus fins als 90º i pla respecte al seient	SI	Des de 90 fins alineació amb seient	SI
23	Amplada màxima del conjunt 85cm	SI	Amplada màxima 75cm	SI
24	Possibilitat d'ancorar Porta sèrums ambdós costats	SI	SI	SI
25	Accessoris configuració bàsica	SI	Conforme	SI
26	Incloure suport per penjar bossa de diàlisi	SI	Conforme	SI

Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

JOAN DURAN
LOPEZ - DNI
(TCAT)

Signat digitalment
per JOAN DURAN
LOPEZ - DNI
(TCAT)
Data: 2024.06.12
16:37:59 +02'00'

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 1)		GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.		
Valoració mostra	PUNTUACIÓ MÀXIMA	LLINDAR MÍNIM	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ SERVEI
B.1 Facilitat d'ús i maniobrabilitat.	10	5	La butaca incorpora un comandament elèctric per a la seva manipulació, el que fa que sigui fàcilment operable pel personal. Pel que fa a la maniobrabilitat, incorpora rodes toves per al seu desplaçament amb un sistema de frenat centralitzat que garanteix la seva immobilització.	10
B.2 Ergonomia, volum ocupat.	10	5	La butaca presenta una gran ergonomia, tant per al pacient, amb superfícies anatòmiques totalment ajustables que milloren l'ergonomia del pacient, com per al personal que l'opera. Inclouent aconament elèctric i pedals a ambdós costats. Pel que fa al volum ocupat, la butaca té unes cotes lleugerament inferiors a les requerides pel concurs, el que fa que acabi ocupant menys volum.	10
B.3 Facilitat de neteja, confort i robustesa	5	2,5	La butaca compta amb una superfície de repòs de tres zones ergonòmiques ajustables individualment i tapissades en vinil sense costures, manicobrades per una estructura d'acer amb recobriments d'ABS. Tot això fa que compleixi amb una bona robustesa, mantenint un gran confort per al pacient i facilitant la neteja al comptar amb superfícies plàstiques.	5
PUNTUACIÓ TOTAL	25	12,5		25

JOAN ESPRAN
LOPEZ- DNI
(ICAT)

Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospital de Llobregat

Criteris tècnics objectius				
Butaca elèctrica per a pacients hospitalitzats				
		GIVAS		
		PUNTUACIÓ	CONTESTAR:	
			resposta	Puntuació
CRITERIS TÈCNICS		10		
Condicions de manteniment en el període de garantia				
Servei tècnic i manteniment durant el període de garantia		4		3
Horaris d'atenció telefònica	0,5	horari	8:00 - 15:00 h	0,5
Temps de resposta	0,5	hores	24 h	0,5
Temps de reparació	0,5	hores	48 h	0,5
Temps d'entrega de recanvis	0,5	hores	48 h	0,5
Substitució en cas d'avaría	2	Definitiva/temporal/No	Temporal	1
Condicions de manteniment fora de garantia				
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia o exclusions		1		1
Cost de manteniment correctiu €/h. (sense IVA)		€/h (S/IVA)	75,00 €	
Cost desplaçament S/IVA	1	€/ (S/IVA)	30,00 €	1
Cost dietes S/IVA		€/ (S/IVA)	0,00 €	
Relació de recanvis principals valorats econòmicament (sense IVA)		5		5
Tapissaria raspallier	1	preu unitari S/IVA	150 €	1
Tapissaria seient	1	preu unitari S/IVA	90,00 €	1
Tapissaria reposapeus	1	preu unitari S/IVA	75,00 €	1
Bateria	0,5	preu unitari S/IVA	120,00 €	0,5
Centralita de control	0,5	preu unitari S/IVA	150,00 €	0,5
Comandament	0,5	preu unitari S/IVA	88,00 €	0,5
Motor columna d'elevació	0,5	preu unitari S/IVA	140,00 €	0,5
CRITERIS ECONÒMICS		65		65
Oferta econòmica	60	Import unitari S/IVA	2.000,00	60
Ampliació de garantia	5	anys totals de garantia	5	5
			PUNTUACIÓ TOTAL	74

QTT	Import total ofertat Sense IVA	Import total ofertat Amb IVA
9	18.000,00 €	21.780,00 €

Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES

Número expedient: CS/AH02/1101389202/24/PS

Objecte: Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'ha presentat a la licitació electrònica la següent empresa:

- GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA, SL amb CIF B65152928

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2 on consten els criteris automàtics, es procedeix a la valoració dels criteris avaluable mitjançant fórmula automàtica de l'empresa amb la puntuació que apareix al l'Annex I.

JOAN	Signat
DURAN	digitalment per
LOPEZ - DNI	JOAN DURAN
	LOPEZ - DNI
	(TCAT)
	Data: 2024.06.19
(TCAT)	07:55:17 +02'00'

Joan Duran López
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/AH02/1101389202/24/PS SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES ELÈCTRIQUES D'EXPLORACIÓ A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
Lot: 001
Partida: 000000
Empresa: B65152928 GIVAS EQUIPAMENT IBERICA, SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
140000035	Butaca " llitera d'exploració convertible, polivalent, de 3 cossos, d'alçada variable i moviment de trendelembourg amb accionament elèctric		9,000	2.420,000000 2.000,000000	21.780,00 18.000,00	21	AP4298		
				TOTAL AMB IVA:		21.780,00			
				TOTAL SENSE IVA:		18.000,00			

