

INFORME DE COMPLIMENT DELS CRITERIS MÍNIMS EXIGITS I ELS CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PEL SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP DE TRACTAMENT AMB ONES DE XOC PER GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM

OBJECTIU

Aquest informe té per objectiu fer una comprovació tècnica de compliment dels requisits mínims exigits als plecs i dels criteris tècnics avaluables objectivament de la licitació GPHV 1/24 per la compra d'un equip amb tractament d'ones de xoc.

Els licitadors que s'han presentat són:

- Corr Medical, SL
- DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL
- Prim, SA
- Storz Medical Italia SRL

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES EXIGIDES ALS PLECS

Revisades les característiques mínimes exigides als Plecs dels equips ofertats es constata el següent:

Característiques mínimes exigides				
Compleix /No compleix				
Aspectes mínims exigits a comprovar si es disposa	Corr Medical, SL	DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL	Prim, SA	Storz Medical Italia SRL
Equip de tractament amb ones de xoc focals, de baixa i mitja energia de generador electromagnètic o piezoelèctric	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Ha de permetre freqüències de funcionament de almenys fins a 8 Hz i que inclogui coixinets d'acoblament a diferents profunditats	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Ha de disposar de servei d'assistència tècnica no superior a 48 hores (dos dies laborables) per reparació o mitjançant substitució de l'equip per un d'igual característiques	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Ha de tenir incorporat un comptador de polsos fets	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix

Ha d'oferir densitats d'energia com a mínim entre 0,01 i 0,5 mJ/mm ²	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Ha de garantir explícitament un mínim de 2,000,000 de polsos per cada mànipul/aplicador	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Ha d'incorporar rodes de desplaçament, ja sigui integrades al propi equip o amb carro de transport accessori homologat	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix
Garantia mínima 2 anys	Compleix	Compleix	Compleix	Compleix

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PUNTUALBES OBJECTIVAMENT

Revisada la documentació tècnica aportada hi ha requisits tècnics puntuables que els licitadors afirmen disposar i no queden acreditats, són els següents:

- Corr Medical, SL declara que disposa:
 - **Es valorarà que l'equip ofertat tingui incorporats protocols de tractament i que aquests programes de tractament pregrabats per les patologies més comuns en rehabilitació, siguin disponibles des del propi equip.**

Els protocols es troben a una tablet que, si bé s'ofereix, és un accessori de l'equip i no va integrada al propi equip. La tablet necessita internet per comunicar-se amb l'equip a través d'una app o Webinar.
 - **Es valorarà que es puguin controlar tots els paràmetres de tractament tant des de l'equip com des del mànipul o sonda aplicador.**

Amb la documentació aportada no queda acreditat que des del mànipul es puguin controlar tots els paràmetres.
 - **L'equip permet l'ajustament de la intensitat, (densitat d'energia), que pugui ser regulada de forma precisa en intervals de 0.01**

S'ofereixen intervals per nivells però no amb intervals de 0,01.
- DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL declara que disposa:
 - **L'equip permet l'ajustament de la intensitat, (densitat d'energia), que pugui ser regulada de forma precisa en intervals de 0.01**

A la documentació aportada només s'especifica rang però no s'identifica el salt d'energia.

- Prim, SA declara que disposa:
 - **Es valorarà que es puguin controlar tots els paràmetres de tractament tant des de l'equip com des del mànipul o sonda aplicador.**

Des del mànipul només es permet obrir i tancar l'equip, no permet modificar i controlar tots els paràmetres.

- Storz Medical Italia SRL declara que disposa:
 - **Es valorarà la garantia de ones/polsos subministrades pel sistema ofertat sigui entre 4.000.000 i 5.000.000 d'ones/polsos**

Cada milió de polsos hi ha un canvi de bobina per la qual cosa no es pot garantir els polsos demanats sense intervenció i cost econòmic

- **Està inclosa formació reglada SETOC per la capacitació tècnica d'un facultatiu**

S'especifica que el formador que impartirà la formació disposa de la formació reglada SETOC. El que es demana és que s'oferti la formació reglada SETOC a un facultatiu de l'entitat perquè aquest disposi d'aquesta capacitació tècnica.

Dit això, s'adjunta taula resum amb les característiques que queden acreditades i no acreditades segons la documentació aportada:

Criteris avaluables objectivament	PUNTUACIÓ MÀXIMA	Corr Medical, SL	DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL	Prim, SA	Storz Medical Italia SRL
Es valorarà que l'equip ofertat tingui incorporats protocols de tractament i que aquests programes de tractament pregrabats per les patologies més comuns en rehabilitació, siguin disponibles des del propi equip.	9	0	9	9	9
Es valorarà la garantia de ones/polsos subministrades pel sistema ofertat sigui:	12	12	10	12	0

Més de 5.000.000 d'ones/polsos (12 punts)					
Entre 4.000.000 i 5.000.000 d'ones/polsos (10 punts)					
Menys de 4.000.000 d'ones/polsos (0 punts)					
Està inclosa formació reglada SETOC per la capacitació tècnica d'un facultatiu.	4	4	4	4	0
Equip compatible amb sondes desfocalitzades.	10	10	10	10	10
Es valorarà que el mànupul o aplicador sigui ergonòmic i el pes sigui inferior a 1 Kg.	1	1	1	1	1
Es valorarà que es puguin controlar tots els paràmetres de tractament tant des de l'equip com des del mànupul o sonda aplicador.	5	0	0	0	5
L'equip permet l'ajustament de la intensitat, (densitat d'energia), que pugui ser regulada de forma precisa en intervals de 0.01	7	0	0	7	7
Ampliació de la garantia en un any extra, a més dels dos anys mínims exigits (total de 3 anys)	3	3	3	3	3

OFERTA ECONÒMICA

L'oferta econòmica de l'empresa Prim, SA representa un descompte superior al 20% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades. Davant la possibilitat que l'oferta pogués ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa de contractació- en compliment de l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014- ha resolt l'obertura del tràmit d'audiència, notificant-li en data 16 de maig de 2024 per a que justifiqui la valoració de la seva oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix a l'estalvi que permet el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar el contracte

L'empresa Prim, SA ha respost al requeriment dins el termini i justificant la valoració de la seva oferta.

Referent als punts de valoració concrets esmentats a la justificació:

L'estalvi que permet el procediment de fabricació

Queda acreditada perquè disposa d'una xarxa pròpia de venda, beneficiant el els costos de la venda i distribució.

L'empresa disposa d'un contracte amb l'empresa fabricant de l'equip per tal de poder garantir una continuïtat del subministrament durant la vida del contracte.

Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables que disposi per a subministrar el producte

Queda acreditat que Prim SA disposa d'una infraestructura a nivell nacional acreditada i segueix una estratègia d'adequació i ampliació de magatzems per poder realitzar un volum de compra que millora els marges de benefici. Això afecta al pla de màrqueting amb els fabricants per poder ofertar preus especials per licitacions públiques.

Sembla raonable que tant per l'experiència indicada com per les certificacions aportades, la seva capacitat de planificació i execució del servei pugui assolir uns graus d'optimització molt elevats.

El fet de fer servir equips habituals i procediments estàndard compartits amb altres projectes permet, tal i com s'indica, una optimització de costos en la seva gestió.

Per tots els motius exposats es pot afirmar que l'oferta presentada per Prim, SA, ha exposat de forma raonable, coherent i detallada els motius que justifiquen el seu preu.

En base a tot l'exposat, considero que es pot inferir que l'oferta presentada per Prim, SA resulta viable i, per tant, no es troba en situació d'oferta anormalment baixa, per la qual proposo a l'òrgan de contractació la inclusió de la seva proposició econòmica a criteris avaluable de forma automàtica i pugui ser avaluada.

A continuació es detalla la valoració de les propostes econòmiques:

EMPRESA	PREU OFERTAT	PUNTUACIÓ
Prim, SA	14.900 €	49,00
DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL	20.500 €	39,20
Corr Medical, SL	21.000 €	38,33
Storz Medical Italia SRL	27.000 €	27,83

RESUM DE PUNTUACIONS


A continuació s'exposa el resum de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores que han presentat proposició, fruit de la valoració dels criteris automàtics:

Licitador	Econòmica	Tècnica	TOTAL
Prim, SA	49,00	46,00	95,00
DJO Ibérica Productos Ortopedicos, SL	39,20	37,00	76,20
Corr Medical, SL	38,33	30,00	68,33
Storz Medical Italia SRL	27,83	35,00	62,83

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Una vegada examinada les proposicions presentades pels diferents licitadors que han presentat oferta admesa, es proposa adjudicar l'expedient GPHV 1/24 per a la contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament mitjançant adquisició d'un equip de tractament amb ones de xoc, a la següent empresa:

- Prim, SA



Dra. Mercè Cerda Plubins

Cap de Servei de Medicina Física i Rehabilitació de

Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Valls, 18 de juny de 2024