

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: PPT

UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b

IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000000002461

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51

REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26

**SIGNATURES**

Román PUJOL: 19/04/2024 12:03

Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya

**PLECS TÈCNICS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE  
MANTENIMENT DEL SISTEMA AUTOMATITZAT DE DISPENSACIÓ DE  
MEDICAMENTS DE L'AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ  
TERRITORIAL – HOSPITAL DE CERDANYA**

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules  
NOM: PPT  
UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000002461  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
SIGNATURES  
Romain PUJOL: 19/04/2024 12:03  
Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya

## CLÀUSULES

### OBJECTE DEL CONTRACTE.

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte regular i definir l'abast i condicions de prestació, que hauran de regir la contractació del manteniment preventiu i correctiu dels equips indicats a l'apartat "RELACIÓ DE MÀQUINES INCLOSES" d'aquest plec de prescripcions tècniques.

La prestació del servei s'executarà conforme als requeriments i condicions que s'estipulen a aquest plec, així com a allò que s'indica als plecs de clàusules administratives particulars, de les quals se'n derivaran els drets i obligacions de les parts contractants.

L'AECT-Hospital Cerdanya disposa d'un sistema automatitzat de dispensació de medicaments Omnicell® G4.

Aquest sistema està ubicat al servei d'urgències i facilita tant la reposició com la dispensació controlada dels productes farmacològics necessaris per l'activitat diària d'aquest servei.

### RELACIÓ DE MÀQUINES INCLOSES

El sistema esta instal·lat des de l'any 2013 i esta integrat a la plataforma Silicon Next Gen, els productes relacionats d'aquest contracte son els següents:

Denominación	Nº Serie
SERVIDOR CPC RACK/SOBREMESA	D710R285
ARMARIO PRINCIPAL URG 2 COLUM, TACTIL G4 URGENCIAS	99755

### CONDICIONS GENERALS

Els licitadors hauran de detallar amb claredat en la seva documentació tecnica tots els aspectes requerits en aquest PPT respecte a les condicions de manteniment preventiu i correctiu dels productes relacionats prèviament, així com els temps de resposta i possibles costos associats a dita activitat.

L'abast del servei de manteniment a prestar per l'empresa licitadora amb relació als equips descrits anteriorment ha d'incloure els conceptes següents:

- Comunicació de possibles incidències i avisos d'avaria al Call Center 24h/365d
- Possibilitat d'assistència via remota per part del SAT 24h/365d
- 3 Revisions preventives anuals planificades en calendari a inicis de l'any



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Plec de clàusules  
**NOM:** PPT  
**UNITAT:** Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
**IDENTIFICADOR:** ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000002461  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
**REGISTRE D'ENTRADA:** E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
**SIGNATURES**  
**Romain PUJOL:** 19/04/2024 12:03  
**Sistema o aplicació de prova:** 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment del sistema automatitzat de dispensació de medicaments de l'Hospital de Cerdanya**

- Totes les actuacions correctives, recanvis i costos de desplaçament inclosos

### **PRESTACIONS DEL CONTRACTE**

El abast del servei tendrà tots els efectes d'un contracte de manteniment integral a tot risc i inclourà la reparació o substitució, si cal, de qualsevol component que presenti defecte, així com els recanvis, mà d'obra, desplaçaments, dietes i altres costos propis de l'adjudicatari.

L'adjudicatari garantirà que tots els treballs de manteniment seran efectuats per personal especialitzat de la empresa. Aquest personal tindrà accés a els equips a fi de fer el servei.

L'adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que es desenvolupin i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per l'hospital o per tercers, d'omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes a l'execució del contracte. A aquest efecte, és responsabilitat de l'adjudicatari disposar de les eines i accessoris necessaris per realitzar el manteniment, així com proporcionar a el seu personal els equips de protecció que siguin necessaris per complir la normativa en seguretat i higiene a la feina. Els materials emprats en les reparacions hauran de ser idèntics a marca i model a els prèviament instal·lats. En cas contrari, l'adjudicatari haurà de fer sol·licitud de canvi de material, justificant les raons que van motivar dit canvi i aquest material haurà de complir amb les especificacions del fabricant.

Si el servei tècnic de l'adjudicatari determinés que qualsevol incidència ha estat provocada per causes no atribuïbles als equips, sinó al mal ús d'aquests, informés l'hospital d'aquesta circumstància i no tindrà obligació de resoldre-la, excepte previ acord entre les parts .

### **MANTENIMENTS**

#### **AVISOS D'AVARIA AL CALL CENTER I ASSISTÈNCIA REMOTA.**

L'AECT-HC , posarà a disposició del licitador una passarel·la de comunicació via VPN per la possible connexió via remota i si escau la resolució de problemes que puguin ser solucionats per aquest medi.

El servei biomèdic del centre oferirà col·laboració física des del centre per afavorir a aquesta resolució de possibles avaries.

### **MANTENIMENT PREVENTIU**

L'adjudicatari es compromet a prestar serveis de manteniment preventiu que permetin garantir el bon funcionament dels equips en condicions normals de seguretat i utilització.

El manteniment preventiu inclou:

- La mà d'obra (de dilluns a divendres, de 08.00 a 18.00).
- Dietes i desplaçaments
- El subministrament dels productes de manteniment (Consumibles/fungibles)
- L'emissió d'un comunicat detallat amb la llista dels controls realitzats (gamma).

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules  
NOM: PPT  
UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000000002461  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
SIGNATURES  
Romain PUJOL: 19/04/2024 12:03  
Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya**

Es planificaran les revisions preventives en dies feiners i dins una jornada laboral. L'empresa licitadora contactarà amb l'hospital a inicis d'any, a fi de planificar les dates adequades per poder dur a terme aquelles tasques tècniques necessàries per comprovar el funcionament dels equips instal·lats.

**El nombre de visites preventives contemplat per al present període contractual és de 3 visites anuals per a cadascun dels equips.**

L'empresa licitadora haurà de descriure i/o relacionar el conjunt d'actuacions realitzades durant les revisions preventives als diferents tipus d'equips, les quals han d'estar definides a la documentació tècnica del fabricant.

**REVISIÓ PREVENTIVA DE L'ARMARI AUTOMATITZADA:**

En el manteniment preventiu inclourà de forma obligatòria totes les operacions recomanades pel fabricant i en tot cas:

- Procés apagat/encès del equip ,
- Neteja de ventiladors i filtres, CPU i pantalla tàctil,
- Revisió de components mecànics: estat armazón armari, panells de flexiplass, exterior pantalla tàctil i teclat armari, forrellats d'obertura manual de portes, calaixos i caixetins, milers de lliscament de modulo cateteres i de calaixos, imants i plaques metàl·liques per atracció de les portes.

**MANTENIMENT PREVENTIU DE SERVIDOR INFORMÀTIC:**

Es realitzaran tasques de manteniment preventiu en mode remot sobre servidor Omnicell i es comprovarà el funcionament del servidor i es monitoritzarà i analitzarà la seva activitat (aplicacions i serveis), folis registrats, nivell d'incidències per dispositius, ocupació d'HD, etc.

Es realitzaran com mínim 3 revisions preventives anuals, que inclouran:

- Procés de apagat/encès del equip
- Neteja de components de CPU
- Revisió del sistema: aplicació consola d'usuari, aplicació I/O server, aplicació monitorització fallades, aplicació accés remot, administrador de tasques, canvi d'usuari, comprovació funcionament del procés de backup i comprovació d'espai en disc.
- Revisió comunicacions: comunicació amb els armans i comprovació funcionament interfícies.

**INTERVENCIÓ CORRECTIVES**

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: PPT

UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b

IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000002461

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51

REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26

SIGNATURES

Román PUJOL: 19/04/2024 12:03

Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya**

Formaran part del manteniment correctiu totes les reparacions, substitucions i reposicions d'accessoris i consumibles (si n'hi ha) causades pel normal ús i desgast dels equips o per fallades en la seva fabricació o instal·lació.

Els serveis de reparació s'efectuaran prèvia petició de l'hospital, el qual es compromet a la notificació immediata de les avaries o qualsevol altra eventualitat que pugui sorgir a les màquines o instal·lacions durant el seu funcionament.

El servei de manteniment correctiu inclourà el cost del temps emprat pels tècnics, les despeses de desplaçament, el cost de tots els treballs i les peces de recanvi necessàries per a aquest manteniment.

Quan calgui dur a terme una actuació correctiva presencial davant la impossibilitat de resolució telefònica o remota, l'empresa licitadora planificarà una visita "in situ" en el termini de 24 hores en dies laborables per a resolució de la incidència

**INFORMES D'ACTUACIÓ**

Al final de cada visita d'actuació presencial, El SAT completarà un informe d'actuació, on indicarà el nom del tècnic, la data, les hores treballades, el motiu de l'actuació, la naturalesa de les anomalies trobades, la naturalesa del treball efectuat i de les peces revisades i/o substituïdes si és el cas, i eventualment qualsevol observació d'utilitat futura.

Aquest informe d'actuació es complementarà en un dispositiu digital i se signarà pel client i pel tècnic del SAT, un cop signat es farà arribar a client via correu electrònic.

**MANTENIMENT TECNICO LEGAL**

S'entén com a totes les operacions de manteniment que siguin exigibles per organismes comunitaris, estatals i/o autonòmics. Les despeses que es deriven com a conseqüència del compliment de dites obligacions correran per compte de l'adjudicatari.

En cas de canvis normatius que tinguin lloc durant la vigència del contracte que obliguin a la modificació del programa de manteniment tecnico-legal, l'adjudicatari ha de comunicar-ho amb antelació a l'hospital i adequar el seu programa de manteniment sense cas adicional per a l'hospital, en una plaça màxima d'acord amb l'establert al canvi legal o al seu defecte a 1 mes.

**ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI**

L'adjudicatari inclourà, sense càrrec adicional, aquelles actualitzacions o pegats de programari que surtin al mercat, durant la vigència del contracte, com a evolució de la versió de programari inicialment instal·lat.

**OBLIGAT COMPLIMENT**

L'empresa licitadora ha de presentar amb la seva oferta la següent documentació :

- Certificació de la capacitat tècnica i formativa del personal tècnic que assistirà a les revisions i actuacions dintre del centre.
- Certificació de la capacitat d'oferir materials de recanvi i subministrament de peces de reparació així com les actualitzacions de software que requereixi el sistema.

➤ **L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX 3 : QUALITAT DE SERVEI**

**RISCOS PER A LA SEGURETAT DEL PERSONAL I ELS EQUIPS**



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Plec de clàusules  
**NOM:** PPT  
**UNITAT:** Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
**IDENTIFICADOR:** ES\_XXXXXXXXX\_2024\_00000000000000000000000000002461  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
**REGISTRE D'ENTRADA:** E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
**SIGNATURES**  
**Romain PUJOL:** 19/04/2024 12:03  
**Sistema o aplicació de prova:** 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment del sistema automatitzat de dispensació de medicaments de l'Hospital de Cerdanya**

Si fos necessari procedir a la reparació o substitució de peces que puguin comportar riscos per a la seguretat del personal i els equips, l'adjudicatari intervindrà immediatament per realitzar tots els treballs necessaris per al bon funcionament, i l'hospital així ho accepta expressament.

Si aquests subministraments o prestacions excepcionals es deuen a una mala utilització, un cop o un manteniment inadequat, seran objecte d'un pressupost que haurà de ser signat per l'hospital o pel seu representant.

**SISENA. QUALITAT DE SERVEI**

Aquest contracte podrà ser rescindit per part de l'HC en cas de manca de qualitat en el subministrament o incompliment del manteniment i dels terminis de reparació i substitució, sense que l'adjudicatari tingui dret a percebre cap compensació.

**SETENA. GESTIÓ DE RESIDUS.**

L'adjudicatari es farà càrrec, sense cap cost per a l'hospital, de la gestió dels residus que puguin generar els equips, ja sigui per avaria com per finalització de la seva vida útil o desgast dels seus components, conforme al Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

**VUITENA. SEGURETAT I SALUT.**

L'adjudicatari haurà de garantir la seguretat en el treball dels seus treballadors, motiu pel qual caldrà que doti a tot el personal dels Equips de Protecció Individual i Col·lectiva que siguin necessaris. S'adjunta un annex específic de Coordinació d'Activitats Empresarials.

➤ **L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX 1: COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS**

**PRESSUPOST.**

<b>Valor anual estimat del contracte ANY 1: Manteniment Integral anual</b>	<b>5 040,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>5 040,00 €</b>
<b>Import màxim de licitació per a 5 anys :</b>	<b>25 200,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>25 200,00 €</b>
<b>Import possibles pròrrogues:</b>	<b>0 €</b> <b>No aplica</b>
<b>Facturació possibles modificacions – fins a 5%/any :</b>	<b>1 260 €</b>
<b>Valor estimat total del contracte:</b>	
<b>Total</b>	<b>26 460,00 €</b>

➤ **L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX 2 : OFERTA ECONOMICA**

**PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.**

- a) **Durada del contracte:** la durada del contracte s'estableix en cinc anys
- b) **Possibilitat de pròrroga:** No

**DOCUMENTS**

TIPIUS: Plec de clàusules

NOM: PPT

UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b

IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000000000002461

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51

REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26

**SIGNATURES**

Román PUJOL: 19/04/2024 12:03

Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya

**FACTURACIÓ.**

L'adjudicatari emetrà una factura anual. El pagament es fera a 30 dies mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura per part de l'adjudicatari.

**DESENA. ASSEGURANÇA**

L'adjudicatari declara tenir una pòlissa de responsabilitat civil d'import no inferior a 250.000 €.

**ONZENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme exclusivament a partir de la seva oferta econòmica de la licitació.

En compliment del que disposa l'apartat 2 de l'article 152 del TRLCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les presentades.

Finalment, als licitadors no exclosos se'ls assignarà la puntuació que resulti de la fórmula següent:

$$Px = \frac{Oe * 100}{Ox}$$

On:

Px: puntuació oferta valorada

Oe: oferta més econòmica ponderada, excloses les anormals o desproporcionades, si hi són.

Ox: oferta valorada ponderada (sense IVA)

**DOTZENA. LEGISLACIÓ D'APLICACIÓ.**

Amb caràcter general serà d'aplicació el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com tota la normativa d'aplicació que la desenvolupi.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** PPT**UNITAT:** Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b**IDENTIFICADOR:** ES\_XXXXXXXXX\_2024\_00000000000000000000000002461**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51**REGISTRE D'ENTRADA:** E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26**SIGNATURES****Romain PUJOL:** 19/04/2024 12:03**Sistema o aplicació de prova:** 19/04/2024 12:26

Expedient AECT HC 2024 Servei de  
manteniment del sistema  
automatitzat de dispensació de medicaments  
de l'Hospital de Cerdanya

## **ANNEX 1. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS**







**DOCUMENTS**  
TIPIUS: Plec de clàusules  
NOM: PPT  
UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000002461  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
SIGNATURES  
Romain PUJOL: 19/04/2024 12:03  
Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment del sistema automatitzat de dispensació de medicaments de l'Hospital de Cerdanya**

Aquesta normativa interna per a empreses subcontractades s'adjunta per tal de donar compliment a la llei 31/95 i al Reial Decret 171/04, a la qual es desenvolupa l'article 24 de coordinació d'activitats empresarials. També s'adjunta un tríptic informatiu d'actuació en cas d'emergències en el nostre centre.

**ASPECTES GENERALS**

- Es prohibeix l'ús de qualsevol equip, instal·lació o substància de l'Hospital de Cerdanya sense permís previ.
- Quan l'activitat o servei a realitzar comporti molèsties pel personal o usuaris de l'Hospital de Cerdanya, es requerirà el vistiplau del responsable del centre.
- Cal seguir les instruccions rebudes pel responsable del centre de treball respecte de les condicions de realització de les activitats per reduir les molèsties i els riscos a usuaris i treballadors
- No es pot fumar, menjar, ni beure a les zones de treball. Cal utilitzar els espais senyalitzats.
- No cridar ni córrer per l'interior de les instal·lacions per evitar transmetre falses alarmes a la resta de personal.
- És obligatori seguir les normes de seguretat sobre riscos laborals que us faciliti la vostra empresa (ús d'equips de protecció individual, etc.)

**INFORMACIÓ PRÈVIA AL TREBALL**

- El personal de l'empresa contractada haurà d'identificar els extintors més propers així com els recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència de la zona on realitzarà els treballs.
- No accedir a les instal·lacions ni iniciar cap treball, sense previ avís al responsable del centre.
- No manipular ni utilitzar cap envàs, producte químic o agent biològic que no estigui correctament identificat.
- Abans de manipular o utilitzar qualsevol aparell, producte químic o agent biològic dels centres de Hospital de Cerdanya , informeu- vos dels riscos que puguin ocasionar, de com evitar- los i del protocol de treball establert per al seu ús.
- En el cas d'obres de Construcció, cap treball podrà començar-se sense comptar amb el Pla de seguretat i Salut en el treball tal com estableix el Reial Decret 1627/1997

**SEGURETAT**

- Mantenir l'ordre i neteja en l'ocupació d'espais senyalitzant la seva presència i delimitant l'accés si fos necessari.
- En el cas de necessitar treballar en una àrea d'aïllament, consultar a la responsable dels EPIS a utilitzar.
- En finalitzar els treballs contractats i abans d'abandonar el Centre de Treball caldrà restituir les condicions inicials d'ordre i neteja dels espais emprats.
- Els vehicles i maquinària que hagin de ser emprats dins de les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya, donaran compliment a la legislació actual corresponent o segons les disposicions del RD1215/1997, i alhora estaran en perfectes condicions de manteniment.
- Respectar els senyals de seguretat.
- No anul·lar ni ocasionar desperfectes als sistemes, aparells i equips de protecció del centres de Hospital de Cerdanya.
- Complir totes les recomanacions i normes de seguretat donades pel personal de Hospital de Cerdanya.



**DOCUMENTS**  
TIPIUS: Plec de clàusules  
NOM: PPT  
UNITAT: Unitat d'enginyeria biomèdica i projectes  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 649efabf-e7b5-4932-bdc6-53092e821f7b  
IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_000000000000000000000000002461  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: 0005-0107/2024 - 19/04/2024 12:51  
REGISTRE D'ENTRADA: E/0000066-2024 - 19/04/2024 12:26  
SIGNATURES  
Román PUJOL: 19/04/2024 12:03  
Sistema o aplicació de prova: 19/04/2024 12:26



**Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment del sistema automatitzat de dispensació de medicaments de l'Hospital de Cerdanya**

- Senyalitzar les situacions de risc per a advertir-les als treballadors de l'Hospital de Cerdanya i als usuaris i comunicar-les a la Direcció de Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya.
- Mantenir les vies d'evacuació i els equips de protecció contra incendis (mànegues, extintors...) lliures d'obstacles i en condicions d'ésser utilitzats.
- Assegurar les botelles de gasos líquids a pressió contra caigudes i xocs.

#### ZONES D'ACCÉS RESTRINGIT

- Només s'accedirà a aquelles instal·lacions i espais en els quals s'hagi de realitzar l'activitat o servei contractat. NO s'accedirà a les zones d'accés restringit sense autorització expressa.
- En els espais en que es troba l'escomesa elèctrica, les estacions de distribució, els equips radiològics i les sales de calderes o similars, no hi podran romandre persones no autoritzades.
- Durant els treballs de manteniment, senyalitzar correctament les zones en què s'està treballant i delimitar-les amb tanques, barreres o cintes que restringeixin l'accés de treballadors de Hospital de Cerdanya i usuaris.
- Demanar un permís especial o autorització per efectuar els següents treballs: treballs amb risc d'incendi (soldadures, talls amb radial...), entrada en espais confinats, obertures de canonades que hagin contingut substàncies tòxiques i/o inflamables o que treballen sota pressió, espais d'ús especial d'aïllament (quiròfans, etc...)

#### RESIDUS

- Els residus generats per l'activitat desenvolupada per l'empresa subcontractada seran retirats per aquesta mateixa empresa i es segregaran d'acord amb les indicacions del personal de Manteniment i Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya ..
- Resta prohibit l'abocament de qualsevol residu químic a la xarxa de clavegueram.
- En els centres de treball de l'Hospital de Cerdanya existeixen residus sanitaris amb risc de contaminació per contacte. La manipulació d'aquest residu es limitarà al personal autoritzat per a la seva recollida, que adoptarà les mesures de protecció adients.

#### MESURES DE PRECAUCIÓ GENERALS PER A LA MANIPULACIÓ DE RESIDUS

- Utilitzar recipients adequats per a cada tipus de material
- No arrossegat les bosses de residu ni els recipients pel terra.
- Utilitzar contenidors o mitjans de transport a l'interior del centre pel trasllat dels residus.

#### ACCIDENTS I INCIDENTS

- El personal de l'empresa contractada haurà d'informar immediatament a l'interlocutor de Serveis Generals o Manteniment de qualsevol situació de risc que pugui ésser causa d'accident o incident, de qualsevol anomalia dels mitjans de protecció contra incendis que es produeixi així com dels accidents o incidents dels que siguin testimonis.

#### ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

- A tots els espais de l'Hospital de Cerdanya estan previstes unes mesures d'actuació en cas d'emergència. **NO ACTUÏ MAI SOL.**
- Davant qualsevol situació no esmentada anteriorment, consulteu amb la persona de referència de l'Hospital de Cerdanya a la Direcció de Serveis Generals.
- S'adjunta plànol general tipus amb instruccions d'actuació en cas d'emergència.