

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN BIOREACTOR PEL CULTIU EN PERFUSIÓ D'ERITROBLASTS PEL AL BANC DE SANG I TEIXITS DE CATALUNYA

Expedient: CS/1000/1100006127/24/PS

El passat dia 14 de juny de 2024 es va publicar l'anunci de licitació per la contractació del subministrament d'un bioreactor pel cultiu en perfusió d'eritroblasts per al Banc de Sang i Teixits de Catalunya amb el codi d'expedient **CS/1000/1100006127/24/PS**

En aquest concurs, únicament ha presentat oferta una empresa. L'empresa que ha presentat oferta es: APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES, S.L. amb el CIF B67952028

La comprovació tècnica ha estat realitzada tenint en compte els requisits tècnics d'obligat compliment dels diferents equips, establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques. La valoració està basada en els criteris subjectius ja establerts en el Plec de Clàusules Administratives.

El dimecres 03 de Juliol de 2024 a les 09:00h es va procedir a l'obertura del sobre B de l'empresa APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES, S.L. Un cop fetes les comprovacions pertinents, es confirma que la documentació aportada en aquest sobre es correcte, es procedeix a el anàlisis de l'oferta tècnica aplicant els criteris subjectius que es descriuen en l'annex 7 del PCAP. Son els següents;

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR 25 PUNTS

1. Memòria tècnica: Fins a 15 punts

Es valorarà a través de la memòria descriptiva les característiques i les condicions descrites de l'equipament i els seus elements amb un màxim de **15 punts**.

- 0,0 punts: si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son coherents o viables.
- 5,0 punts: per a una documentació limitada o genèrica.
- 10,0 punts: per a una documentació complerta i adequada a les característiques i condicions de l'equipament i els seus elements.
- 15,0 punts: Memòria descrita de manera molt entenedora, exhaustiva, plenament adaptada a les característiques i condicions de l'equipament i els seus elements.

2. condicions i característiques de la formació que l'adjudicatari proporcionarà: Fins a 9 punts

Es valorarà a través de la memòria o el document que el licitador aporti en el sobre B les condicions i les característiques descrites referents a la formació

que l'empresa proporcionarà, detallant la programació, el nombre d'hores, qui l'efectuarà, els mitjans materials que aportarà (documentació , dossiers), formació presencial, grau d'implicació per dubtes, un cop adjudicat el contracte amb un màxim de **9 punts**.

3. Millores Fins a 1 punt

Es valorarà les prestacions addicionals de les que figuren definides en el plec de prescripcions tècniques (PPT), s'ha de tindre en compte que aquestes millores no poden alterar la naturalesa de les prestacions definides al PPT ni al objecte del contracte.

LES OFERTES QUE NO ASOLEIXIN LA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 10 PUNTS EN AQUEST APARTAT QUEDARAN EXCLOSES PER NO ASSOLIR LA QUALITAT I FUNCIONALITAT MÍNIMA REQUERIDA

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada



AVALUACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS (Max 25 punts)

Bioreactor pel cultiu en perfusió d'eritroblasts

Empresa: APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES, S.L

1. Memòria tècnica (fins a 15 punts)

- 0,0 punts: si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son coherents o viables.
- 5,0 punts: per a una documentació limitada o genèrica.
- 10,0 punts: per a una documentació complerta i adequada a les característiques i condicions de l'equipament i els seus elements.
- 15,0 punts: Memòria descrita de manera molt entenedora, exhaustiva, plenament adaptada a les característiques i condicions de l'equipament i els seus elements. característiques i condicions del equipament y els seus elements.

Avaluació.

La memòria tècnica presentada es complerta, detallada i coherent. Descriu les característiques i condicions del seu equip Bioreactor Minibio 500ml, i les seves especificacions tècniques, components i funcionalitats avançades.

La documentació inclou detalls sobre la modularitat del sistema, la seva compatibilitat amb bioreactors autoclavables, així com les especificacions tècniques del controlador, sensors, actuadors i software de control i monitorització.

Tot i així la memòria podria ser més complerta a nivell tècnic, doncs no inclou model 3D, especejament, ni detall d'instal·lacions associades.

Puntuació: **10 punts.**

2. Condicions i característiques de la formació que l'adjudicatari proporcionarà: Fins a 9 punts

Es valorarà a través de la memòria o el document que el licitador porti en el sobre B les condicions i les característiques descrites referents a la formació que l'empresa proporcionarà, detallant la programació, el nombre d'hores, qui l'efectuarà, els mitjans materials que aportarà (documentació, dossiers), formació presencial, grau d'implicació per dubtes, un cop adjudicat el contracte amb un màxim de 9 punts.



Avaluació.

La formació cobreix els aspectes necessaris per a l'ús correcte i el funcionament del bioreactor, des del muntatge i cal·libració dels components fins al us avançat del software de monitorització i control. La inclusió d'un tutorial interactiu i la possibilitat de accés remot augmenten el valor i l'eficàcia de la formació i cobreix les necessitats del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, per capacitar al personal en la utilització del bioreactor i dels seus sistemes associats.

No obstant la memòria de formació no inclou el nombre d'hores destinades a tal formació, tampoc el nom del formador i si la formació serà presencial o en remot i alguns altres requisits indicats en els criteris de valoració.

Puntuació: **5 punts.**

3. Millores Fins a 1 punt

Es valorarà les prestacions addicionals de les que figuren definides en el plec de prescripcions tècniques (PPT), s'ha de tindre en compte que aquestes millores no poden alterar la naturalesa de les prestacions definides al PPT ni a l'objecte del contracte.

Avaluació:

- L'oferta inclou una sèrie de millores significatives que no alteren la naturalesa de les prestacions definides en el PPT, i afegeixen valor.
 - o La inclusió d'un "Check-list" detallat pel manteniment preventiu assegura que totes les tasques de manteniment es realitzin de manera sistemàtica i exhaustiva, la qual ajuda a perllongar la vida útil de l'equip i a mantenir el seu rendiment òptim.
 - o La disponibilitat d'un model de MiniBio 500 de back-up en cas d'avaría garanteix que no hi hagi interrupcions en els processos crítics, oferint una solució immediata en situacions d'emergència.

Les millores proposades són rellevants i beneficioses, proporcionant valor afegit significatiu i assegurant la continuïtat operativa del bioreactor.

Puntuació: **1 punt**



TOTAL VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS

Aplitech Biolab = **16 punts**

S'adjunta com annex I al present informe de valoració de criteris subjectius l'informe amb les puntuacions un cop aplicada la fórmula descrita en els criteris.

Informes Resumits**Concurs:** CS/1000/1100006127/24/PS SUBMINISTRAMENT BIOREACTOR AMB PERFUSIÓ**Lot:** 001**Partida:** 000000**Article:** 40007479 Biorreactor amb perfusió **Preu Sortida:** 78.099,170000 **Quantitat:** 1,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
Aplitech Biolab	04.Z4MMY0500C	0,000000	B	MEMÒRIA TÈCNICA:	15,00	0,00	25,00	21
LifeScience Te		0,000000		FORMACIÓ:	9,00	0,00		
				MILLORES:	1,00			
				TOTALPT:	25,00			