

PLEC DE CONDICIONS TÈCNQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT DE REHABILITACIÓ I AVALUACIÓ CLÍNICA PER A MEMBRE SUPERIOR I INFERIOR PER AL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE NUMÀNCIA DE LA GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I A LA COMUNITAT BARCELONA LITORAL-ESQUERRA, DE L'ICS



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 05/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00TG0JUNUHTXHY7LBUHEFL5EPDT3QXTM

Data creació còpia:
11/07/2024 12:29:43

Pàgina 1 de 7

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la Contractació
2. Relació codi d'article, quantitat i equip assistencial peticionari inclòs (annex A)
3. Documentació tècnica sobre únic:
 - 3.1 Fitxa característiques tècniques (annex B)
 - 3.2 Fitxa tècnica del producte (annex C)
 - 3.3 Memòria tècnica
 - 3.4 Document descriptiu servei tècnic
 - 3.5 Resta de documentació
4. Condicions de garantia, integració a la xarxa informàtica, reposició i formació
 - 4.1 Termini, inici i conceptes de garantia
 - 4.2 Actualitzacions dels programaris dels equips
 - 4.3 Reposició
 - 4.4 Formació
5. Documentació tècnica complementària
6. Condicions de muntatge i instal·lacions

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 05/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00TG0JUNUHTX7LBUHEFL5EPDT3QXTM

Data creació còpia:
11/07/2024 12:29:43

Pàgina 2 de 7

1. Objecte de la contractació

L'objecte del present plec de condicions tècniques és el Subministrament d'un sistema automatitzat de rehabilitació i avaluació clínica per a membre superior i inferior per al servei de rehabilitació de Numància de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerre, en l'àmbit i l'abast que s'indica en el aquest plec de prescripcions tècniques.

2. Relació codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris (Annex A)

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerre, d'un sistema automatitzat de rehabilitació i avaluació clínica per a membre superior i inferior relacionats a l'Annex A, amb el detall del codi d'article i equip assistencial peticionari als qual anirà ubicat.

Tots els articles oferts han de ser nous, no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

3. Documentació tècnica sobre únic:

3.1 Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de licitació (Annex B) Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en els documents anomenats "Fitxes característiques tècniques" (Annex B).

A la Fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració, si s'escau.

La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal que el licitador acrediti el compliment de les característiques requerides indicant per cadascuna de les característiques tècniques requerides les dades següents:

1. En la columna "**És causa d'exclusió**", s'indica si les característiques són d'obligat compliment, es concreta l'obligatorietat o no d'aquest.
2. En la columna "**Índex documental**", haurà d'especificar la ubicació exacta a la documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc.) del producte ofert.

Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l'indexat on consten les acreditacions del compliment de les característiques requerides **no seran valorades i seran desestimades.**

3.2 Fitxa tècnica del producte (Annex C) Caldrà especificar resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les característiques demanades per a cada punt a la Fitxa tècnica del producte (Annex C), la imatge haurà de correspondre amb el material ofert.

Per a cada equip/article al qual es licita, la documentació a presentar serà en format digital, mitjançant la Plataforma de Contractació, sobre digital 2.0 .



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 05/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00TG0JUNUHTXHY7LBUHEFL5EPDT3QXTM

Data creació còpia:
11/07/2024 12:29:43

Pàgina 3 de 7

La fitxes tècniques, annexos B i C, caldrà presentar-les degudament amb signatura digital.

3.3 Memòria tècnica de cadascun dels articles, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.

3.4 Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles oferts.

3.5 Restant documentació:

- Condicions de muntatge, instal·lació i altres dels productes.
- El proveïdor proporcionarà totes les certificacions que acreditin el compliment de la normativa i seguretat aplicables segons les directives vigents del material ofert.
- Certificació que el producte ofert compleix tots els requeriments legals sobre compatibilitat electromagnètica
- Certificació de compliment del producte de la legislació relativa a productes sanitaris (RD. 1591/2009)
- Document de compromís on consti el període de garantia de l'equip ofert per l'empresa licitadora.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües ensementades, en cas contrari, seran desestimades.

4. Condicions de garantia, integració a la xarxa informàtica, reposició i formació

4.1 El termini de garantia serà com a **mínim de 2 anys**, a comptar des de la signatura de l'acta de recepció i posta en marxa de l'equip per part del/la responsable del servei. La garantia també inclourà els accessoris i les diferents parts del producte.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) els següents punts:

1. Substitució de l'equip i material, quan aquests presentin vicis o defectes visibles i/o ocults, materials o de funcionament.
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses
3. El manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.

Cal descriure detalladament el nombre d'actuacions i continguts del manteniment preventiu.

Així mateix, cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 05/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00TG0JUNUHTXY7LBUHEFL5EPDT3QXTM

Data creació còpia:
11/07/2024 12:29:43

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- El temps de resposta, amb presència física, que haurà d'ésser en un màxim de 24 hores
- El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d'ésser en un màxim de 72 hores
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

4.2 Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, cas que l'equip suporti un programari, mantenir-los actualitzats durant el període de garantia, així com a posteriori si es contractés el manteniment de l'equip amb aquesta mateixa entitat.

4.3 Reposició

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, a comptar de la data de signatura de l'acta de recepció de l'equip.

L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

4.4 Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). Els cursos inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal d'electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursos i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

5. Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà:

- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'averies.





- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- Si es tracta d'un equip que té instal·lació prèvia, requereix obra o connexions especials, cal manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, d'accessoris i la seva aplicació.

6. Condicions de muntatge i instal·lacions

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip:

- 6.1** Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.
- 6.2** Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.
- 6.3** Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguint les indicacions de la direcció de Serveis generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.
- 6.4** L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la retirada i baixa de l'equip anterior, si s'escau.
- 6.5** El termini de subministrament dels equips i materials adjudicats no serà superior a 30 dies a comptar a partir de la data de publicació de la resolució d'adjudicació.



José Antonio Ferrero Domínguez
Responsable Unitat Suport Telefònic Integral al Client
Direcció Econòmica Financera
Gerència d'APiCBCN

	Doc. original signat per: José Antonio Ferrero Domínguez 05/07/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027	Data creació còpia: 11/07/2024 12:29:43
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 6 de 7
			
		00TG0JUNUHTX7LBUHEFL5EPDT3QXTM	

Annexos

- Annex A. Relació de codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris
- Annex B. Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de la licitació
- Annex C Fitxa tècnica del producte

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: José Antonio Ferrero Dominguez 05/07/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/07/2027	Data creació còpia: 11/07/2024 12:29:43
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 7 de 7
			
		00TG0JUNUHTXHY7LBUHEFL5EPDT3QXTM	