

## RESOLUCIÓ D'ESMENA

Vist que, en data 21 de juny de 2024 va ser publicat l'anunci de licitació a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, de la licitació relativa **Subministrament de l'equipament de diàlisi per a l'Hospital Sant Antoni Abat del CSAPG, en modalitat d'arrendament operatiu, així com el subministrament successiu del material fungible associat i el servei de manteniment de l'equipament. (EXP. CSAPG OB 2024/18);**

Vist que, s'ha detectat diversos errors materials pel què es refereix al nombre de monitors de bioimpedància a subministrar, en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) , en els següents punts:

- 3. EQUIPS A SUBMINISTRAR
- 4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES- Monitors de bioimpedància

Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual: *"Les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."*

Vist que, el Gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf té atorgades les facultats corresponents a l'òrgan de contractació en virtut d'acord de delegació d'aquesta facultat en la gerència per part del Consell Rector de l'entitat en reunió de data 1 d'abril de 2019; ratificades en data 24 d'octubre de 2023.

## RESOLC

**PRIMER.-** Esmenar el contingut del Plec de Prescripcions Tècniques, en els punts següents:

- 3. EQUIPS A SUBMINISTRAR

Allà on diu:

"

### 3. EQUIPS A SUBMINISTRAR

Per la realització de la sessió d'hemodiàlisi es requereix els següents equips:

Concepte	Quantitat
Monitors	25
Produccions i planta d'aigües	1
Software	1
Monitors <u>bioimpedància</u>	4
Bàscules	1
<u>Ecògrafs</u>	1

”

Ha de dir:

“

### 3. EQUIPS A SUBMINISTRAR

Per la realització de la sessió d'hemodiàlisi es requereix els següents equips:

Concepte	Quantitat
Monitors	25
Produccions i planta d'aigües	1
Circuits distribució per diàlisi	1
Software	1
Monitors <u>bioimpedància</u>	2
Bàscules	1
<u>Ecògrafs</u>	1

”

- 4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES- Monitors de bioimpedància

Allà on diu:

“ L’empresa adjudicatària haurà de subministrar 4 monitors per mesurar la composició corporal dels pacients mitjançant elèctrodes que hauran de permetre traspasar les dades recollides al sistema informàtic”

Ha de dir:

“L’empresa adjudicatària haurà de subministrar 2 monitors per mesurar la composició corporal dels pacients mitjançant elèctrodes que hauran de permetre traspasar les dades recollides al sistema informàtic.”

**SEGON.-** Substituir el document “12 CSAPG 2024\_18 PPT Esmenat\_ Eq. i fungible diàlisi HSAA” pel document “16 CSAPG 2024\_18 PPT Esmenat II\_ Eq. i fungible diàlisi HSAA” de l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant del CSAPG.

**TERCER.-** Publicar la present resolució al perfil de contractant de l’entitat en l’espai de licitació corresponent a aquest expedient,

El que signo als efectes oportuns,

Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura digital.

**Dra. Olga Farré Lladó**  
Gerent  
CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF.