

Informe de valoració de l'oferta tècnica de l'expedient CS/AH03/1101393437/24/PS per al subministrament d'un criòstat per al servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

A la licitació de l'expedient ha concorregut el següent proveïdor:

LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.

Compliment dels requisits mínims exigibles

L'oferta presentada per l'empresa esmentada anteriorment compleixen amb els requeriments mínims exigibles definits al plec tècnic.

Criteris de valoració automàtica:

A.1- Preu (fins a 50 punts)

Preu unitari s/IVA: 39.811,55 € : **50 punts**

A.2 – Termini de garantia (fins a 2 punts)

Ampliació d'un període de 24 mesos sobre el mínim exigít (total 36 mesos): **2 punts**

A.3 - Preu de manteniment preventiu de l'equip un cop finalitzat el període de garantia, que ha de ser inferior al 5% del preu d'adquisició ofert (fins a 4 punts)

Import anual sense IVA: 1.690,88 € < 5% del preu ofert: **4 punts**

A.4- Preu anual del manteniment integral de l'equip un cop finalitzat el període de garantia, que ha de ser inferior al 10% del import d'adquisició ofert (fins a 6 punts).

Import anual sense IVA: 7.137,69 € > 10% del preu ofert: **0 punts**

B . CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA (SOBRE 2)

B.1- Alçada de la cabina fixa, sense possibilitat de moviment manual o motoritzat per evitar possibles vibracions durant el tall

Sí compleix **10 punts**

B.2- Possibilitat que el mànec es posi al mig i que tingui dues posicions: una superior i una altra interior

Sí compleix **10 punt**

B.3- Posició de la zona de tall independent de la posició de la finestra antilliscant antibaf

Sí compleix **10 punts**

B.4- Possibilitat de programar una desinfecció de superfícies

No compleix **0 punts**

Puntuació total obtinguda:

LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U

86,00 punts

S'adjunta en annex la puntuació obtinguda.

Dr. Pedro Luis Fernández Ruiz

Cap del Servei d'Anatomia Patològica

Badalona, 30 de maig de 2024