

SCS-2024-487 VALORACIÓ DE MOSTRES

Lot: 1

Codi Equip: 1532510600

Descripció equip: Làser Yag-SLT-Argó

Proveïdor: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.

Marca: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.

Model: VISULAS COMBI YAG/SLT/GREEN

Data presentació de mostres: 12 de juny de 2024

Temps de disposició de la mostra: 1 setmana

Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra: SI

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Ergonomia i disseny, facilitat d'ús i robustesa, facilitat de neteja i manteniment	<ul style="list-style-type: none"> • Equip compacte i de fàcil maneig • L'equip permet utilitzar el làser en posició central pel mode Argó i mode SLT però no pel mode YAG. • Consola de control intuïtiva i fàcil d'utilitzar. • Equip amb superfícies llises sense racons que dificultin la neteja.
Adequació funcional a les necessitats assistencials	<p>L'equip s'adequa de forma òptima a les necessitats del servei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet canviar entre els diferents modes sense necessitat de desconectar cables i canviar de consola. • Permet canviar els paràmetres del làser sense deixar de subjectar el joystick
Qualitat de la imatges adquisició, paràmetres d'adquisició i visualització	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La qualitat de les imatges obtingudes és molt bona, però no excel·lent ja que costa una mica enfocar-se. ▪ La pantalla de grans dimensions permet la visualització de les imatges presses durant el procediment. ▪ El control del làser i la visualització de les imatges presses es fan des de dos equips diferents permetent així una millor visualització de les imatges.

Dr. Miguel Ángel Zapata Vitori

Cap de Servei Oftalmologia

Barcelona, 12 de juny de 2024