

Núm. d'expedient:	CS/AH02/1101392826/24/PS
Tipus:	Subministrament
Procediment:	Obert Simplificat
Objecte:	Subministrament de llits elèctrics d'hospitalització psiquiàtrica a l'Hospital Universitari de Bellvitge

Resolució d'exclusió

Atesa la necessitat de contractar el Subministrament de llits elèctrics d'hospitalització psiquiàtrica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vista l'acta de la sessió privada de la Mesa de Contractacions, de data 2 de juliol de 2024, convocada per a la revisió de l'informe de compliment de les característiques tècniques d'obligat compliment i de valoració de la mostra, on es proposa l'exclusió de la licitació de l'empresa LINÉT IBERIA SL, pel fet de no complir concretament amb el requisit obligatori de compliment de les mesures sol·licitades als plecs (veure Annex I), i per tant, ser-li d'aplicació el que estableix la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives; "No es valoraran les proposicions dels licitadors i per tant, s'exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents: Quan l'objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat".

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la resolució del director gerent de l'ICS, de 4 de juliol de 2024, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries.


Resolc

Primer.- Declarar exclosa de la licitació a la empresa LINET IBERIA SL amb CIF B85235430 en aplicació del que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques, per no complir amb les prescripcions tècniques d'obligat compliment.

Segon.- Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Publicar la resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

L'Hospitalet de Llobregat, a 9 de juliol de 2024


Cristina Capdevila Aguilera
Gerent

Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans

ANNEX 1

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració del sobre 1

Expedient CS/AH02/1101392826/24/PS

Objecte: Subministrament de llits elèctrics d'hospitalització psiquiàtrica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

A les 09:30 h s'ha celebrat la sessió per la revisió de la documentació i de valoració de l'informe de compliment de valoració dels requisits mínims obligatoris i de la valoració de la mostra.

Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1 Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)

2 Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester

3 Sr. German Romero Avilés (Director d'Infraestructures i Serveis Generals)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Ordre del dia:

Revisió de la documentació i de valoració de l'informe de requisits mínims obligatoris i de valoració de la mostra presentat en l'expedient de contractació CS/AH02/1101392826/24/PS per la contractació del subministrament de llits elèctrics d'hospitalització psiquiàtrica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió:

A les 09:30 hores del 2 de juliol de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de Contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (Article 21 del Reial decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió té com objecte la revisió de l'informe de valoració de requisits mínims obligatoris i de la valoració de la mostra obligatòria presentada en el sobre 1, d'acord amb els plecs que regeixen la contractació i els quals han presentat en sobre telemàtic.

Durant la valoració de la mostra es detecta que l'empresa LINET IBERIA SL no compleix amb els requisits de les mesures sol·licitades en els plecs i no hi caben en els ascensors de l'Hospital, de manera que es proposa l'exclusió directa de la licitació al tractar-se de requisits d'obligat compliment d'acord amb els plecs.

Per tant, la documentació tècnica que s'ha valorat, correspon a l'empresa licitadora INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SL.

S'ha comprovat que compleix amb tots els requisits obligatoris i de valoració de la mostra, tal i com consta a l'Annex I d'aquesta acta.

D'acord amb les dades exposades anterior, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació del sobre 1 que s'annexa com a Annex I.
2. Proposar l'exclusió de l'empresa LINET IBERIA SL per no complir els requisits obligatoris requerits en els plecs.

I, sense més temes que tractar, la Presidència dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària amb el vist i plau de la presidenta.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa, d'acord amb el que disposa la LCSP.

EL SECRETARI

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA

ANNEX

- ✓ Informe de valoració

INFORME DE VALORACIÓ DELS REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS I DELS CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS

EXPEDIENT: CS/AH02/1101392826/24/PS

OBJECTE: Subministrament de llits elèctrics d'hospitalització psiquiàtrica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

VALORACIÓ

S'han presentat les empreses LINET IBERIA SL i INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SL.

En primer lloc s'ha procedit a la revisió dels requisits mínims obligatoris de les dues empreses, i per a complimentar aquesta valoració, s'ha procedit a la valoració de la mostra presentada.

Un cop valorada la mostra tal i com consta a la fitxa de requisits obligatoris on es valoraria l'entrada i sortida dels llits en els diferents ascensors de l'hospital, s'ha detectat que els llits de l'empresa LINET IBERIA SL no hi caben als ascensors de l'Hospital, sent un requisit indispensable per a poder seguir participant en aquesta licitació. Per aquest motiu, i d'acord al previst al Plec de Prescripcions Tècniques, de requisits d'obligat compliment i el no compliment d'algun d'aquests suposarà l'exclusió directa de la licitació.

Valoració dels requisits mínims obligatoris:

Llit elèctric d'hospitalització psiquiàtrica						
Nota: en la columna "índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.						
Definició						
Llits elèctrics d'hospitalització per a pacient psiquiàtric, de 4 seccions amb baranes plegables, alçada variable i múltiples posicions de repòs						
Prestacions tècniques i funcionals		Valoració / causa d'exclusió	LINET IBERIA SL		INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SL	
			JUSTIFICACIÓ	COMPLEX S/NO	JUSTIFICACIÓ	COMPLEX S/NO
1.1. Característiques tècniques. Les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses						
Validació d'entrada i sortida dels llits pels ascensors dels diferents edificis de l'hospital (es validarà compliment de les mesures amb la mostra)						
1	Materials superficials i acabats resistent a impactes, fricció i productes de neteja	SI	Els materials proposats són resistent i compleixen els requisits de neteja	SI	Els materials proposats són resistent i compleixen els requisits de neteja	SI
2	Càrrega de treball segura fins 220kg	SI	Fins a 250 kg	SI	Fins a 250 kg	SI
3	Dimensions externes aproximades màximes 220 cm de llarg x 94-97 d'ample	SI	220x99,5	NO	218x97	SI
4	Estructura construïda d'acer, amb revestiment de pintura epoxi o equivalent, resistent als agents de neteja químics i mecànics	SI	Acer recobert de pintura epoxi	SI	Acer recobert de pintura epoxi	SI
5	Capçalera i peus, peces de la superfície de recolzament del matalàs i elements de fixació d'accersoris fixes que no es permeti desmuntatge per part del pacient, només desmuntable amb eines específiques.	SI	El sistema només es pot desmuntar amb eines	SI	El sistema només es pot desmuntar amb eines	SI
6	Superfície de descans en material metàl·lic constituïda per 4 seccions (respatller, maluc, cames i peus) i fixades a l'estructura	SI	La superfície no és metàl·lica	SI	Disposa	SI
7	Plataforma de suport matalàs amb peces fixes	SI	Ho són	SI	Ho són	SI
8	Baranes contínues fins a 3/4 de la longitud del lit de tub metàl·lic amb sistema de bloqueig segur i que puguin ser amagades pel personal d'infermeria.	SI	Ho són	SI	Ho són	SI
9	Alçada de la barana de 223 cm un cop col·locat el matalàs corresponent per assegurar la seguretat del pacient enllitat	SI	22,7	SI	Alçada de 24,5cm	SI
10	Para-xocs i zones protectores a les cantonades del lit	SI	Discs protectors	SI	Discs protectors	SI
11	4 Suports a les cantonades del lit per a la col·locació de pal porta-sèrums	SI	Es presenta	SI	Es presenta	SI
12	Equips amb rodes de 15cm de diàmetre mínim	SI	La presenta	SI	La presenta	SI
13	Fre centralitzat a les 4 rodes a través d'accionament únic dels peus per a un millor i més fàcil accés a l'hora de fer els trasllats	SI	El presenta	SI	El presenta	SI
14	Alçada mínima des de la superfície de descans al terra en el següent rang: 39-55 cm	SI	39,5	SI	41,5	SI
15	Alçada màxima des de la superfície de descans al terra en el següent rang: 75-90 cm	SI	78	SI	82	SI
16	Disposarà de suports per a cinturó de contenció	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
17	Permetrà l'operació manual dels moviments del lit en cas de fallada d'alimentació	SI	La permet	SI	La permet	SI
18	Inclourà el conjunt del sistema "0" (restablir les condicions inicials-horitzontals) de forma manual i/o elèctrica	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
19	Moviments de les diferents seccions independents (respatller i cames)	SI	Ho permet	SI	Ho permet	SI
20	Tren i antitrendelemburg mínim de 12º	SI	15-15	SI	13-15	SI
21	Comandament d'infermeria col·locat fora de l'abast del pacient fixat a la zona dels peus del pacient. Ha d'incloure funció amb sol botó de RCP i Trendelenburg d'emergència, cancel·lació parcial/total de moviments, cadira cardíaca, respatller, cames i regulació d'alçada.	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
22	Bateria d'emergència amb carregador incorporat recarregable a través de la xarxa elèctrica	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
23	Cabierat d'alimentació elèctrica protegida amb una caixa amb tancament. El tancament ha de tenir una obertura única entre tots els fils.	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
24	Sistema elèctric protegit de l'acció del pacient	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
25	Dimensions del matalàs corresponents a les modes del somier i amb gruix superior als 12cm	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
26	Matalàs amb funda impermeable, hiposèrrega, transpirable, ignífuga, bacteriostàtica, antiàcars i fungistàtica. Ha de permetre la neteja intensiva amb desinfectants. Amb cremallera amb solapa de protecció i fil de lliç.	SI	Disposa	SI	Disposa	SI
27	Caldrà incloure en el subministrament sistema de fixació del lit a terra per un dels llits	SI	Disposa	SI	Disposa	SI

A la vista d'aquesta primera valoració, s'ha procedit a valorar els criteris subjectius sobre la mostra de l'empresa INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SL:

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 1)	LINET-S.L			PARDO				
	PUNTAJÓ MAXIMA	LINDAR MINIM	JUSTIFICACIÓ	PUNTAJÓ SERVEI	PUNTAJÓ FORMULA	JUSTIFICACIÓ	PUNTAJÓ SERVEI	PUNTAJÓ FORMULA
Valoració mostra								
B.1. Facilitat d'ús i maniobrabilitat.	5	2,5	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	El llit incorpora un comandament elèctric per a la seva manipulació, el que fa que sigui fàcilment operable pel personal, aquest ha d'anar penjat del capçal i queda a la vista del pacient. Les teclades i les funcions de les baranes són intuïtives. L'accionament de les baranes és senzill. Pel que fa a la maniobrabilitat, incorpora rodes toves per al seu desplaçament amb un sistema de frenat centralitzat en únicament en la part posterior, que garanteix la seva immobilització. També disposa de bloqueig direccional d'una roda, per permetre facilitar transports. En relació a altres propostes, els girs són més pesats i menys precisos, cosa que dificulta la seva maniobrabilitat. No disposa d'accionament CPR manual No disposa de pedals laterals per a pujar i baixar el llit de manera mecànica.	1,75	1,75
B.2 Confort, robustesa, volum ocupat.	5	2,5	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	El llit es considera confortable i adequat per a l'ús requerit. Es mostra molt robust, amb superfícies i elements fermes. La robustesa de les baranes és inferior a altres propostes, i es considera un element clau per al tipus de pacient. La resta d'elements com els capçals són robustos i resistents.	3,5	3,5
B.3 Facilitat de neteja	5	2,5	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	El llit en general és fàcilment netejable, tot i que als capçals disposa de superfícies rugoses que dificulten la seva neteja completa. Addicionalment, hi ha racons on la neteja no és possible degut a la fixació de les pestanyes dels capçals.	3	3
B.4 Adequació de les seguretats a la necessitat psiquiàtrica	10	5	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	El llit presenta tots els elements fixes i en general adequats per a l'ús psiquiàtric. Com a punt negatiu, el fet que comandament no pugui amagar-se implica que quedi a la vista i a l'accés del pacient. Els dispositius elèctrics presenten seguretat incorporada i no accessible ni manipulable.	9	9
	25	12,5	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA		17,25	17,25

JOAN DURAN
LOPEZ - DNI
(TCAT)
Estat digitalment per/DANI
JOAN LOPEZ - DNI
(CCAT)
Data: 2024/07/01 10:42:21
+02:00

Joan Duran López
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge

