

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101399042/24/AMUP

Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material
per a administració de fluids Complementari

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 1 de 44

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenió de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	8
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	8
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	14
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 2 de 44

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 3 de 44

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids_Complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 4 de 44

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 5 de 44

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**
No hi ha
- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**
No hi ha Excel que omplir, cal annexar documentació que acrediti compliment dels criteris tal i com especifica el Annex 4 del PCAP.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 6 de 44

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 7 de 44

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 8 de 44

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 9 de 44

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 10 de 44

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 11 de 44

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 12 de 44

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 13 de 44

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al [web csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 14 de 44

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 15 de 44






En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</p>  <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 16 de 44

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)	

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 17 de 44

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 18 de 44

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (NO HI HA)
- ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT_AMUP-92-24_1101399042



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 19 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 20 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició loLot Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	3000032	Xeringa 3 cossos de 50ml capacitat amb agulla 14Gx1" (2x30mm) p/bombes perfusió,cos opac amb connexió Luer Lock concèntric,escala impresa inesborrable graduació 1ml,èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	Lot No obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenós per a bombes volumèLot Obligatoririques i xeringa	30004143	Eq bomba infusió, PVC, 198(+/-10)cm, disposiLot Obligatori i arrossegaLot Obligatori, vàlv anLot Obligatoriireflux, perforador línia blava,exLot Obligatori rem disLot Obligatori a/connexió LL M, volum purgaLot Obligatori 2,3 mL, pinça, Lot Obligatori ap,s/làLot Obligatori ex/DEHP, esLot Obligatori, env ind, 1ús. CompaLot Obligatoriible bombes inf ambulaLot Obligatoriòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenós per a bombes volumèLot Obligatoririques i xeringa	30004456	Eq bomba infusió,PVC,290(+/-10)cm,disposiLot Obligatori i arrossegaLot Obligatori, vàlv anLot Obligatoriireflux, perforador+filLot Obligatori re,porLot Obligatori injecc s/agulla,exLot Obligatori rem disLot Obligatori a/connexió LL M,purgaLot Obligatori 14ml, pinça, Lot Obligatori ap,s/làLot Obligatori/DEHP, esLot Obligatori, env ind, 1ús. CompaLot Obligatoriible bombes inf ambulaLot Obligatoriòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq	Lot Obligatori
3	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30002555	Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40 (+/-2)cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 (+/-100)mL, xeringues 10/20 mL. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	Lot No Obligatori
3	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30002622	Eq infusió EV sang gravetat pediatria, PVC, consta de: punxó, bureta cilíndrica graduada de 100 (+/-10) mL amb filtre de 200 µ i punt d'injecció L-L, punt "Y" injecció, Luer Lock mascle terminal a/tap filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, env ind, 1ús	Lot No Obligatori
4	Equips i línies prolongadores per a adminisLot Obligatori riació de ciLot Obligatori osLot Obligatori iàLot Obligatori i, fàrmacs i/o hemoderivaLot Obligatori compaLot Obligatori iible amb bomba d'infusió volumèLot Obligatori rica	30043603	Línia Lot Obligatori i transparentLot Obligatori i bomba xeringa mulLot Obligatori i canal. Connexió simuLot Obligatori iània 2 flascons/bosses. 2 línies conn L-L femella, vàlvules anLot Obligatori i reflux, 1 línia 50(+/-5)cm amb connexió conLot Obligatori i enidor final L-L mascle, s/làLot Obligatori ex/DEHP, esLot Obligatori ièril, env ind, 1ús. CompaLot Obligatori iible bomba Medimix o eq	Lot Obligatori
4	Equips i línies prolongadores per a adminisLot Obligatori riació de ciLot Obligatori osLot Obligatori iàLot Obligatori i, fàrmacs i/o hemoderivaLot Obligatori compaLot Obligatori iible amb bomba d'infusió volumèLot Obligatori rica	30043605	Eq línia+xeringa bomba mulLot Obligatori i canal. 1 línia PUR Lot Obligatori i transparentLot Obligatori i 25(+/-5)cm, punxó, cambra de goLot Obligatori ieig, filLot Obligatori i re 15µ, presa aire amb fillLot Obligatori i re anLot Obligatori i bacLot Obligatori ià amb connexió "Lot Obligatori i" Luer Lock M/F i 1 xeringa 50mL. S/làLot Obligatori ex/DEHP, esLot Obligatori, env ind, un ús. CompaLot Obligatori iible bomba Medimix o eq.	Lot Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

 Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 21 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició loLot Obligatori
4	Equips i línies prolongadores per a administració de medicaments i/o hemoderivats i/o solucions parenterals amb bomba d'infusió volumètrica	30043607	Equip línia+xeringa bomba mullot Obligatori i canal. 1 línia PUR Lot Obligatori transparent Lot Obligatori, 25(+/-5)cm amb punxó unida a 1 connexió "Lot Obligatori" Luer Lock mascle/femella i 1 xeringa de 50 mL. Sense làtlot Obligatori, sense DEHP, eslot Obligatori, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba Medimix o eq.	Lot Obligatori
5	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008403	Bossa NPT, EVA multicapa col·lapsable, flex, transp, fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vitA/C, 3000mL escala, nansa ergonòmica, LL M a bossa+tap i clamp segur segellar via omplir, punt additivació+tap, sortida membrana, 5/làt/DEHP, est, env ind, 1ús	Lot No Obligatori
5	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30031133	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
5	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30033432	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica propera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, env ind, 1ús	Lot No Obligatori
6	Sistemes d'infusió per a irrigació	30006533	Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació peristàtica, de 4,2 (+/-0,2) metres (m) de longitud, amb punxó, tram de silicona. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb Chiripro 980 o equivalent.	Lot No Obligatori
6	Sistemes d'infusió per a irrigació	30017426	Sist irrigació continua recàrrega ràpida, injecció controlada contrast/altres solucions x coledocoscòpia endoscòpica, vàlvula unidireccional omplir xeringa estirant l'èmbol, tub silicona 2,5 (+/-0,1)m punxó i regulador, xeringa de policarbonat. Estèril.	Lot No Obligatori
6	Sistemes d'infusió per a irrigació	30030092	Sistema de tubs amb circuit tancat per a la refrigeració de la peça de mà mitjançant la circulació de líquid, de silicona, sense làtex, d'un sol ús. Compatible amb motor d'òida d'alta velocitat Visao o equivalent	Lot No Obligatori
6	Sistemes d'infusió per a irrigació	30035711	Equip irrigació URS, cambra flexible Ø25mmx12cm llarg a/bombeig manual p/ augmentar pressió, 2connex bossa sèrum fisiològic a/clamps tancament, extrem distal Luer Lock p/adaptar ureteroscopi i regulador flux cremallera, 260 (+/-10) cm, s/làtex, estèril, 1ús	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002616	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5mm diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind, 1ús	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005204	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC transparent, resistent lípids, 150(+/-10)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascl, taps, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	Lot No Obligatori



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWWZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 22 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició loLot Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005206	Línia prolongadora de 20 (+/-1) bars pressió, PVC transparent, resistent a lípids, de 100 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems L-L mascle giratori i L-L femella,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005209	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 25(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre extern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1úa	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005229	Línia prolongadora 20 (+/-1) bars de pressió, PVC transparent, resistent a lípids, 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascle,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005230	Línia prolongadora 20 (+/-1) bars pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005231	Línia prolongadora d'infusió de 2(+/-1)bars de pressió, PVC transparent, resistent lípids, 100(+/-4)cm de longitud, de diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascle,taps,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
7	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30030095	Línia prolongadora, 20+/-1bars de pressió, PVC flexible, transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella. Sense làtex, sense DEHP,est,ind,1ús.	Lot No Obligatori
8	Altres sistemes per a preparació-administració de citostàtics	30008734	Adaptador universal vials transferència-preparació de fluids com fàrmacs/citostàtics/antibiòtics, filtre ventyg hidròfob de 0,2 µm i vàlvula seguretat-bioconnector, volum de purgat de 0,10 (+/-0,01)mL, longitud 6,4 (+/-0,1)cm.Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
8	Altres sistemes per a preparació-administració de citostàtics	30018112	Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió Luer a xeringa, terminal amb connexió al protector del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq	Lot No Obligatori
8	Altres sistemes per a preparació-administració de citostàtics	30018776	Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: Luer tancat amb vàlvula de seguretat-bioconnector, volum de purga de 0,12 (+/-0,1)mL. Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
8	Altres sistemes per a preparació-administració de citostàtics	30018780	Prolongadora baixa absorció, lípids, gravetat, opaca fàrmac fotosen/citos,PVC,30 (+/-2) cm,punxó a/filtre ventyg hidròfob 0,2µm, port "Y" invertida a/bioconnector,LL a/tap hidròfob,vàlv unidireccional,pinça,purga 1,7(+/-0,2)mL. Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

 Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 23 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició loLot Obligatori
9	Sistemes d'infusió i/o transductors per a monitoratge de pressió	30001319	Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra degoteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.S/DEHP/làtex,est,1ús	Lot No Obligatori
9	Sistemes d'infusió i/o transductors per a monitoratge de pressió	30001321	Equip per a la monitorització invasiva de la pressió hemodinàmica de forma contínua, amb flux constant de 3ml/h, consta de: línia de PVC, filtre de 10 µ, dispositiu-vàlvula i connexió Luer Lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP,estèril,env ind,1ús	Lot No Obligatori
9	Sistemes d'infusió i/o transductors per a monitoratge de pressió	30063881	Manòmetre per a determinar la pressió de LCR, graduat de 4 a 35 cmH20, clau de tres vies a l'extrem inferior, compatible amb agulla espinal. Sense làtex, sense ftalats, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
9	Sistemes d'infusió i/o transductors per a monitoratge de pressió	30002701	Flebomanòmetre / regla amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç telescòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, sense làtex, envàs individual, reutilitzable.	Lot No Obligatori
9	Sistemes d'infusió i/o transductors per a monitoratge de pressió	30031051	Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàlvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, drap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari,muntatge suport sèrum,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	Lot No Obligatori
10	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30014542	Equip d'infusió per l'equip urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 3 (+/-0,1) metres (m) de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip urodinàmica DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent.	Lot No Obligatori
10	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017428	Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, lliure làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.	Lot No Obligatori
10	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017431	Eq infusió líquid bufeta urin, 3 línies unides 500(+/-10)mm PVC + 200(+/-10)mm silicona + 3000(+/-10)mm PVC, i llarg total 3,7 (+/-0,1)m, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làtex/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible Phoenix plus o eq	Lot No Obligatori
10	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017550	Cúpula pressió per transductor urodinàmica, extrem superior connex L-L mascle integrada a clau 3 vies, extrem inferior L-L femella integrat clau 1 via ompliment sèrum, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible transductor i eq Phoenix plus o eq	Lot No Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30029750	Equip per a l'obtenció i la concentració cèl·lules mesènquima (mare) de moll d'os per a 7 (+/-0,5)ml d'aspirat de medul·la òssia, consta de: cilindre separació,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,1ús	Lot No Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30043749	Equip obtenció/concentració plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta de: cilindre de separació, xeringues, agulla 18, 22 i 25G, flascó ACD-A de 54 (+/-2)cm, papallona amb agulla 8G,gases estèrils,cinta adhesiva,apòsit. Estèril,s/làtex,1ús	Lot No Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWWZ2HREPQ9RAZ

 Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 24 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició loLot Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30043750	Equip obtenció/concentració cèl·lules mesènquima(mare) moll os per a 3,5 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta: cilindre separació,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,1ús.Compatible BioCUE o eq	Lot No Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30048613	Eq obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta: cilindre extracció 20 mL centrifugació i obtenció diferents fraccions sanguínies al mateix dispositiu, èmbol roscat, xeringues 1,2,5mL, connector,tap. S/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30053417	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 7 (+/-0,5) mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cinta adhesiva. Estèril, sense làtex,1ús	Lot No Obligatori
11	Sistema de recuperació-reinfusió de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30053865	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 3,5 (+/-0,5)mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cintaadhesiva. Estèril, s/làtex, 1ús	Lot No Obligatori
12	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_1	30002286	Bossa reinfusió auLot ObligatoriLot Obligatoriiransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm, PVC, connexió L-L mascle, sense làlot Obligatoriex, sense DEHP, esLot Obligatorièril, envàs individual, d'un sol ús. CompaLot Obligatoriible amb equip de recuperació-reinfusió per a sisLot Obligatoriema CALot ObligatoriS+ o equivalenLot Obligatori	Lot Obligatori
12	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_1	30012343	Eq sang auLot ObligatoriLot Obligatoriiransfusió CIR, PVC,reservori a/filLot Obligatoriire 3L, línia i Lot Obligatoriub conn L-L+clamp, línies i cambra de renLot Obligatoriialot Obligatori especial, bossa de rebuig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i Lot Obligatoriub de doble llum,PVC,esLot Obligatori,envàs ind,1ús. CompaLot Obligatoriible CALot ObligatoriS+ o equivalenLot Obligatori	Lot Obligatori
13	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_2	30029714	Eq compleLot Obligatori auLot ObligatoriLot Obligatoriiransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anLot Obligatoriicoagulació,línia con-buiLot Obligatori,reservori a/filLot Obligatori ires i un a/renLot Obligatoriialot Obligatori circuitLot Obligatori-màquina,campana 125(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L),esLot Obligatorièril,individual,un ús.Comp a Xlot Obligatoriira o eq	Lot Obligatori
13	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_2	30030239	Equip recol·leLot Obligatoriir sang x eq auLot ObligatoriLot Obligatoriiransfusió, PVC, línia asp/anLot Obligatoriicoagulació, línia connexió buiLot Obligatori, reservori rigid+filLot Obligatoriire 40µ per a auLot ObligatoriLot Obligatoriiransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làlot Obligatoriex/DEHP,esLot Obligatori,ind,1ús. CompaLot Obligatoriible Xlot Obligatoriira o eq	Lot Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 25 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció loLot Obligatori
13	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_2	30040084	Bossa reinfusió auLot Obligatoriòloga Obligatoriiransfusió 1 (+/-0,1) liLot Obligatoriire (L), PVC, connexió Luer Lock, seLot Obligatori de renLot Obligatoriòloga Obligatori, 2 porLot Obligatori de sorLot Obligatoriida 1/4 pre-segellaLot Obligatori (amb clamp lliscanLot Obligatori), esLot Obligatorièril, envàs individual, un sol ús. CompaLot Obligatoriible equip recuperació-reinfusió sisLot Obligatoriema XLot ObligatoriIRA o eq	Lot Obligatori
13	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_2	30042741	Eq compleLot Obligatori auLot Obligatoriòloga Obligatoriiransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/linia aspiració-anLot Obligatoriicoagulació,linia con-buiLot Obligatori, reservori a/filLot Obligatori res i un a/renLot Obligatoriòloga Obligatori circuiLot Obligatori-màquina,campana 225(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L),esLot Obligatorièril,individual,un ús.Comp a XLot Obligatoriira o eq	Lot Obligatori
13	SisLot Obligatoriema de recuperació-reinfusió de sang auLot Obligatoriòloga quirúrgica/posLot Obligatoriquirúrgica_2	30043790	Línia aspiració amb anLot Obligatoriicoagulació inLot Obligatoriiegradada per a procedimenLot Obligatori d'auLot Obligatoriòloga Obligatoriiransfusió, 3,5(+/-0,1)m longiLot Obligatori i línia de 4 (+/-0,1)m amb cambra de degoLot Obligatoriieg i punxó. Sense làLot Obligatoriex, sense DEHP, envàs individual, d'un sol ús. CompaLot Obligatoriible amb XLot ObligatoriIRA o equivalenLot Obligatori.	Lot Obligatori
14	Pressuritzadors	30002693	Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió rang 0-300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, 1ús.	Lot No Obligatori
14	Pressuritzadors	30003214	Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang pressió rang 0-300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
14	Pressuritzadors	30007525	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° escala rang 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar pèrdua pressió, s/latex,1ús.	Lot No Obligatori
14	Pressuritzadors	30010098	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° escala fins 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/làtex,un sol ús.	Lot No Obligatori
14	Pressuritzadors	30018446	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, fins a 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable.	Lot No Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWWZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 26 de 44

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció loLot Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30002692	Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de la línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30003211	Eq EV, PVC transparent, 200 (+/-10) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30009685	Línia NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó+filtre antibacterià, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, doble punt additivació, connexió Luer Lock femella, 210(+/-10)cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30009686	Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió Luer, longitud de 10 (+/-1) cm, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30029500	Eq balanç hídric del pacient amb mesura de la del volum d'orina i reposició automàtica del mateix volum, amb sistema infusió endovenós, bossa recollida d'orina, prolongadora per a la bossa d'orina,estèril,s/làtex,1úsCompatible amb equip Renalguard o eq	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30047366	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus, clamp, filtre partícules, connexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30066024	Eq elastomèric a/polsador bolus 0,5mL c/10min,contenedor dur 60(+/-5)mL graduat,transp,línia no col-lap,clamp,filtrer partícules,filtrer hidròfug,vàlv antiretorn,port entr+sortida,capil-lar reg flux vidre,pistó mòbil,conn LL,adm analgèsia,s/làt/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30054160	Tubs a/3 punxons (1 de sèrum i 2 de contrast) amb tap protector, administració contrast TC/RM, plàstic flexible,transparent,114(+/-5)cm llarg, sensor pressions,filtrer partícules,connexions LL,est,s/làtex, 1ús.Compatible a/injectors Ulrich CT MOTION o eq	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30060144	Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Øintern 2,5mm x 250 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, luer lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30066015	Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Øintern 2,5mm x 320 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, Luer Lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq	Lot No Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30048952	Equip per a obtenció de grups cel-lulars de la SVF (Stromal Vascular Fraction) del teixit adipós. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Equip format per 70-75 elements.	Lot No Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 27 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399042/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció loLot Obligatori
15	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30053864	Eq injecció de CO2 procediments angiogràfics, línia connexió a dispositiu i a catèter amb connector Luer Lock mascle amb vàlvula unidireccional, filtre de 0,2 µm i clau de pas 2 vies. Sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible injector Angiodroid o eq	Lot No Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 28 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 29 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 1 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000032
Descripció llarga: Xeringa 3 cossos de 50mL capacitat amb agulla 14Gx1" (2x30mm) p/bombes perfusió,cos opac amb connexió Luer Lock concèntric,escala imp resa inesborrable graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làtex,lús ,env ind compatible a/bomba infusió xeringa		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001319
Descripció llarga: Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra deg oteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.S/DEHP/làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001321
Descripció llarga: Equip per a la monitorització invasiva de la pressió hemodinàmica de forma contínua, amb flux constant de 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre de 10 µ, dispositiu-vàlvula i connexió Luer Lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP,estèril,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30002286
Descripció llarga: Bossa reinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm, PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, es tèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30002555
Descripció llarga: Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40 (+/-2)cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 (+/-100)mL, xeringues 10/20 mL. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30002616
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5m m diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30002622
Descripció llarga: Eq infusió EV sang gravetat pediatria, PVC, consta de: punxó, bureta cilíndrica graduada de 100 (+/-10) mL amb filtre de 200 µ i punt d'injecció L-L,punt "X" injecció,Luer Lock mascle terminal a/tap filtre purga, s/làtex/DEHP,estèril,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101399042	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30002692
Descripció llarga: Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de l a línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,d'un sol ús.		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 30 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 2 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002693

Descripció llarga:

Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió rang 0-300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002701

Descripció llarga:

Flebomanòmetre / regleta amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç tel escòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, sense làtex, envàs individual, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003211

Descripció llarga:

Eq EV, PVC transparent, 200 (+/-10) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, s/làtex/DEHP,estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003214

Descripció llarga:

Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang pressió rang 0-300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30004143

Descripció llarga:

Eq bomba infusió, PVC, 198 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador línia blava,extrem distal a/conneixió LL M, v olum purgat 2,3 mL,pinça,tap,s/làtex/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004456

Descripció llarga:

Eq bomba infusió,PVC,290 (+/-10)cm,dispositiu arrossegat,vàlv antireflux, perforador+filtre,port injecc s/agulla,extrem distal a/conneixió LL M ,purgat 14mL,pinça,tap,s/làt/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30005204

Descripció llarga:

Línia prolongadora 2 (+/-1)bars, PVC transparent,resistent lípids, 150 (+/-10)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1 (+/-0,15)mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascle,taps, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30005206

Descripció llarga:

Línia prolongadora de 20 (+/-1) bars pressió, PVC transparent, resistent a lípids, de 100 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems L-L mascle giratori i L-L femella ,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 31 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 3 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30005209

Descripció llarga:

Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 25(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre ext ern consta de:
clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,lúa

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30005229

Descripció llarga:

Línia prolongadora 20 (+/-1) bars de pressió, PVC transparent, resistent a lípids, 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascl e ,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30005230

Descripció llarga:

Línia prolongadora 20 (+/-1) bars pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexio ns L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30005231

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'infusió de 2(+/-1)bars de pressió, PVC transparent, resistent lípids, 100(+/-4)cm de longitud, de diàmetre inte rn de 3x4 ,1(+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascl e,taps,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30006533

Descripció llarga:

Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació peristàltica, de 4,2 (+/-0,2) metres (m) de longitud, amb punxó, tram de silicona. Sen se làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb Chiripro 980 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007525

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòme tre 360° escala rang 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar pèrdua pressió, s/latex,lús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30008403

Descripció llarga:

Bossa NPT,EVA multicapa col·lapsab,flex, transp,fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vita/C,3000mL escala,nansa ergon òmica,LL M a bossa+tap i clamp segur segellar via omplir,punt additivació+tap,sortida membrana,S/làt/DEHP,est,env ind,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30008734

Descripció llarga:

Adaptador universal vials transferència-preparació de fluids com fàrmacs/citostàtics/antibiòtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm i vàlvula seguretat-bioconnector, volum de purgat de 0,10 (+/-0,01)mL, longitud 6,4 (+/-0,1)cm.Est,s/làt/DEHP,lús,env ind



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 32 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 4 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30009685

Descripció llarga:

Línia NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó+filtre antibacterià, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, dob le punt additivació, connexió Luer Lock femella, 210(+/-10)cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30009686

Descripció llarga:

Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió Luer, longitud de 10 (+/-1) cm, sen se làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30010098

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° e escala fins 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretad per evitar la pèrdua pressió, s/làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30012343

Descripció llarga:

Eg sang autotransfusió CIR, PVC,reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebu ig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum,PVC,est,envàs ind,lús. Compatible CATS+ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30014542

Descripció llarga:

Equip d'infusió per l'equip urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 3 (+/-0,1) metres (m) de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30015801

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretad, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30017426

Descripció llarga:

Sist irrigació continua recàrrega ràpida, injecció controlada contrast/altres solucions x coledocoscòpia endoscòpica, vàlvula unidi reccional omplir xeringa estirant l'èmbol, tub silicona 2,5 (+/-0,1)m punxó i regulador, xeringa de policarbonat. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30017428

Descripció llarga:

Vàlvula seguretad unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, lliure làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 33 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 5 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30017431

Descripció llarga:

Eg infusió líquid bufeta urir, 3 línies unides 500(+/-10)mm PVC + 200(+/-10)mm silicona + 3000(+/-10)mm PVC, i llarg total 3,7 (+/-0, 1)m, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làt/DEHP ,est,env ind,lús.Compatible Phoenix plus o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30017550

Descripció llarga:

Cúpula pressió per transductor urodinàmia, extrem superior connex L-L mascle integrada a clau 3 vies, extrem inferior L-L femella in tegrat clau 1 via compliment sèrum, estèril, envàs individual, lús. Compatible transductor i eq Phoenix plus o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30018112

Descripció llarga:

Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió Luer a xeringa, terminal amb connexió al protec tor del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30018446

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, fi ns a 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30018776

Descripció llarga:

Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: Luer tancat amb vàlvula de seguretat-bioconnector, volu m de purga de 0,12 (+/-0,1)mL. Est, s/làt/DEHP, lús, env ind

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30018780

Descripció llarga:

Prolongadora baixa absorció, lípids, gravetat, opaca fàrmac fotosen/citos ,PVC, 30 (+/-2) cm, punxó a/filtre venteig hidròfob 0,2µm, port "Y" invertida a/bioconnector, LL a/tap hidròfob, vàlv unidireccional, pinça, purga 1,7 (+/-0,2)mL. Est, s/làt/DEHP, lús, env ind

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30029500

Descripció llarga:

Eg balanç hidric del pacient amb mesura la del volum d'orina i reposició automàtica del mateix volum, amb sistema infusió endovenós, bossa recollida d'orina, prolongadora per a la bossa d'orina, estèril, s/làtex ,lúsCompatible amb equip Renalguard o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30029714

Descripció llarga:

Eg complet autotransfusió, PVC, amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació, línia con-buit, reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina, campana 125(+/-5)mL, bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L) ,estèril, individual, un ús.Comp a Xtra o eq



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 34 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 6 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30029750

Descripció llarga:

Equip per a l'obtenció i la concentració cèl·lules mesènquima (mare) de moll d'os per a 7 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consisteix de: cilindre separació, xeringues, agulla 18G, flascó ACD-A 45,7 (+/-1)cm, agulla aspir medul·lar, gases, est, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30030092

Descripció llarga:

Sistema de tubs amb circuit tancat per a la refrigeració de la peça de mà mitjançant la circulació de líquid, de silicona, sense làtex, d'un sol ús. Compatible amb motor d'òrbita d'alta velocitat Visao o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30030095

Descripció llarga:

Línia prolongadora, 20+/-1bars de pressió, PVC flexible, transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella. Sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30030239

Descripció llarga:

Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rigid+filtre 40µ per a autotransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP, est, ind, lús. Compatible Xtra o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30031051

Descripció llarga:

Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàlvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, dr ap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari, muntatge suport sèrum, s/làtex/DEHP, est, ind, lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30031133

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30033432

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica p ropera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, env ind, lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30035711

Descripció llarga:

Equip irrigació URS, cambra flexible Ø25mmx12cm llarg a/bombeig manual p/augmentar pressió, 2connex bossa sèrum fisiològic a/clamps tancament, extrem distal Luer Lock p/adaptar ureteroscopi i regulador flux cremallera, 260 (+/-10) cm, s/làtex, estèril, lús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 35 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 7 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30040084

Descripció llarga:

Bossa reinfusió autotransfusió 1 (+/-0,1) litre (L), PVC, connexió Luer Lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (a mb clamp lliscant), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30042741

Descripció llarga:

Eq complet autotransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia con-buit,reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina,campana 225(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L) ,estèril,individual,un ús.Comp a Xtra o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30043603

Descripció llarga:

Línia transparent bomba xeringa multicanal. Connexió simultània 2 flascons/bosses. 2 línies conn L-L femella, vàlvules antireflux, 1 línia 50(+/-5)cm amb connexió contenidor final L-L mascle,s/làtex/DEHP ,estèril,envind,lús. Compatible bomba Medimix o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30043605

Descripció llarga:

Eq línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent 25(+/-5)cm, punxó, cambra degoteig, filtre 15µ, presa aire amb filtre ant ibacterià amb connexió "T" Luer Lock M/F i 1 xeringa 50mL. S/làtex/DEHP, est,env ind ,un ús.Compatible bomba Medimix o eq.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30043607

Descripció llarga:

Equip línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent, 25(+/-5)cm amb punxó unida a 1 connexió "T" Luer Lock mascle/femella i 1 xeringade 50 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba Medimix o eq.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30043749

Descripció llarga:

Equip obtenció/concentració plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta de: cilindre de separació, xeringues, agulla 18, 22 i 25G, flascó ACD-A de 54 (+/-2)cm, papallona amb agulla 8G,gases estèrils,cinta adhesiva,apòsit. Estèril,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30043750

Descripció llarga:

Equip obtenció/concentració cèl·lules mesènquima(mare) moll os per a 3,5 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta: cilindre se paració ,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,lús.Compatible BioCUE o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30043790

Descripció llarga:

Línia aspiració amb anticoagulació integrada per a procediments d'autotransfusió, 3,5(+/-0,1)m longitud i línia de 4 (+/-0,1)m amb c ambra de degoteig i punxó. Sense làtex, sense DEHP, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb XTRA o equivalent.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 36 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 8 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30047366

Descripció llarga:

Eg elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus, clamp, filtre partícules, c onnexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP ,estèril,envàs ind, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30048613

Descripció llarga:

Eg obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta: cilindre extracció 20 mL centrifugació i obtenció diferents fraccions sanguínies al mateix dispositiu, èmbol roscat, xeringues 1,2,5mL, connector,tap. S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30048952

Descripció llarga:

Equip per a obtenció de grups cel·lulars de la SVF (Stromal Vascular Fraction) del teixit adipós. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Equip format per 70-75 elements.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30053417

Descripció llarga:

Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 7 (+/-0,5) mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues ,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cinta adhesiva. Estèril, sense làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30053864

Descripció llarga:

Eg injecció de CO2 procediments angiogràfics, línia connexió a dispositiu i a catèter amb connector Luer Lock mascle amb vàlvula un idireccional, filtre de 0,2 µm i clau de pas 2 vies. Sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible injector Angiodroid o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30053865

Descripció llarga:

Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 3,5 (+/-0,5)mL, consta de: cilindre, torniquet , xeringues ,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cintaadhesiva. Estèril, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30054160

Descripció llarga:

Tubs a/3 punxons (1 de sèrum i 2 de contrast) amb tap protector, administració contrast TC/RM, plàstic flexible,transparent,114(+/-5) cm llarg, sensor pressions,filtrer partícules,connexions LL,est,s/làtex, lús.Compatible a/injectors Ulrich CT MOTION o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30060144

Descripció llarga:

Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Øintern 2,5mm x 250 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, luer lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 37 de 44



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.06.2024
HORA: 09:02:06
PÀGINA: 9 / 9

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30063881

Descripció llarga:

Manòmetre per a determinar la pressió de LCR, graduat de 4 a 35 cmH2O, clau de tres vies a l'extrem inferior, compatible amb agulla espinal.
Sense làtex, sense ftalats, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30066015

Descripció llarga:

Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Øintern 2,5mm x 320 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, Luer Lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq

SOL.COMANDA: 1101399042 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30066024

Descripció llarga:

Eg elastomèric a/polsador bolus 0,5mL c/10min, contenidor dur 60(+/-5)mL gradut, transp, línia no col·lap, clamp, filtre partícules, filtr e hidròfog, vàlv antiretorn, port entr+sortida, capil·lar reg flux vidre, pistó mòbil, conn LL, adm analgèsia, s/làt/DEHP, est, lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 38 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 39 de 44



ANEXO D2

Lista resumen de fichas técnicas de productos presentados

Modelo y Guía de la Lista-Resumen



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 40 de 44

1. Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	
DATOS DE LA LICITACIÓN	
En esta área sólo se informan los datos de identificación de la licitación Para las fichas que se confeccionen manualmente o por otros sistemas, será necesario que se informen los datos básicos de la licitación	
Núm. de expediente	Código numérico de la licitación
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
Área DATOS DEL LICITADOR	
En esta área se indica: - NIF y nombre de la empresa	
NIF	
Nombre	
Datos del Resumen de fichas técnicas individuales presentadas	
En esta área se indica el Resumen de las fichas presentadas en la licitación Para las fichas creadas manualmente o a partir de otros sistemas, en este apartado se trata de informar los datos que se detallan a continuación para cada referencia ofertada en la licitación	
Lote	Informa el lote del material presentado
Código agrupador	En caso de que la licitación sea por código agrupador, mostrará la información en este campo
Código SAP	Si la licitación es por código SAP, la información estará en este campo
Tipo Oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante
GTIN (EAN)	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia proveedor	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia distribuidor	Indicar este dato del producto ofertado
Marca	Indicar este dato del producto ofertado
Normativa	
Marcado conf CE (SI / NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Cumplimiento regulación prod sanitarios (SI / NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Otras normativas	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNE16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 41 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 43 de 44

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

(No hi ha Excel que omplir, cal annexar documentació que acrediti compliment dels criteris, tal i com especifica el Annex 4)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
19/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TKZDNED16YMQTHKR4ZWZZ2HREPQ9RAZ

Data creació còpia:
09/07/2024 09:40:28

Pàgina 44 de 44