

ANNEX – 4

Detall criteris d'adjudicació

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

?? L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

?? La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

i P són els punts del criteri

PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris subjectes a judici de valor
- Pel que fa els criteris subjectes a judici de valor:
 - S'aplicaran criteris tècnics que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics. Tots ells són criteris que seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.
 - **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.**
En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

Lot 001 Catèter diagnòstic/angiogràfic hidròfils (999300015)

Puntuació tècnica Judici de Valor 40 punts

Puntuació econòmica 60 punts

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	1.1 Es valorarà el <u>Suport/Estabilitat</u> del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.2 Es valorarà la <u>Radiopacitat</u> del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.3 Es valorarà la <u>Navegabilitat</u> del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.4 Es valorarà la <u>capacitat d'empenyiment</u> del catèter: la capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 2 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	1.5 Es valorarà la <u>capacitat de torque</u> del catèter: la capacitat de transmetre la força girar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 2 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0

Lot 002 Dispositius de protecció i per a trombectomia (999300144, 999300161 i 999302055)

Puntuació tècnica Judici de Valor 40 punts

Puntuació econòmica 60 punts

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	2.1 Es valorarà la <u>Radiopacitat</u> del dispositiu: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0
	2.2 Es valorarà la <u>Navegabilitat</u> del dispositiu: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0

Lot 003 Catèter diagnòstic/angiogràfic no hidrofílic (999302112, 999302120)

Puntuació tècnica Judici de Valor 40 punts

Puntuació econòmica 60 punts

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	3.1 Es valorarà el <u>Suport/Estabilitat</u> del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	3.2 Es valorarà la <u>Radiopacitat</u> del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	3.3 Es valorarà la <u>Navegabilitat</u> del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	3.4 Es valorarà la <u>capacitat d'empenyiment</u> del catèter: la capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 2 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	3.5 Es valorarà la <u>capacitat de torque</u> del catèter: la capacitat de transmetre la força girar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 2 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0

Lot 004 Sistema aspiració/fragmentació tromboectomia (999302753, 999302754, 999302755, 999302756, 999302764, 999302765)

Puntuació tècnica Judici de Valor 40 punts

Puntuació econòmica 60 punts

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	4.1 Es valorarà la <u>Radiopacitat</u> del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 15 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	15	15	5	0
	4.2 Es valorarà la <u>Navegabilitat</u> del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 15 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	15	15	5	0
	4.3 Resistència a la deformació: la capacitat del catèter a no perdre la seva forma durant el procediment, inclús en vascularitzacions tortuoses: - Si el catèter no presenta resistència a la deformació obtindrà 10 punts. - Si el catèter presenta mínima deformació obtindrà 5 punts. - Si el catèter presenta deformació obtindrà 0 punts.	10	10	5	0

Formules aplicades als criteris de judici de valor

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar LOT 001	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4	Criteri 5
Puntuació màxima del criteri	10	10	10	5	5
Llindar mínim de puntuació	>5	>5	>5	>2,5	>2,5

Criteri subjectiu a valorar i puntuar LOT 002	Criteri 1	Criteri 2
P untuació màxima del criteri	20	20
L lindar mínim de puntuació	>10	>10

Criteri subjectiu a valorar i puntuar LOT 003	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4	Criteri 5
P untuació màxima del criteri	10	10	10	5	5
L lindar mínim de puntuació	>5	>5	>5	>2,5	>2,5

Criteri subjectiu a valorar i puntuar LOT 004	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
P untuació màxima del criteri	15	15	10
L lindar mínim de puntuació	>7,5	>7,5	>5

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles, si s'escau.

Es obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles del lot 004, aquests estaran especificats en el Plec de prescripcions tècniques.

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

on **CI**: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.