

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL de  
INTERVENCIONISMO NEUROLÓGICO: CATETEROS BALÓN  
ANGIOPLASTIA, ANGIOGRÁFICOS, MICROCATÉTEROS,  
CATETEROS GUÍA CEREBRAL,  
TROBECTOMÍA\_COMPLEMENTARIO**

**CS/CC01101398062/24/AM**

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. Condiciones generales .....   | 4  |
| 1.1. Objeto de la contratación .....   | 4  |
| 1.2. Características de la contratación .....                                | 4  |
| 1.3. Técnicos .....  | 4  |
| 2. Requerimientos obligatorios .....   | 4  |
| 2.1. Normativa aplicable .....   | 4  |
| 2.2. Especificaciones técnicas generales .....                               | 5  |
| 2.3. Requisitos obligatorios adicionales:.....                               | 5  |
| 2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito ..... | 5  |
| 3. Cómo presentar la oferta .....  | 5  |
| 3.1. Oferta técnica .....  | 5  |
| 3.2. Modelo de oferta técnica .....  | 5  |
| 3.3. Presentación de muestras .....  | 7  |
| 3.4. Documentación confidencial.....   | 7  |
| 4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista .....                | 8  |
| 4.1. Prevención de riesgos laborales .....                                   | .  |
| 4.2. Formación.....  | 8  |
| 4.3. Manual de usuario.....  | 8  |
| 4.4. Condiciones logísticas y de suministro.....                             | 8  |
| 4.4.1. Condiciones de suministro.....  | 8  |
| 4.4.2. Garantía de suministro .....  | 8  |
| 4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC) .....                 | 8  |
| 4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato.....                    | 10 |
| 4.4.2.3. Plazo de entrega .....  | 10 |
| 4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido .....                                    | 11 |
| 4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos.....                                | 11 |
| 4.4.3. Sistema EDI .....   | 11 |
| 4.5. Condiciones del operador logístico .....                                | 13 |
| 4.5.1. Embalajes.....  | 13 |
| 4.5.2. El albarán.....   | 14 |
| 4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE..... | 14 |
| 4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía.....                     | 15 |

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Servicios Logísticos, AIE .. 16

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico) .... 18

## **1. Condiciones generales**

### **1.1. Objeto de la contratación**

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de material de Intervencionismo neurológico: catéteres balón angioplastia, angiográficos, microcatéteres, catéteres guía cerebral, trombectomía complementario para los Centros del Instituto Catalán de la Salud.

### **1.2. Características de la contratación**

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el **ANEXO A** lo que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta por cada referencia/gama del agrupador al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes. Se entiende por gama los artículos con características técnicas que sólo se diferencian por su tamaño.

**Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.**

### **1.3. Técnicos**

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

## **2. Requerimientos obligatorios**

### **2.1. Normativa aplicable**

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

## 2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del **ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**

## 2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

No existen requisitos obligatorios adicionales.

## 2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 9 del PCAP en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

## 3. Cómo presentar la oferta

### 3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

### 3.2. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

**Cuando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis**, se tendrá que presentar, lo indicado en el cuadro de características y/o

**-Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C**

Se debe llenar Excel **Licitación 1101398062\_2bis**

Y la Ficha resumen Juicio de Valor, **ANEXO D3- Ficha resumen Juicio de Valor**

- **Ficha técnica electrónica individual** del producto, **ANEXO D1 – Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1**

En la *Guía* se detallan todos los campos de la ficha técnica electrónica con la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

Para la confección de las fichas técnicas electrónicas también se especifica de dónde se puede obtener el dato para automatizar el volcado de datos.

El fichero que contiene la ficha técnica individual de cada código que se ha presentado en la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: **Nº. de Lot-Código SAP/Código agrupador.xls**

*Ejemplo código SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx Ejemplo  
código agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

#### -**Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data.**

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas las fichas que se presentan.

**La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.**

Esta carpeta debe llamarse: **ProductData**

**En caso de que la Product Data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos. Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.**

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El archivo de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá llamarse de esta forma: **PD-Núm. de Lot-Código SAP/Código agrupador**

*Ejemplo código SAP: PD-Lot1-30000001 Ejemplo  
código agrupador: PD-Lot1-999301587*

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data de forma individual por cada artículo, no serán valoradas.

**Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas. Sin embargo, en caso de incongruencia entre la Ficha técnica electrónica individual y la Product Data sólo se tendrá en cuenta la información contenida en la Product Data.**

### **3.3. Presentación de muestras**

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

### **3.4. Documentación confidencial**

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a los sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tendrán en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas .

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

## **4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista**

### **4.1. Prevención de riesgos laborales**

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

### **4.2. Formación**

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

### **4.3. Manual de usuario**

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

## **4.4. Condiciones logísticas y de suministro**

### **4.4.1. Condiciones de suministro**

Las empresas contratistas se comprometen a suministrar los materiales adjudicados con la caducidad mínima que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos .

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

### **4.4.2. Garantía de suministro**

#### **4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)**



Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web **Gestor de incidencias en compras**(GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

-Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

-Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> .

La solicitud de **Alta de un nuevo usuario**, la gestiona **el propio** interesado cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción '*Solicitud de alta de nuevo usuario*', en el apartado '*Alta para nuevos usuarios*'. El primer usuario de un NIF será el que, posteriormente, **validará** las altas **de las nuevas solicitudes** del mismo NIF **y ejercerá las funciones de administrador. Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF** recibirá un correo notificante **que es necesario la validación** de una alta. En el *Manual de usuario GIC – proveedores*, al final hay el *Anexo administrador NIF*.

En el apartado "*Guías y avisos*", se encuentran los *Manuales de usuario proveedor* y el *Índice de incidencias del GIC*. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.**

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

|   |   |
|---|---|
| <b>Agrupación</b>                       | PROVEEDORES   |
| <b>Tipo</b>                             | 404. Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa |
| <b>Motivo</b>                           | Rotura de stock con una referencia alternativa              |
| <b>Documentos obligatorios a anexar</b> |   |

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Ficha técnica actual*</li> <li>- F011-Ficha técnica de la alternativa*</li> <li>- P010-Presupuesto*</li> <li>- E010-Escrito del proveedor informando el tiempo estimado de ruptura</li> </ul> |
|---|

b) Para roturas sin alternativa

|   |   |
|---|---|
| <b>Agrupación</b>                       | PROVEEDORES   |
| <b>Tipo</b>                             | 405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa |
| <b>Motivo</b>                           | Rotura de stock con una referencia sin alternativa          |
| <b>Documentos obligatorios a anexar</b> |   |
| - No requiere documento obligatorio     |   |

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto para cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

**4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato**

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del acuerdo marco o de los contratos basados en el acuerdo marco, siempre que estén dentro de la misma gama de bienes. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

Las empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

**4.4.2.3. Plazo de entrega**

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

#### **4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido**

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

#### **4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos**

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

#### **4.4.3. Sistema EDI**

El operador logístico del ICS y, los centros peticionarios de forma progresiva, utiliza el sistema **EDI** como único medio de intercambio de documentos comerciales con sus proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)
- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos:
- Código EAN unitario (GTIN) , y en su defecto , código EAN de la caja (GTIN)
- Referencia del producto
- Cantidad
- Precio
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:
  - NIF del proveedor
  - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
  - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
  - La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)

- La descripción del producto El
  - número de lote y la caducidad La
  - cantidad por referencia El precio
  - unitario
  - Importe total
  - Temperatura de conservación
- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como a la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

|  |  |
|--|--|
| <b>Agrupación</b>  | VARIACIONES EN EL PEDIDO                                       |
| <b>Tipo</b>  | 010. Errores en precios de materiales                          |
| <b>Motivo</b>  | <b>Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia:</b> |
|  | Error interpretación Unidad medida                             |
|  | Error transcripción  |
|  | Error de precio en la factura                                  |
|  | Diferencia en el precio  |
| <b>Documentos obligatorios a anexar</b>  |  |
| - P010-Presupuesto * o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar |  |

**Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:**

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008
- Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005
- Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes.

**El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.**

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS  
prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritmo: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net> , y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

- configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido
- visualizar los documentos recibidos
- generar fácilmente los documentos a enviar

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si hace falta más información o aclaraciones respecto al Sistema EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) y en el caso de los centros peticionarios del ICS con [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) y/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condiciones del operador logístico

##### 4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico **Logaritmo Servicios Logísticos, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.**

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material se efectuarán en albañiles que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
- Albañiles retractiladas
- Albañiles con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener distintos artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
- Los albaranes irán al exterior del embalaje

Detalle de la estructura de las paletas :



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo *Referencia*.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

**4.5.2. El albarán**

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
  - NIF del proveedor
  - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
  - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
  - La referencia y el código EAN (GTIN).
  - La descripción del producto El
  - número de lote y la caducidad La
  - cantidad por referencia El precio
  - unitario
  - Importe total
  - Temperatura de conservación

**4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE**

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Una vez efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que haya alguna incidencia, se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, **con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.**

#### **4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía**

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no se múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, como que no se habrá entregado, constará como suministro pendiente.

#### 4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE



El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

### NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:






|  |   |
|--|---|
| <p>1. Acceso al recinto. <b>Identifíquese</b> cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>   |   |
| <p>2. Circulación. Respete la velocidad máxima de <b>10 km/h</b>, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.</p>   |  |
| <p>3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de Logaritmo, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y el <b>vehículo totalmente inmovilizado</b>. Se hará uso obligatorio de calço en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. <b>En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</b></p> <p>b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá <b>de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</b></p> <p>c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p> <p>d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p> |  |
| <p>4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>  |  |



|   |   |
|---|---|
|   |  |
| 5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.   |  |
| 6. En caso de <b>emergencia</b> :<br>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.<br>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.<br>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).<br>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso. |   |

### NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logístics, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

|  |   |
|--|---|
| 7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).  |  |
| 8. Circulación. Respete la velocidad máxima de <b>10 km/h</b> , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.   |  |
| 9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones. |  |
|  |  |
| 10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.   |  |
| 11. En caso de <b>emergencia</b> :   |   |

Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.  
Siga las instrucciones del personal de Logaritme  
Vaya a punto de reunión (garita de entrada)  
No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.

#### **4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)**

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

**ANEXO A- Características de la licitación**

**ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**

**ANEXO C - Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor**

**ANEXO D1 - Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2**

**ANEXO D3- Ficha resumen Juicio de Valor**

**ANEXO E - Estructura código agrupador**

## ANNEX A - Característiques de la licitació

## ANNEX A\_ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT CS/CC00/1101397858/24/AM

| LOT | DESCRIPCIÓ DEL LOT                            | CODI      | DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL   | LOTS I CODIS OBLIGATORIS | PROVEÏDORS ADJUDICATÀRIS |
|-----|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 001 | Catèter diagnòstic/angiogràfic hidrofíls      | 999300015 | A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein II (BERN), hidrofílic, diferents Ø i longituds   | NO                       | UN PROVEÏDOR             |
| 002 | Dispositius de protecció i per a trombectomia | 999300144 | A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, varies mides  | NO                       | UN PROVEÏDOR             |
| 002 | Dispositius de protecció i per a trombectomia | 999300161 | A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb diseny específic trombo dur, varies mides                                    | NO                       | UN PROVEÏDOR             |
| 002 | Dispositius de protecció i per a trombectomia | 999302055 | A - Dispositiu de protecció embòlica amb filtres independents de la guia, varies mides   | NO                       | UN PROVEÏDOR             |
| 003 | Catèter diagnòstic/angiogràfic no hidrofíls   | 999302112 | A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Simmons II (SIM2), no hidrofílic, diferents Ø i longituds   | NO                       | DOS PROVEÏDORS           |
| 003 | Catèter diagnòstic/angiogràfic no hidrofíls   | 999302120 | A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein I (BERN), no hidrofílic, diferents Ø i longituds | NO                       | DOS PROVEÏDORS           |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302753 | A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter guia cerebral DI >=0,088", amb vàlvula extraïble diferents Ø i longituds   | SI                       | UN PROVEÏDOR             |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302754 | A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic de Ø5F Ø6F, longitud >=125cm, diferents corbes  |                          |                          |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302755 | A - Catèter aspiració trombectomia proximal DI 0,062" <=0,078", diferents Ø i longituds  |                          |                          |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302756 | A - Catèter aspiració trombectomia distal DI 0,035" i longitud >=160cm   |                          |                          |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302764 | A - Cànter/recipient per sistema trombectomia mecànica d'aspiració directa compatible amb bomba, diferents capacitats  |                          |                          |
| 004 | Sistema aspiració/fragmentació trombectomia   | 999302765 | A - Tub d'aspiració compatible amb catèters de reperfusió, varies mides  |                          |                          |

## ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 999300015

**Descripció llarga:**

A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein II (BERN), hidrofílic, d iferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 999300144

**Descripció llarga:**

A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, varies mides

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999300161

**Descripció llarga:**

A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb diseny específic trombo dur, varies mides

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999302055

**Descripció llarga:**

A - Dispositiu de protecció embòlica amb filtres independents de la guia, varies mides

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999302112

**Descripció llarga:**

A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Simmons II (SIM2), no hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999302120

**Descripció llarga:**

A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein I (BERN), no hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999302753

**Descripció llarga:**

A - Intervencionisme# Neurovascular: Catèter guia cerebral DI  $\geq 0,088$ ", amb vàlvula extraïble diferents Ø I longituds

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999302754

**Descripció llarga:**

A - Intervencionisme# Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic de Ø5F Ø6F, longitud $\geq 125$ cm, diferents corbes

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999302755

**Descripció llarga:**

A - Catèter aspiració trombectomia proximal DI  $0,062$ "  $\leq 0,078$ ", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999302756

**Descripció llarga:**

A - Catèter aspiració trombectomia distal DI 0,035" i longitud >/=160cm

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999302764

**Descripció llarga:**

A - Cànister/recipient per sistema trombectomia mecànica d'aspiració directa compatible amb bomba, diferents capacitats

SOL.COMANDA: 1101398062 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999302765

**Descripció llarga:**

A - Tub d'aspiració compatible amb catèters de reperfusió, varies mides



## ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101398062\_2bis

## ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

### 1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de lot            | Indica el lot de l'article                                     |
| Número de partida        | Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides  |
| Descripció de la partida | Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides |
| Posició                  | És el número d'ordre de l'article en la licitació              |
| Material                 | Codi de l'article  |
| Descripció del material  | Descripció de l'article  |
| Quantitat                | Quantitat estimada de consum                                   |
| UM                       | Unitat de mesura bàsica de l'article                           |

### 1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

|                      |  |   |                                    |
|----------------------|--|---|------------------------------------|
| Capçalera            | Empresa  | Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora   | Obligatori                         |
|                      | NIF  | Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> . | Obligatori                         |
|                      | T. Oferta (B: Base, V: Variant)  | Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b><br>Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>   | Obligatori                         |
|                      | Número oferta Variant  | Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant  | Obligatori si hi ha variants       |
| Referència           | Pestanya <i>Oferta</i>   | <u>Per a ofertes de codi SAP:</u><br>Informar la referència<br><u>Per a ofertes de codi agrupador:</u><br>Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador                                | Obligatori                         |
| Marca                | Indicar la marca del producte ofert.   |   | Obligatori                         |
| Model                | Indicar el model del producte ofert.   |   | Obligatori                         |
| Forma de presentació | Indicar la forma de presentació mínima.<br>Per exemple:<br>unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.  |   | Obligatori                         |
| Codi GTIN/EAN        | És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té ( SOBRE 2 )<br><br>Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02), |   | No Obligatori                      |
| Caducitat            | Informar de la caducitat del producte  |   | NO obligatori                      |
| Oferta presentada    | En aquest camp marcar una <b>X</b> i informar OBLIGATORIAMENT els camps <b>Referència marca i model</b> si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.  |   | Obligatori quan es presenta oferta |

## ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

## Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

### Mostra de l'oferta econòmica

| Num. Exp.:                       | CS/CC00/1100656471/18/AMUP                    |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
|----------------------------------|---|---------------|-----|----------|--|-----------|-----|------------------------------|-----|------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Descripció:                      | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Empresa:                         |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| NIF:                             |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Data                             |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Segell Empresa:                  |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Signatura:                       |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Número oferta Variant:           |   |               |     |          |  |           |     |                              |     |            |                             |                      |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| Lot                              | Partida                                       | Desc. Partida | Pos | Material | Desc. Material   | Quantitat | UM  | Preu unitari sortida amb IVA | Per | Referencia | Preu unitari oferta amb IVA | Import total amb IVA | Marca | Model | Forma Pres | Import mínim de comanda | Codi Europeu EAN | Preu Unitat mínima de venda | Caducitat |
| 1                                | 0   |               | 400 | 30030787 | Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 500 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP | 18089     | UNI | 2,613600                     | 1   |            | 0,000000                    | 0,00                 |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| 1                                | 0   |               | 420 | 30030791 | Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP  | 182       | UNI | 0,000001                     | 1   |            | 0,000000                    | 0,00                 |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| 2                                | 0   |               | 380 | 30030785 | Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml                             | 73946     | UNI | 1,089000                     | 1   |            | 0,000000                    | 0,00                 |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| 2                                | 0   |               | 670 | 30030982 | Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible   | 75        | UNI | 0,000001                     | 1   |            | 0,000000                    | 0,00                 |       |       |            |                         |                  |                             |           |
| 2                                | 0   |               | 710 | 30040825 | Dispensador colze per a sabó rentat freqüent 1000ml compatible amb codi SAP  | 1         | UNI | 0,000001                     | 1   |            | 0,000000                    | 0,00                 |       |       |            |                         |                  |                             |           |

### 1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE   |   |   |
|---|---|---|
| Àrea <b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>   |   |   |
| Aquesta àrea conté:<br>- Dades d'identificació de la licitació<br>- Dades de cada article detallat a l' <b>ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES</b> |   |   |
| Nom del camp  | Casuística  | Origen de la dada                               |
| Núm. d'expedient  | Codi numèric de la licitació  | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica. |
| Descripció expedient  | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta  |   |
| Codi SAP  | Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi  |   |
| Codi Agrupador  | Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material |   |

(Continuació)

| Nom del camp                         | Casuística   | Origen de la dada   |
|--------------------------------------|--|---|
| Descripció codi SAP o codi Agrupador | Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.           |
| Lot                                  | Informa el lot del material  |   |
| Tipus oferta                         | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada:<br>B = oferta base<br>V = oferta variant  | Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica |

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE            |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dades de la licitació                |                      |
| Núm. expedient                       | Descripció expedient |
| Descripció codi SAP o codi Agrupador |                      |
| Codi SAP                             |                      |
| Codi Agrupador                       |                      |
| LOT                                  | Tipus oferta         |

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)   |  |
|---|--|
| <b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>   |  |
| En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.<br>Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del <b>seu</b> producte i de les <b>seves</b> dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data). |  |
| Dades específiques d'identificació de la empresa  |  |
| NIF de l'empresa  |  |
| Nom de l'empresa  |  |
| Dades del producte específics   |  |
| Marca comercial/Model   | Informar la marca comercial del material ofertat   |
| Referència distribuïdor   | Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora  |
| Referència fabricant  | Informar la referència del fabricant   |
| Especificacions tècniques   |  |
| Material de fabricació  | Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.<br>Exemple:<br>Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil  |
| Mides   | S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.<br>Exemple:<br>Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm<br>EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris |
| Mètode d'esterilització   | En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.<br>Si no és estèril el material, indicar NO APLICA   |

| Especificacions tècniques (continuació)   |   |
|---|---|
| Envasat del material ofertat  | Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual   |
| Descripció breu del producte  | Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte   |
| Descripció ampliada del producte  | Es la descripció completa de totes las característiques del producte  |
| Imatge de la referència   | Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques   |
| Dades d'acreditacions   |   |
| En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat |   |
| Marcat CE/ Tipus de classe  | <p><b>Marcat CE = SI</b><br/>           Quan el material té <b>Marcat CE</b>, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u><br/>           Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcar CE = NO</b><br/>           Quan el material <b>NO te Marcat CE</b>, <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b><br/> <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b></p> <p><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p> |
| Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris                             | Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma   |
| Altres acreditacions i/o auto certificació  | Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació  |

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



## **ANNEX D3 - Fitxa resum judici valor**

## FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 001

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

| CRITERIS JUDICI DE VALOR  |
|---|
| Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se) |
| Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter   |
| Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.                  |
| Capacitat d'empenyiment del catèter: la capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter |
| Capacitat de torque del catèter: capacitat de transmetre la força girar el catèter                  |

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

## FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 002

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

| CRITERIS JUDICI DE VALOR   |
|--|
| Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter                                  |
| Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la. |

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

## FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 003

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

| CRITERIS JUDICI DE VALOR  |
|---|
| Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se) |
| Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter   |
| Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.                  |
| Capacitat d'empenyiment del catèter: la capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter |
| Capacitat de torque del catèter: la capacitat de transmetre la força girar el catèter               |

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

## FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 004

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

| CRITERIS JUDICI DE VALOR   |
|--|
| Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter  |
| Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.   |
| Resistència a la deformació: la capacitat del catèter a no perdre la seva forma durant el procediment, inclús en vascularitzacions tortuoses |

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

## ANNEX X- Estructura del codi agrupador

## ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

| Estructura del catàleg | Exemple 1   | Exemple 2  | Exemple 3  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>GRUP D'ARTICLES</b> | Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs   | Desfibril·ladors implantables  | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs   |
| <b>CODI AGRUPADOR</b>  | <b>999200129</b> Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries. | <b>999200025</b> Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions | <b>999400022</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm     |
| <b>CODI SAP</b>        | <b>20031235</b> Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678   | <b>20018300</b> Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001               | <b>40000235</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG   |
|                        | <b>20003442</b> Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679   | <b>20004543</b> Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124         | <b>40000236</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB   |
|                        | <b>20003444</b> Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680  | <b>20005526</b> Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536            | <b>40000236</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25 |
|                        | <b>20029875</b> Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324   |  |  |
|                        | <b>20029876</b> Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325   |  |  |

### CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

### EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

| LOT | PAR TIDA | CODI      | DESCRIPCIÓ   | Quantitat total | Import licitació |
|-----|----------|-----------|--|-----------------|------------------|
| 1   |          | 999200129 | A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries. | 200             | 1.650,00         |

### ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes : oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

#### OFERTA BASE

| Referència                       | Marca           | Característiques diferenciades                   | Preu licitador |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|
| Veure annex (vàries referències) | RAPAMICI NA BIO | De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm | 1.550,00       |

#### OFERTA VARIANT 1

| Referència                       | Marca           | Característiques diferenciades                   | Preu licitador |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|
| Veure annex (vàries referències) | RAPAMICI NA BIO | De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm | 1.590,00       |

#### OFERTA VARIANT 2

| Referència                       | Marca      | Característiques diferenciades                       | Preu licitador |
|----------------------------------|------------|--|----------------|
| Veure annex (vàries referències) | BIO PLUS K | De diàmetre 2/3mm i totes les llargària de 20 a 40mm | 1.645,00       |

Cadascuna de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cadascuna d'aquestes referències incloses en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya ..... de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de producte

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

| LOT | PAR TIDA | CODI      | DESCRIPCIÓ  | Quantitat total | Import licitació |
|-----|----------|-----------|---|-----------------|------------------|
| 1   |          | 999200025 | A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions | 45              | 21.500,00        |

#### OFERTA BASE

| Referència | Marca  | Característiques diferenciades | Preu licitador |
|------------|--------|--------------------------------|----------------|
| MH005      | MOND E | Monocameral bàsic              | 19.000,00      |

#### OFERTA VARIANT 2

| Referència | Marca     | Característiques diferenciades       | Preu licitador |
|------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| MH005A     | MOND PLUS | Monocameral, transmissió de dades... | 21.500,00      |