

Expedient: 0324_25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT 0324/25

Correcció de l'apartat 3.4.1 *Característiques d'obligat compliment* del plec de prescripcions tècniques.

Atès l'informe de sol·licitud correcció del contingut del plec de prescripcions tècniques de l'expedient 0324/25, de data 7 de juny de 2024, on es manifesta que s'ha detectat un error en la redacció de l'apartat 3.4.1 Característiques d'obligat compliment (pàg. 11), corresponent al Lot 4 – Torres de laparoscòpia, es procedeix a corregir l'apartat anteriorment exposat en els següents termes:

Es suprimeixen les característiques d'obligat compliment que s'exposen marcades en negra i subratllades a continuació:

d) Capçal de càmera de vídeo alta definició:

- *Capçal de càmera 4K compatible amb ICG o Capçal ergonòmic de càmeres 3 chips, amb tecnologia 4K. Botons de control de zoom, intensitat de llum, balanços de blancs i control de foto i vídeo, **dos sensors de imatge CCD a l'extrem distal.***
- **Xip alta definició HDTV.**
- *Botons de capçal programable.*
- *Sensor d'imatge mínim 4K amb resolució mínima de 3840x2160p.*
- *Enfocament en temps real.*
- *Magnificació (zoom) d'imatge òptica i/o digital.*
- *Objectiu vídeo-adaptador integrat compatible amb òptiques de diferents diàmetres.*
- *Disposarà com a mínim de 2 polsadors per comandament remot, programables per l'usuari.*

Les referències marcades es suprimeixen degut a una contradicció amb la tecnologia 4K i contradiu el primer punt de l'apartat d) Capçal de càmera de vídeo alta definició.

Aquesta correcció afectarà a la totalitat dels documents que formen part de l'expedient de contractació 0324/25. Per tant, per al cas que en els documents *Quadre de Característiques*,

Informe de Necessitats o en algun dels annexos, es faci referència a les característiques marcades en negreta i subratllades, s'ha d'entendre que s'han suprimit.

Cal tenir en compte que es tracta d'una correcció que no comporta una modificació significativa segons la LCSP, i que ens trobem davant d'un error de transcripció de la informació, i per tant, de caràcter material.

Així mateix, com que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari recórrer a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i que no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats, es sol·licita que es corregeixi el contingut dels documents indicats en els termes anteriorment exposats.

En cas de discrepància, prevaldrà la informació corregida.

Vist l'anterior,

RESOLC

1. Corregir la documentació indicada de l'expedient 0324/25, en els termes que han estat exposats a l'informe de sol·licitud de correcció, i pels motius que han estat exposats en aquesta resolució i en l'informe de sol·licitud de correcció, prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

A Reus, en data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp