

Expedient: 0324_25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT 0324/25

Correcció de l'apartat 3.3.1 *Característiques d'obligat compliment del plec de prescripcions tècniques.*

Atès l'informe de sol·licitud correcció del contingut del plec de prescripcions tècniques de l'expedient 0324/25, de data 13 de juny de 2024, on es manifesta que s'ha detectat un error en la redacció de l'apartat 3.3.1 Característiques d'obligat compliment (pàg. 11), corresponent al Lot 3 – Carros anestèsia, es procedeix a corregir l'apartat anteriorment exposat en els següents termes:

Es suprimeixen les característiques d'obligat compliment que s'exposen marcades en negreta i subratllades a continuació:

c) Modes ventilatoris i monitoratge

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- *Sistema de ventilació; controlada, assistida, espontània i manual per a pacients adults i pediàtrics.*
- *Controlada per volum (VCV) - Controlada per pressió (PCV) - Espontània - Ventilació intermitent sincronitzada per volum i ventilació intermitent sincronitzada per volum amb pressió suport (SIMV-VCV, SIMV PCV), ventilació controlada per volum i regulada per pressió (VG).*
- *Ventilació mode manual amb sistema d'O2 d'emergència.*
- *El ventilador disposarà d'un sistema de monitoratge específic per als paràmetres ventilatoris.*
- *Monitor tàctil de 15" com a mínim; amb visualització de tres corbes com a mínim. Registre dels paràmetres de gasos anestèsics, CO2, N2, O2 inspirats i espirats.*
- *Representació numèrica i sobre corba, amb tendències de tots els paràmetres fins a 8 hores.*

- *Quadre de comandament simple amb indicadors de modes ventilatoris, paràmetres i alarmes.*
- *Accés directe al menú de programació de cada paràmetre ventilatori.*
- *Control de paràmetres: volum corrent, FR, flux màxim, pressió inspiratòria, sensibilitat, FiO2.*
- *Monitoratge de: - Modes ventilatoris - Bucles de pressió/volum i flux/volum - FiO2 - Freqüència respiratòria - Volum respiratori - Volum tidal - Volum minut - Pressió en via aèria - Pressió pic - Pressió plateau - Pressió màxima del ventilador - Relació I:E entre 1:1 i 1:3 com mínim - PEEP - Apnea - Corba, magnituds i alarmes CO2 (capnografia) espiratòria.*
- *Monitoratge continu dels cabals de CO2, O2 i agents anestèsics.*
- *Jerarquització d'alarmes segons nivell de criticitat.*
- *Alarmes alta i baixa de FIO2, volum, pressió i gasos anestèsics.*
- *Alarma de fallada en el subministrament d'O2 i aire, fallada en el subministrament elèctric, alarma de bateria baixa i alarma tècnica (ventilador aturat).*
- *Alarma de control de fuites en via aèria i apnea.*
- *Sortida auxiliar de gasos frescos per a ús de circuits manuals independents.*
- *Monitorització avançada de gasos que permeti veure l'eficiència del consum de gas fresc, consum d'agents halogenats i gasos mèdics.*
- *Vista de 4 corbes o vista de 3 corbes més 4 quadres de paràmetres.*
- *Maniobres de reclutament alveolar automatitzades.*
- **Monitorització de la relaxació muscular.**
- *Braç per a suport del monitor de pacient.*

Les referències marcades es suprimeixen degut a un error de transcripció de les característiques d'obligat compliment.

Aquesta correcció afectarà a la totalitat dels documents que formen part de l'expedient de contractació 0324/25. Per tant, per al cas que en els documents *Quadre de Característiques, Informe de Necessitats* o en algun dels *annexos*, es faci referència a les característiques marcades en negreta i subratllades, s'ha d'entendre que s'han suprimit.

Cal tenir en compte que es tracta d'una correcció que no comporta una modificació significativa segons la LCSP, i que ens trobem davant d'un error de transcripció de la informació, i per tant, de caràcter material.

Així mateix, com que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari recórrer a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i que no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats, es sol·licita que es corregeixi el contingut dels documents indicats en els termes anteriorment exposats.

En cas de discrepància, prevaldrà la informació corregida.

Vist l'anterior,

RESOLC

1. Corregir la documentació indicada de l'expedient 0324/25, en els termes que han estat exposats a l'informe de sol·licitud de correcció, i pels motius que han estat exposats en aquesta resolució i en l'informe de sol·licitud de correcció, prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

A Reus, en data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp