

Amb caràcter previ a la resolució d'adjudicació, publiquem la classificació de les proposicions presentades a la licitació. Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el resultat de les valoracions haureu de fer la consulta a través de l'apartat de "enviar pregunta" de l'espai virtual de la licitació, en el termini de **5 dies hàbils** des de la publicació.

Lot 001 – Beina d' endoscòpia urològica

Lot 002 - Endoscòpia urològica compatible amb generador AUTOCON III o equivalent

Lot 003 – Ureteroscopi i citoscopi

Lot 004 - Endoscòpia urològica: evacuador fragments transuretrals

Lot 005 – Histeroscòpia compatible amb sistema MyoSure, OMNI, NovaSure o equivalent

Lot 006 – Manipulador uterí

Lot 007 - Equips irrigació/aspiració endoscòpia urològica

Lot 1: 40p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 20p  
Lot 6: 35p

Lot 1: 60p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 80p  
Lot 6: 65p

Fase 01 B/V CS/CC00/ 1101387755/24/AMUP

Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Model/Marca	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius desestimació tècnica	Total Criteris subjectius	Compliment Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental)	Compliment Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Sistema de gestió de qualitat de productes sanitaris)	Presència marques histerometria.	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
1	140	30063825	Beina d'endoscòpia urològica, per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert, diàmetre 16/18Fr x 15cm+/-2cm de llargària, amb marca radioopaca, sense làtex, estèril, d'un sol ús	ARI-180016	B08525073	COOK ESPAÑA SL	Introducció renal Amplatz	15	325,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un introductor renal amb la seva beina i a la descripció es demana Beina d'endoscòpia urològica, per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert.	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
1	140	30063825	Beina d'endoscòpia urològica, per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert, diàmetre 16/18Fr x 15cm+/-2cm de llargària, amb marca radioopaca, sense làtex, estèril, d'un sol ús	90121615 / 90121815	B83365007	PRESURGY SL	ClearPetra	15	325,000000	324,000000		20,00	10,00	10,00	No aplica	SI	40,00	60,00	100,00
2	20	30010326	Tap de goma estanc, amb forat de 1,2 mm Ø, per evitar la sortida de líquid del canal de treball de cistos-uretroscopis, histeroscopis. Compatible amb generador i mat associat a AUTOCON III o equivalent	091220-10	A78936606	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBER.SA.		160	4,000000	4,000000		No aplica	0,00	10,00	No aplica	SI	10,00	80,00	90,00
2	30	30051027	Bisturi / Uretrotom d'endoscòpia urològica, Sachse / punta ganiveta, de 21Fr, tall fred, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb beina, element de treball i òptica de 0º de Sist AUTOCON III o equivalent.	27550C-10	A78936606	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBER.SA.		80	106,830000	106,830000		No aplica	0,00	10,00	No aplica	SI	10,00	80,00	90,00
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210º dalt/120º baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	RP-U-C0201	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.	REDPINE	140	190,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 13,2Fr i a la descripció es demana de 16,2Fr.	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210º dalt/120º baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	PUMPC200-AR	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	Cistoscopio desechable Ciscopie Flex HD	140	190,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 15Fr i a la descripció es demana de 16,2Fr. Presenta angles de flexió de 210º a cada costat i es demana angles de flexió de 210º dalt/120º baix.	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210º dalt/120º baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	600001000	B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	aScope 4 Cysco	140	190,000000	148,000000		30,00	10,00	10,00	No aplica	SI	50,00	50,00	100,00
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210º dalt/120º baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	UV-100T-E	B83365007	PRESURGY SL	SEEGEN Urofino Cisto/Nefroscopio flexible electronico desechable	140	190,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 15,9Fr i canal de treball de 2,6mm i a la descripció es demana de 16,2Fr i canal de treball de 2,2 mm. Presenta angles de flexió de 210º dalt/130º baix i es demana angles de flexió de 210º dalt/120º baix.	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00

Lot 001 – Beina d' endoscòpia urològica

Lot 002 - Endoscòpia urològica compatible amb generador AUTOCON III o equivalent

Lot 003 – Ureteroscopi i citoscopi

Lot 004 - Endoscòpia urològica: evacuador fragments transuretrals

Lot 005 – Histeroscòpia compatible amb sistema MyoSure, OMNI, NovaSure o equivalent

Lot 006 – Manipulador uterí

Lot 007 - Equips irrigació/aspiració endoscòpia urològica

Lot 1: 40p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 20p  
Lot 6: 35p

Lot 1: 60p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 80p  
Lot 6: 65p

Fase 01 B/V CS/CC00/ 1101387755/24/AMUP

Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Model/Marca	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius desestimació tècnica	Total Criteris subjectius	Compliment Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental)	Compliment Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Sistema de gestió de qualitat de productes sanitaris)	Presència marques histerometria.	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led. Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	RP-U-C305	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.	REDPINE	21	690,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un ureteroscopi de diàmetre 2,8 mm (8,4Fr) i a la descripció es demana de 2,4 mm (7,2Fr) Presenta longitud de treball de 67 cm i a la descripció es demana de 68-99cm.	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led. Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	180-SUV2CB-URS	B62989264	CARDIOLINK SL		21	690,000000	690,000000		30,00	10,00	10,00	No aplica	SI	50,00	50,00	100,00
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led. Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	605001000	B81040149	FIRMA AMBU,S.L.	aScope 5 Uretero	21	690,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un ureteroscopi de diàmetre 2,6mm (7,9Fr) i a la descripció es demana de 2,4 mm (7,2Fr).	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led. Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	UV-US110-H	B83365007	PRESURGY SL	SEEGEN Urofino Ureteroscopi flexible electronico desechable	21	690,000000	Desestimada a la fase de judici de valor	Desestimada. L'oferta presenta un ureteroscopi de diàmetre 2,4mm (7,2Fr) i a la descripció es demana de 2,4 mm (7,2Fr).	0,00	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
4	40	30052660	Evacuador fragments en reseccions transuretrals de pròstata o bufeta tipus Ellick a/connectador adaptable a/ Storz o equivalent, sist/amb filtre i vàlvula antiretorn, cambra principal 250ml i insufllador en forma de pera de 100ml, estèril, 1ús, sense làtex.	ABVAC(000PABVAC)	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	ACE MEDICAL DEVICES PVT LTD,	160	28,310000	23,000000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica la capacitat de la cambra principal, no especifica que porti vàlvula antiretorn i que l'insuflador sigui en forma de pera de 100ml, especifica que la capacitat de la botella es de 300ml, no es el que es demana a la descripció.	No aplica	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
4	40	30052660	Evacuador fragments en reseccions transuretrals de pròstata o bufeta tipus Ellick a/connectador adaptable a/ Storz o equivalent, sist/amb filtre i vàlvula antiretorn, cambra principal 250ml i insufllador en forma de pera de 100ml, estèril, 1ús, sense làtex.	EE.STD	B62838784	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMED	EVACUADOR DE ELLIK DESECHABLE NEOLAP	160	28,310000	28,310000		No aplica	0,00	10,00	No aplica	SI	10,00	80,00	90,00
5	10	30007270	Tap de segellat de silicona per a canal de sortida de histeroscopi, Ø10mm, amplada 5mm, per a mantenir la pressió del sèrum a la cavitat intrauterina, estèril, un sol ús. Compatible amb histeroscopi MyoSure Classic, MyoSure XL, OMNI o equivalent	40-902	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		6	15,90	15,9		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00
5	50	30059533	Terminal de tall endoscòpia ginecològica MyoSure LITE, per a morcelador en histeroscòpia, per resecció i extirpació de teixit ginecològic, diàmm 3mm x32 cm longitud de treball, sense làtex, estèril, 1 ús. Comp a/histeroscopi MyoSure Classic, XL, OMNI o equival	30-403LITE	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		1	450,33	450,33		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00
5	60	30059534	Terminal de tall endoscòpia ginecològica MyoSure XL, per a morcelador en histeroscòpia, per resecció i extirpació de teixit ginecològic, diàmm 4 mm x32 cm longitud de treball, sense làtex, estèril, 1 ús. Comp a/histeroscopi MyoSure Classic, XL, OMNI o equival	50-503XL	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		1	689,00	689		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00

Lot 001 – Beina d' endoscòpia urològica

Lot 002 - Endoscòpia urològica compatible amb generador AUTOCON III o equivalent

Lot 003 – Ureteroscopi i citoscopi

Lot 004 - Endoscòpia urològica: evacuador fragments transuretrals

Lot 005 – Histeroscòpia compatible amb sistema MyoSure, OMNI, NovaSure o equivalent

Lot 006 – Manipulador uterí

Lot 007 - Equips irrigació/aspiració endoscòpia urològica

Lot 1: 40p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 20p  
Lot 6: 35p

Lot 1: 60p  
Lot 3: 50p  
Lots 2, 4, 5 i 7: 80p  
Lot 6: 65p

Fase 01 B/V CS/CC00/ 1101387755/24/AMUP

Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Model/Marca	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius desestimació tècnica	Total Criteris subjectius	10:00 p. m. Compliment Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental)	10:00 p. m. Compliment Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Sistema de gestió de qualitat de productes sanitaris)	Lot 6: 15p Presència marques histerometria.	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
5	80	30060732	Terminal de tall endoscòpia ginecològica MyoSure REACH, per a morcelador en histeroscòpia, per reseció i extirpació de teixit ginecològic, diàmetre 3 mm x 32 cm longitud de treball, sense làtex, estèril, 1 ús. Compatible amb histeroscopi MyoSure Classic, XL, OMNI o equiv	10-403FC	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		160	556,50	556,5		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00
5	120	30062678	Dispositiu d'ablació endometrial per impedància. Mida: 30cm ample x 63cm llarg x 24cm alt. Pes: 4,795gr Compatible amb Sist NovaSure de HOLOGIC o equivalent	NSV5-003	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		15	700,00	700		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00
5	130	30062732	Ampolla de diòxid de carboni CO2 de 16gr per a sistema d'ablació endometrial, mides: 2,2cm x 2,2cm x 8,8cm. Compatible amb cònsola NovaSure o equivalent	815012	B83279331	HOLOGIC IBERIA SL		15	20,00	20		No aplica	10,00	10,00	No aplica	SI	20,00	80,00	100,00
6	110	30062029	Manipulador-Capçal per a procediments de cirurgia laparoscòpica ginecològica, M, diàmetre 3,4, longitud 39 cm. per a manipulació uterina, de material plàstic, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	G-022701	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSUM. MAC, S.	Medgyn Products Inc.	123	121,600000	45,000000	Desestimada. L'oferta presenta 33 cm de llargària i 4,5 mm de diàmetre i a la descripció es demana longitud 39 cm i diàmetre 3,4 mm.	No aplica	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00
6	110	30062029	Manipulador-Capçal per a procediments de cirurgia laparoscòpica ginecològica, M, diàmetre 3,4, longitud 39 cm. per a manipulació uterina, de material plàstic, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	AD750-KE35	B65387722	EQUIPOS MEDICO BIOLÓGICOS BCN	ADVINCULA DELINEATOR (COOPER SURGICAL)	123	121,600000	153,330000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica la longitud del manipulador i presenta 3,5 mm de diàmetre i a la descripció es demana longitud 39 cm i diàmetre 3,4 mm.	No aplica	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00
7	90	30060882	Sistema irrigació per procediment endoscòpic urològic d'ureteroscopia làser. Compost per: tub blau per irrigació amb 2 puntes per connectar a bossa salina, càmera d'irrigació de pressió manual, connectot luer-lock mascle 360°. Mides: 7mmx4m, s/DEPH	M0067201011	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	Boston	50	58,850000	50,400000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica connector luer-lock de 360° i no especifica mides. A la descripció es demana connectot luer-lock 360° i mides 7mm x 4m.	No aplica	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00
7	90	30060882	Sistema irrigació per procediment endoscòpic urològic d'ureteroscopia làser. Compost per: tub blau per irrigació amb 2 puntes per connectar a bossa salina, càmera d'irrigació de pressió manual, connectot luer-lock mascle 360°. Mides: 7mmx4m, s/DEPH	ROCONGT2000ST12	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	Rocamed	50	58,850000	58,800000		No aplica	10,00	0,00	No aplica	SI	10,00	80,00	90,00
7	90	30060882	Sistema irrigació per procediment endoscòpic urològic d'ureteroscopia làser. Compost per: tub blau per irrigació amb 2 puntes per connectar a bossa salina, càmera d'irrigació de pressió manual, connectot luer-lock mascle 360°. Mides: 7mmx4m, s/DEPH	050350	B08525073	COOK ESPAÑA SL	Cook	50	58,850000	55,000000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica connector luer-lock de 360°, no especifica mides, presenta càmera-bomba manual doble i es demana simple.	No aplica	0,00	0,00	No aplica	NO	0,00	0,00	0,00